

IV

(Informace)

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

EVROPSKÁ KOMISE

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES o měřicích přístrojích⁽¹⁾*(Zveřejnění odkazů na normativní dokumenty zpracované OIML a seznamu částí těchto dokumentů, které odpovídají základním požadavkům (v souladu s čl. 16 odst. 1 uvedené směrnice))***(Text s významem pro EHP)**

(2014/C 76/01)

MI-002: Plynoměry

ve vztahu k:

— OIML R 137 vydání z roku 2012

Poznámky:

Ve sloupci „Poznámka“ je uveden soulad OIML R 137 s příslušným požadavkem směrnice 2004/22/ES.

Údaj „Zahrnuto“ znamená, že:

- požadavek OIML R 137 se shoduje s požadavkem směrnice 2004/22/ES, nebo
- požadavek OIML R 137 je přísnější než požadavek směrnice 2004/22/ES, nebo
- všechny požadavky OIML R 137 splňují požadavky směrnice 2004/22/ES (i pokud směrnice 2004/22/ES povoluje jiné alternativy),
- pokud požadavek není plně zahrnut, krátký text vysvětluje, co je zahrnuto.

Údaj „Nezahrnuto“ znamená, že požadavek směrnice 2004/22/ES není kompatibilní s příslušným požadavkem OIML R 137 nebo není zahrnut do OIML R 137.

Údaj „Není relevantní“ znamená, že požadavek přílohy I směrnice 2004/22/ES není relevantní pro plynoměry.

Základní požadavky ve směrnici o měřicích přístrojích (příloha I a MI-002)	OIML R 137 (2012)	Poznámka
PŘÍLOHA 1		
1.1	5.3.1	Zahrnuto kromě $Q_{\min}$ až Q_t
1.2	5.13.7 5.13.3 5.13.7	Zahrnuto

⁽¹⁾ Úř. věst. L 135, 30.4.2004.

Základní požadavky ve směrnici o měřicích přístrojích (příloha 1 a MI-002)	OIML R 137 (2012)	Poznámka
1.3	5.1	Zahrnuto
1.3.1	5.1	Zahrnuto
1.3.2	5.12 A.5.1 A.5.2	Zahrnuto kromě M3 (M3 není relevantní)
1.3.3	5.13.7	Zahrnuto kromě E2 a E3 (E2 a E3 nejsou relevantní)
1.3.4	5.13.7	Zahrnuto pouze pro kolísání napětí, pokud konstrukce přístroje není taková, že další množství významně neovlivňují přesnost přístroje
1.4		
1.4.1	kapitola 5 A.1	Zahrnuto
1.4.2	A.4.2.1 A.4.2.2	Zahrnuto
2	5.6	Zahrnuto kromě $Q_{\min} \leq Q \leq Q_t$
3	5.7	Zahrnuto
4	6.3.3	Zahrnuto
5	5.10	Zahrnuto
6	6.1.1 6.7	Zahrnuto
7		
7.1	6.1.4 9.1.1	Zahrnuto
7.2	6	Zahrnuto
7.3	5.11 6.7.2	Zahrnuto kromě průtoků menších než $Q_{\min}$
7.4		Není relevantní
7.5	6.1.1 6.1.4	Zahrnuto
7.6	6.4.1 12.2 I.1.1 Příloha I	Zahrnuto

Základní požadavky ve směrnici o měřicích přístrojích (příloha 1 a MI-002)	OIML R 137 (2012)	Poznámka
8		
8.1	5.13.8 6.5.1 9.1.4.2	Zahrnuto
8.2	9.1.1 9.1.3	Zahrnuto
8.3	I.1.1 I.1.3	Zahrnuto
8.4	I.1.3	Zahrnuto
8.5	6.3.1	Zahrnuto
9		
9.1	7	Zahrnuto
9.2	7.1	Zahrnuto
9.3	8.1	Zahrnuto
9.4	8.1	Zahrnuto
9.5	6.4.2 6.3.1	Zahrnuto
9.6		Není relevantní
9.7	4.1	Zahrnuto
9.8	7.1	Zahrnuto
10		
10.1	6.3.1	Zahrnuto
10.2	6.3.1	Zahrnuto
10.3	3.1.8	Zahrnuto
10.4		Není relevantní
10.5	6.1.5	Zahrnuto kromě indikace na dálku
11		
11.1		Není relevantní
11.2		Není relevantní
12	10 11.1.1 12.3	Zahrnuto

Základní požadavky ve směrnici o měřicích přístrojích (příloha 1 a MI-002)	OIML R 137 (2012)	Poznámka
PŘÍLOHA MI-002		
Definice	3.1.1 3.3.3 3.3.2 3.3.4 3.4.3 a 5.11	Zahrnuto
1	12.2	Zahrnuto
1.1	5.2	Zahrnuto pro třídu 1.5, pokud $Q_{\max}/Q_{\min} \geq 150$ Zahrnuto pro třídu 1.0, pokud $Q_{\max}/Q_{\min} \geq 20$
1.2	5.1 12.6.7.1	Zahrnuto
1.3	5.1	Zahrnuto
1.4	5.1	Zahrnuto
1.5	5.1	Zahrnuto
2		
2.1	5.3 5.4	Zahrnuto
2.2	5.3.5	Zahrnuto kromě případu, že vybraná teplota t_{sp} neleží v rozsahu od 15 °C do 25 °C
3		
3.1		
3.1.1	5.13.7	Zahrnuto kromě vyzařovaného a vodivého vysokofrekvenčního elektromagnetického pole
3.1.2	12.6.15	Zahrnuto
3.1.3	Tabulka 5 3.2.7	Zahrnuto pro první ustanovení tohoto požadavku
3.2	5.13.3	Zahrnuto
4		
4.1		
4.1.1	5.10	Zahrnuto
4.1.2	5.10	Zahrnuto
4.2		
4.2.1	5.10	Nezahrnuto

Základní požadavky ve směrnici o měřicích přístrojích (příloha 1 a MI-002)	OIML R 137 (2012)	Poznámka
4.2.2	5.10	Nezahrnuto
5		
5.1	6.6.2	Nezahrnuto
5.2	6.6.4	Zahrnuto pro jednu z alternativ, pokud má zdroj energie životnost 5 let
5.3	6.3.2	Nezahrnuto
5.4	12.6.4	Zahrnuto
5.5	6.4.1	Zahrnuto
5.6	5.13.2	Zahrnuto
6	4.1	Zahrnuto, pokud se používají kg nebo m ³

MI-006: Gravimetrické plnicí váhy s automatickou činností

ve vztahu k:

— OIML R 61-1 vydání z roku 2004 (E) a D 11 vydání z roku 2004 (E)

Poznámky:

Ve sloupci „Poznámka“ je uveden soulad OIML R 61-1 a D 11 s příslušným požadavkem směrnice 2004/22/ES.

Údaj „Zahrnuto“ znamená, že:

- požadavek OIML R 61-1 a D 11 se shoduje s požadavkem směrnice 2004/22/ES, nebo
- požadavek OIML R 61-1 a D 11 je přísnější než požadavek směrnice 2004/22/ES, nebo
- všechny požadavky OIML R 61-1 a D 11 splňují požadavky směrnice 2004/22/ES (i pokud směrnice 2004/22/ES povoluje jiné alternativy),
- pokud požadavek není plně zahrnut, krátký text vysvětluje, co je zahrnuto.

Údaj „Nezahrnuto“ znamená, že požadavek směrnice 2004/22/ES není kompatibilní s příslušným požadavkem OIML R 61-1 a D 11 nebo není zahrnut do OIML R 61-1 a D 11.

Údaj „Není relevantní“ znamená, že požadavek přílohy I směrnice 2004/22/ES není relevantní pro gravimetrické plnicí váhy s automatickou činností.

Základní požadavky ve směrnici o měřicích přístrojích (příloha I a MI-006 společná část a kapitola V)	OIML R 61-1 vydání z roku 2004 (E) a D11 2004 (E)	Poznámka
Příloha I		
1.1	2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 4.1.1	Zahrnuto
1.2	4.1.2	Zahrnuto (kromě trvalého spojitého elektromagnetického pole)
1.3	5.2.1	Zahrnuto
1.3.1	2.8.1, 4.2.1, 5.2.1, 2.8.1	Zahrnuto kromě vlhkosti s kondenzací nebo předpokládaného umístění

Základní požadavky ve směrnici o měřicích přístrojích (příloha I a MI-006 společná část a kapitola V)	OIML R 61-1 vydání z roku 2004 (E) a D11 2004 (E)	Poznámka
1.3.2		Není relevantní
1.3.3		
a) E1 a) E2		
a) E3	D11 (14.2.2)	Zahrnuto za předpokladu, že se použije zkušební impuls 5 podle ISO 7637-2:2004.
b)	A.6.4, 4.1.2, 4.2.3 A.6.3.1, D11 (13.4) A.6.3.2, D11 (13.5), D11 (12.4) A.6.3.3 A.6.3.4.1, D11 (12.1.1), A.6.3.4.2, D11 (12.1.2), D11 (13.8), D11 (12.5),	Zahrnuto za předpokladu, že se použijí stupně závažnosti uvedené v OIML D11:2004.
1.3.4	2.8.2, A.6.2.4, 2.8.3, 4.2.6, A.6.4 D11 (13.3) D11 (12.3) 4.2.4, A.5.2, T.3.13, 2.8.4, A.6.2.5, 2.8.1.3, A.6.2.2	Zahrnuto
1.4		
1.4.1	A.6, A.6.1.1, příloha A	Zahrnuto
1.4.2	4.2.1, A.6.2.3	Zahrnuto kromě zkoušky vlhkým teplem s kondenzací
2	4.3.3, A.7	Zahrnuto
3		Zahrnuto u všech dalších zkoušek
4		Zahrnuto u všech dalších zkoušek
5	4.1.3, 4.3.3, A.7	Zahrnuto
6	3.2.2, 3.2.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.1.2, 4.2	Zahrnuto
7		
7.1	3.2.1, 3.2.2	Zahrnuto
7.2	3.1	Zahrnuto
7.3		Není relevantní
7.4		Není relevantní

Základní požadavky ve směrnici o měřicích přístrojích (příloha I a MI-006 společná část a kapitola V)	OIML R 61-1 vydání z roku 2004 (E) a D11 2004 (E)	Poznámka
7.5	3.1	Zahrnuto
7.6	3.7, A.8, T.1.9, 3.12, 6.4, 6.5.2, T 2.1.4, 3.2.3, 3.2.4	Zahrnuto kromě postupů zkoušek
8		
8.1	3.2.3, 3.2.4, 3.3.3, 4.2.5	Zahrnuto
8.2	3.2.3, 3.2.4	Zahrnuto
8.3	3.2.4	Zahrnuto
8.4	3.2.2, 3.2.3, 3.2.4	Zahrnuto
8.5		Není relevantní
9		
9.1	3.10	Zahrnuto
9.2		Není relevantní
9.3		Nezahrnuto
9.4		Není relevantní
9.5	3.3.2	Zahrnuto
9.6		Není relevantní
9.7	2.9	Zahrnuto
9.8	3.10.4, 3.11	Zahrnuto
10		
10.1	T.2.3, 3.3	Zahrnuto
10.2	3.3.1 až 3.3.4	Zahrnuto
10.3	3.3.3	Nezahrnuto
10.4		Není relevantní
10.5		Není relevantní
11		
11.1		Není relevantní
11.2		Není relevantní
12	3.7	Zahrnuto

Základní požadavky ve směrnici o měřicích přístrojích (příloha I a MI-006 společná část a kapitola V)	OIML R 61-1 vydání z roku 2004 (E) a D11 2004 (E)	Poznámka
Příloha MI-006		
Definice	T.1.6, T.1.7, T.1.8	Zahrnuto

Kapitola I – Požadavky společné pro všechny druhy vah s automatickou činností

1	5.1.1, 4.1.1, 5.2.1	Zahrnuto
1.1	2.6, T.3.7, T.3.8	Zahrnuto
1.2	2.8.2, 2.8.3	Zahrnuto
1.3	2.8.1	Zahrnuto
1.4	3.10.1, 3.10.3	Zahrnuto
2		
3		
3.1	T.2.1.3, T.2.1.4, 2.8.4, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7	Zahrnuto
3.2	3.4, 3.5, 3.6, 3.7	Zahrnuto
3.3	3.3.1, 3.4, 3.5, 3.6	Zahrnuto
3.4	4.2.2	Zahrnuto
3.5	T.2.4, 3.8, T.2.5, 3.8.5, 3.8.6	Zahrnuto
3.6	3.3.3, 3.8.5.2	Zahrnuto
4		

Kapitola III – Gravimetrické plnicí váhy s automatickou činností

1		
1.1	5.2.1, 2.1, 2.2.2	Zahrnuto
1.2	2.1, 2.2.1, 2.2.2, 5.3.4	Zahrnuto
1.3	2.2.1	Zahrnuto
1.4	2.2.2	Zahrnuto
2		
2.1		
2.1.1	2.5	Zahrnuto
2.1.2	2.5, A.6.1.3.2, T.3.10	Zahrnuto
2.2	2.2.2, tabulka 1, 5.3.2, 2.3, T.3.2	Zahrnuto

Základní požadavky ve směrnici o měřicích přístrojích (příloha I a MI-006 společná část a kapitola V)	OIML R 61-1 vydání z roku 2004 (E) a D11 2004 (E)	Poznámka
2.3	2.4, T.3.3	Zahrnuto
3		
3.1	2.5, T.3.4	Zahrnuto
3.2	4.1.2, 4.2.3, T.3.1, A.6.1.3.1	Zahrnuto
3.3	5.2.1, T.3.9, 2.7, T.3.12	Zahrnuto

MI-006: Kolejové váhy s automatickou činností

ve vztahu k:

— OIML R 106-1 vydání z roku 1997 (E) a D 11 vydání z roku 2004 (E)

Poznámky:

Ve sloupci „Poznámka“ je uveden soulad OIML R 106-1 a D 11 s příslušným požadavkem směrnice 2004/22/ES.

Údaj „Zahrnuto“ znamená, že:

- požadavek OIML R 106-1 a D 11 se shoduje s požadavkem směrnice 2004/22/ES, nebo
- požadavek OIML R 106-1 a D 11 je přísnější než požadavek směrnice 2004/22/ES, nebo
- všechny požadavky OIML R 106-1 a D 11 splňují požadavky směrnice 2004/22/ES (i pokud směrnice 2004/22/ES povoluje jiné alternativy),
- pokud požadavek není plně zahrnut, krátký text vysvětluje, co je zahrnuto.

Údaj „Nezahrnuto“ znamená, že požadavek směrnice 2004/22/ES není kompatibilní s příslušným požadavkem OIML R 106-1 a D 11 nebo není zahrnut do OIML R 106-1 a D 11.

Údaj „Není relevantní“ znamená, že požadavek přílohy I směrnice 2004/22/ES není relevantní pro kolejové váhy s automatickou činností.

Základní požadavky ve směrnici o měřicích přístrojích (příloha I a MI-006 společná část a kapitola VI)	OIML R 106-1 vydání z roku 1997 (E) a D11 2004 (E)	Poznámka
Příloha I		
1.1	2.2.1, 4.1.1	Zahrnuto
1.2	4.1.2, 4.3.4	Zahrnuto (kromě toho, že R 106-1 nezahrnuje trvalé spojitě elektromagnetické pole)
1.3	5.1.1	Zahrnuto
1.3.1	2.9.1, 4.3.3, 5.1.1, (A.8.1, A.8.2), 2.9.1	Zahrnuto kromě toho, že R 106-1 se nezmiňuje o kondenzační vlhkosti nebo předpokládaném umístění
1.3.2		Není relevantní
1.3.3		

Základní požadavky ve směrnici o měřicích přístrojích (příloha I a MI-006 společná část a kapitola VI)	OIML R 106-1 vydání z roku 1997 (E) a D11 2004 (E)	Poznámka
a) E1		
a) E2		
a) E3	D11 (14.2.2),	Zahrnuto za předpokladu, že se použije zkušební impuls 5 podle normy ISO 7637-2:2004.
b)	(4.1.2, 4.3.4) A.9.1, D11 (13.4), A.9.2, D11 (12.4), D11 (13.5) A.9.3 A.9.4, D11 (12.1.1) D11 (12.1.2) D11 (13.8), D11 (12.5)	Zahrnuto za předpokladu, že se použije příslušný stupeň závažnosti uvedený v OIML D11 (2004).
1.3.4	2.9.2, 4.3.7, A.8.3 / 2.9.3, 4.3.8, A.8.4, D11 (13.3) D11 (12.3) 4.3.5, A.7.1	Zahrnuto
1.4		
1.4.1	5.1.3.2, A.8, příloha A	Zahrnuto
1.4.2	4.3.3, A.8.2	Zahrnuto kromě zkoušky vlhkým teplem s kondenzací
2	4.4.3, A.10	Zahrnuto
3		Zahrnuto u všech dalších zkoušek
4	2.8.1.6, A.6.5.3	Zahrnuto
5	4.1.3, 4.4.3, A.10	Zahrnuto
6	3.3, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 4.1.2, 4.3.1, 4.3.4	Zahrnuto
7		
7.1	2.7, 2.10, 3.2, 3.3.1	Zahrnuto kromě neusnadnění úmyslného podvodného zneužití
7.2	3.2	Zahrnuto
7.3		Není relevantní
7.4		Není relevantní
7.5	3.2, 3.5.2	Zahrnuto
7.6	3.5.1, 2.8.3.2, 2.8.1, A.11.3	Zahrnuto kromě postupů zkoušky a programového vybavení, které je součástí měřicího přístroje

Základní požadavky ve směrnici o měřicích přístrojích (příloha I a MI-006 společná část a kapitola VI)	OIML R 106-1 vydání z roku 1997 (E) a D11 2004 (E)	Poznámka
8		
8.1	4.3.6	Zahrnuto
8.2	3.3.1, 3.3.2	Zahrnuto
8.3		Nezahrnuto
8.4		Nezahrnuto
8.5		Není relevantní
9		
9.1	3.6	Zahrnuto
9.2		Není relevantní
9.3	A1	Nezahrnuto
9.4		Není relevantní
9.5	2.3, 3.4.1	Zahrnuto
9.6		Není relevantní
9.7	3.6.1, 3.6.2.1	Zahrnuto
9.8	3.6.5, 3.7	Zahrnuto
10		
10.1	3.1, 3.4.1, 3.4.2	Zahrnuto
10.2	2.6, 3.4.1, 3.4.2	Zahrnuto
10.3		Nezahrnuto
10.4		Není relevantní
10.5		Není relevantní
11		
11.1	3.1, 3.4.2	Zahrnuto
11.2	3.1	Nezahrnuto
12	5	Zahrnuto
Příloha MI-006		
Definice	T.1.1, T.1.2, T.1.3	Zahrnuto

Základní požadavky ve směrnici o měřicích přístrojích (příloha I a MI-006 společná část a kapitola VI)	OIML R 106-1 vydání z roku 1997 (E) a D11 2004 (E)	Poznámka
--	--	----------

Kapitola I – Požadavky společné pro všechny druhy vah s automatickou činností

1	5.1.1	Zahrnuto
1.1	2.4, tabulka 3	Zahrnuto
1.2	2.9.2, 4.3.7, 2.9.3, 4.3.8	Zahrnuto
1.3	2.9.1	Zahrnuto
1.4	3.4.4, 3.6.4	Zahrnuto
2		
3		
3.1	3.1, 3.4.4, 3.4.5	Zahrnuto
3.2	3.1, 3.5	Zahrnuto
3.3	3.4.1	Zahrnuto
3.4	4.3.2	Zahrnuto
3.5	3.3.5, A.6.2, 2.8.1.2, A.6.5.1	Zahrnuto
3.6	3.4.3	Zahrnuto
4		

Kapitola VI – Kolejové váhy s automatickou činností

1	2.1	Zahrnuto
2		
2.1	2.2.1, 2.8.2	Zahrnuto
2.2	2.8.2.1	Zahrnuto
2.3	2.8.2.2	Zahrnuto
2.4	2.2.1	Zahrnuto
3	2.3	Zahrnuto
4		
4.1	2.4	Zahrnuto
4.2	2.5	Zahrnuto
5		
5.1	2.2.2 (tabulka 2)	Zahrnuto
5.2	T.4.2.5, 4.1.2, 4.3.4, A.9	Zahrnuto

MI-006: Kontinuální součtové váhy

ve vztahu k:

— OIML R 50-1 vydání z roku 1997 (E) a D 11 vydání z roku 2004 (E)

Poznámky:

Ve sloupci „Poznámka“ je uveden soulad OIML R 50-1 a D 11 s příslušným požadavkem směrnice 2004/22/ES.

Údaj „Zahrnuto“ znamená, že:

- požadavek OIML R 50-1 a D 11 se shoduje s požadavkem směrnice 2004/22/ES, nebo
- požadavek OIML R 50-1 a D 11 je přísnější než požadavek směrnice 2004/22/ES, nebo
- všechny požadavky OIML R 50-1 a D 11 splňují požadavky směrnice 2004/22/ES (i pokud směrnice 2004/22/ES povoluje jiné alternativy),
- pokud požadavek není plně zahrnut, krátký text vysvětluje, co je zahrnuto.

Údaj „Nezahrnuto“ znamená, že požadavek směrnice 2004/22/ES není kompatibilní s příslušným požadavkem OIML R 50-1 a D 11 nebo není zahrnut do OIML R 50-1 a D 11.

Údaj „Není relevantní“ znamená, že požadavek přílohy I směrnice 2004/22/ES není relevantní pro kontinuální součtové váhy.

Základní požadavky ve směrnici o měřicích přístrojích (příloha I a MI-006 společná část a kapitola V)	OIML R 50-1 vydání z roku 1997 (E) a D11 2004 (E)	Poznámka
Příloha I		
1.1	4.1.1, 2.2.1, 2.2.3	Zahrnuto
1.2	4.1.2, 4.3, 4.5.2	Zahrnuto kromě trvalého spojitého elektromagnetického pole
1.3	5.1.1	Zahrnuto
1.3.1	2.5.4.1, 4.5.1	Zahrnuto kromě vlhkosti s kondenzací nebo předpokládaného umístění
1.3.2		Není relevantní
1.3.3		
a) E1 a) E2		
a) E3	D11 (14.2.2)	Zahrnuto za předpokladu, že se použije zkušební impuls 5 podle ISO 7637-2:2004
b)	4.1.2 a 4.5.2 A.8.1, D11 (13.4) A.8.2, D11 (13.5), D11 (12.4) A.8.3 A.8.4, D11 (12.1.1), D11 (12.1.2) D11 (13.8), D11 (12.5)	Zahrnuto za předpokladu, že se použije příslušný stupeň závažnosti uvedený v OIML D11 (2004).

Základní požadavky ve směrnici o měřicích přístrojích (příloha I a MI-006 společná část a kapitola V)	OIML R 50-1 vydání z roku 1997 (E) a D11 2004 (E)	Poznámka
1.3.4	2.5.4.3, 4.5.5, A.7.4, 2.5.4.4, 4.5.6, A.7.5 D11 (13.3) D11 (12.3) A.9.4, 4.5.3, A.6.1.1, A.6.1.2 (T.4.9) 2.5.2, A.6.3.2 2.5.1, A.6.3.1 2.5.4.2, A.7.2	Zahrnuto
1.4		
1.4.1	5.1.3.4, příloha A	Zahrnuto
1.4.2	4.5.1, A.7.3	Zahrnuto kromě zkoušky vlhkým teplem s kondenzací
2		Zahrnuto u všech dalších zkoušek
3	2.5.5.1, A.9.1, 2.6.1	Zahrnuto
4	2.5.5.2, A.9.2, 2.5.5.3, A.9.3, 2.6.3, A.10.2	Zahrnuto
5	4.1.3	Zahrnuto
6	3.2.1 až 3.2.6, 3.3.1, 3.4, 3.6 až 3.8, 4.1.2, 4.3	Zahrnuto
7		
7.1	2.2.2, 3.1, 3.2, 3.3.6, 3.10	Zahrnuto
7.2	3.1	Zahrnuto
7.3		Není relevantní
7.4		Není relevantní
7.5	3.1, 3.7, 3.8	Zahrnuto
7.6	5.2.1.1, A.10, A.11	Zahrnuto kromě postupů zkoušek Nezahrnuto pro programové vybavení
8		
8.1	3.2.6, 3.9, 4.5.4	Zahrnuto
8.2	3.10	Zahrnuto
8.3		Nezahrnuto
8.4		Nezahrnuto

Základní požadavky ve směrnici o měřicích přístrojích (příloha I a MI-006 společná část a kapitola V)	OIML R 50-1 vydání z roku 1997 (E) a D11 2004 (E)	Poznámka
8.5		Není relevantní
9		
9.1	3.11	Zahrnuto
9.2		Není relevantní
9.3		Nezahrnuto
9.4		Není relevantní
9.5	3.3.2, 3.3.1	Zahrnuto
9.6		Není relevantní
9.7	3.11	Zahrnuto
9.8	3.11.5, 3.12	Zahrnuto
10		
10.1	3.3	Zahrnuto
10.2	3.3	Zahrnuto
10.3	3.3.1	Zahrnuto pouze pro výtisk
10.4		Není relevantní
10.5		Není relevantní
11		
11.1	3.3	Nezahrnuto
11.2		Nezahrnuto
12	5	Zahrnuto
Příloha MI-006		
Definice	T1.1, T.1.2, T1.3	Zahrnuto

Kapitola I – Požadavky společné pro všechny druhy vah s automatickou činností

1	4.1.1, 5.1.1	Zahrnuto
1.1	T.4.4, 5.1.1	Zahrnuto
1.2	2.5.4.3, 2.5.4.4, 5.1.1	Zahrnuto
1.3	2.5.4.1, 5.1.1	Zahrnuto
1.4	2.4, 5.1.1	Zahrnuto

Základní požadavky ve směrnici o měřicích přístrojích (příloha I a MI-006 společná část a kapitola V)	OIML R 50-1 vydání z roku 1997 (E) a D11 2004 (E)	Poznámka
2		
3		
3.1	3.1, 3.6, 3.7, 3.8, 4.1.1	Zahrnuto
3.2	3.8	Zahrnuto
3.3	3.2.4, 3.3.1	Zahrnuto
3.4	4.4	Zahrnuto
3.5	2.5.3, 2.5.5.4, 2.5.5.5, 3.5, A.6.3.3, A.6.3.4, 2.6.2, A.10.1, 2.6.3, A.10.2, 2.6.4, A.10.3	Zahrnuto
3.6	3.4	Nezahrnuto
4		

Kapitola V – Kontinuální součtové váhy

1	2.1	Zahrnuto
2		
2.1	2.3, 2.4, 5.1.1	Zahrnuto
2.2	2.3	Zahrnuto
3	2.2.1 - tabulka 1	Zahrnuto
4	5.1.1, 3.8.3, 3.8 (4. odrážka)	Zahrnuto
5	3.2.2	Zahrnuto
6		
6.1	2.2.3	Zahrnuto
6.2	T.5.5	Zahrnuto

MI-006: Diskontinuální součtové váhy

ve vztahu k:

— OIML R 107-1 vydání z roku 2007 (E)

Poznámky:

Ve sloupci „Poznámka“ je uveden soulad OIML R 107-1 s příslušným požadavkem směrnice 2004/22/ES.

Údaj „Zahrnuto“ znamená, že:

— požadavek OIML R 107-1 se shoduje s požadavkem směrnice 2004/22/ES, nebo

— požadavek OIML R 107-1 je přísnější než požadavek směrnice 2004/22/ES, nebo

— všechny požadavky OIML R 107-1 splňují požadavky směrnice 2004/22/ES (i pokud směrnice 2004/22/ES povoluje jiné alternativy),

— pokud požadavek není plně zahrnut, krátký text vysvětluje, co je zahrnuto.

Údaj „Nezahrnuto“ znamená, že požadavek směrnice 2004/22/ES není kompatibilní s příslušným požadavkem OIML R 107-1 nebo není zahrnut do OIML R 107-1.

Údaj „Není relevantní“ znamená, že požadavek přílohy I směrnice 2004/22/ES není relevantní pro diskontinuální součtové váhy.

Základní požadavky ve směrnici o měřicích přístrojích (příloha I a MI-006 společná část a kapitola IV)	OIML R 107-1 vydání z roku 2007	Poznámka
Příloha I		
1.1	2.2, 4.1.1	Zahrnuto
1.2	4.1.2, 4.2.1, 4.2.4	Zahrnuto kromě trvalého spojitého elektromagnetického pole
1.3	5.1.1	Zahrnuto
1.3.1	2.7.1.1, 4.2.3	Zahrnuto kromě vlhkosti s kondenzací nebo předpokládaného umístění
1.3.2		Není relevantní
1.3.3		
a) E1 a) E2		
a) E3	A.7.4.6	Zahrnuto za předpokladu, že se použije zkušební impuls 5, zkušební úroveň IV podle ISO 7637-2:2004(E)
b)	A.7.4.1, A.7.4.2, A.7.4.4, A.7.4.5.1, A.7.4.5.2, A.7.4.3	Zahrnuto pro E1 Zahrnuto pro E2 za předpokladu, že se použije příslušný stupeň závažnosti uvedený v OIML D11 (2004).
1.3.4	2.7.2, 4.2.8, A.7.3.4, A.7.3.5, 4.2.5, A.5.3	Zahrnuto za předpokladu, že se použije příslušný stupeň závažnosti uvedený v OIML D11 (2004).
1.4		
1.4.1	A.7.1, příloha A	Zahrnuto
1.4.2	A.7.3.3, 4.2.3	Zahrnuto kromě zkoušky vlhkým teplem s kondenzací
2	6.7.3, A.8	Zahrnuto
3	T.3.9	Zahrnuto
4		Zahrnuto u všech dalších zkoušek

Základní požadavky ve směrnici o měřicích přístrojích (příloha I a MI-006 společná část a kapitola IV)	OIML R 107-1 vydání z roku 2007	Poznámka
5	4.1.3, 6.7.3, A.8	Zahrnuto
6	3.2.2 - 3.2.5, 3.4.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.4	Zahrnuto
7		
7.1	2.6, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.9	Zahrnuto
7.2	3.1, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.7, 3.2.11	Zahrnuto
7.3		Není relevantní
7.4		Není relevantní
7.5	3.1	Zahrnuto
7.6	3.7, 5.1.2.2, 5.2.2, 3.6.2	Zahrnuto kromě postupů zkoušek
8		
8.1	4.2.6	Zahrnuto
8.2	3.3	Zahrnuto
8.3	3.6	Zahrnuto
8.4	3.5, 3.6	Zahrnuto
8.5		Není relevantní
9		
9.1	3.9	Zahrnuto, kromě údaje o přítomnosti doplňkových zařízení
9.2		Není relevantní
9.3	3.7, 3.8, 5.1.1	Zahrnuto
9.4		Není relevantní
9.5	2.3, 3.4.2.1	Zahrnuto
9.6		Není relevantní
9.7	2.8, 3.9	Zahrnuto
9.8	3.9.4, 3.10	Zahrnuto
10		
10.1	2.6, 3.4	Zahrnuto
10.2	2.6, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4	Zahrnuto

Základní požadavky ve směrnici o měřicích přístrojích (příloha I a MI-006 společná část a kapitola IV)	OIML R 107-1 vydání z roku 2007	Poznámka
10.3		Nezahrnuto
10.4		Není relevantní
10.5		Není relevantní
11		
11.1	3.4, 3.5	Zahrnuto
11.2	3.4, 3.5	Zahrnuto
12	5	Zahrnuto
Příloha MI-006		
Definice	T.1.2, T.1.4	Zahrnuto

Kapitola I – Požadavky společné pro všechny druhy vah s automatickou činností

1		
1.1	5.1.1	Zahrnuto
1.2	5.1.1	Zahrnuto
1.3	2.7.1.1	Zahrnuto
1.4	5.1.1	Zahrnuto
2		
3		
3.1	3.1, 3.2	Zahrnuto
3.2	3.2.3, 3.2.9	Zahrnuto
3.3	3.4.1	Zahrnuto
3.4	4.2.2	Zahrnuto
3.5	3.8	Zahrnuto
3.6	3.2.5	Zahrnuto
4		

Kapitola IV – Diskontinuální součtové váhy

1	2.1	Zahrnuto
2	2.2.1 tabulka 1	Zahrnuto
3	2.4	Zahrnuto

Základní požadavky ve směrnici o měřicích přístrojích (příloha I a MI-006 společná část a kapitola IV)	OIML R 107-1 vydání z roku 2007	Poznámka
4	2.5	Zahrnuto
5	3.8, 3.8.3	Zahrnuto
6	3.2.7	Zahrnuto
7	3.4.3	Zahrnuto
8		
8.1	2.2.2 tabulka 2	Zahrnuto
8.2	T.4.5.6, 4.1.2, 4.2.4.a	Zahrnuto