

IV

(Tájékoztatások)

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS
ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

EURÓPAI BIZOTTSÁG

**A Bizottság közleménye a mérőműszerekről szóló, 2004. március 31-i 2004/22/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében ⁽¹⁾**

(Az OIML által kidolgozott normatív dokumentumokra történő hivatkozások és az alapvető követelményekre vonatkozó
részeik jegyzékének közzététele [az irányelv 16. cikkének (1) bekezdésével összhangban])

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2014/C 76/01)

MI-002: Gázmérők

a következő vonatkozásában:

— az OIML R 137 2012-es kiadása.

Megjegyzések:

A „Megjegyzés” oszlopban az OIML R 137 és a 2004/22/EK irányelv vonatkozó követelménye közötti
megfelelést jelölik.

A „Szabályozott” megjelölés a következőket jelenti:

- Az OIML R 137 követelménye azonos a 2004/22/EK irányelv követelményével; vagy
- Az OIML R 137 követelménye szigorúbb a 2004/22/EK irányelv követelményénél; vagy
- Az OIML R 137 követelményének egésze teljesíti a 2004/22/EK irányelv követelményeit (még akkor is,
ha a 2004/22/EK irányelv más alternatívákat is megenged);
- Amennyiben nem teljesen felel meg a követelménynek, rövid magyarázat ismerteti, hogy mely rész
szabályozott.

A „Nem szabályozott” megjelölés azt jelenti, hogy a 2004/22/EK irányelv követelménye vagy nem egyez-
tethető össze a vonatkozó OIML R 137 követelménnyel, vagy nem szerepel abban.

A „Nem releváns” megjelölés azt jelenti, hogy a 2004/22/EK irányelv I. mellékletében szereplő követelmény
a gázmérők esetében nem releváns.

A mérőműszerekről szóló irányelvben előírt alapvető követelmények (I. melléklet és MI-002. melléklet)	OIML R 137 (2012)	Megjegyzés
1. MELLÉKLET		
1.1.	5.3.1.	Szabályozott, kivéve a $Q_{\min}$ – Q_t tartomány tekintetében
1.2.	5.13.7.	Szabályozott
	5.13.3.	
	5.13.7.	

⁽¹⁾ HL L 135., 2004.4.30.

A mérőműszerekről szóló irányelvben előírt alapvető követelmények (I. melléklet és MI-002. melléklet)	OIML R 137 (2012)	Megjegyzés
1.3.	5.1.	Szabályozott
1.3.1.	5.1.	Szabályozott
1.3.2.	5.12. A.5.1. A.5.2.	Szabályozott, kivéve az M3 tekintetében (az M3 nem releváns)
1.3.3.	5.13.7.	Szabályozott, kivéve az E2 és E3 tekintetében (E2 és E3 nem releváns)
1.3.4.	5.13.7.	Kizárólag feszültségingadozás tekintetében szabályozott, kivéve, ha a műszer kivitelezése olyan, hogy más mennyiségek nem befolyásolják jelentősen a műszer pontosságát
1.4.		
1.4.1.	5. fejezet A.1.	Szabályozott
1.4.2.	A.4.2.1. A.4.2.2.	Szabályozott
2.	5.6.	Szabályozott, kivéve a $Q_{\min} \leq Q \leq Q_t$ tekintetében
3.	5.7.	Szabályozott
4.	6.3.3.	Szabályozott
5.	5.10.	Szabályozott
6.	6.1.1. 6.7.	Szabályozott
7.		
7.1.	6.1.4. 9.1.1.	Szabályozott
7.2.	6.	Szabályozott
7.3.	5.11. 6.7.2.	Szabályozott, kivéve a $Q_{\min}$ alatti áramlási tartomány tekintetében
7.4.		Nem releváns
7.5.	6.1.1. 6.1.4.	Szabályozott
7.6.	6.4.1. 12.2. I.1.1. I. melléklet	Szabályozott

A mérőműszerekről szóló irányelvben előírt alapvető követelmények (I. melléklet és MI-002. melléklet)	OIML R 137 (2012)	Megjegyzés
8.		
8.1.	5.13.8. 6.5.1. 9.1.4.2.	Szabályozott
8.2.	9.1.1. 9.1.3.	Szabályozott
8.3.	I.1.1. I.1.3.	Szabályozott
8.4.	I.1.3.	Szabályozott
8.5.	6.3.1.	Szabályozott
9.		
9.1.	7.	Szabályozott
9.2.	7.1.	Szabályozott
9.3.	8.1.	Szabályozott
9.4.	8.1.	Szabályozott
9.5.	6.4.2. 6.3.1.	Szabályozott
9.6.		Nem releváns
9.7.	4.1.	Szabályozott
9.8.	7.1.	Szabályozott
10.		
10.1.	6.3.1.	Szabályozott
10.2.	6.3.1.	Szabályozott
10.3.	3.1.8.	Szabályozott
10.4.		Nem releváns
10.5.	6.1.5.	Szabályozott, kivéve távkijelző tekintetében
11.		
11.1.		Nem releváns
11.2.		Nem releváns
12.	10. 11.1.1. 12.3.	Szabályozott

A mérőműszerekről szóló irányelvben előírt alapvető követelmények (I. melléklet és MI-002. melléklet)	OIML R 137 (2012)	Megjegyzés
MI-002 MELLÉKLET		
Fogalommeghatározások	3.1.1. 3.3.3. 3.3.2. 3.3.4. 3.4.3. és 5.11.	Szabályozott
1.	12.2.	Szabályozott
1.1.	5.2.	Az 1.5. osztály tekintetében szabályozott ha $Q_{\max}/Q_{\min} \geq 150$ Az 1.0. osztály tekintetében szabályozott ha $Q_{\max}/Q_{\min} \geq 20$
1.2.	5.1. 12.6.7.1.	Szabályozott
1.3.	5.1.	Szabályozott
1.4.	5.1.	Szabályozott
1.5.	5.1.	Szabályozott
2.		
2.1.	5.3. 5.4.	Szabályozott
2.2.	5.3.5.	Szabályozott, kivéve ha a kiválasztott hőmérséklet t_{sp} kívül esik a 15–25 °C közötti tartományon
3.		
3.1.		
3.1.1.	5.13.7.	Szabályozott, kivéve sugárzó és vezetett rádiófrekvenciás elektromágneses tér tekintetében
3.1.2.	12.6.15.	Szabályozott
3.1.3.	5. táblázat 3.2.7.	A követelmény első mondata tekintetében szabályozott
3.2.	5.13.3.	Szabályozott
4.		
4.1.		
4.1.1.	5.10.	Szabályozott
4.1.2.	5.10.	Szabályozott
4.2.		
4.2.1.	5.10.	Nem szabályozott

A mérőműszerekről szóló irányelvben előírt alapvető követelmények (I. melléklet és MI-002. melléklet)	OIML R 137 (2012)	Megjegyzés
4.2.2.	5.10.	Nem szabályozott
5.		
5.1.	6.6.2.	Nem szabályozott
5.2.	6.6.4.	Az alternatívák egyike által szabályozott, ha az akkumulátor 5 éves élettartamú
5.3.	6.3.2.	Nem szabályozott
5.4.	12.6.4.	Szabályozott
5.5.	6.4.1.	Szabályozott
5.6.	5.13.2.	Szabályozott
6.	4.1.	kg vagy m ³ alkalmazása esetén szabályozott

MI-006: Adagoló mérlegek

a következő vonatkozásában:

— az OIML R 61-1 (2004) (E) és D 11 (2004) (E)

Megjegyzések:

A „Megjegyzés” rovatban az OIML R 61-1 és D 11, valamint a 2004/22/EK irányelv vonatkozó követelménye közötti megfelelést jelölik.

A „Szabályozott” megjelölés a következőket jelenti:

- Az OIML R 61-1 és D 11 követelménye azonos a 2004/22/EK irányelv követelményével; vagy
- Az OIML R 61-1 és D 11 követelménye szigorúbb a 2004/22/EK irányelv követelményénél; vagy
- Az OIML R 61-1 és D 11 követelményének egésze teljesíti a 2004/22/EK irányelv követelményeit (még akkor is, ha a 2004/22/EK irányelv más alternatívákat is megenged);
- Amennyiben nem teljesen felel meg a követelménynek, rövid magyarázat ismertet, hogy mely rész szabályozott.

A „Nem szabályozott” megjelölés azt jelenti, hogy a 2004/22/EK irányelv követelménye vagy nem egyeztethető össze az OIML R 61-1 és D 11 vonatkozó követelményével, vagy nem szerepel abban.

A „Nem releváns” megjelölés azt jelenti, hogy a 2004/22/EK irányelv I. mellékletében szereplő követelmény az adagoló mérlegek esetében nem releváns.

A mérőműszerekről szóló irányelvben előírt alapvető követelmények (I. melléklet, MI-006 közös rész, valamint V. fejezet)	az OIML R 61-1 (2004) (E) és D 11 (2004) (E)	Megjegyzés
I. melléklet		
1.1.	2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 4.1.1.	Szabályozott
1.2.	4.1.2.	Szabályozott (kivéve az állandó, folyamatos elektromágneses tér tekintetében)
1.3.	5.2.1.	Szabályozott
1.3.1.	2.8.1., 4.2.1., 5.2.1., 2.8.1.	Szabályozott, kivéve a kondenzált páratartalom vagy a használat tervezett helye tekintetében

A mérőműszerekről szóló irányelvben előírt alapvető követelmények (I. melléklet, MI-006 közös rész, valamint V. fejezet)	az OIML R 61-1 (2004) (E) és D 11 (2004) (E)	Megjegyzés
1.3.2.		Nem releváns
1.3.3.		
a) E1 a) E2		
a) E3	D 11 (14.2.2.)	Szabályozott az ISO 7637-2:2004 szabványban megadott 5-ös jelű vizsgálóimpulzus alkalmazása esetén
b)	A.6.4., 4.1.2., 4.2.3. A.6.3.1., D11 (13.4.) A.6.3.2., D11 (13.5.), D11 (12.4.) A.6.3.3. A.6.3.4.1., D11 (12.1.1.), A.6.3.4.2., D11 (12.1.2.), D11 (13.8.), D11 (12.5.),	Szabályozott az OIML D11 (2004) előírásaiban meghatározott pontossági szint alkalmazása esetén.
1.3.4.	2.8.2., A.6.2.4., 2.8.3., 4.2.6., A.6.4. D11 (13.3.) D11 (12.3.) 4.2.4., A.5.2., T.3.13., 2.8.4., A.6.2.5., 2.8.1.3., A.6.2.2.	Szabályozott
1.4.		
1.4.1.	A.6., A.6.1.1., A. melléklet	Szabályozott
1.4.2.	4.2.1., A.6.2.3.	A nedves-meleg-állósági vizsgálat (kicsapódó páratartalom) kivételével szabályozott
2.	4.3.3., A.7.	Szabályozott
3.		Minden más vizsgálat által szabályozott
4.		Minden más vizsgálat által szabályozott
5.	4.1.3., 4.3.3., A.7.	Szabályozott
6.	3.2.2., 3.2.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 4.1.2., 4.2.	Szabályozott
7.		
7.1.	3.2.1., 3.2.2.	Szabályozott
7.2.	3.1.	Szabályozott
7.3.		Nem releváns
7.4.		Nem releváns

A mérőműszerekről szóló irányelvben előírt alapvető követelmények (I. melléklet, MI-006 közös rész, valamint V. fejezet)	az OIML R 61-1 (2004) (E) és D 11 (2004) (E)	Megjegyzés
7.5.	3.1.	Szabályozott
7.6.	3.7., A.8., T.1.9., 3.12., 6.4., 6.5.2., T 2.1.4., 3.2.3., 3.2.4.	Szabályozott, a vizsgálati eljárások kivételével
8.		
8.1.	3.2.3., 3.2.4., 3.3.3., 4.2.5.	Szabályozott
8.2.	3.2.3., 3.2.4.	Szabályozott
8.3.	3.2.4.	Szabályozott
8.4.	3.2.2., 3.2.3., 3.2.4.	Szabályozott
8.5.		Nem releváns
9.		
9.1.	3.10.	Szabályozott
9.2.		Nem releváns
9.3.		Nem szabályozott
9.4.		Nem releváns
9.5.	3.3.2.	Szabályozott
9.6.		Nem releváns
9.7.	2.9.	Szabályozott
9.8.	3.10.4., 3.11.	Szabályozott
10.		
10.1.	T.2.3., 3.3.	Szabályozott
10.2.	3.3.1.–3.3.4.	Szabályozott
10.3.	3.3.3.	Nem szabályozott
10.4.		Nem releváns
10.5.		Nem releváns
11.		
11.1.		Nem releváns
11.2.		Nem releváns
12.	3.7.	Szabályozott

A mérőműszerekről szóló irányelvben előírt alapvető követelmények (I. melléklet, MI-006 közös rész, valamint V. fejezet)	az OIML R 61-1 (2004) (E) és D 11 (2004) (E)	Megjegyzés
MI-006 melléklet		
Fogalommeghatározások	T.1.6., T.1.7., T.1.8.	Szabályozott

I. fejezet – Az automatikus mérlegek mindegyik típusára alkalmazandó közös követelmények

1.	5.1.1., 4.1.1., 5.2.1.	Szabályozott
1.1.	2.6., T.3.7., T.3.8.	Szabályozott
1.2.	2.8.2., 2.8.3.	Szabályozott
1.3.	2.8.1.	Szabályozott
1.4.	3.10.1., 3.10.3.	Szabályozott
2.		
3.		
3.1.	T.2.1.3., T.2.1.4., 2.8.4., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7.	Szabályozott
3.2.	3.4., 3.5., 3.6., 3.7.	Szabályozott
3.3.	3.3.1., 3.4., 3.5., 3.6.	Szabályozott
3.4.	4.2.2.	Szabályozott
3.5.	T.2.4., 3.8., T.2.5., 3.8.5., 3.8.6.	Szabályozott
3.6.	3.3.3., 3.8.5.2.	Szabályozott
4.		

III. fejezet – Adagoló mérlegek

1.		
1.1.	5.2.1., 2.1., 2.2.2.	Szabályozott
1.2.	2.1., 2.2.1., 2.2.2., 5.3.4.	Szabályozott
1.3.	2.2.1.	Szabályozott
1.4.	2.2.2.	Szabályozott
2.		
2.1.		
2.1.1.	2.5.	Szabályozott
2.1.2.	2.5., A.6.1.3.2., T.3.10.	Szabályozott
2.2.	2.2.2., 1. táblázat, 5.3.2., 2.3., T.3.2.	Szabályozott

A mérőműszerekről szóló irányelvben előírt alapvető követelmények (I. melléklet, MI-006 közös rész, valamint V. fejezet)	az OIML R 61-1 (2004) (E) és D 11 (2004) (E)	Megjegyzés
2.3.	2.4., T.3.3.	Szabályozott
3.		
3.1.	2.5., T.3.4.	Szabályozott
3.2.	4.1.2., 4.2.3., T.3.1., A.6.1.3.1.	Szabályozott
3.3.	5.2.1., T.3.9., 2.7., T.3.12.	Szabályozott

MI-006: Automatikus vasúti mérlegek

a következők vonatkozásában:

— OIML R 106-1 (1997) (E) és D 11 (2004) (E)

Megjegyzések:

A „Megjegyzés” rovatban az OIML R 106-1 és D 11, valamint a 2004/22/EK irányelv vonatkozó követelménye közötti megfelelést jelölik.

A „Szabályozott” megjelölés a következőket jelenti:

- Az OIML R 106-1 és D 11 követelménye azonos a 2004/22/EK irányelv követelményével; vagy
- Az OIML R 106-1 és D 11 követelménye szigorúbb a 2004/22/EK irányelv követelményénél; vagy
- Az OIML R 106-1 és D 11 követelményének egésze teljesíti a 2004/22/EK irányelv követelményeit (még akkor is, ha a 2004/22/EK irányelv más alternatívákat is megenged);
- Amennyiben nem teljesen felel meg a követelménynek, rövid magyarázat ismerteti, hogy mely rész szabályozott.

A „Nem szabályozott” megjelölés azt jelenti, hogy a 2004/22/EK irányelv követelménye vagy nem egyeztethető össze az OIML R 106-1 és D 11 vonatkozó követelményével, vagy nem szerepel abban.

A „Nem releváns” megjelölés azt jelenti, hogy a 2004/22/EK irányelv I. mellékletében szereplő követelmény az automatikus vasúti mérlegek esetében nem releváns.

A mérőműszerekről szóló irányelvben előírt alapvető követelmények (I. melléklet, MI-006 közös rész, valamint VI. fejezet)	az OIML R 106-1 (1997) (E) és D 11 (2004) (E)	Megjegyzés
I. melléklet		
1.1.	2.2.1., 4.1.1.	Szabályozott
1.2.	4.1.2., 4.3.4.	Szabályozott (kivéve, hogy az R 106-1 nem terjed ki az állandó, folyamatos elektromágneses térre)
1.3.	5.1.1.	Szabályozott
1.3.1.	2.9.1., 4.3.3., 5.1.1., (A.8.1., A.8.2.), 2.9.1.	Szabályozott, kivéve, hogy az R 106-1 nem utal a kondenzált páratartalomra vagy a használat tervezett helyére
1.3.2.		Nem releváns
1.3.3.		

A mérőműszerekről szóló irányelvben előírt alapvető követelmények (I. melléklet, MI-006 közös rész, valamint VI. fejezet)	az OIML R 106-1 (1997) (E) és D 11 (2004) (E)	Megjegyzés
a) E1		
a) E2		
a) E3	D11 (14.2.2.),	Szabályozott az ISO 7637-2:2004 szabványban megadott 5-ös jelű vizsgálóimpulzus alkalmazása esetén
b)	(4.1.2., 4.3.4.) A.9.1., D11 (13.4.), A.9.2., D11 (12.4.), D11 (13.5.) A.9.3. A.9.4., D11 (12.1.1.) D11 (12.1.2.) D11 (13.8.), D11 (12.5.)	Szabályozott az OIML D11 (2004) előírásaiban meghatározott pontossági szint alkalmazása esetén
1.3.4.	2.9.2., 4.3.7., A.8.3. / 2.9.3., 4.3.8., A.8.4., D11 (13.3.) D11 (12.3.) 4.3.5., A.7.1.	Szabályozott
1.4.		
1.4.1.	5.1.3.2., A.8., A melléklet	Szabályozott
1.4.2.	4.3.3., A.8.2.	A nedves-meleg-állósági vizsgálat (kicsapódó páratartalom) kivételével szabályozott
2.	4.4.3., A.10.	Szabályozott
3.		Minden más vizsgálat által szabályozott
4.	2.8.1.6., A.6.5.3.	Szabályozott
5.	4.1.3., 4.4.3., A.10.	Szabályozott
6.	3.3., 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5., 4.1.2., 4.3.1., 4.3.4.	Szabályozott
7.		
7.1.	2.7., 2.10., 3.2., 3.3.1.	Szabályozott, kivéve a visszaélések megnehezítése tekintetében
7.2.	3.2.	Szabályozott
7.3.		Nem releváns
7.4.		Nem releváns
7.5.	3.2., 3.5.2.	Szabályozott
7.6.	3.5.1., 2.8.3.2., 2.8.1., A.11.3.	Szabályozott, kivéve a vizsgálati eljárások és kapcsolódó szoftverek tekintetében

A mérőműszerekről szóló irányelvben előírt alapvető követelmények (I. melléklet, MI-006 közös rész, valamint VI. fejezet)	az OIML R 106-1 (1997) (E) és D 11 (2004) (E)	Megjegyzés
8.		
8.1.	4.3.6.	Szabályozott
8.2.	3.3.1., 3.3.2.	Szabályozott
8.3.		Nem szabályozott
8.4.		Nem szabályozott
8.5.		Nem releváns
9.		
9.1.	3.6.	Szabályozott
9.2.		Nem releváns
9.3.	A1.	Nem szabályozott
9.4.		Nem releváns
9.5.	2.3., 3.4.1.	Szabályozott
9.6.		Nem releváns
9.7.	3.6.1., 3.6.2.1.	Szabályozott
9.8.	3.6.5., 3.7.	Szabályozott
10.		
10.1.	3.1., 3.4.1., 3.4.2.	Szabályozott
10.2.	2.6., 3.4.1., 3.4.2.	Szabályozott
10.3.		Nem szabályozott
10.4.		Nem releváns
10.5.		Nem releváns
11.		
11.1.	3.1., 3.4.2.	Szabályozott
11.2.	3.1.	Nem szabályozott
12.	5.	Szabályozott
MI-006 melléklet		
Fogalommeghatározások	T.1.1., T.1.2., T.1.3.	Szabályozott

A mérőműszerekről szóló irányelvben előírt alapvető követelmények (I. melléklet, MI-006 közös rész, valamint VI. fejezet)	az OIML R 106-1 (1997) (E) és D 11 (2004) (E)	Megjegyzés
---	---	------------

I. fejezet – Az automatikus mérlegek mindegyik típusára alkalmazandó közös követelmények

1.	5.1.1.	Szabályozott
1.1.	2.4., 3. táblázat	Szabályozott
1.2.	2.9.2., 4.3.7., 2.9.3., 4.3.8.	Szabályozott
1.3.	2.9.1.	Szabályozott
1.4.	3.4.4., 3.6.4.	Szabályozott
2.		
3.		
3.1.	3.1., 3.4.4., 3.4.5.	Szabályozott
3.2.	3.1. 3.5.	Szabályozott
3.3.	3.4.1.	Szabályozott
3.4.	4.3.2.	Szabályozott
3.5.	3.3.5. A.6.2. 2.8.1.2. A.6.5.1.	Szabályozott
3.6.	3.4.3.	Szabályozott
4.		

VI. fejezet – Automatikus vasúti mérleg

1.	2.1.	Szabályozott
2.		
2.1.	2.2.1., 2.8.2.	Szabályozott
2.2.	2.8.2.1.	Szabályozott
2.3.	2.8.2.2.	Szabályozott
2.4.	2.2.1.	Szabályozott
3.	2.3.	Szabályozott
4.		
4.1.	2.4.	Szabályozott
4.2.	2.5.	Szabályozott
5.		
5.1.	2.2.2. (2. táblázat)	Szabályozott
5.2.	T.4.2.5., 4.1.2., 4.3.4., A.9.	Szabályozott

MI-006: Folyamatosan összegző mérlegek

a következő vonatkozásában:

— OIML R 50-1 (1997) (E) és D 11 (2004) (E)

Megjegyzések:

A „Megjegyzés” rovatban az OIML R 50-1 és D 11, valamint a 2004/22/EK irányelv vonatkozó követelménye közötti megfelelést jelölik.

A „Szabályozott” megjelölés a következőket jelenti:

- Az OIML R 50-1 és D 11 követelménye azonos a 2004/22/EK irányelv követelményével; vagy
- Az OIML R 50-1 és D 11 követelménye szigorúbb a 2004/22/EK irányelv követelményénél; vagy
- Az OIML R 50-1 és D 11 követelményének egésze teljesíti a 2004/22/EK irányelv követelményeit (még akkor is, ha a 2004/22/EK irányelv más alternatívákat is megenged);
- Amennyiben nem teljesen felel meg a követelménynek, rövid magyarázat ismerteti, hogy mely rész szabályozott.

A „Nem szabályozott” megjelölés azt jelenti, hogy a 2004/22/EK irányelv követelménye vagy nem egyeztethető össze az OIML R 50-1 és D 11 vonatkozó követelményével, vagy nem szerepel abban.

A „Nem releváns” megjelölés azt jelenti, hogy a 2004/22/EK irányelv I. mellékletében szereplő követelmény a folyamatosan összegző mérlegek esetében nem releváns.

A mérőműszerekről szóló irányelvben előírt alapvető követelmények (I. melléklet, MI-006 közös rész, valamint V. fejezet)	az OIML R 50-1 (1997) (E) és D 11 (2004) (E)	Megjegyzés
I. melléklet		
1.1.	4.1.1., 2.2.1., 2.2.3.	Szabályozott
1.2.	4.1.2., 4.3., 4.5.2.	Szabályozott, kivéve az állandó, folyamatos elektromágneses tér tekintetében
1.3.	5.1.1.	Szabályozott
1.3.1.	2.5.4.1., 4.5.1.	Szabályozott, kivéve a kondenzált páratartalom vagy a használat tervezett helye tekintetében
1.3.2.		Nem releváns
1.3.3.		
a) E1		
a) E2		
a) E3	D 11 (14.2.2.)	Szabályozott az ISO 7637-2:2004 szabványban megadott 5-ös jelű vizsgálóimpulzus alkalmazása esetén
b)	4.1.2. és 4.5.2. A.8.1., D11 (13.4.) A.8.2., D11 (13.5.), D11 (12.4.) A.8.3. A.8.4., D11 (12.1.1.), D11 (12.1.2.) D11 (13.8.), D11 (12.5.)	Szabályozott az OIML D11 (2004) előírásaiban meghatározott pontossági szint alkalmazása esetén

A mérőműszerekről szóló irányelvben előírt alapvető követelmények (I. melléklet, MI-006 közös rész, valamint V. fejezet)	az OIML R 50-1 (1997) (E) és D 11 (2004) (E)	Megjegyzés
1.3.4.	2.5.4.3., 4.5.5., A.7.4., 2.5.4.4., 4.5.6., A.7.5. D11 (13.3.) D11 (12.3.) A.9.4., 4.5.3., A.6.1.1., A.6.1.2. (T.4.9.) 2.5.2., A.6.3.2. 2.5.1., A.6.3.1. 2.5.4.2., A.7.2.	Szabályozott
1.4.		
1.4.1.	5.1.3.4., A. melléklet	Szabályozott
1.4.2.	4.5.1., A.7.3.	A nedves-meleg-állósági vizsgálat (kicsapódó páratartalom) kivételével szabályozott
2.		Minden más vizsgálat által szabályozott
3.	2.5.5.1., A.9.1., 2.6.1.	Szabályozott
4.	2.5.5.2., A.9.2., 2.5.5.3., A.9.3., 2.6.3., A.10.2.	Szabályozott
5.	4.1.3.	Szabályozott
6.	3.2.1.–3.2.6., 3.3.1., 3.4., 3.6.–3.8., 4.1.2., 4.3.	Szabályozott
7.		
7.1.	2.2.2., 3.1., 3.2., 3.3.6., 3.10.	Szabályozott
7.2.	3.1.	Szabályozott
7.3.		Nem releváns
7.4.		Nem releváns
7.5.	3.1., 3.7., 3.8.	Szabályozott
7.6.	5.2.1.1., A.10., A.11.	Szabályozott, a vizsgálati eljárások kivételével A szoftverre nem terjed ki
8.		
8.1.	3.2.6., 3.9., 4.5.4.	Szabályozott
8.2.	3.10.	Szabályozott
8.3.		Nem szabályozott
8.4.		Nem szabályozott

A mérőműszerekről szóló irányelvben előírt alapvető követelmények (I. melléklet, MI-006 közös rész, valamint V. fejezet)	az OIML R 50-1 (1997) (E) és D 11 (2004) (E)	Megjegyzés
8.5.		Nem releváns
9.		
9.1.	3.11.	Szabályozott
9.2.		Nem releváns
9.3.		Nem szabályozott
9.4.		Nem releváns
9.5.	3.3.2., 3.3.1.	Szabályozott
9.6.		Nem releváns
9.7.	3.11.	Szabályozott
9.8.	3.11.5., 3.12.	Szabályozott
10.		
10.1.	3.3.	Szabályozott
10.2.	3.3.	Szabályozott
10.3.	3.3.1.	Csak a nyomtatás tekintetében szabályozott
10.4.		Nem releváns
10.5.		Nem releváns
11.		
11.1.	3.3.	Nem szabályozott
11.2.		Nem szabályozott
12.	5.	Szabályozott
MI-006 melléklet		
Fogalommeghatározások	T1.1., T1.2., T1.3.	Szabályozott

I. fejezet – Az automatikus mérlegek mindegyik típusára alkalmazandó közös követelmények

1.	4.1.1., 5.1.1.	Szabályozott
1.1.	T.4.4., 5.1.1.	Szabályozott
1.2.	2.5.4.3., 2.5.4.4., 5.1.1.	Szabályozott
1.3.	2.5.4.1., 5.1.1.	Szabályozott
1.4.	2.4., 5.1.1.	Szabályozott

A mérőműszerekről szóló irányelvben előírt alapvető követelmények (I. melléklet, MI-006 közös rész, valamint V. fejezet)	az OIML R 50-1 (1997) (E) és D 11 (2004) (E)	Megjegyzés
2.		
3.		
3.1.	3.1., 3.6., 3.7., 3.8., 4.1.1.	Szabályozott
3.2.	3.8.	Szabályozott
3.3.	3.2.4., 3.3.1.	Szabályozott
3.4.	4.4.	Szabályozott
3.5.	2.5.3., 2.5.5.4., 2.5.5.5., 3.5., A.6.3.3., A.6.3.4., 2.6.2., A.10.1., 2.6.3., A.10.2., 2.6.4., A.10.3.	Szabályozott
3.6.	3.4.	Nem szabályozott
4.		

V. fejezet – Folyamatosan összegző mérleg

1.	2.1.	Szabályozott
2.		
2.1.	2.3., 2.4., 5.1.1.	Szabályozott
2.2.	2.3.	Szabályozott
3.	2.2.1. – 1. táblázat	Szabályozott
4.	5.1.1., 3.8.3., 3.8. (4. pont)	Szabályozott
5.	3.2.2.	Szabályozott
6.		
6.1.	2.2.3.	Szabályozott
6.2.	T.5.5.	Szabályozott

MI-006: Szakaszosan összegző mérlegek

a következő vonatkozásában:

— OIML R 107-1 (2007) (E)

Megjegyzések:

A „Megjegyzés” oszlop az OIML R 107-1 és a 2004/22/EK irányelv vonatkozó követelménye közötti megfelelést jelöli.

A „Szabályozott” megjelölés a következőket jelenti:

— Az OIML R 107-1 követelménye azonos a 2004/22/EK irányelv követelményével; vagy

— Az OIML R 107-1 követelménye szigorúbb a 2004/22/EK irányelv követelményénél; vagy

- Az OIML R 107-1 követelményének egésze teljesíti a 2004/22/EK irányelv követelményeit (még akkor is, ha a 2004/22/EK irányelv más alternatívákat is megenged);
- Amennyiben nem teljesen felel meg a követelménynek, rövid magyarázat ismerteti, hogy mely rész szabályozott.

A „Nem szabályozott” megjelölés azt jelenti, hogy a 2004/22/EK irányelv követelménye vagy nem egyeztethető össze a vonatkozó OIML R 107-1 követelménnyel, vagy nem szerepel abban.

A „Nem releváns” megjelölés azt jelenti, hogy a 2004/22/EK irányelv I. mellékletében szereplő követelmény a szakaszosan összegző mérlegek esetében nem releváns.

A mérőműszerekről szóló irányelvben előírt alapvető követelmények (I. melléklet, MI-006 közös rész, valamint IV. fejezet)	OIML R 107-1 (2007)	Megjegyzés
I. melléklet		
1.1.	2.2., 4.1.1.	Szabályozott
1.2.	4.1.2., 4.2.1., 4.2.4.	Szabályozott, kivéve az állandó, folyamatos elektromágneses tér tekintetében
1.3.	5.1.1.	Szabályozott
1.3.1.	2.7.1.1., 4.2.3.	Szabályozott, kivéve a kondenzált páratartalom vagy a használat tervezett helye tekintetében
1.3.2.		Nem releváns
1.3.3.		
a) E1		
a) E2		
a) E3	A.7.4.6.	Szabályozott az ISO 7637-2:2004(E) szabványban megadott 5-ös jelű vizsgálóimpulzus és IV-es vizsgálati szint alkalmazása esetén
b)	A.7.4.1., A.7.4.2., A.7.4.4., A.7.4.5.1., A.7.4.5.2., A.7.4.3.	Az E1 tekintetében szabályozott Az E2 tekintetében szabályozott az OIML D11 (2004) előírásaiban meghatározott pontossági szint alkalmazása esetén
1.3.4.	2.7.2., 4.2.8., A.7.3.4., A.7.3.5., 4.2.5., A.5.3.	Szabályozott az OIML D11 (2004) előírásaiban meghatározott pontossági szint alkalmazása esetén
1.4.		
1.4.1.	A.7.1., A. melléklet	Szabályozott
1.4.2.	A.7.3.3., 4.2.3.	A nedves-meleg-állósági vizsgálat (kicsapódó páratartalom) kivételével szabályozott
2.	6.7.3., A.8.	Szabályozott
3.	T.3.9.	Szabályozott
4.		Minden más vizsgálat által szabályozott

A mérőműszerekről szóló irányelvben előírt alapvető követelmények (I. melléklet, MI-006 közös rész, valamint IV. fejezet)	OIML R 107-1 (2007)	Megjegyzés
5.	4.1.3., 6.7.3., A.8.	Szabályozott
6.	3.2.2.–3.2.5., 3.4.1., 4.1.2., 4.2.1., 4.2.4.	Szabályozott
7.		
7.1.	2.6., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.9.	Szabályozott
7.2.	3.1., 3.2.4., 3.2.5., 3.2.7., 3.2.11.	Szabályozott
7.3.		Nem releváns
7.4.		Nem releváns
7.5.	3.1.	Szabályozott
7.6.	3.7., 5.1.2.2., 5.2.2., 3.6.2.	Szabályozott, a vizsgálati eljárások kivételével
8.		
8.1.	4.2.6.	Szabályozott
8.2.	3.3.	Szabályozott
8.3.	3.6.	Szabályozott
8.4.	3.5., 3.6.	Szabályozott
8.5.		Nem releváns
9.		
9.1.	3.9.	Szabályozott, kivéve a kiegészítő eszközök meglétére vonatkozó információ tekintetében
9.2.		Nem releváns
9.3.	3.7., 3.8., 5.1.1.	Szabályozott
9.4.		Nem releváns
9.5.	2.3., 3.4.2.1.	Szabályozott
9.6.		Nem releváns
9.7.	2.8., 3.9.	Szabályozott
9.8.	3.9.4., 3.10.	Szabályozott
10.		
10.1.	2.6., 3.4.	Szabályozott
10.2.	2.6., 3.4.1., 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4.	Szabályozott

A mérőműszerekről szóló irányelvben előírt alapvető követelmények (I. melléklet, MI-006 közös rész, valamint IV. fejezet)	OIML R 107-1 (2007)	Megjegyzés
10.3.		Nem szabályozott
10.4.		Nem releváns
10.5.		Nem releváns
11.		
11.1.	3.4., 3.5.	Szabályozott
11.2.	3.4., 3.5.	Szabályozott
12.	5.	Szabályozott
MI-006 melléklet		
Fogalommeghatározások	T.1.2., T.1.4.	Szabályozott

I. fejezet – Az automatikus mérlegek mindegyik típusára alkalmazandó közös követelmények

1.		
1.1.	5.1.1.	Szabályozott
1.2.	5.1.1.	Szabályozott
1.3.	2.7.1.1.	Szabályozott
1.4.	5.1.1.	Szabályozott
2.		
3.		
3.1.	3.1., 3.2.	Szabályozott
3.2.	3.2.3., 3.2.9.	Szabályozott
3.3.	3.4.1.	Szabályozott
3.4.	4.2.2.	Szabályozott
3.5.	3.8.	Szabályozott
3.6.	3.2.5.	Szabályozott
4.		

IV. fejezet – Szakaszosan összegző mérlegek

1.	2.1.	Szabályozott
2.	2.2.1. 1. táblázat	Szabályozott
3.	2.4.	Szabályozott

A mérőműszerekről szóló irányelvben előírt alapvető követelmények (I. melléklet, MI-006 közös rész, valamint IV. fejezet)	OIML R 107-1 (2007)	Megjegyzés
4.	2.5.	Szabályozott
5.	3.8., 3.8.3.	Szabályozott
6.	3.2.7.	Szabályozott
7.	3.4.3.	Szabályozott
8.		
8.1.	2.2.2. 2. táblázat	Szabályozott
8.2.	T.4.5.6., 4.1.2., 4.2.4.a.	Szabályozott