

## II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

**Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2004/22/CE del  
Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura <sup>(1)</sup>***[Pubblicazione dei riferimenti a documenti normativi elaborati dall'OIML ed elenco delle loro parti corrispondenti ai  
requisiti essenziali (in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva)]*

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/C 109/01)

**MI-006: Selezionatrici ponderali a funzionamento automatico**

relative a:

— OIML R 51-1 Edizione 2006 (E)

Requisiti essenziali in MID (allegato I e MI-006 parte comune e capitolo II)	OIML R 51-1 Edizione 2006 (E)	Osservazioni
Allegato I		
1.1	T.4.3.1, T.4.3.7, 2.5, 2.6, 4.1.1	Coperto
1.2	4.1.3, 4.1.6, 4.2.2	Coperto
1.3	5.2.1	Coperto
1.3.1	2.9.1.1, 2.9.1.2	Coperto tranne per: condensazione o assenza di condensazione e aperto o chiuso
1.3.2		Non pertinente
1.3.3		
a) E1 a) E2	A.6.3.1, A.6.3.2, A.6.3.4, A.6.3.5.1, A.6.3.5.2, A.6.3.3	Coperto
a) E3	A.6.3.1, A.6.3.2, A.6.3.4, A.6.3.5.1, A.6.3.5.2, A.6.3.3, A.6.3.6	Coperto a condizione che si usi l'impulso di prova 5, livello di prova IV conformemente a ISO 7637-2:2004(E)
b)	A.6.3.1, A.6.3.2, A.6.3.4, A.6.3.5.1, A.6.3.5.2, A.6.3.3	Coperto a condizione che in certi casi si usino i livelli di severità specificati in OIML D11 (2004)

<sup>(1)</sup> GU L 135 del 30.4.2004, pag. 1.

Requisiti essenziali in MID (allegato I e MI-006 parte comune e capitolo II)	OIML R 51-1 Edizione 2006 (E)	Osservazioni
1.3.4	2.9.2, A.6.2.4, A.6.2.5, A.6.2.6, A.6.2.7, 4.2.3, 6.4.3, A.5.2, 2.9.3, A.6.2.8, 2.9.1.3, A.6.2.2, 6.1.4 e A.5.8, 2.8.1, 6.4.4 & A.5.7	Coperto tranne per le variazioni di frequenza della rete e i campi magnetici a frequenza industriale
1.4		
1.4.1	A.6.1.1, Allegato A	Coperto
1.4.2	A.6.2.3, 4.1.2	Coperto tranne per la prova di calore umido con condensazione
2	A.7, 6.5.3, 2.10	Coperto
3	T.3.6	Coperto
4	T.3.5, 3.3.1, 2.5.1, 5.2.3	Coperto
5	4.1.4, A.7, 2.10, 6.5.3, T.3.7	Coperto
6	3.2.2, 4.1.3, 4.2.2	Coperto
7		
7.1	3.2.1, 3.2.2, 3.2.4	Coperto
7.2	3.1	Coperto
7.3		Non pertinente
7.4		Non pertinente
7.5	3.1	Coperto
7.6	3.4.5, 2.11, 6.1.5	Coperto tranne per la descrizione della procedura di prova nel manuale d'istruzioni
8		
8.1	4.2.4	Coperto
8.2	3.2.6	Coperto
8.3	3.4.5, 3.2.3	Coperto
8.4	3.2.6, 3.2.3, 3.4.4	Coperto
8.5		Non pertinente
9		
9.1	3.11.1, 3.11.2	Coperto tranne per l'indicazione della presenza di dispositivi supplementari
9.2		Non pertinente
9.3	3.11.1, 3.11.2, 3.11.3	Coperto tranne per le informazioni su funzionamento, installazione, manutenzione, riparazioni, messe a punto consentite, corretto funzionamento, per la condensazione e l'utilizzazione in luogo chiuso o aperto

Requisiti essenziali in MID (allegato I e MI-006 parte comune e capitolo II)	OIML R 51-1 Edizione 2006 (E)	Osservazioni
9.4		Non pertinente
9.5	3.3.2	Coperto
9.6		Non pertinente
9.7	2.7	Coperto
9.8	3.11.4, 3.12	Coperto
10		
10.1	3.3, 3.4	Coperto
10.2	3.3.1, 2.4, 3.4.2, 3.3.2	Coperto
10.3	3.4.3, 3.4.4	Coperto
10.4	3.4.3	Non coperto direttamente, nonostante alcuni requisiti siano pertinenti
10.5		Non pertinente
11		
11.1	3.4.4, 3.4.3	Coperto nei casi in cui lo strumento di misura sia dotato di un dispositivo di archiviazione dati o di una stampante
11.2	3.4.4, 3.4.3	Coperto nei casi in cui lo strumento di misura sia dotato di un dispositivo di archiviazione dati o di una stampante
12	2.11, 6.1.5, 6.1.8	Coperto
Allegato MI-006		

**CAPITOLO I — Requisiti comuni a tutti gli strumenti per pesare a funzionamento automatico**

1	5.2.1	Coperto
1.1	T.3.1.1, T.3.1.2, T.3.1.3, 2.2.2, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.3	Coperto
1.2	2.9.2	Coperto
1.3	2.9.1.1, 2.9.1.2, 2.9.3, 3.2.5	Coperto
1.4	6.1.4, 2.9.3, 3.2.3	Coperto
3		
3.1	2.9.3, 3.2.3, 3.2.5	Coperto
3.2	3.2.7	Coperto
3.3	3.3.1 (3.3, 3.2.4, 3.6.4, 3.6.5, 3.7.3, 3.9.4)	Coperto
3.4	4.2.1	Coperto
3.5	3.5, 3.6	Coperto

Requisiti essenziali in MID (allegato I e MI-006 parte comune e capitolo II)	OIML R 51-1 Edizione 2006 (E)	Osservazioni
3.6	3.3.3, 3.10.3	Coperto
<b>CAPITOLO II — Selezionatrici ponderali a funzionamento automatico</b>		
1		
1.1	2.1	Coperto
1.2	2.1.1, 2.1.2	Coperto tranne che IV è usato nella direttiva 2004/22/CE invece di IIII
2		
2.1	2.1	Coperto
2.2	2.1.1	Coperto
3	2.1, 2.1.2	Coperto
4		
4.1	2.5.1.1, 2.5.1.2, A.3.9.2.2 a)	Coperto
4.2	2.5.1.1 Tabella 4	Coperto
4.3	2.2.1 Tabella 1	Coperto
4.4	2.2.1, 2.3	Coperto tranne quando la classe di accuratezza è XIII oppure Y(a) con $0,1 \text{ g} \leq e \leq 2 \text{ g}$
5	2.2.2	Coperto
6		
6.1	3.2.3	Coperto
6.2	3.2.3	Coperto
7.1		
7.1.1	2.6.1	Coperto
7.1.2	2.6.2	Coperto
7.2	T.4.3.9, 4.1.3	Coperto
7.3	2.9.1.2	Coperto

**Note:**

La colonna «Osservazioni» indica la corrispondenza fra l'OIML R 51-1 e il requisito pertinente della direttiva 2004/22/CE.

L'indicazione «coperto» significa che:

- il requisito di OIML R 51-1 è identico a quello della direttiva 2004/22/CE; o
- il requisito di OIML R 51-1 è più rigido di quello della direttiva 2004/22/CE; o
- tutte le disposizioni di OIML R 51-1 soddisfano i requisiti della direttiva 2004/22/CE (anche laddove la direttiva 2004/22/CE consente altre alternative);
- qualora il requisito non sia pienamente coperto, viene fornita una breve spiegazione di quanto è coperto.

L'indicazione «non coperto» significa che il requisito della direttiva 2004/22/CE non è compatibile con il corrispondente requisito di OIML R 51-1 o non è incluso in esso.

L'indicazione «non pertinente» significa che il requisito dell'allegato I della direttiva 2004/22/CE non è pertinente per le selezionatrici ponderali a funzionamento automatico.