

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

► **B**

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/22/ES

ze dne 31. března 2004

o měřicích přístrojích

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 135, 30.4.2004, s. 1)

Ve znění:

		Úřední věstník		
		Č.	Strana	Datum
► <u>M1</u>	Směrnice Rady 2006/96/ES ze dne 20. listopadu 2006	L 363	81	20.12.2006
► <u>M2</u>	Nářízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 ze dne 22. října 2008	L 311	1	21.11.2008



**SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
2004/22/ES**

ze dne 31. března 2004

o měřicích přístrojích

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 uvedené smlouvy,

s ohledem na návrh Komise ⁽¹⁾,

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ⁽²⁾,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy ⁽³⁾,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Na řadu měřicích přístrojů se vztahují zvláštní směrnice přijaté na základě směrnice 71/316/EHS ze dne 26. července 1971 o sblížení právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly ⁽⁴⁾. Zvláštní směrnice, které jsou technicky zastaralé, je třeba zrušit a nahradit samostatnou směrnicí, v souladu s usnesením Rady ze dne 7. května 1985 o novém přístupu k technické harmonizaci a normalizaci ⁽⁵⁾.
- (2) Přesné a ověřitelné měřicí přístroje lze používat pro různá měření. Ta měření, která odpovídají veřejnému zájmu, ochraně veřejného zdraví, bezpečnosti a pořádku, ochraně životního prostředí a spotřebitele, vybírání daní a poplatků a poctivého obchodování, a která různým způsobem, přímo nebo nepřímo, ovlivňují každodenní život občanů, mohou vyžadovat použití právně kontrolovaných měřicích přístrojů.
- (3) Právní metrologická kontrola nesmí vést k překážkám volného pohybu měřicích přístrojů. Ustanovení, která se na ně vztahují, by měla být ve všech členských státech stejná a prokázání shody by mělo být přijato v rámci celého Společenství.
- (4) Právní metrologická kontrola vyžaduje soulad se zvláštními požadavky na provoz. Požadavky na provoz, které musí měřicí přístroje splňovat, by měly zajišťovat vysoký stupeň ochrany. Posuzování shody musí poskytovat vysokou úroveň spolehlivosti.
- (5) Členské státy by měly ukládat právní metrologickou kontrolu jako obecné pravidlo. Je-li předepsána právní metrologická kontrola, je nutné používat pouze ty měřicí přístroje, které splňují společné požadavky na provoz.
- (6) Zásada volného výběru zavedená touto směrnicí, podle které mohou členské státy vykonávat své právo rozhodnout, zda

⁽¹⁾ Úř. věst. C 62 E, 27.2.2001, s. 1, a
Úř. věst. C 126 E, 28.5.2002, s. 368.

⁽²⁾ Úř. věst. C 139, 11.5.2001, s. 4.

⁽³⁾ Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 3. července 2001 (Úř. věst. C 65 E, 14.3.2002, s. 34), společný postoj Rady ze dne 22. července 2003 (Úř. věst. C 252 E, 21.10.2003, s. 1) a postoj Evropského parlamentu ze dne 17. prosince 2003 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku). Rozhodnutí Rady ze dne 26. února 2004.

⁽⁴⁾ Úř. věst. L 202, 6.9.1971, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).

⁽⁵⁾ Úř. věst. C 136, 4.6.1985, s. 1.

▼B

podřídí nebo nepodřídí regulaci měřicí přístroj, na nějž se vztahuje tato směrnice, by měla být použitelná pouze v takovém rozsahu, aby nezpůsobila nekalou hospodářskou soutěž.

- (7) Odpovědnost výrobce za soulad s požadavky této směrnice by měla být výslovně stanovena.
- (8) Provoz měřicích přístrojů je zvláště citlivý na okolní prostředí, zejména pak na elektromagnetické prostředí. Odolnost měřicích přístrojů proti elektromagnetickému rušení tvoří nedílnou součást této směrnice. Požadavky na odolnost stanovené ve směrnici 89/336/EHS ze dne 3. května 1989 o sblížení právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility⁽¹⁾ by proto neměly být použitelné.
- (9) Právní předpisy Společenství by měly stanovit základní požadavky, které nebrání technickému pokroku. Proto by právní požadavky měly být přednostně požadavky na provoz. Ustanovení k odstranění technických překážek obchodu by měla být v souladu s usnesením Rady ze dne 7. května 1985 o novém přístupu k technické harmonizaci a normalizaci.
- (10) Aby bylo možné vzít v úvahu rozdíly v klimatických podmínkách nebo různé úrovně ochrany spotřebitele, které mohou existovat na vnitrostátní úrovni, mohou základní požadavky vést ke stanovení tříd přesnosti nebo tříd prostředí.
- (11) Aby se zjednodušila práce spočívající v prokazování shody se základními požadavky a aby bylo možné shodu posoudit, je vhodné mít harmonizované normy. Tyto harmonizované normy jsou vypracovávány soukromoprávními subjekty a měly by si zachovat povahu nezávazných dokumentů. Pro tento účel jsou Evropský výbor pro normalizaci (CEN), Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) a Evropský institut pro normalizaci v telekomunikacích (ETSI) uznány za subjekty příslušné k přijímání harmonizovaných norem v souladu s obecnými řídicími zásadami pro spolupráci mezi Komisí a evropskými normalizačními subjekty, které byly podepsány dne 13. listopadu 1984.
- (12) Technické specifikace a požadavky na provoz v mezinárodně dohodnutých normativních dokumentech mohou být také zčásti nebo zcela v souladu se základními požadavky stanovenými touto směrnicí. V takových případech může být používání těchto mezinárodně dohodnutých normativních dokumentů alternativou k používání harmonizovaných norem a za určitých podmínek zajišťuje předpoklad shody.
- (13) Shoda se základními požadavky stanovenými v této směrnici může být rovněž zajištěná specifikacemi, které nejsou obsaženy v evropské technické normě nebo v mezinárodně dohodnutém normativním dokumentu. Použití evropských technických norem nebo mezinárodně dohodnutých normativních dokumentů by proto mělo být volitelné.
- (14) Posuzování shody přístrojových podskupin by se mělo provádět v souladu s touto směrnicí. Jestliže se přístrojové podskupiny prodávají samostatně a nezávisle na přístroji, mělo by se posuzování shody provádět nezávisle na dotyčném přístroji.
- (15) Stav techniky v oboru technologie měření podléhá neustálému vývoji, což může vyvolat změny v potřebách posuzování shody. Pro každou kategorii měření, popřípadě pro přístrojové podskupiny, proto musí existovat vhodný postup nebo volba mezi různými postupy s rovnocennou náročností. Přijaté postupy odpovídají postupům uvedeným v rozhodnutí Rady 93/465/EHS ze dne 22. července 1993 o modulech pro různé fáze postupů

⁽¹⁾ Úř. věst. L 139, 23.5.1989, s. 19. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 93/68/EHS (Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 1).

▼B

posuzování shody a o pravidlech pro připojování a používání označení shody CE, které jsou určeny k použití ve směrnících technické harmonizace ⁽¹⁾. Aby však bylo možné vzít v úvahu specifická hlediska metrologické kontroly, je možné zavést u těchto modulů určité odchylky. Je třeba připojit ustanovení týkající se připojování označení CE během výrobního procesu.

- (16) Neustálý vývoj technologie měření a snahy zúčastněných osob zasahovat do osvědčování kladou důraz na potřebu zajistit pro průmyslové výrobky konzistentní postupy posuzování shody podle požadavků usnesení Rady ze dne 10. listopadu 2003 ⁽²⁾.
- (17) Členské státy by neměly bránit uvádění měřicích přístrojů, které jsou opatřeny označením CE a doplňkovým metrologickým označením v souladu s touto směrnicí, na trh a do provozu.
- (18) Členské státy by měly přijmout vhodná opatření, aby zabránily uvádění přístrojů, kterou nejsou ve shodě s touto směrnicí, na trh nebo do provozu. K tomuto účelu je nezbytná odpovídající spolupráce mezi příslušnými orgány členských států, která by zajistila dosažení tohoto cíle v měřítku Společenství.
- (19) Výrobci by měli být informováni o důvodech, které byly příčinou přijetí záporných rozhodnutí týkajících se jejich výrobků, a o jim dostupných opravných prostředcích.
- (20) Výrobci by měli mít možnost během přechodného období vykonávat práva získaná před vstupem této směrnice v platnost.
- (21) Vnitrostátní specifikace, které se týkají příslušných platných vnitrostátních požadavků, by neměly být v rozporu s ustanoveními této směrnice o uvádění do provozu.
- (22) Opatření nezbytná k provedení této směrnice by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi ⁽³⁾.
- (23) Činnost Výboru pro měřicí přístroje by měla zahrnovat vhodné konzultace se zástupci zúčastněných osob.
- (24) Směrnice 71/318/EHS, 71/319/EHS, 71/348/EHS, 73/362/EHS, 75/33/EHS, pokud jde o měřidla definovaná v příloze MI-001 této směrnice, 75/410/EHS, 76/891/EHS, 77/95/EHS, 77/313/EHS, 78/1031/EHS a 79/830/EHS by proto měly být zrušeny,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Oblast působnosti

Tato směrnice se vztahuje na zařízení a systémy s měřicí funkcí definované ve zvláštních přílohách pro přístroje, a sice pro vodoměry (MI-001), plynoměry a přepočítávače množství plynu (MI-002), elektroměry k měření činné energie (MI-003), měřiče tepla (MI-004), měřicí systémy pro kontinuální a dynamické měření množství kapalin jiných než voda (MI-005), váhy s automatickou činností (MI-006), taxametry (MI-007), hmotné měřky (MI-008), přístroje pro měření rozměrů (MI-009) a analyzátory výfukových plynů (MI-010).

⁽¹⁾ Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 23.

⁽²⁾ Úř. věst. C 282, 25.11.2003, s. 3.

⁽³⁾ Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

▼B*Článek 2*

1. Členské státy mohou nařídit použití měřicích přístrojů uvedených v článku 1 pro měřicí práce z důvodů veřejného zájmu, ochrany veřejného zdraví, bezpečnosti, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, ochrany spotřebitelů, vybírání daní a poplatků a poctivého obchodování, jestliže to považují za důvodné.
2. Jestliže členské státy takové použití nenařídí, oznámí důvody svého rozhodnutí Komisi a ostatním členským státům.

*Článek 3***Účel**

Tato směrnice stanoví požadavky, které zařízení a systémy uvedené v článku 1 musí splňovat s ohledem na jejich uvádění na trh nebo do provozu pro práce uvedené v čl. 2 odst. 1.

Tato směrnice je zvláštní směrnici, pokud jde o požadavky na elektromagnetickou odolnost ve smyslu čl. 2 odst. 2 směrnice 89/336/EHS. Směrnice 89/336/EHS se použije i nadále, pokud jde o požadavky týkající se elektromagnetického vyzařování.

*Článek 4***Definice**

Pro účely této směrnice se rozumí:

- a) „měřicím přístrojem“ zařízení nebo systém s měřicí funkcí, na které se vztahují články 1 a 3;
- b) „přístrojovou podskupinou“ technické zařízení uvedené jako takové ve zvláštních přílohách, které pracuje nezávisle a tvoří měřicí přístroj společně
 - s dalšími přístrojovými podskupinami, se kterými je kompatibilní, nebo
 - s měřicím přístrojem, se kterým je kompatibilní;
- c) „právní metrologickou kontrolou“ kontrola měření v oblasti použití měřicího přístroje z důvodů veřejného zájmu, ochrany veřejného zdraví, bezpečnosti, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, vybírání daní a poplatků, ochrany spotřebitelů a poctivého obchodování;
- d) „výrobce“ fyzická nebo právnická osoba odpovědná za shodu měřicího přístroje s touto směrnicí vzhledem k uvádění přístroje na trh pod vlastním jménem nebo uvádění přístroje do provozu pro vlastní potřebu;
- e) „uvedením na trh“ první zpřístupnění přístroje na trhu Společenství pro konečného uživatele, za úhradu nebo zdarma;
- f) „uvedením do provozu“ první použití přístroje určeného pro konečného uživatele pro určené účely;
- g) „zplnomocněným zástupcem“ fyzická nebo právnická osoba, která je usazena ve Společenství a byla písemnou formou pověřena výrobcem, aby jednala jeho jménem při určených pracích ve smyslu této směrnice;
- h) „harmonizovanou normou“ technická specifikace přijatá CEN, CENELEC nebo ETSI nebo společně dvěma nebo všemi těmito

▼B

organizacemi na žádost Komise v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů⁽¹⁾ a která byla vypracována v souladu s obecnými řídicími zásadami, na kterých se shodla Komise s evropskými normalizačními organizacemi;

- i) „normativním dokumentem“ dokument, který obsahuje technické specifikace přijaté Mezinárodní organizací pro legální metrologii (OIML) a na který se vztahuje postup uvedený v čl. 16 odst. 1.

*Článek 5***Použitelnost pro přístrojové podskupiny**

Pokud existují zvláštní přílohy, které stanovují základní požadavky pro přístrojové podskupiny, uplatňují ustanovení této směrnice obdobně na tyto přístrojové podskupiny.

Přístrojové podskupiny a měřicí přístroje lze pro účely zjišťování shody posuzovat nezávisle a odděleně.

*Článek 6***Základní požadavky a posuzování shody**

1. Měřicí přístroj musí splňovat základní požadavky stanovené v příloze I a v příslušné zvláštní příloze pro daný přístroj.

Členské státy mohou vyžadovat, pokud je to nezbytné pro správné používání přístroje, aby informace uvedené v příloze I nebo v příslušných zvláštních přílohách pro přístroje byly poskytovány v úředním jazyce nebo jazycích členského státu, ve kterém se daný přístroj uvádí na trh.

2. Shoda měřicího přístroje se základními požadavky se posuzuje podle článku 9.

*Článek 7***Označení shody**

1. Shoda měřicího přístroje se všemi ustanoveními této směrnice musí být vyznačena umístěním označení CE a doplňkového metrologického označení v souladu s článkem 17.

2. Označení CE a doplňkové metrologické označení jsou připojovány výrobcem nebo na jeho odpovědnost. Pokud je to odůvodněné, mohou být tato označení připojena na přístroj během výrobního procesu.

3. Je zakázáno připojovat na měřicí přístroj označení, které by mohlo uvádět třetí osoby v omyl ohledně významu a tvaru označení CE nebo doplňkového metrologického označení. Na měřicí přístroj lze připevnit jakékoliv jiné označení za předpokladu, že tím není snížena viditelnost a čitelnost označení CE a doplňkového metrologického označení.

4. Pokud se na měřicí přístroj vztahují opatření přijatá podle jiných směrnic, které se týkají jiných hledisek a v nichž se rovněž stanoví připojení označení CE, vyjadřuje toto označení, že se u daného přístroje rovněž předpokládá shoda s požadavky těchto jiných směrnic. V tom případě musí být v dokumentech, upozorněních nebo návodech, které jsou k těmto směrnicemi vyžadovány a které jsou k měřicímu přístroji přiloženy, uvedeny odkazy na uvedené směrnice, jak byly zveřejněny v *Úředním věstníku Evropské unie*.

⁽¹⁾ Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37. Směrnice ve znění směrnice 98/48/ES (Úř. věst. L 217, 5.8.1998, s. 18).



Článek 8

Uvádění na trh a do provozu

1. Členské státy nesmějí bránit z důvodů vyplývajících z této směrnice uvádění žádného měřicího přístroje, který je opatřen označením CE a doplňkovým metrologickým označením v souladu s článkem 7, na trh nebo do provozu.
2. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily, že měřicí přístroje smějí být uváděny na trh a do provozu pouze tehdy, jestliže splňují požadavky této směrnice.
3. Členský stát může požadovat, aby měřicí přístroj splňoval požadavky na uvedení do provozu, které jsou z hlediska místních klimatických podmínek odůvodněné. V tom případě členský stát vybere z tabulky 1 přílohy I vhodnou dolní a horní mez teploty; kromě toho může stanovit vlhkost (s kondenzací nebo bez kondenzace) a uvést, zda se předpokládá umístění přístroje v otevřeném nebo uzavřeném prostoru.
4. Jestliže jsou pro měřicí přístroj definovány různé třídy přesnosti,
 - a) mohou zvláštní přílohy pro přístroje pod nadpisem „Uvedení do provozu“ udávat třídu nebo třídy přesnosti, které se pro určité aplikace používají;
 - b) ve všech ostatních případech může členský stát určit třídy přesnosti v rámci definovaných tříd, které se mají používat pro určité aplikace, za předpokladu, že na svém území umožní používání všech tříd přesnosti.

V obou výše uvedených případech a) i b) může být používán měřicí přístroj s lepší třídou přesnosti, pokud se tak vlastník rozhodne.

5. Členské státy nesmějí na veletrzích, výstavách, předváděcích akcích a podobně bránit předvádění přístrojů, které nejsou ve shodě s touto směrnicí, za předpokladu, že tuto skutečnost a rovněž to, že je nelze uvádět na trh nebo do provozu, dokud nedosáhnou shody, jasně uvádí zřetelné označení.

Článek 9

Posuzování shody

Posuzování shody měřicího přístroje s příslušnými základními požadavky se provádí, podle volby výrobce, jedním z postupů posuzování shody uvedených ve zvláštní příloze pro přístroje. Výrobce v případě potřeby poskytne podle článku 10 technickou dokumentaci ke specifickým přístrojům nebo skupině přístrojů.

Moduly pro posuzování shody, ze kterých se skládají příslušné postupy, jsou popsány v přílohách A až H1.

Záznamy a korespondence vztahující se k posuzování shody se vypracují v úředním jazyce nebo jazycích členského státu, ve kterém je oznámený subjekt provádějící postupy posuzování shody usazen, nebo v jazyce, který je pro tento subjekt přijatelný.

Článek 10

Technická dokumentace

1. Technická dokumentace musí srozumitelně vystihovat návrh, výrobu a funkci měřicího přístroje a musí umožňovat posouzení jeho shody s příslušnými požadavky této směrnice.
2. Technická dokumentace musí být dostatečně podrobná, aby byla zajištěna

▼B

- definice metrologických vlastností,
 - reprodukovatelnost metrologických funkcí vyráběných přístrojů, jestliže jsou správně justovány pomocí vhodných určených prostředků,
 - a celistvost přístroje.
3. Nakolik je to potřebné pro posuzování a identifikaci typu nebo přístroje, musí technická dokumentace obsahovat:
- a) celkový popis přístroje;
 - b) koncepční návrh, výrobní výkresy a schémata součástí, přístrojových podskupin, obvodů atd.;
 - c) výrobní postupy zajišťující shodnost výroby;
 - d) popřípadě popis elektronických zařízení s výkresy, schémata, vývojovými diagramy logických obvodů a obecnými informacemi o vlastnostech a funkci prvků programového vybavení;
 - e) popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení písmen b), c) a d) včetně funkce přístroje;
 - f) seznam norem nebo normativních dokumentů podle článku 13, které byly zcela nebo zčásti použity;
 - g) popisy řešení zvolených pro splnění základních požadavků, pokud nebyly použity normy nebo normativní dokumenty podle článku 13;
 - h) výsledky konstrukčních výpočtů, provedených kontrol atd.;
 - i) v případě potřeby výsledky odpovídajících zkoušek dokazující, že typ nebo přístroje jsou v souladu
 - s požadavky směrnice za deklarovaných stanovených pracovních podmínek a za stanovených rušení prostředí,
 - se specifikacemi odolnosti pro plynoměry, vodoměry, měřiče tepla a pro měřicí systémy pro kapaliny jiné než voda;
 - j) osvědčení ES přezkoušení typu nebo osvědčení ES přezkoumání návrhu u přístrojů, které obsahují části shodné s těmi, které byly použity v návrhu.
4. Výrobce musí stanovit, kde mají být umístěny plomby a značky.
5. V případě potřeby musí výrobce stanovit podmínky pro kompatibilitu s rozhraními a přístrojovými podskupinami.

*Článek 11***Oznámení**

1. Členské státy oznamují ostatním členským státům a Komisi subjekty spadající do jejich pravomoci, které určily k provádění úkolů souvisejících s moduly posuzování shody podle článku 9, spolu s identifikačními čísly, která jim byla Komisí přidělena podle odstavce 4 tohoto článku, druh nebo druhy měřicích přístrojů, pro které byl každý ze subjektů určen, a popřípadě také třídy přesnosti přístrojů, měřicí rozsah, technologii měření a jakékoliv další vlastnosti přístroje, které omezují oblast působnosti oznámení.
2. Členské státy použijí pro určení těchto subjektů kritéria stanovená v článku 12. U subjektů, které splňují kritéria uvedená ve vnitrostátních normách provádějících související harmonizované normy, na něž byly zveřejněny odkazy v *Úředním věstníku Evropské unie*, se předpokládá, že odpovídající kritéria splňují. Členské státy zveřejní odkazy na tyto vnitrostátní normy.

▼B

Jestliže členský stát nezavedl pro úkoly uvedené v článku 2 vnitrostátní právní předpisy, ponechává si právo určit a oznamovat subjekt pro práce související s tímto přístrojem.

3. Členský stát, který subjekt oznámil,
 - zajistí, aby tento subjekt i nadále splňoval kritéria stanovená v článku 12,
 - vezme toto oznámení zpět, pokud zjistí, že daný subjekt již stanovená kritéria nesplňuje.

O každém zpětvzetí oznámení neprodleně uvědomí ostatní členské státy a Komisi.

4. Každému ze subjektů, které mají být oznámeny, přidělí Komise identifikační číslo. Komise zveřejní seznam oznámených subjektů spolu s informacemi týkajícími se oblasti působnosti oznámení uvedené v odstavci 1 v řadě C *Úředního věstníku Evropské unie* a zajistí, aby byl tento seznam pravidelně aktualizován.

Článek 12

Kritéria, která musí určené subjekty splňovat

Členské státy musí při určení subjektů podle čl. 11 odst. 1 používat tato kritéria.

1. Subjektem, jeho ředitelem a pracovníky zapojenými do úkolů souvisejících s posuzováním shody nesmějí být osoby, které navrhují, vyrábějí, dodávají, instalují nebo používají měřicí přístroje, jejichž inspekci provádějí, ani zplnomocněný zástupce některé z těchto osob. Nesmějí se podílet ani přímo, ani jako zástupci osob, které se na těchto činnostech podílejí, na návrhu, výrobě, prodeji ani údržbě přístrojů. Především kritéria však nijak nevylučují možnost výměny technických informací mezi výrobcem a uvedeným subjektem pro účely posuzování shody.
2. Subjekt, jeho ředitel a pracovníci zapojení do úkolů souvisejících s posuzováním shody nesmějí být vystaveni žádným tlakům a podnětům, zejména finančním, které by mohly ovlivnit jejich rozhodování nebo výsledky jejich posuzování shody, zejména ze strany osob nebo skupin osob, které mají na výsledcích posuzování zájem.
3. Úkoly související s posuzováním shody musí být prováděny na nejvyšší úrovni profesionální důvěryhodnosti a vyžadují maximální způsobilost v oblasti metrologie. Jestliže si subjekt zajišťuje některé úkoly subdodavately, musí nejprve zajistit, že subdodavatel splňuje ustanovení této směrnice, a zejména tohoto článku. Subjekt musí uchovávat pro potřeby oznamujícího orgánu související dokumenty posuzující kvalifikace subdodavatelů a činnosti jimi prováděné podle této směrnice.
4. Subjekt musí být schopen provádět všechny úkoly posuzování shody, pro které byl určen, ať již tyto úkoly provádí subjekt samotný, nebo jsou prováděny jeho jménem a na jeho odpovědnost. Musí mít k dispozici nezbytné pracovníky a musí mít přístup k potřebnému vybavení, aby mohl řádně vykonávat technické a administrativní úkony spojené s posuzováním shody.
5. Pracovníci subjektu musí mít
 - řádné technické a odborné vzdělání zahrnující všechny úkony posuzování shody, pro které byl subjekt určen;
 - dostatečné znalosti předpisů týkajících se úkonů, které provádějí, a náležitě zkušenosti s těmito úkony;
 - náležitou schopnost vypracovat osvědčení, záznamy a zprávy, jimiž se dokládají provedené úkony.

▼B

6. Musí být zaručena nestrannost subjektu, jeho ředitele a pracovníků. Odměňování subjektu nesmí záviset na výsledcích provedených úkonů. Odměňování ředitele subjektu a jeho pracovníků nesmí záviset na počtu provedených úkonů, ani na jejich výsledcích.
7. Subjekt uzavře pojištění zákonné odpovědnosti, pokud jeho zákonnou odpovědnost nepřevzal členský stát v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
8. Ředitel subjektu a jeho pracovníci zachovávají profesní tajemství ohledně všech informací získaných při plnění svých povinností na základě této směrnice, s výjimkou styku s orgánem členského státu, který jej určil.

*Článek 13***Harmonizované normy a normativní dokumenty**

1. Členské státy předpokládají shodu se základními požadavky uvedenými v příloze I a v příslušných zvláštních přílohách pro přístroje u měřicího přístroje, který je v souladu s prvky vnitrostátních norem provádějících evropskou harmonizovanou normu vztahující se na příslušný měřicí přístroj, které odpovídají příslušným prvkům této evropské harmonizované normy, na niž byly zveřejněny odkazy v řadě C *Úředního věstníku Evropské unie*.

Jestliže měřicí přístroj splňuje prvky vnitrostátních norem uvedených v prvním pododstavci pouze částečně, předpokládají členské státy shodu s těmi základními požadavky, které odpovídají prvkům vnitrostátních norem, které přístroj splňuje.

Členské státy zveřejní odkazy na vnitrostátní normy uvedené v prvním pododstavci.

2. Členské státy předpokládají shodu se základními požadavky uvedenými v příloze I a v příslušných zvláštních přílohách pro přístroje u měřicího přístroje, který splňuje odpovídající části normativních dokumentů a seznamů uvedených v čl. 16 odst. 1 písm. a), na něž byly zveřejněny odkazy v řadě C *Úředního věstníku Evropské unie*.

Jestliže měřicí přístroj je v souladu s normativním dokumentem zmíněným v prvním pododstavci pouze částečně, předpokládají členské státy shodu s těmi základními požadavky, které odpovídají článkům normativního dokumentu, s kterými je přístroj v souladu.

Členské státy zveřejní odkazy na normativní dokument uvedený v prvním pododstavci.

3. Výrobce si může zvolit jakékoliv technické řešení, které splňuje základní požadavky uvedené v příloze I a v příslušných zvláštních směrnících pro přístroje (MI-001 až MI-010). Aby mohl výrobce využít předpoklad shody, musí navíc správně použít řešení uvedená buď v patřičných evropských harmonizovaných normách, nebo v odpovídajících částech normativních dokumentů a seznamů podle odstavců 1 a 2.

4. Členské státy předpokládají shodu s náležitými zkouškami uvedenými v čl. 10 písm. i), jestliže byl proveden odpovídající program zkoušek v souladu se souvisejícími dokumenty uvedenými v odstavcích 1 až 3 a jestliže výsledky zkoušek zajišťují shodu se základními požadavky.

*Článek 14***Stálý výbor**

Jestliže má členský stát nebo Komise za to, že evropská harmonizovaná norma podle čl. 13 odst. 1 zcela nespĺňuje základní požadavky uvedené

▼B

v příloze I a v příslušných zvláštních přílohách pro přístroje, přednese tento členský stát nebo Komise věc stálému výboru zřízenému článkem 5 směrnice 98/34/ES a uvede své důvody. Výbor vydá stanovisko co nejdříve.

S ohledem na stanovisko výboru Komise uvědomí členské státy o tom, zda je či není nutné stáhnout odkazy na tyto vnitrostátní normy ze zveřejnění podle čl. 13 odst. 1 třetího pododstavce.

*Článek 15***Výbor pro měřicí přístroje**

1. Komisi je nápomocen Výbor pro měřicí přístroje.
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

▼M2

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

▼B

5. Komise zajistí, že informace o zamýšlených opatřeních uvedených v článku 16 jsou v řádné lhůtě dostupné zúčastněným osobám.

*Článek 16***Funkce výboru pro měřicí přístroje**

1. Komise může na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu postupem podle čl. 15 odst. 2 přijmout veškerá vhodná opatření, aby
 - a) určila normativní dokumenty zpracované OIML a vypracovala seznam částí těchto dokumentů, soulad s nimiž zajišťuje předpokládanou shodu s odpovídajícími základními požadavky této směrnice;
 - b) zveřejnila odkazy na normativní dokumenty a seznam uvedené v písmenu a) v řadě C *Úředního věstníku Evropské unie*.

▼M2

2. Komise může na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu změnit zvláštní přílohy pro přístroje (MI-001 až MI-010), pokud jde o
 - a) maximální dovolené chyby a třídy přesnosti;
 - b) stanovené pracovní podmínky;
 - c) hodnoty kritické změny;
 - d) rušení.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst. 3.

▼B

3. Jestliže má členský stát nebo Komise za to, že normativní dokument, na nějž byly v souladu s odst. 1 písm. b) zveřejněny odkazy v řadě C *Úředního věstníku Evropské unie*, zcela nesplňuje základní požadavky uvedené v příloze I a v příslušných zvláštních přílohách pro přístroje, přednese tento členský stát nebo Komise věc Výboru pro měřicí přístroje a uvede své důvody.

Komise postupem uvedeným v čl. 15 odst. 2 uvědomí členské státy o tom, zda je či není nutné stáhnout odkazy na tento normativní dokument ze zveřejnění v *Úředním věstníku Evropské unie*.

▼B

4. Členské státy mohou přijmout vhodná opatření za účelem vedení konzultací se zúčastněnými osobami na vnitrostátní úrovni o činnosti OIML, která se týká oblasti působnosti této směrnice.

*Článek 17***Označení**

1. Označení CE uvedené v článku 7 se skládá z iniciál „CE“ podle návrhu uvedeného v bodě I.B písm. d) přílohy rozhodnutí 93/465/EHS. Označení CE musí být nejméně 5 mm vysoké.

2. Doplnkové metrologické označení se skládá z velkého písmene „M“ a posledních dvou číslic roku, ve kterém byla značka připojena, ohraničených obdélníkem. Výška obdélníku se rovná výšce označení CE. Doplnkové metrologické označení následuje bezprostředně za označením CE.

3. Pokud to postup posuzování shody stanoví, následuje za označením CE a doplnkovým metrologickým označením identifikační číslo dotyčného oznamovaného subjektu uvedeného v článku 11.

4. Jestliže se měřicí přístroj skládá ze souboru zařízení, která však nejsou přístrojovými podskupinami, ale pracují dohromady, umístí se označení na hlavní zařízení přístroje.

Jestliže je měřicí přístroj příliš malý nebo citlivý na to, aby na něm mohlo být umístěno označení CE a doplnkové metrologické označení, umístí se tato označení na obal, pokud existuje, a na průvodní dokumenty, které jsou vyžadovány touto směrnicí.

5. Označení CE a doplnkové metrologické označení musí být nesmazatelné. Identifikační číslo dotyčného oznamovaného subjektu musí být nesmazatelné anebo připojené tak, že je nelze bez poškození odstranit. Všechna označení musí být jasně viditelná nebo snadno přístupná.

*Článek 18***Dozor nad trhem a správní spolupráce**

1. Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření k zajištění toho, že měřicí přístroje, které podléhají právní metrologické kontrole a které nespĺňují odpovídající ustanovení této směrnice, nebudou uváděny na trh nebo do provozu.

2. Příslušné orgány členských států si poskytují vzájemnou pomoc při plnění svých povinností souvisejících s prováděním dozoru nad trhem.

Příslušné orgány si vyměňují zejména

- informace o tom, v jakém rozsahu měřicí přístroje, které zkoušejí, splňují ustanovení této směrnice, a výsledky těchto zkoušek,
- osvědčení ES přezkoušení typu a přezkoumání návrhu a jejich přílohy vydané oznamovanými subjekty a doplňky, změny a odejmutí, které se týkají již vydaných osvědčení,
- schválení systémů jakosti vydaná oznámenými subjekty a informace o systémech jakosti, jejichž schválení bylo zamítnuto nebo staženo,
- zprávy o hodnocení zajišťovaném těmito oznamovanými subjekty, pokud jsou požadovány jinými orgány.

3. Členské státy zajistí, aby všechny nezbytné informace týkající se osvědčení a schválení systémů jakosti byly k dispozici subjektům, které oznámily.

4. Každý členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o tom, které příslušné orgány pro tuto výměnu informací určily.



Článek 19

Ochranná doložka

1. Jestliže členský stát zjistí, že celý měřicí přístroj určitého typu nebo jeho část, které jsou opatřeny označením CE a doplňkovým metrologickým označením a které jsou správně instalovány a používány v souladu s pokyny výrobce, nespĺňují základní požadavky z hlediska metrologických funkcí stanovených v této směrnici, přijme veškerá vhodná opatření, aby stáhl tyto přístroje z trhu, zakázal nebo omezil jejich další uvádění na trh nebo zakázal nebo omezil jejich další používání.

Při rozhodování o výše zmíněných opatřeních musí členský stát zvážit, zda je neshoda systematické, nebo náhodné povahy. Jestliže členský stát zjistí, že neshoda je systematické povahy, uvědomí neprodleně Komisi o přijatých opatřeních a uvede důvody svého rozhodnutí.

2. Komise neprodleně zahájí konzultace s dotčenými osobami.

a) Pokud Komise zjistí, že opatření přijatá příslušným členským státem jsou oprávněná, neprodleně o tom uvědomí tento členský stát a ostatní členské státy.

Příslušný členský stát přijme vhodná opatření proti tomu, kdo připojil příslušné označení, a uvědomí o tom Komisi a ostatní členské státy.

Jestliže je neshoda přisuzována nedostatkům v normách nebo normativních dokumentech, přednese Komise po konzultacích s dotčenými osobami záležitost co nejdříve příslušnému výboru uvedenému v článku 14 nebo 15.

b) Pokud Komise zjistí, že opatření přijatá členským státem nejsou důvodná, uvědomí o tom neprodleně tento členský stát a dotyčného výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce.

Komise zajistí, aby byly členské státy průběžně informovány o průběhu a výsledcích postupu.

Článek 20

Neoprávněně připojená označení

1. Jestliže členský stát zjistí, že označení CE a doplňkové metrologické označení byly připojeny neoprávněně, je výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce povinen

— zajistit, aby byl přístroj uveden ve shodu s ustanoveními o označení CE a o doplňkovém metrologickém označení, která nejsou zahrnuta v čl. 19 odst. 1, a

— ukončit porušování za podmínek uložených daným členským státem.

2. Pokud porušování uvedené v odstavci 1 přetrvává, přijme členský stát veškerá vhodná opatření, aby omezil nebo zakázal uvádění daného přístroje na trh nebo aby zajistil, že bude tento přístroj stažen z trhu, nebo aby zakázal nebo omezil jeho další používání v souladu s postupy uvedenými v článku 19.

Článek 21

Rozhodnutí mající za následek zamítnutí nebo omezení

Každé rozhodnutí přijaté podle této směrnice, které má za následek stažení měřicího přístroje z trhu nebo zákaz nebo omezení jeho uvádění na trh nebo do provozu, musí obsahovat přesné důvody, na kterých je založeno. Toto rozhodnutí musí být bezodkladně oznámeno zúčastněným osobám, které musí být současně informovány o opravných

▼B

prostředcích dostupných podle platných právních předpisů daného členské státní a o lhůtách pro jejich uplatnění.

*Článek 22***Zrušení**

Aniž je dotčen článek 23, zrušují se s účinkem od 30. října 2006 tyto směrnice:

- směrnice Rady 71/318/EHS ze dne 26. července 1971 o sblížení právních předpisů členských států týkajících se plynometrů ⁽¹⁾,
- směrnice 71/319/EHS ze dne 26. července 1971 o sblížení právních předpisů členských států týkajících se průtokoměrů pro kapaliny jiné než voda ⁽²⁾,
- směrnice 71/348/EHS ze dne 12. října 1971 o sblížení právních předpisů členských států týkajících se přídavných zařízení k průtokoměrům pro kapaliny jiné než voda ⁽³⁾,
- směrnice 73/362/EHS ze dne 19. listopadu 1973 o sblížení právních předpisů členských států týkajících se hmotných délkových měrek ⁽⁴⁾,
- směrnice 75/33/EHS ze dne 17. prosince 1974 o sblížení právních předpisů členských států týkajících se vodoměrů na studenou vodu ⁽⁵⁾, pokud jde o měřidla definovaná v příloze MI-001 této směrnice,
- směrnice 75/410/EHS ze dne 24. června 1975 o sblížení právních předpisů členských států týkajících se kontinuálních součtových měřících zařízení ⁽⁶⁾,
- směrnice 76/891/EHS ze dne 4. listopadu 1976 o sblížení právních předpisů členských států týkajících se elektroměrů ⁽⁷⁾,
- směrnice 77/95/EHS ze dne 21. prosince 1976 o sblížení právních předpisů členských států týkajících se taxametrů ⁽⁸⁾,
- směrnice 77/313/EHS ze dne 5. dubna 1977 o sblížení právních předpisů členských států týkajících se měřících systémů pro kapaliny jiné než voda ⁽⁹⁾,
- směrnice 78/1031/EHS ze dne 5. prosince 1978 o sblížení právních předpisů členských států týkajících se automatických kontrolních a třídících vázicích zařízení ⁽¹⁰⁾,
- směrnice 79/830/EHS ze dne 11. září 1979 o sblížení právních předpisů členských států týkajících se vodoměrů na teplou vodu ⁽¹¹⁾.

⁽¹⁾ Úř. věst. L 202, 6.9.1971, s. 21. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 82/623/EHS (Úř. věst. L 252, 27.8.1982, s. 5).

⁽²⁾ Úř. věst. L 202, 6.9.1971, s. 32.

⁽³⁾ Úř. věst. L 239, 25.10.1971, s. 9. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

⁽⁴⁾ Úř. věst. L 335, 5.12.1973, s. 56. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 85/146/EHS (Úř. věst. L 54, 23.2.1985, s. 29).

⁽⁵⁾ Úř. věst. L 14, 20.1.1975, s. 1.

⁽⁶⁾ Úř. věst. L 183, 14.7.1975, s. 25.

⁽⁷⁾ Úř. věst. L 336, 4.12.1976, s. 30.

⁽⁸⁾ Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 59.

⁽⁹⁾ Úř. věst. L 105, 28.4.1977, s. 18. Směrnice ve znění směrnice Komise 82/625/EHS (Úř. věst. L 252, 27.8.1982, s. 10).

⁽¹⁰⁾ Úř. věst. L 364, 27.12.1978, s. 1.

⁽¹¹⁾ Úř. věst. L 259, 15.10.1979, s. 1.

▼B*Článek 23***Přechodná ustanovení**

Odchylně od čl. 8 odst. 2 umožní členské státy pro měřicí úkony, pro které předepsaly použití právně kontrolovaných měřicích přístrojů, uvádět na trh a do provozu měřicí přístroje, které vyhovují pravidlům platným před 30. říjnem 2006, až do uplynutí platnosti schválení typu těchto měřicích přístrojů, nebo v případě schválení typu s neomezenou platností po dobu nejdéle deseti let od 30. října 2006.

▼M1

Pro účely tohoto přechodného období se peněžní hodnoty podle bodu 4.8.1 kapitoly IV přílohy směrnice 71/348/EHS pro Bulharsko a Rumunsko stanoví ve výši:

1 стотинка (1 stotinka)

1 nuevo leu.

▼B*Článek 24***Provádění**

1. Členské státy do 30. dubna 2006 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Členské státy budou tyto předpisy používat ode dne 30. října 2006.

2. Členské státy sdělí Komisi znění ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

*Článek 25***Ustanovení o revizi**

Evropský parlament a Rada vyzývají Komisi, aby nejpozději do 30. dubna 2011 podala zprávu o provedení této směrnice, mimo jiné na základě zpráv poskytnutých členskými státy, a případně předložila návrh změn.

Evropský parlament a Rada vyzývají Komisi, aby zhodnotila, zda jsou postupy posuzování shody průmyslových výrobků správně používány, a případně navrhla změny, aby bylo zajištěno soustavné osvědčování.

*Článek 26***Vstup v platnost**

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

*Článek 27***Určení**

Tato směrnice je určena členskými státním.



PŘÍLOHA I

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

Měřicí přístroj musí poskytovat vysokou úroveň metrologické ochrany, aby každá dotčená osoba mohla mít důvěru ve výsledek měření, a musí být navržen a vyroben s vysokou jakostí z hlediska technologie měření a bezpečnosti měřených dat.

Požadavky, které musí měřicí přístroje splňovat, jsou uvedeny dále a v případě potřeby jsou doplněny zvláštními požadavky na přístroje uvedenými v přílohách MI-001 až MI-010, které jsou v určitých hlediscích obecných požadavků mnohem podrobnější.

Řešení přijatá v důsledku těchto požadavků musí brát v úvahu předpokládaná použití přístroje a jeho předvídatelné zneužití.

DEFINICE

Měřená veličina

Měřená veličina je blíže určená veličina, která je předmětem měření.

Ovlivňující veličina

Ovlivňující veličina je veličina, která není měřenou veličinou, která však ovlivňuje výsledek měření.

Stanovené pracovní podmínky

Stanovené pracovní podmínky jsou hodnoty měřené veličiny a ovlivňujících veličin, které tvoří normální pracovní podmínky přístroje.

Rušení

Rušení je ovlivňující veličina, jejíž hodnota leží v mezích stanovených určitým požadavkem, ale je mimo stanovené pracovní podmínky měřicího přístroje. Ovlivňující veličina je rušením, jestliže pro takovou ovlivňující veličinu nejsou určeny stanovené pracovní podmínky.

Hodnota kritické změny

Hodnota kritické změny je hodnota, při níž je změna výsledku měření považována za nežádoucí.

Hmotná měrka

Hmotná měrka je zařízení určené k reprodukování nebo poskytování jedné nebo více známých hodnot dané veličiny trvalým způsobem během používání.

Přímý prodej

Obchodní transakce je přímým prodejem tehdy, jestliže

- výsledek měření slouží jako základ pro stanovení ceny k zaplacení; a
- alespoň jednou ze stran této transakce, která je spojena s měřením, je spotřebitel nebo jakákoliv jiná osoba vyžadující stejnou úroveň ochrany; a
- všechny strany transakce přijímají výsledek měření v daném čase a na daném místě.

Klimatické prostředí

Klimatické prostředí představuje podmínky, v nichž lze měřicí přístroje používat. Aby bylo možné zohlednit klimatické rozdíly mezi jednotlivými členskými státy, byl definován rozsah teplotních mezí.

Distribuční společnost

Za distribuční společnost se považuje dodavatel elektrické energie, plynu, tepla nebo vody.

POŽADAVKY

1. Dovolené chyby

- 1.1 Za stanovených pracovních podmínek a bez výskytu rušení nesmí chyba měření překročit hodnotu maximální dovolené chyby (*MPE*) stanovené v příslušných požadavcích na daný přístroj.

▼B

Pokud není ve zvláštních přílohách pro přístroje stanoveno jinak, je *MPE* vyjádřena jako oboustranná hodnota odchylky od konvenčně pravé hodnoty měření.

- 1.2 Za stanovených pracovních podmínek a v případě výskytu rušení musí požadavek na funkci odpovídat příslušným zvláštním požadavkům pro daný přístroj.

Pokud je přístroj určen pro používání ve stanoveném trvalém spojitém elektromagnetickém poli, musí jeho dovozené vlastnosti během zkoušky ve vyzařovaném vysokofrekvenčním elektromagnetickém poli s amplitudovou modulací ležet v mezích *MPE*.

- 1.3 Výrobce musí stanovit klimatické, mechanické a elektromagnetické prostředí, v nichž se má daný přístroj používat, napájecí zdroj a další ovlivňující veličiny, které by mohly ovlivňovat jeho přesnost, přičemž je třeba vzít v úvahu požadavky uvedené v příslušných zvláštních přílohách pro přístroje.

1.3.1 *Klimatické prostředí*

Pokud není v přílohách MI-001 až MI-010 stanoveno jinak, stanoví výrobce horní teplotní mez a dolní teplotní mez z hodnot uvedených v tabulce 1 a uvede, zda je přístroj navržen pro vlhkost s kondenzací, nebo bez kondenzace, a také předpokládané umístění daného přístroje, tj. otevřený nebo uzavřený prostor.

Tabulka 1

	Teplotní meze			
Horní teplotní mez	30 °C	40 °C	55 °C	70 °C
Dolní teplotní mez	5 °C	-10 °C	-25 °C	-40 °C

- 1.3.2 a) Mechanická prostředí se dělí do tříd M1 až M3, jak je popsáno dále.

M1 Tato třída se vztahuje na přístroje, které se používají v prostorách s vibracemi a rázy nízkého stupně, např. na přístroje upevněné k lehčím podpůrným konstrukcím, které jsou vystaveny zanedbatelným vibracím a rázům přenášeným z lokálních činností souvisejících se vzduchovými vlnami, zatloukáním kůlů, boucháním dveří atd.

M2 Tato třída se vztahuje na přístroje používané v prostorách s významným nebo vysokým stupněm vibrací a rázů, např. přenášených ze strojů a projíždějících vozidel v těsné blízkosti nebo v sousedství těžkých strojů, dopravníkových pásů atd.

M3 Tato třída se vztahuje na přístroje používané v prostorách, kde je vysoká nebo velmi vysoká úroveň vibrací a rázů, např. na přístroje namontované přímo na stroje, dopravníkové pásy atd.

- b) V souvislosti s mechanickým prostředím je třeba zvažovat následující ovlivňující veličiny:

- vibrace,
- mechanické rázy.

- 1.3.3 a) Pokud není ve zvláštních přílohách pro přístroje stanoveno jinak, dělí se elektromagnetická prostředí do tříd E1, E2, E3, jak je popsáno dále.

E1 Tato třída se vztahuje na přístroje, které se používají v prostorách s elektromagnetickými rušeními, které odpovídají rušením, která se mohou vyskytnout v obytných a obchodních budovách a budovách s lehkým průmyslem.

E2 Tato třída se vztahuje na přístroje používané v prostorách s elektromagnetickými rušeními, která odpovídají těm, která se mohou vyskytnout v průmyslových budovách.

E3 Tato třída se vztahuje na přístroje, které jsou napájeny baterií vozidla. Tyto přístroje musí splňovat požadavky bodu E2 a následující doplňující požadavky:

▼B

- poklesy napětí způsobené nabíjením obvodů startéru motorů s vnitřním spalováním,
- přechodové jevy související s výpadkem zátěže, které se objevují v případech, kdy je za chodu motoru odpojována vybitá baterie.

b) V souvislosti s elektromechanickým prostředím je třeba zvažovat následující ovlivňující veličiny:

- přerušení napětí,
- krátkodobé poklesy napětí,
- přechodová napětí na napájecích vedeních nebo na vedeních signálu,
- elektrostatické výboje,
- vysokofrekvenční elektromagnetická pole,
- vodivá vysokofrekvenční elektromagnetická pole na napájecích vedeních nebo na vedeních signálu,
- rázové vlny na napájecích vedeních nebo na vedeních signálu.

1.3.4 Další ovlivňující veličiny, které je popřípadě třeba zvážit, jsou:

- změny napětí,
- změny kmitočtu sítě,
- magnetická pole síťového kmitočtu,
- veškeré další veličiny, které by mohly významným způsobem ovlivnit přesnost přístroje.

1.4 Na provádění zkoušek podle této směrnice se vztahují následující odstavce:

1.4.1 *Základní pravidla pro zkoušení a pro stanovení chyb*

Základní požadavky uvedené v bodech 1.1 a 1.2 musí být prověřeny pro každou příslušnou ovlivňující veličinu. Pokud není ve zvláštní příloze pro přístroje stanoveno jinak, používají se tyto základní požadavky tehdy, když je každá ovlivňující veličina použita a její vliv je vyhodnocován samostatně, přičemž všechny ostatní veličiny zůstávají relativně konstantní na svých referenčních hodnotách.

Metrologické zkoušky musí být prováděny v průběhu nebo po ukončení působení ovlivňující veličiny, podle toho, který stav odpovídá normálnímu provoznímu stavu přístroje, kdy se tato ovlivňující veličina pravděpodobně projeví.

1.4.2 *Vlhkost okolního prostředí*

- Podle pracovního klimatického prostředí, ve kterém se předpokládá používání příslušného přístroje, lze použít buď zkoušku vlhkým teplem konstantním (bez kondenzace) nebo vlhkým teplem cyklickým (s kondenzací).
- Zkouška vlhkým teplem cyklickým je vhodná tam, kde je významná kondenzace, nebo tam, kde je pronikání vodních par urychlováno vlivem dýchání. Za podmínek, kdy je významným faktorem vlhkost bez kondenzace, je vhodná zkouška vlhkým teplem konstantním.

2. **Reprodukovatelnost**

Při použití stejné měřené veličiny v jiném umístění nebo jiným uživatelem, přičemž všechny ostatní podmínky zůstávají stejné, musí být výsledky po sobě následujících měření velmi podobné. Rozdíl mezi výsledky měření musí být v porovnání s *MPE* malý.

3. **Opakovatelnost**

Při použití stejné měřené veličiny za stejných podmínek měření musí být výsledky po sobě následujících měření velmi podobné. Rozdíl mezi výsledky měření musí být v porovnání s *MPE* malý.

▼B**4. Rozlišitelnost a citlivost**

Měřicí přístroj musí být dostatečně citlivý a musí mít pro předpokládané účely měření dostatečně nízký práh rozlišitelnosti.

5. Odolnost

Měřicí přístroj musí být konstruován tak, aby si zachoval odpovídající stálost svých metrologických vlastností po celé časové období předběžně stanovené výrobcem za předpokladu, že je správným způsobem instalován, udržován a používán v souladu s pokyny výrobce v podmínkách prostředí, pro které je určen.

6. Spolehlivost

Měřicí přístroj musí být konstruován tak, aby co možná nejvíce omezil vliv závady, která by vedla k nepřesnému výsledku měření, pokud není existence takové závady zcela zřejmá.

7. Použitelnost

7.1 Měřicí přístroj nesmí mít žádné vlastnosti, které by mohly usnadňovat úmyslné podvodné zneužití, a možnosti pro neúmyslné nesprávné použití musí být minimální.

7.2 Měřicí přístroj musí být vhodný pro předpokládané použití, přičemž je třeba vzít v úvahu reálné pracovní podmínky, a nesmí klást na uživatele při jeho snaze získat správný výsledek měření nepřiměřené nároky.

7.3 Chyby měřicího přístroje pro měření spotřeby médií v distribuční síti mimo sledovaný rozsah nesmějí být nadměrně odlišné.

7.4 Jestliže je měřicí přístroj určen pro měření hodnot měřené veličiny, která je v průběhu času konstantní, musí být měřicí přístroj necitlivý na malé kolísání hodnoty měřené veličiny, nebo musí vhodným způsobem reagovat.

7.5 Měřicí přístroj musí být dostatečně robustní a materiály, ze kterých je zkonstruován, musí odpovídat podmínkám, ve kterých se má používat.

7.6 Měřicí přístroj musí být navržen tak, aby po uvedení na trh a do provozu umožňoval kontrolu měřicích úkonů. Pokud je třeba, musí být součástí přístroje i speciální zařízení nebo programové vybavení určené pro tuto kontrolu. Postup této zkoušky musí být popsán v návodu k obsluze.

Jestliže je součástí měřicího přístroje programové vybavení, které kromě měřicí funkce zajišťuje ještě další přídavné funkce, musí být toto programové vybavení, které je pro metrologické vlastnosti zásadní, identifikovatelné a nesmí být nepřipustně ovlivnitelné přídavným programovým vybavením.

8. Ochrana před ovlivněním

8.1 Metrologické vlastnosti měřicího přístroje nesmějí být žádným nepřipustným způsobem ovlivněny připojením tohoto přístroje k jinému zařízení, žádnou vlastností připojeného zařízení nebo dálkově připojeným zařízením, které s tímto měřicím přístrojem komunikuje.

8.2 Část technického vybavení, která je zásadní pro metrologické vlastnosti, musí být navržena tak, aby ji bylo možné zabezpečit. Navržená zabezpečovací zařízení musí poskytovat důkaz o každém zásahu.

8.3 Programové vybavení, které je pro metrologické vlastnosti zásadní, musí být jako takové identifikovatelné a musí být zabezpečeno.

Identifikaci programového vybavení musí jednoduchým způsobem umožňovat měřicí přístroj.

Důkaz o každém zásahu musí být k dispozici po přiměřené časové období.

8.4 Hodnoty měření, programové vybavení, které je zásadní pro měřicí vlastnosti, a metrologicky významné parametry, uložené nebo přenášené, musí být odpovídajícím způsobem chráněny před náhodným nebo úmyslným poškozením.

8.5 U měřicích přístrojů pro měření spotřeby médií v distribuční síti nesmí být možné během použití vynulovat indikační jednotku celkového dodaného množství nebo indikační jednotky, ze kterých lze odvodit celkové

▼B

dodané množství, které jako celek nebo částečně tvoří základ účtované ceny.

9. Informace umístěné na přístroji nebo k němu přiložené

9.1 Měřicí přístroj musí být opatřen těmito nápisy:

- značka nebo název výrobce,
- informace o jeho přesnosti,

a v případě potřeby:

- informace týkající se podmínek použití,
- měřicí schopnost,
- měřicí rozsah,
- identifikační označení,
- číslo osvědčení ES přezkoušení typu nebo osvědčení ES přezkoumání návrhu,
- informace o tom, zda doplňková zařízení poskytující metrologické výsledky splňují nebo nespĺňují ustanovení této směrnice týkající se právní metrologické kontroly.

9.2 Přístroj, jehož rozměry jsou příliš malé nebo má příliš jemnou stavbu, aby na něm mohly být umístěny odpovídající informace, musí mít vhodně označený obal, pokud existuje, a doprovodnou dokumentaci, kterou vyžadují ustanovení této směrnice.

9.3 K přístroji musí být přiloženy informace týkající se jeho funkce, pokud ovšem není přístroj tak jednoduchý, že jsou tyto informace zbytečné. Informace musí být snadno pochopitelné a musí v případě potřeby obsahovat:

- stanovené pracovní podmínky;
- třídy mechanického a elektromagnetického prostředí;
- horní a dolní teplotní meze, zda je možná kondenzace nebo nikoliv, umístění v otevřených nebo uzavřených prostorech;
- návody k instalaci, údržbě, opravě, přípustným justováním;
- pokyny pro správný provoz a veškeré zvláštní podmínky použití;
- podmínky pro soulad s rozhraními, přístrojovými podskupinami nebo měřicími přístroji.

9.4 Skupiny stejných přístrojů používané na stejném místě nebo pro měření spotřeby médií v distribuční síti nemusí mít nutně samostatné návody k obsluze.

9.5 Pokud není ve zvláštní příloze pro přístroje stanoveno jinak, dílek stupnice pro měřenou hodnotu musí být ve tvaru 1×10^n , 2×10^n nebo 5×10^n , kde n je libovolné celé číslo nebo nula. Jednotka měření nebo její značka musí být ukázána v blízkosti číselné hodnoty.

9.6 Hmotná měrka musí být označena jmenovitou hodnotou nebo stupnicí s příslušnou jednotkou měření.

9.7 Použité jednotky měření a jejich značky musí být v souladu s ustanoveními právních předpisů Společenství týkajícími se jednotek měření a jejich značek.

9.8 Všechny značky a nápisy vyžadované na základě jakéhokoliv požadavku musí být zřetelné, nesmazatelné, jednoznačné a nepřenosné.

10. Indikace výsledku

10.1 Výsledek měření musí být indikován pomocí ukazovatele nebo trvalého záznamu.

10.2 Indikace výsledku měření musí být zřetelná a jednoznačná a doplněná takovými značkami a nápisy, které jsou nezbytné pro informování uživatele o významnosti výsledku. Za normálních podmínek použití musí být indikovaný výsledek snadno čitelný. Mohou být uvedeny i další indikace za předpokladu, že je není možné zaměnit s metrologicky kontrolovanými indikacemi.

▼B

- 10.3 V případě trvalého záznamu musí být výtisk nebo záznam rovněž snadno čitelný a nesmazatelný.
- 10.4 Měřicí přístroj určený pro obchodní transakce s přímým prodejem musí být navržen tak, aby při předpokládané instalaci ukazoval výsledek měření oběma stranám transakce. Pokud je to z hlediska přímého prodeje zásadní, musí každá stvrzenka poskytovaná zákazníkovi prostřednictvím pomocného zařízení, které nespĺňuje požadavky této směrnice, obsahovat informace o příslušném omezení.
- 10.5 Bez ohledu na to, zda údaj měřicího přístroje pro měření spotřeby médií v distribuční síti může, či nemůže být zjišťován na dálku, musí být v každém případě vybaven metrologicky kontrolovanou indikační jednotkou, která je pro zákazníka přístupná bez pomoci jakéhokoliv nástroje. Čtený údaj indikační jednotky je výsledkem měření, který slouží jako základ pro stanovení účtované ceny.
11. **Další zpracování dat sloužící k dokončení obchodní transakce**
- 11.1 Měřicí přístroj jiný než měřicí přístroj pro měření spotřeby médií v distribuční síti musí trvalým způsobem zaznamenávat výsledek měření doplněný informací, která slouží k identifikaci příslušné transakce, jestliže
- je měření neopakovatelné; a
 - měřicí přístroj běžně slouží pro použití bez přítomnosti jedné ze stran obchodní transakce.
- 11.2 Kromě toho musí být na požádání v okamžiku dokončení měření k dispozici trvalý důkaz o výsledku měření a informace, která slouží k identifikaci transakce.
12. **Posouzení shody**
- Měřicí přístroj musí být navržen tak, aby umožňoval snadné posouzení shody s příslušnými požadavky této směrnice.

*PŘÍLOHA A***PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ZALOŽENÉ NA INTERNÍM ŘÍZENÍ VÝROBY**

1. „Prohlášení o shodě založené na interním řízení výroby“ je postup posuzování shody, kterým výrobce plní povinnosti stanovené v této příloze a zajišťuje a prohlašuje, že dané měřicí přístroje splňují příslušné požadavky této směrnice.

Technická dokumentace

2. Výrobce vypracuje technickou dokumentaci popsanou v článku 10. Tato dokumentace musí umožňovat posouzení shody přístroje s příslušnými požadavky této směrnice. Technická dokumentace musí v míře nezbytné pro takové posouzení zahrnovat návrh, výrobu a funkci přístroje.
3. Výrobce je povinen tuto technickou dokumentaci uchovávat po dobu deseti let od vyrobení posledního přístroje, aby byla dostupná vnitrostátním orgánům.

Výroba

4. Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby zabezpečil shodu vyráběných přístrojů s příslušnými požadavky této směrnice.

Písemné prohlášení o shodě

- 5.1 Výrobce připojí na každý měřicí přístroj, který splňuje příslušné požadavky této směrnice, označení CE a doplňkové metrologické označení.
- 5.2 Prohlášení o shodě se vypracuje pro každý typ přístroje a je uchováváno k dispozici vnitrostátním orgánům po dobu deseti let po vyrobení posledního přístroje. V prohlášení musí být určen přístroj, pro který bylo vypracováno.

Kopie prohlášení se dodává s každým měřicím přístrojem, který se uvádí na trh. Tento požadavek však lze vykládat i tak, že se v případech, kdy se jednomu uživateli dodává větší počet přístrojů, vztahuje spíše než na jednotlivé přístroje na celou dávku nebo zásilku.

Zplnomocněný zástupce

6. Povinnosti výrobce obsažené v bodech 3 a 5.2 mohou být jeho jménem a na jeho odpovědnost splněny jeho zplnomocněným zástupcem.

Není-li výrobce usazen ve Společenství a nemá-li ani zplnomocněného zástupce, připadají povinnosti uvedené v bodech 3 a 5.2 osobě, která uvádí přístroj na trh.



PŘÍLOHA A1

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ZALOŽENÉ NA INTERNÍM ŘÍZENÍ VÝROBY A ZKOUŠENÍ VÝROBKU OZNÁMENÝM SUBJEKTEM

1. „Prohlášení o shodě založené na interním řízení výroby a zkoušení výrobku oznámeným subjektem“ je postup posuzování shody, kterým výrobce plní povinnosti stanovené v této příloze a zajišťuje a prohlašuje, že dané měřicí přístroje splňují příslušné požadavky této směrnice.

Technická dokumentace

2. Výrobce vypracuje technickou dokumentaci popsanou v článku 10. Tato dokumentace musí umožňovat posouzení shody přístroje s příslušnými požadavky této směrnice. Technická dokumentace musí v míře nezbytné pro takové posouzení zahrnovat návrh, výrobu a funkci přístroje.
3. Výrobce uchovává tuto technickou dokumentaci po dobu deseti let po vyrobení posledního přístroje, aby byla dostupná vnitrostátním orgánům.

Výroba

4. Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby zabezpečil shodu vyráběných přístrojů s příslušnými požadavky této směrnice.

Kontroly výrobku

5. Oznámený subjekt, který si výrobce zvolil, provede nebo dá provést kontroly výrobku v přiměřených intervalech, které sám stanoví, aby ověřil kvalitu interních kontrol výrobku, s přihlédnutím mimo jiné k technologické složitosti přístrojů a vyráběnému množství. Oznámený subjekt odebere před uvedením na trh odpovídající vzorek hotových výrobků, který musí být zkontrolován a podroben odpovídajícím zkouškám stanoveným v příslušném dokumentu (příslušných dokumentech) podle článku 13 nebo rovnocenným zkouškám s cílem ověřit shodu výrobku s příslušnými požadavky této směrnice. Pokud takový vhodný dokument neexistuje, rozhodne daný oznámený subjekt, že odpovídající zkoušky budou provedeny.

V případech, kdy určitý počet přístrojů ve vzorku nesplňuje přijatelnou úroveň kvality, přijme oznámený subjekt vhodná opatření.

Písemné prohlášení o shodě

- 6.1 Výrobce připojí na každý měřicí přístroj, který splňuje příslušné požadavky této směrnice, označení CE a doplňkové metrologické označení a na odpovědnost oznámeného subjektu uvedeného v bodě 5 také jeho identifikační číslo.
- 6.2 Prohlášení o shodě se vypracuje pro každý typ přístroje a je uchováváno k dispozici vnitrostátním orgánům po dobu deseti let od vyrobení posledního přístroje. V prohlášení musí být určen typ přístroje, pro který bylo vypracováno.

Kopie prohlášení se dodává s každým měřicím přístrojem, který se uvádí na trh. Tento požadavek však lze vykládat i tak, že se v případech, kdy se jednomu uživateli dodává větší počet přístrojů, vztahuje spíše než na jednotlivé přístroje na celou dávku nebo zásilku.

Zplnomocněný zástupce

7. Povinnosti výrobce obsažené v bodech 3 a 6.2 mohou být jeho jménem a na jeho odpovědnost splněny jeho zplnomocněným zástupcem.

Není-li výrobce usazen ve Společenství a nemá-li ani zplnomocněného zástupce, připadají povinnosti uvedené v bodech 3 a 6.2 osobě, která uvádí přístroj na trh.



PŘÍLOHA B

PŘEZKOUŠENÍ TYPU

1. „Přezkoušení typu“ je část postupu posuzování shody, při níž oznamovaný subjekt přezkoumává technický návrh měřicího přístroje a zjišťuje a prohlašuje, že technický návrh splňuje příslušné požadavky této směrnice.
2. Přezkoušení typu může být provedeno některým z následujících způsobů. O vhodném způsobu a o požadovaných vzorcích rozhodne oznamovaný subjekt:
 - a) přezkoušení reprezentativního vzorku celého měřicího přístroje plánované výroby;
 - b) přezkoušení reprezentativních vzorků jedné nebo více podstatných částí měřicího přístroje plánované výroby a posouzení přiměřenosti technického návrhu ostatních částí měřicího přístroje prostřednictvím přezkoumání technické dokumentace a podpůrných důkazů podle bodu 3;
 - c) posouzení přiměřenosti technického návrhu měřicího přístroje prostřednictvím přezkoumání technické dokumentace a podpůrných důkazů podle bodu 3 bez přezkoušení vzorku.
3. Výrobce podá u oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o přezkoušení typu.
 Žádost musí obsahovat:
 - jméno a adresu výrobce, a pokud žádost podává zplnomocněný zástupce, také jeho jméno a adresu;
 - písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného oznámeného subjektu;
 - technickou dokumentaci popsanou v článku 10. Tato dokumentace musí umožňovat posouzení shody přístroje s příslušnými požadavky této směrnice. Technická dokumentace musí v míře nezbytné pro takové posouzení zahrnovat návrh, výrobu a funkci přístroje;
 - reprezentativní vzorky předpokládané výroby podle požadavků oznámeného subjektu;
 - podpůrné důkazy o přiměřenosti technického návrhu těch částí měřicího přístroje, u kterých nejsou vyžadovány žádné vzorky. Tyto podpůrné důkazy musí odkazovat na všechny příslušné dokumenty, které byly použity, zejména pokud příslušné dokumenty uvedené v článku 13 nebyly použity zcela, a v případě nutnosti zahrnou výsledky zkoušek provedených příslušnou laboratoří výrobce nebo jinou zkušební laboratoří jeho jménem a na jeho odpovědnost.
4. Oznámený subjekt:
 - U vzorků:
 - 4.1 přezkoumá technickou dokumentaci, ověří, zda byly vzorky vyrobeny ve shodě s touto dokumentací, a určí prvky, které byly navrženy v souladu s odpovídajícími ustanoveními příslušných dokumentů uvedených v článku 13, jakož i části, které byly navrženy, aniž byla použita příslušná ustanovení těchto dokumentů;
 - 4.2 provede nebo dá provést příslušné kontroly a zkoušky, aby zjistil, zda v případě, kdy výrobce zvolil řešení podle příslušných dokumentů podle článku 13, byly tyto dokumenty správně použity;
 - 4.3 provede nebo dá provést příslušné kontroly a zkoušky, aby zjistil, zda v případě, kdy výrobce nepoužil řešení příslušných dokumentů podle článku 13, splňují řešení zvolená výrobcem základní požadavky této směrnice;
 - 4.4 dohodne se se žadatelem na kterém místě budou kontroly a zkoušky provedeny.
 - U ostatních částí měřicího přístroje:
 - 4.5 přezkoumá technickou dokumentaci a podpůrné důkazy, aby posoudil přiměřenost technického návrhu ostatních částí měřicího přístroje.
- U výrobního procesu:

▼B

- 4.6 přezkoumá technickou dokumentaci aby se ujistil, že výrobce má odpovídající prostředky pro zajištění pravidelné výroby.
- 5.1 Oznámený subjekt vypracuje zprávu o hodnocení, která zaznamená činnosti provedené podle bodu 4 a jejich výstupy. Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 12 odst. 8, oznámený subjekt může zveřejnit obsah této zprávy, jako celek nebo její část, pouze se souhlasem výrobce.
- 5.2 Jestliže technický návrh splňuje požadavky této směrnice, které se na příslušný měřicí přístroj vztahují, vydá oznámený subjekt výrobci osvědčení ES přezkoušení typu. Osvědčení musí obsahovat název a adresu výrobce a popřípadě jeho zplnomocněného zástupce, závěry přezkoušení, podmínky jeho platnosti (pokud existují) a údaje nezbytné k identifikaci přístroje. K osvědčení může být přiložena jedna nebo více příloh.
- Osvědčení a jeho přílohy musí obsahovat všechny informace potřebné pro posouzení shody a kontrolu za provozu. Aby bylo umožněno zejména posouzení shody vyrobených přístrojů s přezkoušeným typem z hlediska reprodukovatelnosti jejich metrologických vlastností, jestliže jsou správně justovány pomocí vhodných prostředků, musí tyto informace obsahovat:
- metrologické vlastnosti typu přístroje;
 - opatření nezbytná pro zajištění integrity přístrojů (plombování, identifikaci programového vybavení atd.);
 - informace o další prvcích nezbytných pro identifikaci přístrojů a pro vnější vizuální kontrolu shody s typem;
 - v případě potřeby veškeré další zvláštní informace nezbytné k ověření vlastností vyrobených přístrojů;
 - u přístrojových podskupin všechny nezbytné informace pro zabezpečení slučitelnosti s dalšími přístrojovými podskupinami nebo měřicími přístroji.
- Osvědčení je platné po dobu deseti let ode dne vydání a může být prodlouženo na další desetiletá období.
- 5.3 Oznámený subjekt vypracuje zprávu o hodnocení v tomto znění a uchovává ji k dispozici členskému státu, který jej určil.
6. Výrobce informuje oznámený subjekt, který uchovává technickou dokumentaci týkající se osvědčení ES přezkoušení typu, o všech úpravách přístroje, jestliže tyto změny mohou ovlivnit shodu tohoto přístroje se základními požadavky nebo podmínkami platnosti osvědčení. Tyto úpravy vyžadují další schválení formou dodatku k původnímu osvědčení ES přezkoušení typu.
7. Každý oznámený subjekt neprodleně informuje členský stát, který jej určil, o
- vydaných osvědčeních ES přezkoušení typu a jejich přílohách,
 - dodatcích a změnách týkajících se již vydaných osvědčení.
- Každý oznámený subjekt neprodleně informuje členský stát, který jej určil, o odnětí osvědčení ES přezkoušení typu.
- Oznámený subjekt uchovává soubor technické dokumentace včetně dokumentace předložené výrobcem až do ukončení doby platnosti osvědčení.
8. Výrobce uchovává spolu s technickou dokumentací kopii osvědčení ES přezkoušení typu, jeho přílohy a dodatky po dobu deseti let od vyrobení posledního přístroje.
9. Zplnomocněný zástupce výrobce může podat žádost uvedenou v bodě 3 a plnit povinnosti uvedené v bodech 6 a 8. Není-li výrobce ani jeho zplnomocněný zástupce usazen ve Společenství, má povinnost uchovávat technickou dokumentaci k dispozici na požádání osoba určená výrobcem.

*PŘÍLOHA C***PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S TYPEM ZALOŽENÉ NA INTERNÍM ŘÍZENÍ VÝROBY**

1. „Prohlášení o shodě s typem založené na interním řízení výroby“ je část postupu posuzování shody, kterým výrobce plní povinnosti stanovené v této příloze a zajišťuje a prohlašuje, že dané měřicí přístroje jsou ve shodě s typem popsáním v osvědčení ES přezkoušení typu a splňují příslušné požadavky této směrnice.

Výroba

2. Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistil shodu vyráběných přístrojů s typem popsáním v osvědčení ES přezkoušení typu a s příslušnými požadavky této směrnice.

Písemné prohlášení o shodě

- 3.1 Výrobce připojí označení CE a doplňkové metrologické označení na každý měřicí přístroj, který je ve shodě s typem popsáním v osvědčení ES přezkoušení typu a splňuje příslušné požadavky této směrnice.
- 3.2 Prohlášení o shodě se vypracuje pro každý typ přístroje a uchovává se k dispozici vnitrostátním orgánům po dobu deseti let od vyrobení posledního přístroje. V prohlášení musí být určen typ přístroje, pro který je vypracováno.

Kopie prohlášení se dodává s každým měřicím přístrojem, který se uvádí na trh. Tento požadavek však lze vykládat i tak, že se v případech, kdy se jednomu uživateli dodává větší počet přístrojů, vztahuje spíše než na jednotlivé přístroje na celou dávku nebo zásilku.

Zplnomocněný zástupce

4. Povinnosti výrobce obsažené v bodě 3.2 mohou být jeho jménem a na jeho odpovědnost splněny jeho zplnomocněným zástupcem.

Není-li výrobce usazen ve Společenství a nemá-li zplnomocněného zástupce, připadají povinnosti uvedené v bodě 3.2 osobě, která uvádí přístroj na trh.



PŘÍLOHA CI

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S TYPEM ZALOŽENÉ NA INTERNÍM ŘÍZENÍ VÝROBY A ZKOUŠENÍ VÝROBKU OZNÁMENÝM SUBJEKTEM

1. „Prohlášení o shodě s typem založené na interním řízení výroby a zkoušení výrobku oznámeným subjektem“ je část postupu posuzování shody, kterým výrobce plní povinnosti stanovené v této příloze a zajišťuje a prohlašuje, že dané měřicí přístroje jsou ve shodě s typem popsaným v osvědčení ES přezkoušení typu a splňují příslušné požadavky této směrnice.

Výroba

2. Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby zabezpečil shodu vyráběných přístrojů s typem popsaným v osvědčení ES přezkoušení typu a s příslušnými požadavky této směrnice.

Kontroly výrobku

3. Oznámený subjekt, který si výrobce zvolil, provede nebo dá provést kontroly výrobku v přiměřených intervalech, které sám stanoví, aby ověřil jakost interní kontroly výrobku, s přihlédnutím mimo jiné k technologické složitosti přístrojů a vyráběnému množství. Oznámený subjekt odebere před uvedením na trh odpovídající vzorek hotových výrobků, který musí být zkontrolován a podroben odpovídajícím zkouškám stanoveným v příslušných dokumentech podle článku 13 nebo rovnocenným zkouškám s cílem ověřit shodu výrobku s typem popsaným v osvědčení ES přezkoušení typu a s příslušnými požadavky této směrnice. Pokud příslušný dokument neexistuje, rozhodne daný oznámený subjekt, že odpovídající zkoušky budou provedeny.

V případech, kdy určitý počet přístrojů ve vzorku nespĺňuje přijatelnou úroveň jakosti, přijme oznámený subjekt vhodná opatření.

Písenné prohlášení o shodě

- 4.1 Výrobce připojí na každý měřicí přístroj, který je ve shodě s typem popsaným v osvědčení ES přezkoušení typu a splňuje příslušné požadavky této směrnice, označení CE a doplňkové metrologické označení a na odpovědnost oznámeného subjektu uvedeného v bodě 3 jeho identifikační číslo.
- 4.2 Prohlášení o shodě se vypracuje pro každý typ přístroje a uchovává se k dispozici vnitrostátním orgánům po dobu deseti let od vyrobení posledního přístroje. V prohlášení musí být určen typ přístroje, pro který bylo vypracováno.

Kopie prohlášení se dodává s každým měřicím přístrojem, který se uvádí na trh. Tento požadavek však lze vykládat i tak, že se v případech, kdy se jednomu uživateli dodává větší počet přístrojů, vztahuje spíše než na jednotlivé přístroje na celou dávku nebo zásilku.

Zplnomocněný zástupce

5. Povinnosti výrobce obsažené v bodě 4.2 mohou být jeho jménem a na jeho odpovědnost splněny jeho zplnomocněným zástupcem.

Není-li výrobce usazen ve Společenství a nemá-li zplnomocněného zástupce, pak povinnosti uvedené v bodě 4.2 připadají osobě, která uvádí přístroj na trh.



PŘÍLOHA D

**PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S TYPEM ZALOŽENÉ NA ZABEZPEČOVÁNÍ
JAKOSTI VÝROBNÍHO PROCESU**

1. „Prohlášení o shodě s typem založené na zabezpečování jakosti výrobního procesu“ je část postupu posuzování shody, kterým výrobce plní povinnosti stanovené v této příloze a zajišťuje a prohlašuje, že dané měřicí přístroje jsou ve shodě s typem popsáním v osvědčení ES přezkoušení typu a splňují příslušné požadavky této směrnice.

Výroba

2. Výrobce používá schválený systém jakosti pro výrobu, výstupní kontrolu výrobku a zkoušení daného měřicího přístroje podle bodu 3 a podléhá doзору podle bodu 4.

Systém jakosti

- 3.1 Výrobce podá u oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o posouzení systému jakosti.

Žádost musí obsahovat

- všechny příslušné informace o předpokládané kategorii přístrojů,
- dokumentaci systému jakosti,
- technickou dokumentaci schváleného typu a kopii osvědčení ES přezkoušení typu.

- 3.2 Systém jakosti musí zabezpečovat shodu přístrojů s typem popsáním v osvědčení ES přezkoušení typu a s příslušnými požadavky této směrnice.

Všechny podklady, požadavky a předpisy používané výrobcem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných pravidel, postupů a návodů. Tato dokumentace systému jakosti musí umožňovat jednoznačný výklad programů jakosti, plánů jakosti, příruček jakosti a záznamů o jakosti.

Dokumentace systému jakosti musí obsahovat zejména přiměřený popis

- cílů jakosti a organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o jakost výrobků,
- metod, postupů a systematických opatření, kterých bude použito při výrobě a při řízení a zabezpečování jakosti,
- kontrol a zkoušek, které budou provedeny před výrobou, během výroby a po výrobě, s uvedením jejich četností,
- záznamů o jakosti, např. protokolů o kontrolách, výsledků zkoušek, údajů o kalibraci, zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.,
- prostředků umožňujících dozor nad dosahováním požadované jakosti výrobků a efektivním fungováním systému jakosti.

- 3.3 Oznámený subjekt posoudí systém jakosti s cílem určit, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2. U systému jakosti, který splňuje odpovídající specifikace vnitrostátní normy, která provádí příslušnou harmonizovanou normu, se shoda s těmito požadavky předpokládá od okamžiku, kdy na harmonizovanou normu byly zveřejněny odkazy.

Vedle zkušeností se systémem řízení jakosti musí mít skupina auditorů zkušenosti v příslušné oblasti metrologie a technologie daného přístroje a znalosti příslušných požadavků této směrnice. Součástí hodnocení musí být inspekční návštěva v provozních prostorách výrobce.

Rozhodnutí musí být oznámeno výrobcem. Toto oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

- 3.4 Výrobce se zaváže, že bude plnit povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti a bude jej udržovat, aby byl i nadále přiměřený a účinný.
- 3.5 Výrobce informuje oznámený subjekt, který schválil systém jakosti, o každé zamýšlené změně systému jakosti.

▼B

Oznámený subjekt zhodnotí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém jakosti stále ještě splňuje požadavky podle bodu 3.2, nebo zda je nezbytné nové posouzení.

Oznámený subjekt oznámí výrobci své rozhodnutí. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

Dozor, za který odpovídá oznámený subjekt

- 4.1 Účelem dozoru je ujistit se, že výrobce řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti.
- 4.2 Výrobce umožní oznámenému subjektu za účelem inspekce vstup do prostor určených pro výrobu, kontrolu, zkoušení a skladování a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména
 - dokumentaci systému jakosti;
 - záznamy o jakosti, např. protokoly o kontrolách, údaje o zkouškách, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.
- 4.3 Oznámený subjekt pravidelně provádí audity, aby se ujistil, že výrobce udržuje a používá systém jakosti, a předává výrobci zprávu o auditu.
- 4.4 Vedle toho může oznámený subjekt uskutečnit u výrobce neočekávané návštěvy. Při těchto návštěvách může oznámený subjekt v případě potřeby provést nebo dát provést zkoušky, aby ověřil, zda systém jakosti řádně funguje. Oznámený subjekt poskytne výrobci zprávu o návštěvě a při provedení zkoušek rovněž protokol o zkoušce.

Písemné prohlášení o shodě

- 5.1 Výrobce připojí na každý měřicí přístroj, který je ve shodě s typem popsáním v osvědčení ES přezkoušení typu a splňuje příslušné požadavky této směrnice, označení CE a doplňkové metrologické označení a na odpovědnost oznámeného subjektu uvedeného v bodě 3.1 jeho identifikační číslo.
- 5.2 Prohlášení o shodě se vypracuje pro každý typ přístroje a uchovává se k dispozici vnitrostátním orgánům po dobu deseti let od vyrobení posledního přístroje. V prohlášení musí být určen typ přístroje, pro který bylo vypracováno.

Kopie prohlášení se dodává s každým měřicím přístrojem, který se uvádí na trh. Tento požadavek však lze vykládat i tak, že se v případech, kdy se jednomu uživateli dodává větší počet přístrojů, vztahuje spíše než na jednotlivé přístroje na celou dávku nebo zásilku.
6. Výrobce uchovává k dispozici vnitrostátním orgánům po dobu deseti let po vyrobení posledního přístroje
 - dokumentaci uvedenou v druhé odrážce bodu 3.1,
 - schválené změny podle bodu 3.5,
 - rozhodnutí a zprávy oznámeného subjektu podle bodů 3.5, 4.3 a 4.4.
7. Každý oznámený subjekt pravidelně poskytuje členskému státu, který jej určil, seznam vydaných nebo zamítnutých schválení systémů jakosti a neprodleně členský stát, který jej určil, informuje o každém odnětí schválení systému jakosti.

Zplnomocněný zástupce

8. Povinnosti výrobce obsažené v bodech 3.1, 3.5, 5.2 a 6 mohou být jeho jménem a na jeho odpovědnost splněny jeho zplnomocněným zástupcem.



PŘÍLOHA D1

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ZALOŽENÉ NA ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI VÝROBNÍHO PROCESU

1. „Prohlášení o shodě založené na zabezpečování jakosti výrobního procesu“ je postup posuzování shody, kterým výrobce plní povinnosti stanovené v této příloze a zajišťuje a prohlašuje, že dané měřicí přístroje splňují příslušné požadavky této směrnice.

Technická dokumentace

2. Výrobce vypracuje technickou dokumentaci popsanou v článku 10. Tato dokumentace musí umožňovat posouzení shody přístroje s příslušnými požadavky této směrnice. Technická dokumentace musí v míře nezbytné pro takové posouzení zahrnovat návrh a funkci přístroje.
3. Výrobce uchovává k dispozici příslušným vnitrostátním orgánům technickou dokumentaci po dobu deseti let od vyrobení posledního přístroje.

Výroba

4. Výrobce používá schválený systém jakosti pro výrobu, výstupní kontrolu výrobku a zkoušení daného měřicího přístroje podle bodu 5 a podléhá doзору podle bodu 6.

Systém jakosti

- 5.1 Výrobce podá u oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o posouzení systému jakosti.

Žádost musí obsahovat

- všechny příslušné informace o předpokládané kategorii přístrojů;
- dokumentaci systému jakosti;
- technickou dokumentaci uvedenou v bodě 2.

- 5.2 Systém jakosti musí zabezpečovat shodu přístrojů s příslušnými požadavky této směrnice.

Všechny podklady, požadavky a předpisy přijaté výrobcem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných pravidel, postupů a návodů. Tato dokumentace systému jakosti musí umožňovat jednoznačný výklad programů jakosti, plánů jakosti, příruček jakosti a záznamů o jakosti.

Dokumentace systému jakosti musí obsahovat zejména přiměřený popis

- cílů jakosti a organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o jakost výrobků;
- metod, postupů a systematických opatření, kterých bude použito při výrobě a při řízení a zabezpečování jakosti;
- kontrol a zkoušek, které budou provedeny před výrobou, během výroby a po výrobě, s uvedením jejich četnosti;
- záznamů o jakosti, např. protokolů o kontrolách, výsledků zkoušek, údajů o kalibraci, zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.;
- prostředků umožňujících dozor nad dosahováním požadované jakosti výrobků a efektivním fungováním systému jakosti.

- 5.3 Oznámený subjekt posoudí systém jakosti s cílem určit, zda splňuje požadavky podle bodu 5.2. U systému jakosti, který splňuje odpovídající specifikace vnitrostátní normy, která provádí příslušnou harmonizovanou normu, se shoda s těmito požadavky předpokládá od okamžiku, kdy na harmonizovanou normu byly zveřejněny odkazy.

Vedle zkušeností se systémem řízení jakosti musí mít skupina auditorů zkušenosti v příslušné oblasti metrologie a technologie daného přístroje a znalosti příslušných požadavků této směrnice. Součástí hodnocení musí být inspekční návštěva v provozních prostorách výrobce.

Rozhodnutí musí být oznámeno výrobcí. Toto oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

▼B

- 5.4 Výrobce se zaváže, že bude plnit povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti a bude jej udržovat, aby byl i nadále přiměřený a účinný.
- 5.5 Výrobce informuje oznámený subjekt, který schválil systém jakosti, o každé zamýšlené aktualizaci systému jakosti.
- Oznámený subjekt zhodnotí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém jakosti stále ještě splňuje požadavky podle bodu 5.2, nebo zda je nezbytné nové posouzení.
- Oznámený subjekt oznámí výrobci své rozhodnutí. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

Dozor, za který odpovídá oznámený subjekt

- 6.1 Účelem dozoru je ujistit se, že výrobce řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti.
- 6.2 Výrobce umožní oznámenému subjektu za účelem inspekce vstup do prostor určených pro výrobu, kontrolu, zkoušení a skladování a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména
- dokumentaci systému jakosti,
 - technickou dokumentaci podle bodu 2,
 - záznamy o jakosti, např. protokoly o kontrolách, výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.
- 6.3 Oznámený subjekt pravidelně provádí audity, aby se ujistil, že výrobce udržuje a používá systém jakosti, a předává výrobci zprávu o auditu.
- 6.4 Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit u výrobce neočekávané návštěvy. Při těchto návštěvách může oznámený subjekt v případě potřeby provést nebo dát provést zkoušky, aby ověřil, zda systém jakosti řádně funguje. Oznámený subjekt poskytne výrobci zprávu o návštěvě a při provedení zkoušek rovněž protokol o zkoušce.

Písemné prohlášení o shodě

- 7.1 Výrobce připojí na každý měřicí přístroj, který je ve shodě s typem popsáním v osvědčení ES přezkoušení typu a splňuje příslušné požadavky této směrnice, označení CE a doplňkové metrologické označení a na odpovědnost oznámeného subjektu uvedeného v bodě 5.1 jeho identifikační číslo.
- 7.2 Prohlášení o shodě se vypracuje pro každý typ přístroje a uchovává se k dispozici vnitrostátním orgánům po dobu deseti let od vyrobení posledního přístroje. V prohlášení musí být určen typ přístroje, pro který bylo vypracováno.
- Kopie prohlášení se dodává s každým měřicím přístrojem, který se uvádí na trh. Tento požadavek však lze vykládat i tak, že se v případech, kdy se jednomu uživateli dodává větší počet přístrojů, vztahuje spíše než na jednotlivé přístroje na celou dávku nebo zásilku.
8. Výrobce uchovává k dispozici vnitrostátním orgánům po dobu deseti let po vyrobení posledního přístroje
- dokumentaci uvedenou v druhé odrážce bodu 5.1,
 - schválené změny podle bodu 5.5,
 - rozhodnutí a zprávy oznámeného subjektu podle bodů 5.5, 6.3 a 6.4.
9. Každý oznámený subjekt pravidelně poskytuje členskému státu, který jej určil, seznam vydaných nebo zamítnutých schválení systémů jakosti a neprodleně členský stát, který jej určil, informuje o každém odnětí schválení systému jakosti.

Zplnomocněný zástupce

10. Povinnosti výrobce obsažené v bodech 3, 5.1, 5.5, 7.2 a 8 mohou být jeho jménem a na jeho odpovědnost splněny jeho zplnomocněným zástupcem.



PŘÍLOHA E

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S TYPEM ZALOŽENÉ NA ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI VÝSTUPNÍ KONTROLY VÝROBKU A ZKOUŠENÍ

1. „Prohlášení o shodě s typem založené na zabezpečování jakosti výstupní kontroly a zkoušení“ je část postupu posuzování shody, kterým výrobce plní povinnosti stanovené v této příloze a zajišťuje a prohlašuje, že dané měřicí přístroje jsou ve shodě s typem popsáním v osvědčení ES přezkoušení typu a splňují příslušné požadavky této směrnice.

Výroba

2. Výrobce používá schválený systém jakosti pro výstupní kontrolu výrobku a zkoušení daného měřicího přístroje podle bodu 3 a podléhá dozoru podle bodu 4.

Systém jakosti

- 3.1 Výrobce podá u oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o posouzení systému jakosti.

Žádost musí obsahovat

- všechny příslušné informace o předpokládané kategorii přístrojů,
- dokumentaci systému jakosti,
- technickou dokumentaci schváleného typu a kopii osvědčení ES přezkoušení typu.

- 3.2 Systém jakosti musí zabezpečovat shodu přístrojů s typem popsáním v osvědčení ES přezkoušení typu a s příslušnými požadavky této směrnice.

Všechny podklady, požadavky a předpisy přijaté výrobcem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných pravidel, postupů a návodů. Tato dokumentace systému jakosti musí umožňovat jednoznačný výklad programů jakosti, plánů jakosti, příruček jakosti a záznamů o jakosti.

Dokumentace systému jakosti musí obsahovat zejména přiměřený popis

- cílů jakosti a organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o jakost výrobků;
- kontrol a zkoušek, které budou provedeny po výrobě;
- záznamů o jakosti, např. protokolů o kontrolách, výsledků zkoušek, údajů o kalibraci, zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.;
- prostředků umožňujících dozor nad efektivním fungováním systému jakosti.

- 3.3 Oznámený subjekt posoudí systém jakosti s cílem určit, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2. U systému jakosti, který splňuje odpovídající specifikace vnitrostátní normy, která provádí příslušnou harmonizovanou normu, se shoda s těmito požadavky předpokládá od okamžiku, kdy na harmonizovanou normu byly zveřejněny odkazy.

Vedle zkušeností se systémem řízení jakosti musí mít skupina auditorů zkušenosti v příslušné oblasti metrologie a technologie daného přístroje a znalosti příslušných požadavků této směrnice. Součástí hodnocení musí být inspekční návštěva v provozních prostorách výrobce.

Rozhodnutí musí být oznámeno výrobcí. Toto oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

- 3.4 Výrobce se zaváže, že bude plnit povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti a bude jej udržovat, aby byl i nadále přiměřený a účinný.

- 3.5 Výrobce informuje oznámený subjekt, který schválil systém jakosti, o každé zamýšlené změně systému jakosti.

Oznámený subjekt zhodnotí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém jakosti stále ještě splňuje požadavky podle bodu 3.2, nebo zda je nezbytné nové posouzení.

▼B

Oznámený subjekt oznámí výrobci své rozhodnutí. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

Dozor, za který odpovídá oznámený subjekt

- 4.1 Účelem dozoru je ujistit se, že výrobce řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti.
- 4.2 Výrobce umožní oznámenému subjektu za účelem inspekce vstup do prostor určených pro kontrolu, zkoušení a skladování a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména
 - dokumentaci systému jakosti;
 - záznamy o jakosti, např. protokoly o kontrolách, výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.
- 4.3 Oznámený subjekt pravidelně provádí audity, aby se ujistil, že výrobce udržuje a používá systém jakosti, a předává výrobci zprávu o auditu.
- 4.4 Vedle toho může oznámený subjekt provádět neočekávané návštěvy u výrobce. Při těchto návštěvách může oznámený subjekt v případě potřeby provést nebo dát provést zkoušky, aby ověřil, zda systém jakosti řádně funguje. Oznámený subjekt poskytne výrobci zprávu o návštěvě a při provedení zkoušek rovněž protokol o zkoušce.

Písemné prohlášení o shodě

- 5.1. Výrobce připojí na každý měřicí přístroj, který je ve shodě s typem popsaným v osvědčení ES přezkoušení typu a splňuje příslušné požadavky této směrnice, označení CE a doplňkové metrologické označení a na odpovědnost oznámeného subjektu uvedeného v bodě 3.1 jeho identifikační číslo.
- 5.2. Prohlášení o shodě se vypracuje pro každý typ přístroje a uchovává se k dispozici vnitrostátním orgánům po dobu deseti let po vyrobení posledního přístroje. V prohlášení musí být určen typ přístroje, pro který je vypracováno. Kopie prohlášení se dodává s každým měřicím přístrojem, který se uvádí na trh. Tento požadavek však lze vykládat i tak, že se v případech, kdy se jednomu uživateli dodává větší počet přístrojů, vztahuje spíše než na jednotlivé přístroje na celou dávku nebo zásilku.
6. Výrobce uchovává k dispozici vnitrostátním orgánům po dobu deseti let od vyrobení posledního přístroje
 - dokumentaci uvedenou v druhé odrážce bodu 3.1,
 - schválené změny podle druhého odstavce bodu 3.5,
 - rozhodnutí a zprávy oznámeného subjektu podle posledního odstavce bodu 3.5 a podle bodů 4.3 a 4.4.
7. Každý oznámený subjekt pravidelně poskytuje členskému státu, který jej určil, seznam vydaných nebo zamítnutých schválení systémů jakosti a neprodleně členský stát, který jej určil, informuje o každém odnětí schválení systému jakosti.

Zplnomocněný zástupce

8. Povinnosti výrobce obsažené v bodech 3.1, 3.5, 5.2 a 6 mohou být jeho jménem a na jeho odpovědnost splněny jeho zplnomocněným zástupcem.



PŘÍLOHA EI

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ZALOŽENÉ NA ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI VÝSTUPNÍ KONTROLY VÝROBKU A ZKOUŠENÍ

1. „Prohlášení o shodě založené na zabezpečování jakosti výstupní kontroly a zkoušení“ je postup posuzování shody, kterým výrobce plní povinnosti stanovené v této příloze a zajišťuje a prohlašuje, že dané měřicí přístroje splňují příslušné požadavky této směrnice.

Technická dokumentace

2. Výrobce vypracuje technickou dokumentaci popsanou v článku 10. Tato dokumentace musí umožňovat posouzení shody přístroje s příslušnými požadavky této směrnice. Technická dokumentace musí v míře nezbytné pro takové posouzení zahrnovat návrh, výrobu a funkci přístroje.
3. Výrobce uchovává technickou dokumentaci k dispozici vnitrostátním orgánům po dobu deseti let od vyrobení posledního přístroje.

Výroba

4. Výrobce používá schválený systém jakosti pro výstupní kontrolu výrobku a zkoušení daného měřicího přístroje podle bodu 5 a podléhá dozoru podle bodu 6.

Systém jakosti

- 5.1 Výrobce podá u oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o posouzení systému jakosti.

Žádost musí obsahovat:

- všechny příslušné informace o předpokládané kategorii přístrojů,
- dokumentaci systému jakosti
- technickou dokumentaci podle bodu 2.

- 5.2 Systém jakosti musí zajišťovat shodu přístrojů s příslušnými požadavky této směrnice.

Všechny podklady, požadavky a předpisy používané výrobcem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných pravidel, postupů a návodů. Tato dokumentace systému jakosti musí umožňovat jednoznačný výklad programů jakosti, plánů jakosti, příruček jakosti a záznamů o jakosti.

Tato dokumentace musí obsahovat zejména přiměřený popis

- cílů jakosti a organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o jakost výrobků;
- kontrol a zkoušek, které budou provedeny po výrobě;
- záznamů o jakosti, např. protokolů o kontrolách, výsledků zkoušek, údajů o kalibraci, zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.;
- prostředků umožňujících dozor nad efektivním fungováním systému jakosti.

- 5.3 Oznámený subjekt posoudí systém jakosti s cílem určit, zda splňuje požadavky uvedené v bodě 5.2. U systému jakosti, který splňuje odpovídající specifikace vnitrostátní normy, která provádí příslušnou harmonizovanou normu, se shoda s těmito požadavky předpokládá od okamžiku, kdy na harmonizovanou normu byly zveřejněny odkazy.

Kromě zkušeností se systémem řízení jakosti musí mít skupina auditorů zkušenosti v příslušné oblasti metrologie a technologie daného přístroje a znalosti příslušných požadavků této směrnice. Součástí hodnocení musí být inspekční návštěva v provozních prostorách výrobce.

Rozhodnutí musí být oznámeno výrobcí. Toto oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

- 5.4 Výrobce se zaváže, že bude plnit povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti a bude jej udržovat, aby byl i nadále přiměřený a účinný.

▼B

- 5.5 Výrobce informuje oznámený subjekt, který schválil systém jakosti, o každé zamýšlené změně systému jakosti.

Oznámený subjekt posoudí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém jakosti stále ještě splňuje požadavky podle bodu 5.2, nebo zda je nezbytné nové posouzení.

Oznámený subjekt oznámí výrobci své rozhodnutí. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

Dozor, za který odpovídá oznámený subjekt

- 6.1 Účelem dozoru je zjistit, zda výrobce řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti.
- 6.2 Výrobce umožní oznámenému subjektu za účelem inspekce vstup do prostor určených pro kontrolu, zkoušení a skladování a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména
- dokumentaci systému jakosti,
 - technickou dokumentaci podle bodu 2,
 - záznamy o jakosti, např. protokoly o kontrolách, výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.
- 6.3 Oznámený subjekt pravidelně provádí audity, aby se ujistil, že výrobce udržuje a používá systém jakosti, a předává výrobci zprávu o auditu.
- 6.4 Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit u výrobce neočekávané návštěvy. Při těchto návštěvách může oznámený subjekt v případě potřeby provést nebo dát provést zkoušky, aby ověřil, zda systém jakosti řádně funguje. Oznámený subjekt předá výrobci zprávu o návštěvě a při provedení zkoušek rovněž protokol o zkoušce.

Písemné prohlášení o shodě

- 7.1 Výrobce připojí na každý měřicí přístroj, který je ve shodě s typem popsáním v osvědčení ES přezkoušení typu a splňuje příslušné požadavky této směrnice, označení CE a doplňkové metrologické označení a na odpovědnost oznámeného subjektu uvedeného v bodě 5.1 jeho identifikační číslo.
- 7.2 Prohlášení o shodě se vypracuje pro každý typ přístroje a je uchováváno k dispozici vnitrostátním orgánům po dobu deseti let po vyrobení posledního přístroje. V prohlášení musí být určen typ přístroje, pro který je vypracováno.
- Kopie prohlášení se dodává s každým měřicím přístrojem, který se uvádí na trh. Tento požadavek však lze vykládat i tak, že se v případech, kdy se jednomu uživateli dodává větší počet přístrojů, vztahuje spíše než na jednotlivé přístroje na celou dávku nebo zásilku.
8. Výrobce uchovává k dispozici vnitrostátním orgánům po dobu deseti let od vyrobení posledního přístroje
- dokumentaci uvedenou v druhé odrážce bodu 5.1,
 - schválenou změnu podle bodu 5.5,
 - rozhodnutí a zprávy oznámeného subjektu podle bodů 5.5, 6.3 a 6.4.
9. Každý oznámený subjekt pravidelně poskytuje členskému státu, který jej určil, seznam vydaných nebo zamítnutých schválení systémů jakosti a neprodleně členský stát, který jej určil, informuje o každém odnětí schválení systému jakosti.

Zplnomocněný zástupce

10. Povinnosti výrobce obsažené v bodech 3, 5.1, 5.5, 7.2 a 8 mohou být jeho jménem a na jeho odpovědnost splněny jeho zplnomocněným zástupcem.



PŘÍLOHA F

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S TYPEM ZALOŽENÉ NA OVĚŘOVÁNÍ VÝROBKŮ

1. „Prohlášení o shodě s typem založené na ověřování výrobků“ je část postupu posuzování shody, kterým výrobce plní povinnosti stanovené v této příloze, zajišťuje a prohlašuje, že měřicí přístroje podle ustanovení bodu 3 jsou ve shodě s typem popsáním v osvědčení ES přezkoušení typu a splňují příslušné požadavky této směrnice.

Výroba

2. Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistil shodu vyráběných přístrojů se schváleným typem popsáním v osvědčení ES přezkoušení typu a s příslušnými požadavky této směrnice.

Ověřování

3. Oznámený subjekt, který si výrobce zvolil, provede nebo dá provést příslušné kontroly a zkoušky s cílem ověřit shodu přístrojů s typem popsáním v osvědčení ES přezkoušení typu a s příslušnými požadavky této směrnice.

Kontroly a zkoušky provedené za účelem ověření shody s metrologickými požadavky se provedou, podle volby výrobce, buď kontrolou a zkoušením každého přístroje podle bodu 4, nebo kontrolou a zkouškami přístrojů na základě statistických metod podle bodu 5.

4. *Ověřování shody s metrologickými požadavky kontrolou a zkoušením každého přístroje.*

- 4.1 Každý přístroj musí být jednotlivě zkontrolován a musí být provedeny odpovídající zkoušky stanovené v příslušných dokumentech uvedených v článku 13 nebo musí být provedeny rovnocenné zkoušky s cílem ověřit shodu s metrologickými požadavky, které se na něj vztahují. Pokud takový příslušný dokument neexistuje, rozhodne daný oznámený subjekt, že odpovídající zkoušky budou provedeny.

- 4.2 Oznámený subjekt vydá osvědčení shody vztahující se k provedeným kontrolám a zkouškám a opatří nebo dá na svou odpovědnost opatřit každý schválený přístroj svým identifikačním číslem.

Výrobce uchovává osvědčení shody po dobu deseti let od provedení osvědčení daného přístroje pro účely inspekce prováděné vnitrostátními orgány.

5. *Statistické ověřování shody s metrologickými požadavky.*

- 5.1 Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces zajišťoval stejnorodost každé vyrobené dávky, a předkládá své přístroje k ověřování ve formě stejnorodých dávek.

- 5.2 Z každé výrobní dávky se podle požadavků bodu 5.3 náhodným výběrem odebere vzorek. Všechny přístroje ve vzorku se jednotlivě zkontrolují a provedou se odpovídající zkoušky stanovené v příslušných dokumentech uvedených v článku 13 nebo rovnocenné zkoušky s cílem ověřit shodu s metrologickými požadavky, které se na ně vztahují, a rozhodnout, zda bude výrobní dávka přijata, nebo zamítnuta. Pokud takový příslušný dokument neexistuje, rozhodne daný oznámený subjekt, že odpovídající zkoušky budou provedeny.

- 5.3 Statistický postup musí splňovat následující požadavky:

Bude užitá statistická kontrola srovnáváním. Systém výběru vzorků musí zajišťovat

- úroveň jakosti odpovídající pravděpodobnosti přijetí 95 % s podílem neshody menším než 1 %,
- mezní jakost odpovídající pravděpodobnosti přijetí 5 % s podílem neshody menším než 7 %.

- 5.4 Pokud je výrobní dávka přijata, všechny přístroje z této dávky jsou schváleny s výjimkou těch přístrojů ze vzorku, u nichž byla zjištěna neshoda.

▼B

Oznámený subjekt vydá osvědčení shody vztahující se k provedeným kontrolám a zkouškám a na svou odpovědnost opatří nebo dá opatřit každý schválený přístroj svým identifikačním číslem.

Výrobce uchovává osvědčení shody k dispozici vnitrostátním orgánům pro účely inspekce po dobu deseti let od provedení osvědčení daného přístroje.

- 5.5 Pokud je výrobní dávka zamítnuta, přijme oznámený subjekt vhodná opatření, která zabrání uvedení této výrobní dávky na trh. V případě častého zamítnutí výrobních dávek může oznámený subjekt statistické ověřování pozastavit a přijmout vhodná opatření.

Písenné prohlášení o shodě

- 6.1 Výrobce připojí na každý měřicí přístroj, který je ve shodě s typem popsaným v osvědčení ES přezkoušení typu a splňuje příslušné požadavky této směrnice označení CE a doplňkové metrologické označení.
- 6.2 Prohlášení o shodě se vypracuje pro každý typ přístroje a je uchováváno k dispozici vnitrostátním orgánům po dobu deseti let od vyrobení posledního přístroje. V prohlášení musí být určen typ přístroje, pro který bylo vypracováno.

Kopie prohlášení se dodává s každým měřicím přístrojem, který se uvádí na trh. Tento požadavek však lze vykládat i tak, že se v případech, kdy se jednomu uživateli dodává větší počet přístrojů, vztahuje spíše než na jednotlivé přístroje na celou dávku nebo zásilku.

Výrobce může se souhlasem oznámeného subjektu podle bodu 3 a na jeho odpovědnost opatřit měřicí přístroje identifikačním číslem tohoto subjektu.

7. Výrobce může se souhlasem oznámeného subjektu a na jeho odpovědnost opatřit měřicí přístroje během výrobního procesu identifikačním číslem daného oznámeného subjektu.

Zplnomocněný zástupce

8. Povinnosti výrobce mohou být jeho jménem a na jeho odpovědnost splněny jeho zplnomocněným zástupcem s výjimkou povinností uvedených v bodech 2 a 5.1.



PŘÍLOHA FI

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ZALOŽENÉ NA OVĚŘOVÁNÍ VÝROBKŮ

1. „Prohlášení o shodě založené na ověřování výrobků“ je postup posuzování shody, kterým výrobce plní povinnosti stanovené v této příloze a zajišťuje a prohlašuje, že měřicí přístroje podle ustanovení bodu 5 splňují příslušné požadavky této směrnice.

Technická dokumentace

2. Výrobce vypracuje technickou dokumentaci popsanou v článku 10. Tato dokumentace musí umožňovat posouzení shody přístroje s příslušnými požadavky této směrnice. Technická dokumentace musí v míře nezbytné pro takové posouzení zahrnovat návrh, výrobu a funkci přístroje.
3. Výrobce uchovává technickou dokumentaci k dispozici vnitrostátním orgánům po dobu deseti let od vyrobení posledního přístroje.

Výroba

4. Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistil shodu vyráběných přístrojů s příslušnými požadavky této směrnice.

Ověřování

5. Oznámený subjekt, který si výrobce zvolil, provede nebo dá provést příslušné kontroly a zkoušky s cílem ověřit shodu přístrojů s příslušnými požadavky této směrnice.

Kontroly a zkoušky provedené za účelem ověření shody s metrologickými požadavky se provedou, podle volby výrobce, buď kontrolou a zkoušením každého přístroje podle bodu 6, nebo kontrolou a zkouškami přístrojů na základě statistických metod podle bodu 7.

6. *Ověřování shody s metrologickými požadavky kontrolou a zkoušením každého přístroje.*

- 6.1 Každý přístroj musí být jednotlivě zkontrolován a musí být provedeny odpovídající zkoušky uvedené v příslušných dokumentech podle článku 13 nebo musí být provedeny rovnocenné zkoušky s cílem ověřit shodu s metrologickými požadavky, které se na něj vztahují. Pokud takový příslušný dokument neexistuje, rozhodne daný oznámený subjekt, že odpovídající zkoušky budou provedeny.

- 6.2 Oznámený subjekt vydá osvědčení shody vztahující se k provedeným kontrolám a zkouškám a opatří nebo dá na svou odpovědnost opatřit každý schválený přístroj svým identifikačním číslem.

Výrobce uchovává osvědčení shody po dobu deseti let od provedení osvědčení daného přístroje pro účely inspekce prováděné vnitrostátními orgány.

7. *Statistické ověřování shody s metrologickými požadavky.*

- 7.1 Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces zajišťoval stejnorodost každé výrobní dávky, a předkládá své přístroje pro ověřování ve formě stejnorodých dávek.

- 7.2 Z každé výrobní dávky se podle požadavků bodu 7.3 náhodným výběrem odebere vzorek. Všechny přístroje ve vzorku se jednotlivě zkontrolují a provedou se odpovídající zkoušky stanovené v příslušných dokumentech uvedených v článku 13 nebo rovnocenné zkoušky s cílem ověřit shodu s metrologickými požadavky, které se na ně vztahují, a rozhodnout, zda bude výrobní dávka přijata, nebo zamítnuta. Pokud takový příslušný dokument neexistuje, rozhodne daný oznámený subjekt, že odpovídající zkoušky budou provedeny.

- 7.3 Statistický postup musí splňovat následující požadavky:

Bude užita statistická kontrola srovnáním. Systém výběru vzorků musí zajišťovat:

— úroveň jakosti odpovídající pravděpodobnosti přijetí 95 % s podílem neshody menším než 1 %,

▼B

— mezní jakost odpovídající pravděpodobnosti přijetí 5 % s podílem neshody menším než 7 %.

- 7.4 Pokud je výrobní dávka přijata, všechny přístroje z této dávky jsou schváleny s výjimkou těch přístrojů ze vzorku, u nichž byla zjištěna neshoda.

Oznámený subjekt vydá osvědčení shody vztahující se k provedeným kontrolám a zkouškám a na svou odpovědnost opatří nebo dá opatřit každý schválený přístroj svým identifikačním číslem.

Výrobce uchovává osvědčení shody k dispozici vnitrostátním orgánům pro účely inspekce po dobu deseti let od provedení osvědčení daného přístroje.

- 7.5 Pokud je výrobní dávka zamítnuta, přijme oznámený subjekt vhodná opatření, která zabrání uvedení této výrobní dávky na trh. V případě častého zamítnutí výrobních dávek může oznámený subjekt statistické ověřování pozastavit a přijmout vhodná opatření.

Písemné prohlášení o shodě

- 8.1 Výrobce připojí na každý měřicí přístroj, který splňuje příslušné požadavky této směrnice, označení CE a doplňkové metrologické označení.

- 8.2 Prohlášení o shodě se vypracuje pro každý typ přístroje a je uchovává se k dispozici vnitrostátním orgánům po dobu deseti let od vyrobení posledního přístroje. V prohlášení musí být určen typ přístroje, pro který bylo vypracováno.

Kopie prohlášení se dodává s každým měřicím přístrojem, který se uvádí na trh. Tento požadavek však lze vykládat i tak, že se v případech, kdy se jednomu uživateli dodává větší počet přístrojů, vztahuje spíše než na jednotlivé přístroje na celou dávku nebo zásilku.

Výrobce může se souhlasem oznámeného subjektu podle bodu 5 a na jeho odpovědnost opatřit měřicí přístroje identifikačním číslem tohoto subjektu.

9. Výrobce může se souhlasem oznámeného subjektu a na jeho odpovědnost opatřit měřicí přístroje během výrobního procesu identifikačním číslem tohoto subjektu.

Zplnomocněný zástupce

10. Povinnosti výrobce mohou být jeho jménem a na jeho odpovědnost splněny jeho zplnomocněným zástupcem s výjimkou povinností uvedených v bodech 4 a 7.1.



PŘÍLOHA G

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ZALOŽENÉ NA OVĚŘOVÁNÍ KAŽDÉHO jednotlivého VÝROBKU

1. „Prohlášení o shodě založené na ověřování každého jednotlivého výrobku“ je postup posuzování shody, kterým výrobce plní povinnosti stanovené v této příloze a zajišťuje a prohlašuje, že měřicí přístroje podle ustanovení bodu 4 splňují příslušné požadavky této směrnice.

Technická dokumentace

2. Výrobce vypracuje technickou dokumentaci popsanou v článku 10 a uchovává ji pro potřeby oznámeného subjektu uvedeného v bodě 4. Tato technická dokumentace musí umožňovat posouzení shody přístroje s příslušnými požadavky této směrnice a v míře nezbytné pro takové posouzení musí zahrnovat návrh, výrobu a funkci přístroje.

Výrobce uchovává tuto technickou dokumentaci k dispozici vnitrostátním orgánům po dobu 10 let.

Výroba

3. Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistil shodu vyráběných přístrojů s příslušnými požadavky této směrnice.

Ověřování

4. Oznámený subjekt, který si výrobce zvolil, provede nebo dá provést příslušné kontroly a zkoušky stanovené v příslušných dokumentech uvedených v článku 13 nebo rovnocenné zkoušky s cílem ověřit shodu přístroje s příslušnými požadavky této směrnice. Pokud takový vhodný dokument neexistuje, rozhodne daný oznámený subjekt o provedení odpovídajících zkoušek.

Oznámený subjekt vydá osvědčení shody vztahující se k provedeným kontrolám a zkouškám a na svou odpovědnost opatří nebo dá opatřit schválený přístroj svým identifikačním číslem.

Výrobce uchovává osvědčení shody k dispozici vnitrostátním orgánům pro účely inspekce po dobu deseti let od provedení osvědčení daného přístroje.

Písemné prohlášení o shodě

- 5.1 Výrobce připojí na každý měřicí přístroj, který splňuje příslušné požadavky této směrnice, označení CE a doplňkové metrologické označení a na odpovědnost oznámeného subjektu uvedeného v odstavci 4 jeho identifikační číslo.
- 5.2 Vypracuje se prohlášení o shodě a uchovává se k dispozici vnitrostátním orgánům po dobu deseti let od vyrobení posledního přístroje. V prohlášení musí být určen přístroj, pro který bylo vypracováno.

Kopie prohlášení se dodává s každým měřicím přístrojem.

Zplnomocněný zástupce

6. Povinnosti výrobce obsažené v bodech 2 a 4.2 mohou být jeho jménem a na jeho odpovědnost splněny jeho zplnomocněným zástupcem.



PŘÍLOHA H

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ZALOŽENÉ NA KOMPLEXNÍM ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI

1. „Prohlášení o shodě založené na komplexním zabezpečování jakosti“ je postup posuzování shody, kterým výrobce plní povinnosti stanovené v této příloze a zajišťuje a prohlašuje, že dané měřicí přístroje splňují příslušné požadavky této směrnice.

Výroba

2. výrobce používá schválený systém jakosti pro návrh, výrobu, výstupní kontrolu a zkoušení daného měřicího přístroje podle bodu 3 a podléhá doзору podle bodu 4.

Systém jakosti

- 3.1 Výrobce podá u oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o posouzení systému jakosti.

Žádost musí obsahovat

- všechny příslušné informace o předpokládané kategorii přístrojů,
- dokumentaci systému jakosti.

- 3.2 Systém jakosti musí zajišťovat shodu přístrojů s příslušnými požadavky této směrnice.

Všechny podklady, požadavky a předpisy přijaté výrobcem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných pravidel, postupů a návodů. Tato dokumentace systému jakosti musí umožňovat jednoznačný výklad programů jakosti, plánů jakosti, příruček jakosti a záznamů o jakosti. Musí obsahovat zejména přiměřený popis

- cílů jakosti a organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o jakost výrobků;
- technických specifikací návrhu, včetně norem, které budou použity, a v případě, kdy se normy uvedené v článku 13 nepoužijí plně, popis prostředků, které budou použity, aby bylo zajištěno splnění základních požadavků této směrnice, které se na přístroje vztahují;
- metod, postupů a systémových opatření kontroly a ověřování návrhu, postupů a systematických opatření, které budou použity při navrhování přístrojů spadajících do příslušné kategorie přístrojů;
- odpovídajících výrobních metod, postupů a systémových opatření, které budou použity při výrobě, řízení a zabezpečování jakosti;
- kontrol a zkoušek, které budou provedeny před výrobou, během výroby a po výrobě, s uvedením jejich četnosti;
- záznamů o jakosti, např. protokolů o kontrolách, výsledků zkoušek, údajů o kalibraci, zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.;
- prostředků umožňujících dozor nad dosahováním požadované jakosti návrhu a výrobků a efektivním fungováním systému jakosti.

- 3.3 Oznámený subjekt posoudí systém jakosti s cílem určit, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2. U systému jakosti, který splňuje odpovídající specifikace vnitrostátní normy, která provádí příslušnou harmonizovanou normu, se shoda s těmito požadavky předpokládá od okamžiku, kdy na harmonizovanou normu byly zveřejněny odkazy.

Vedle zkušeností se systémem řízení jakosti musí mít skupina auditorů zkušenosti v příslušné oblasti metrologie a technologie výroby daného přístroje a znalosti příslušných požadavků této směrnice. Součástí hodnocení musí být inspekční návštěva v provozních prostorách výrobce.

Rozhodnutí musí být oznámeno výrobcí. Toto oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

- 3.4 Výrobce se zaváže, že bude plnit povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti a bude jej udržovat, aby byl i nadále přiměřený a účinný.
- 3.5 Výrobce informuje oznámený subjekt, který schválil systém jakosti, o každé zamýšlené změně systému jakosti.

▼B

Oznámený subjekt zhodnotí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém jakosti stále ještě splňuje požadavky uvedené v bodě 3.2, nebo zda je nezbytné nové posouzení.

Oznámený subjekt oznámí výrobci své rozhodnutí. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

Dozor, za který odpovídá oznámený subjekt

- 4.1 Účelem dozoru je ujistit se, že výrobce řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti.
- 4.2 Výrobce umožní oznámenému subjektu za účelem inspekce vstup do prostor určených pro výrobu, kontrolu, zkoušení a skladování a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména
 - dokumentaci systému jakosti;
 - záznamy o jakosti požadované v části systému jakosti týkající se návrhu, např. výsledky analýz, výpočtů, zkoušek atd.;
 - záznamy o jakosti požadované v části systému jakosti týkající se výroby, např. protokoly o kontrolách, výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.
- 4.3 Oznámený subjekt pravidelně provádí audity, aby se ujistil, že výrobce udržuje a používá systém jakosti, a předává výrobci zprávu o auditu.
- 4.4 Vedle toho může oznámený subjekt provádět neočekávané návštěvy u výrobce. Při těchto návštěvách může oznámený subjekt v případě potřeby provést nebo na vlastní odpovědnost dát provést zkoušky, aby ověřil, zda systém jakosti správně funguje. Oznámený subjekt poskytne výrobci zprávu o návštěvě a při provedení zkoušek rovněž protokol o zkoušce.

Písemné prohlášení o shodě

- 5.1 ýrobce připojí na každý měřicí přístroj, který splňuje příslušné požadavky této směrnice, označení CE a doplňkové metrologické označení a na odpovědnost oznámeného subjektu uvedeného v bodě 3.1 jeho identifikační číslo.
- 5.2 Prohlášení o shodě se vypracuje pro každý typ přístroje a je uchováváno k dispozici vnitrostátním orgánům po dobu deseti let od vyrobení posledního přístroje. V prohlášení musí být určen typ přístroje, pro který bylo vypracováno.

Kopie prohlášení se dodává s každým měřicím přístrojem, který se uvádí na trh. Tento požadavek však lze vykládat i tak, že se v případech, kdy se jednomu uživateli dodává větší počet přístrojů, vztahuje spíše než na jednotlivé přístroje na celou dávku nebo zásilku.
6. ýrobce uchovává k dispozici vnitrostátním orgánům po dobu deseti let po vyrobení posledního přístroje
 - dokumentaci týkající se systému jakosti uvedenou v druhé odrážce bodu 3.1,
 - schválenou změnu podle bodu 3.5,
 - rozhodnutí a sdělení oznámeného subjektu podle bodů 3.5, 4.3 a 4.4.
7. Každý oznámený subjekt pravidelně poskytuje členskému státu, který jej určil, seznam vydaných nebo zamítnutých schválení systémů jakosti a neprodluženému členskému státu, který jej určil, informuje o každém odnětí schválení systému jakosti.

Zplnomocněný zástupce

8. Povinnosti výrobce obsažené v bodech 3.1, 3.5, 5.2 a 6 mohou být jeho jménem a na jeho odpovědnost splněny jeho zplnomocněným zástupcem.



PŘÍLOHA HI

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ZALOŽENÉ NA KOMPLEXNÍM ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI A PŘEZKOUMÁNÍ NÁVRHU

1. „Prohlášení o shodě založené na komplexním zabezpečování jakosti a přezkoumání návrhu“ je postup posuzování shody, kterým výrobce plní povinnosti stanovené v této příloze a zajišťuje a prohlašuje, že dané měřicí přístroje splňují příslušné požadavky této směrnice.

Výroba

2. Výrobce používá schválený systém jakosti pro návrh, výrobu, výstupní kontrolu a zkoušení měřicího přístroje podle bodu 3 a podléhá doзору podle bodu 5. Přiměřenost technického návrhu měřicího přístroje musí být přezkoumána podle ustanovení bodu 4.

Systém jakosti

- 3.1 Výrobce podá u oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o posouzení systému jakosti.

Žádost musí obsahovat

- všechny příslušné informace o předpokládané kategorii přístrojů,
- dokumentaci systému jakosti.

- 3.2 Systém jakosti musí zabezpečovat shodu přístrojů s příslušnými požadavky této směrnice.

Všechny podklady, požadavky a předpisy přijaté výrobcem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných pravidel, postupů a návodů. Tato dokumentace systému jakosti musí umožňovat jednoznačný výklad programů jakosti, plánů jakosti, příruček jakosti a záznamů o jakosti. Musí obsahovat zejména přiměřený popis

- cílů jakosti a organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o jakost návrhu a výrobků;
- technických specifikací návrhu včetně norem, které budou použity, a v případě, kdy se normy uvedené článku 13 nepoužijí plně, popis prostředků, které budou použity, aby byly zajištěno splnění základních požadavků této směrnice, které se na přístroje vztahují;
- metod, postupů a systémových opatření kontroly a ověřování návrhu, které budou použity při navrhování přístrojů spadajících do příslušné kategorie přístrojů;
- odpovídajících metod, postupů a systematických opatření, které budou použity při výrobě, řízení a zabezpečování jakosti;
- kontrol a zkoušek, které budou provedeny před výrobou, během výroby a po výrobě, s uvedením jejich četnosti;
- záznamů o jakosti, např. protokolů o kontrolách, výsledků zkoušek, údajů o kalibraci, zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.;
- prostředků umožňujících dozor nad dosahováním požadované jakosti návrhu a výrobků a efektivním fungováním systému jakosti.

- 3.3 Oznámený subjekt posoudí systém jakosti s cílem určit, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2. U systému jakosti, který splňuje odpovídající specifikace vnitrostátní normy, která provádí příslušnou harmonizovanou normu, se shoda s touto normou předpokládá od okamžiku, kdy na harmonizovanou normu byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku.

Vedle zkušeností se systémem řízení jakosti musí mít skupina auditorů zkušenosti v příslušné oblasti metrologie a technologie výroby daného přístroje a znalosti příslušných požadavků této směrnice. Součástí hodnocení musí být inspekční návštěva v provozních prostorách výrobce.

Rozhodnutí musí být oznámeno výrobcí. Toto oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

- 3.4 Výrobce se zaváže, že bude plnit povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti a bude jej udržovat, aby byl i nadále přiměřený a účinný.

▼B

- 3.5 Výrobce informuje oznámený subjekt, který schválil systém jakosti, o každé zamýšlené změně systému jakosti.

Oznámený subjekt zhodnotí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém jakosti stále ještě splňuje požadavky uvedené v bodě 3.2., nebo zda je nezbytné nové posouzení.

Oznámený subjekt oznámí výrobci své rozhodnutí. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

- 3.6 Každý oznámený subjekt pravidelně poskytuje členskému státu, který jej určil, seznam vydaných nebo zamítnutých schválení systémů jakosti a neprodleně členský stát, který jej určil, informuje o každém odnětí schválení systému jakosti.

Přezkoumání návrhu

- 4.1 Výrobce podá žádost o přezkoumání návrhu u oznámeného subjektu uvedeného v bodu 3.1.

- 4.2 Žádost musí umožňovat pochopení návrhu, výroby a funkce přístroje a musí umožňovat posouzení shody s příslušnými požadavky této směrnice. Tato žádost musí obsahovat

- název a adresu výrobce;
- písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného oznámeného subjektu;
- technickou dokumentaci popsanou v článku 10. Tato dokumentace musí umožňovat posouzení shody přístroje s odpovídajícími požadavky této směrnice. V míře nezbytné pro takové posouzení musí zahrnovat návrh a funkci přístroje;
- podpůrné důkazy o přiměřenosti technického návrhu. Tyto podpůrné důkazy musí uvádět všechny dokumenty, které byly použity, zejména pokud příslušné dokumenty uvedené v článku 13 nebyly použity zcela, a v případě nutnosti musí zahrnovat výsledky zkoušek provedených příslušnou laboratoří výrobce nebo jinou zkušební laboratoří jeho jménem a na jeho odpovědnost.

- 4.3 Oznámený subjekt žádost přezkoumá, a pokud návrh splňuje ustanovení této směrnice, která se na něj vztahují, vydá výrobci osvědčení ES přezkoumání návrhu. Toto osvědčení musí obsahovat jméno a adresu výrobce, závěry přezkoumání, podmínky jeho platnosti a údaje nezbytné pro identifikaci schváleného přístroje.

- 4.3.1 K osvědčení musí být přiloženy všechny podstatné části technické dokumentace.

- 4.3.2 Osvědčení nebo jeho přílohy musí obsahovat všechny potřebné informace pro posouzení shody a kontrolu za provozu. Tyto informace musí zejména umožňovat posouzení shody vyrobených přístrojů s přezkoumaným návrhem z hlediska reprodukovatelnosti jejich metrologických vlastností, jestliže jsou správně justovány pomocí vhodných určených prostředků, a musí obsahovat

- metrologické vlastnosti návrhu přístroje;
- opatření nezbytná pro zajištění integrity přístrojů (plombování, identifikaci programového vybavení);
- informace o dalších prvcích nezbytných pro identifikaci přístrojů a pro vnější vizuální kontrolu shody s návrhem;
- v případě potřeby veškeré další zvláštní informace nezbytné k ověření vlastností vyrobených přístrojů;
- u přístrojových podskupin všechny nezbytné informace pro zabezpečení slučitelnosti s dalšími přístrojovými podskupinami nebo měřicími přístroji.

- 4.3.3 Oznámený subjekt vypracuje zprávu o hodnocení v tomto znění a uchovává k dispozici členskému státu, který jej určil. Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 12 odst. 8, může oznámený subjekt zveřejnit obsah této zprávy jako celek nebo její část pouze se souhlasem výrobce.

Osvědčení má platnost deset let ode dne vydání a může být prodlouženo na období dalších deseti let.

▼ B

Pokud oznámený subjekt odmítne výrobci vydat osvědčení přezkoumání návrhu, musí tento subjekt uvést podrobné důvody pro toto zamítnutí.

- 4.4 Výrobce informuje oznámený subjekt, který vydal osvědčení ES přezkoumání návrhu, o každé podstatné změně schváleného návrhu. Změny schváleného návrhu musí být dodatečně schváleny oznámeným subjektem, který vydal osvědčení ES přezkoumání návrhu, jestliže mohou ovlivnit shodu se základními požadavky této směrnice, podmínky platnosti osvědčení nebo podmínky předepsané pro použití přístroje. Toto dodatečné schválení má formu dodatku k původnímu osvědčení ES přezkoumání návrhu.

- 4.5 Každý oznámený subjekt pravidelně poskytuje členskému státu, který jej určil,

— vydaná osvědčení ES přezkoumání návrhu a jejich přílohy,

— dodatky a změny týkající se již vydaných osvědčení.

Každý oznámený subjekt neprodleně informuje členský stát, který jej určil, o odnětí osvědčení ES přezkoumání návrhu.

- 4.6 Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce uchovává kopii osvědčení ES přezkoumání návrhu, jeho přílohy a dodatky spolu s technickou dokumentací po dobu deseti let od vyrobení posledního přístroje.

Není-li výrobce ani jeho zplnomocněný zástupce usazen ve Společenství, má povinnost poskytnout na žádost technickou dokumentaci osoba určená výrobcem.

Dozor, za který odpovídá oznámený subjekt

- 5.1 Účelem dozoru je ujistit se, že výrobce řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti.

- 5.2 Výrobce umožní oznámenému subjektu za účelem inspekce vstup do prostor určených pro navrhování, výrobu, kontrolu, zkoušení a skladování a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména

— dokumentaci systému jakosti;

— záznamy o jakosti požadované v části systému jakosti týkající se návrhu, např. výsledky analýz, výpočtů, zkoušek atd.;

— záznamy o jakosti požadované v části systému jakosti týkající se výroby, např. protokoly o kontrolách, výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.

- 5.3 Oznámený subjekt pravidelně provádí audity, aby se ujistil, že výrobce udržuje a používá systém jakosti, a předává výrobci zprávu o auditu.

- 5.4 Kromě toho může oznámený subjekt provádět neočekávané inspekční návštěvy u výrobce. Při těchto inspekčních návštěvách může oznámený subjekt v případě potřeby provést nebo na vlastní odpovědnost dát provést zkoušky, aby ověřil, zda systém jakosti správně funguje. Oznámený subjekt poskytne výrobci zprávu o inspekci a při provedení zkoušek rovněž protokol o zkoušce.

Písemné prohlášení o shodě

- 6.1 Výrobce připojí na každý měřicí přístroj, který splňuje příslušné požadavky této směrnice, označení CE a doplňkové metrologické označení a na odpovědnost oznámeného subjektu uvedeného v bodě 3.1 jeho identifikační číslo.

- 6.2 Prohlášení o shodě se vypracuje pro každý typ přístroje a uchovává se k dispozici vnitrostátním orgánům po dobu deseti let po vyrobení posledního přístroje. V prohlášení musí být určen typ přístroje, pro který bylo vypracováno, a uvedeno číslo osvědčení přezkoumání návrhu.

Kopie prohlášení se dodává s každým měřicím přístrojem, který se uvádí na trh. Tento požadavek však lze vykládat i tak, že se v případech, kdy se jednomu uživateli dodává větší počet přístrojů, vztahuje spíše než na jednotlivé přístroje na celou dávku nebo zásilku.

7. Výrobce uchovává k dispozici vnitrostátním orgánům po dobu deseti let po vyrobení posledního přístroje

▼B

- dokumentaci uvedenou v druhé odrážce bodu 3.1,
- schválenou změnu podle bodu 3.5,
- rozhodnutí a zprávy oznámeného subjektu podle bodů 3.5, 5.3 a 5.4.

Zplnomocněný zástupce

8. Povinnosti výrobce obsažené v bodech 3.1, 3.5, 6.2 a 7 mohou být jeho jménem a na jeho odpovědnost splněny jeho zplnomocněným zástupcem.

▼ B*PŘÍLOHA MI-001***VODOMĚRY**

Příslušné požadavky přílohy I, zvláštní požadavky této přílohy a postupy posuzování shody stanovené v této příloze se vztahují na vodoměry určené pro měření objemů čisté studené nebo teplé vody v obytných a obchodních prostorách a lehkém průmyslu.

DEFINICE

Vodoměr

Přístroj určený k měření, zaznamenávání a indikaci objemu vody protékající měřicím snímačem za podmínek měření.

Minimální průtok (Q_1)

Nejmenší průtok, při němž vodoměr poskytuje údaje, které splňují požadavky na maximální dovolené chyby (*MPE*).

Přechodový průtok (Q_2)

Přechodový průtok je hodnota, která leží mezi trvalým a minimálním průtokem a kterou se rozsah průtoku dělí na dvě pásma, „horní pásmo“ a „dolní pásmo“. Pro každé pásmo platí určitá *MPE*.

Trvalý průtok (Q_3)

Největší průtok, při němž vodoměr funguje vyhovujícím způsobem za obvyklých podmínek použití, tj. za ustálených nebo proměnlivých podmínek proudění.

Přetěžovací průtok (Q_4)

Přetěžovací průtok je největší průtok, při kterém vodoměr funguje vyhovujícím způsobem po krátký časový úsek bez poškození.

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

Stanovené pracovní podmínky

Výrobce musí pro vodoměr určit stanovené pracovní podmínky, zejména

1. Rozsah průtoku vody

Hodnoty pro rozsah průtoku musí splňovat následující podmínky:

$$Q_3/Q_1 \geq 10$$

$$Q_2/Q_1 = 1,6$$

$$Q_4/Q_3 = 1,25$$

Po dobu 5 let ode dne vstupu této směrnice v platnost může mít poměr Q_2/Q_1 tyto hodnoty: 1,5; 2,5; 4 nebo 6,3.

2. Rozsah teploty vody

Hodnoty pro rozsah teploty musí splňovat následující podmínky:

od 0,1 °C do nejméně 30 °C, nebo

od 30 °C do nejméně 90 °C.

Vodoměr může být navržen tak, aby pracoval v obou rozsazích.

3. Rozsah relativního tlaku vody: tento rozsah je při Q_3 od 0,3 barů do nejméně 10 barů.

4. Pro napájecí zdroj: jmenovitou hodnotu zdroje střídavého napětí nebo mezní hodnoty stejnosměrného napájení.

MAXIMÁLNÍ DOVOLENÉ CHYBY (*MPE*)5. *MPE*, kladná nebo záporná, u proteklých objemů při průtoku v rozsahu od přechodového průtoku (Q_2) (včetně) do přetěžovacího průtoku (Q_4) je

2 % pro vodu o teplotě ≤ 30 °C,

3 % pro vodu o teplotě > 30 °C.

6. *MPE*, kladná nebo záporná, u proteklých objemů při průtocích v rozsahu od minimálního průtoku (Q_1) do přechodového průtoku (Q_2) je 5 % pro vodu libovolné teploty.

▼B**Přípustný vliv rušení****7.1 Elektromagnetická odolnost**

7.1.1 Elektromagnetické rušení může ovlivnit vodoměr jen do té míry, že

- změna výsledku měření není větší než hodnota kritické změny definovaná v bodě 8.1.4, nebo
- indikovaný údaj výsledku měření je takový, že jej není možné vykládat jako platný výsledek, ale jako okamžitý výkyv, který nelze vykládat, zaznamenat nebo předat jako výsledek měření.

7.1.2 Po vystavení vlivu elektromagnetického rušení musí vodoměr

- obnovit svou činnost v rozmezí *MPE*, a
- mít zachovány všechny měřicí funkce, a
- umožňovat obnovení všech hodnot měření přítomných bezprostředně před výskytem rušení.

7.1.3 Hodnota kritické změny odpovídá menší hodnotě ze dvou následujících hodnot:

- objem odpovídající polovině velikosti *MPE* v horním pásmu měřené objemu,
- objem odpovídající *MPE* pro objem proteklý za jednu minutu při průtoku Q_3 .

7.2 Stálost

Po provedení vhodné zkoušky, přičemž je třeba vzít v úvahu dobu trvání zkoušky předpokládanou výrobcem, musí být splněna následující kritéria:

7.2.1 Změna výsledku měření po dokončení zkoušky stálosti vzhledem k počátečnímu výsledku měření nesmí být větší než

- 3 % objemu měřeného v rozsahu od Q_1 včetně do Q_2 vyjma,
- 1,5 % objemu měřeného v rozsahu od Q_2 včetně do Q_4 včetně.

7.2.2 Chyba indikace objemu naměřeného po dokončení zkoušky stálosti nesmí být větší než

- ± 6 % objemu měřeného v rozsahu od Q_1 včetně do Q_2 vyjma,
- $\pm 2,5$ % objemu měřeného v rozsahu od Q_2 včetně do Q_4 včetně pro vodoměry určené pro měření vody o teplotě v rozsahu od 0,1 °C do 30 °C,
- $\pm 3,5$ % objemu měřeného v rozsahu od Q_2 včetně do Q_4 včetně pro vodoměry určené pro měření vody o teplotě v rozsahu od 30 °C do 90 °C.

Použitelnost

8.1 Vodoměr musí být možné instalovat tak, aby pracoval v libovolné poloze, pokud není jasně vyznačeno jinak.

8.2 Výrobce stanoví, zda je vodoměr určen pro měření zpětného toku. V takovém případě se musí objem zpětného toku buď odečítat od celkového objemu, nebo musí být zaznamenáván samostatně. Pro přívodní i zpětné proudění musí platit stejně *MPE*.

Vodoměry, které nejsou navrženy pro měření zpětného toku, musí buď zpětnému toku zabránit, nebo musí vydržet náhodný zpětný tok bez poškození nebo změny metrologických vlastností.

Jednotky měření

9. Naměřený objem musí být indikován v krychlových metrech.

Uvedení do provozu

10. Členský stát zajistí, aby požadavky podle bodů 1, 2 a 3 byly distributorem nebo osobou právně pověřenou instalací vodoměru stanoveny tak, aby byl vodoměr vhodný pro přesné měření předpokládané nebo předvídatelné spotřeby.

▼B

POSUZOVÁNÍ SHODY

Postupy posuzování shody uvedené v článku 9, mezi kterými může výrobce zvolit, jsou:

B + F nebo B + D nebo H1.



PŘÍLOHA MI-002

PLYNOMĚRY A PŘEPOČÍTÁVAČE MNOŽSTVÍ PLYNU

Příslušné požadavky přílohy I, zvláštní požadavky této přílohy a postupy posuzování shody stanovené v této příloze se vztahují na plynoměry a přepočítávače množství plynu definované dále a určené pro použití v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

DEFINICE

Plynoměr

Přístroj navržený k měření, zaznamenávání a indikaci množství (objemu nebo hmotnosti) topného plynu, které jím protéklo.

Přepočítávač množství

Zařízení připojené k plynoměru, které automaticky přepočítává množství naměřené za podmínek měření na množství za základních podmínek.

Minimální průtok (Q_{\min})

Nejmenší průtok, při kterém plynoměr poskytuje údaje, které splňují požadavky na maximální dovolenou chybu (*MPE*).

Maximální průtok (Q_{\max})

Největší průtok, při němž plynoměr poskytuje údaje, které splňují požadavky na *MPE*.

Přechodový průtok (Q_t)

Přechodový průtok je hodnota, která leží mezi maximálním a minimálním průtokem a kterou se rozsah průtoku dělí na dvě pásma, „horní pásmo“ a „dolní pásmo“. Pro každé pásmo platí určitá *MPE*.

Přetěžovací průtok (Q_r)

Přetěžovací průtok je největší průtok, při kterém plynoměr funguje krátký časový úsek bez poškození.

Základní podmínky

Stanovené podmínky, na které se naměřené množství tekutiny přepočítává.

ČÁST I – ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY – PLYNOMĚRY

1. Stanovené pracovní podmínky

Výrobce uvede stanovené pracovní podmínky plynoměru, přičemž musí vzít v úvahu tato hlediska:

1.1 Rozsah průtoku plynu musí splňovat alespoň tyto podmínky:

Třída	Q_{\max}/Q_{\min}	Q_{\max}/Q_t	Q_r/Q_{\max}
1,5	≥ 150	≥ 10	1,2
1,0	≥ 20	≥ 5	1,2

1.2 Rozsah teploty plynu: minimální rozsah je 40 °C.

1.3 Podmínky vztahující se na palivo/plyn

Plynoměr musí být konstruován pro rozsah plynů a vstupních tlaků, které odpovídají zemi určení. Výrobce musí uvést zejména

- skupinu nebo typ plynu,
- maximální provozní tlak.

1.4 Minimální rozsah teploty je 50 °C pro klimatické prostředí.

1.5 Jmenovitou hodnotu zdroje střídavého napětí nebo mezní hodnoty stejnosměrného napájení.

▼ B**2. Maximální dovolené chyby (MPE)****2.1 Plynoměr indikující objem za podmínek měření nebo hmotnost**

Tabulka 1

Třída	1,5	1,0
$Q_{\min} \leq Q < Q_t$	3 %	2 %
$Q_t \leq Q \leq Q_{\max}$	1,5 %	1 %

Jestliže chyby v rozsahu od Q_t do Q_{\max} mají všechny stejné znaménko, pak jejich hodnota nesmí být větší než 1 % pro třídu 1,5 a 0,5 % pro třídu 1,0.

2.2 U plynoměru s teplotním přepočítáváním, který indikuje pouze přepočítaný objem, v rozsahu teploty o velikosti 30 °C rozloženém symetricky kolem teploty stanovené výrobcem, která leží v rozsahu od 15 °C do 25 °C, se *MPE* zvýší o 0,5 %. Mimo tento rozsah je v každém dalším rozsahu intervalu o velikosti 10 °C povoleno další zvýšení chyby o 0,5 %.

3. Přípustný vliv rušení**3.1 Elektromagnetická odolnost****3.1.1** Elektromagnetické rušení může ovlivnit plynoměr nebo přepočítávač množství plynu jen do té míry, že

— změna výsledku měření není větší než hodnota kritické změny definovaná v bodě 3.1.3, nebo

— indikovaný údaj výsledku měření je takový, že jej není možné vykládat jako platný výsledek, ale jako okamžitý výkyv, který nelze vykládat, zaznamenat nebo předat jako výsledek měření.

3.1.2 Po vystavení vlivu elektromagnetického rušení musí plynoměr

— obnovit svou činnost v rozmezí *MPE*, a

— mít zachovány všechny měřicí funkce, a

— umožňovat obnovení všech hodnot měření přítomných bezprostředně před výskytem rušení.

3.1.3 Hodnota kritické změny odpovídá menší hodnotě ze dvou následujících hodnot:

— množství odpovídající polovině velikosti *MPE* v horním pásmu měřené objemu,

— množství odpovídající *MPE* pro množství proteklé za jednu minutu při maximálním průtoku.

3.2 Vliv rušení průtoku na vstupu a výstupu

Za podmínek instalace stanovených výrobcem nesmí být vliv rušení průtoku větší než jedna třetina *MPE*.

4. Stálost

Po provedení vhodné zkoušky, přičemž je třeba vzít v úvahu dobu trvání zkoušky předpokládanou výrobcem, musí být splněna následující kritéria:

4.1 Plynoměry třídy 1,5**4.1.1** Změna výsledku měření po dokončení zkoušky stálosti vzhledem k počátečnímu výsledku měření pro průtoky v rozsahu od Q_t do Q_{\max} nesmí překročit výsledek měření o více než 2 %.**4.1.2** Chyba indikace po dokončení zkoušky stálosti nesmí být větší než dvojnásobek *MPE* uvedené v bodě 2.**4.2 Plynoměry třídy 1,0****4.2.1** Změna výsledku měření po dokončení zkoušky stálosti vzhledem k počátečnímu výsledku měření nesmí být větší než jedna třetina *MPE* uvedené v bodě 2.

▼B

4.2.2 Chyba indikace po dokončení zkoušky stálosti nesmí být větší než *MPE* uvedená v bodě 2.

5. **Použitelnost**

5.1 Plynoměr napájený ze sítě (střídavým nebo stejnosměrným napětím) musí být vybaven záložním napájecím zdrojem nebo jinými prostředky, které zajistí, že během selhání základního zdroje budou všechny měřicí funkce zajištěny.

5.2 Přiřazený zdroj energie musí mít životnost alespoň pět let. Po uplynutí 90 % jeho životnosti se musí objevit příslušné upozornění.

5.3 Indikační zařízení musí mít dostatečný počet číslic, aby bylo zajištěno, že množství proteklé za 8 000 hodin při průtoku Q_{\max} nevrátí číslice na jejich počáteční hodnoty.

5.4 Plynoměr musí být možné instalovat tak, aby pracoval v libovolné poloze uvedené výrobcem v návodu k instalaci.

5.5 Plynoměr musí mít kontrolní prvek, který musí umožňovat provádění zkoušek v přiměřeném časovém úseku.

5.6 Plynoměr musí dodržovat *MPE* v libovolném směru proudění nebo jen v tom směru proudění, který je jasně vyznačen.

6. **Jednotky**

Měřené množství musí být indikováno v krychlových metrech nebo v kilogramech.

ČÁST II – ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY – PŘEPOČÍTÁVAČE MNOŽSTVÍ PLYNU

Přepočítavač množství plynu tvoří přístrojovou podskupinu podle druhé odrážky čl. 4 písm. b).

Pro přepočítavače množství plynu platí, pokud se dají použít, základní požadavky pro plynoměry. Vedle nich platí následující požadavky:

7. **Základní podmínky pro přepočítávané veličiny**

Výrobce upřesní základní podmínky pro přepočítávané veličiny.

8. **Maximální dovolené chyby (*MPE*)**

— 0,5 % při teplotě okolí $20\text{ °C} \pm 3\text{ °C}$, vlhkosti okolního prostředí $60\% \pm 15\%$, při jmenovitých hodnotách napájecího zdroje,

— 0,7 % pro teplotní přepočítavač při stanovených provozních podmínkách,

— 1 % pro jiné přepočítavače při stanovených provozních podmínkách.

Poznámka: Chyba plynoměru se nebere v úvahu.

9. **Použitelnost**

9.1 Elektronický přepočítavač musí být schopen zaznamenat, že je mimo provozní rozsah (rozsahy), jehož (jejichž) parametry stanovil výrobce jako zásadní pro přesnost měření. V takovém případě musí přepočítavač přestat načítat přepočítávanou veličinu a může ji samostatně načítat pouze po dobu, kdy je mimo pracovní rozsah (rozsahy).

9.2 Elektronický přepočítavač musí být schopen indikovat všechny příslušné hodnoty měření bez doplňkového zařízení.

ČÁST III – UVEDENÍ DO PROVOZU A POSUZOVÁNÍ SHODY

Uvedení do provozu

10. a) Jestliže členský stát nařídí měření pro potřeby domácností, musí povolit, aby tato měření byla prováděna libovolným měřidlem třídy 1,5 a měřidly třídy 1,0, která mají poměr Q_{\max}/Q_{\min} větší nebo roven 150.

b) Jestliže členský stát nařídí měření pro obchodní účely nebo pro účely lehkého průmyslu, musí povolit, aby tato měření byla prováděna libovolným měřidlem třídy 1,5.

▼B

- c) Členský stát zajistí, aby požadavky podle bodů 1.2 a 1.3 byly distributorem nebo osobou právně pověřenou instalací měřidla stanoveny tak, aby bylo měřidlo vhodné pro přesné měření předpokládané nebo předvídatelné spotřeby.

POSUZOVÁNÍ SHODY

Postupy posuzování shody uvedené v článku 9, které výrobce může zvolit, jsou:

B + F nebo B + D nebo H1.



PŘÍLOHA MI-003

ELEKTROMĚRY K MĚŘENÍ ČINNÉ ENERGIE

Příslušné požadavky přílohy I, zvláštní požadavky této přílohy a postupy posuzování shody stanovené v této příloze se vztahují na elektroměry k měření činné energie určené pro použití v obytných a obchodních prostorách a lehkém průmyslu.

Poznámka: Elektroměry se mohou v závislosti na použité metodě měření používat v kombinaci s externími měřicími transformátory. Tato příloha se však zabývá pouze elektroměry, nikoliv měřicími transformátory.

DEFINICE

Elektroměr k měření činné energie je zařízení, které měří činnou elektrickou energii spotřebovanou v elektrickém obvodu.

- I = elektrický proud protékající elektroměrem;
- I_n = stanovený referenční proud, pro který byl elektroměr s transformátorem navržen;
- I_{st} = nejmenší stanovená hodnota proudu I , při níž elektroměr zaznamenává činnou elektrickou energii při účinníku rovném 1 (u vícefázových elektroměrů se symetrickou zátěží);
- I_{min} = hodnota proudu I , nad kterou leží chyba elektroměru v mezích maximálních dovolených chyb (*MPE*) (u vícefázových elektroměrů se symetrickou zátěží);
- I_{tr} = hodnota proudu I , nad kterou leží chyba elektroměru v mezích nejmenší *MPE* odpovídající označení třídy elektroměru;
- I_{max} = maximální hodnota proudu I , pro kterou chyba elektroměru leží v mezích *MPE*;
- U = napětí přiváděné do elektroměru;
- U_n = stanovené referenční napětí;
- f = kmitočet napětí přiváděného do elektroměru;
- f_n = stanovený referenční kmitočet;
- PF = účinník = $\cos\varphi$ = cosinus úhlu fázového posunu φ mezi I a U .

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

1. Přesnost

Výrobce musí stanovit třídu elektroměru. Třídy jsou označeny jako třída A, B a C.

2. Stanovené pracovní podmínky

Výrobce musí stanovit pro elektroměr stanovené pracovní podmínky, zejména:

hodnoty f_n , U_n , I_n , I_{st} , I_{min} , I_{tr} a I_{max} . Pro stanovené proudy musí elektroměr splňovat podmínky uvedené v tabulce 1;

Tabulka 1

	Třída A	Třída B	Třída C
Přímo zapojené elektroměry			
I_{st}	$\leq 0,05 \cdot I_{tr}$	$\leq 0,04 \cdot I_{tr}$	$\leq 0,04 \cdot I_{tr}$
I_{min}	$\leq 0,5 \cdot I_{tr}$	$\leq 0,5 \cdot I_{tr}$	$\leq 0,3 \cdot I_{tr}$
I_{max}	$\geq 50 \cdot I_{tr}$	$\geq 50 \cdot I_{tr}$	$\geq 50 \cdot I_{tr}$
Elektroměry s měřicím transformátorem			
I_{st}	$\leq 0,06 \cdot I_{tr}$	$\leq 0,04 \cdot I_{tr}$	$\leq 0,02 \cdot I_{tr}$
I_{min}	$\leq 0,4 \cdot I_{tr}$	$\leq 0,2 \cdot I_{tr}^{(1)}$	$\leq 0,2 \cdot I_{tr}$

▼B

	Třída A	Třída B	Třída C
I_n	$= 20 \cdot I_{tr}$	$= 20 \cdot I_{tr}$	$= 20 \cdot I_{tr}$
I_{max}	$\geq 1,2 \cdot I_n$	$\geq 1,2 \cdot I_n$	$\geq 1,2 \cdot I_n$

(¹) Pro elektromechanické elektroměry třídy B musí být $I_{min} \leq 0,4 I_{tr}$.

Elektroměr musí splňovat požadavky na *MPE* v rozsazích napětí, kmitočtu a účinníku, které jsou uvedeny v tabulce 2. Tyto rozsahy musí respektovat typické parametry elektrické energie dodávané veřejnou distribuční sítí.

Rozsahy napětí a kmitočtu musí být alespoň

$$0,9 \cdot U_n \leq U \leq 1,1 \cdot U_n$$

$$0,98 \cdot f_n \leq f \leq 1,02 \cdot f_n$$

rozsah účinníku alespoň od $\cos\varphi = 0,5$ induktivní do $\cos\varphi = 0,8$ kapacitní.

3. Maximální dovolené chyby (*MPE*)

Vlivy různých měřených veličin a ovlivňujících veličin (a, b, c, ...) se vyhodnocují samostatně, přičemž všechny ostatní měřené veličiny a ovlivňující veličiny se udržují relativně konstantní na svých referenčních hodnotách. Chyba měření, která nesmí být větší než *MPE* uvedená v tabulce 2, se vypočítá takto:

$$\text{Chyba měření} = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 \dots}$$

Pokud elektroměr pracuje při proměnné proudové zátěži, nesmějí chyby v procentech překročit mezní hodnoty uvedené v tabulce 2.

Tabulka 2

***MPE* v procentech při stanovených pracovních podmínkách a při definovaných úrovních proudové zátěže a pracovní teplotě.**

Třída elektroměru	Pracovní teploty			Pracovní teploty			Pracovní teploty			Pracovní teploty		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
	+5°C ... +30°C			-10 °C ... +5 °C nebo +30 °C ... +40 °C			-25 °C ... -10 °C nebo +40 °C ... +55 °C			-40 °C ... -25 °C nebo +55 °C ... +70 °C		

Jednofázový elektroměr; vícefázový elektroměr se symetrickou zátěží

$I_{min} \leq I < I_{tr}$	3,5	2	1	5	2,5	1,3	7	3,5	1,7	9	4	2
$I_{tr} \leq I \leq I_{max}$	3,5	2	0,7	4,5	2,5	1	7	3,5	1,3	9	4	1,5

Vícefázový elektroměr s jednofázovou zátěží

$I_{tr} \leq I \leq I_{max}$, viz dále uvedená výjimka	4	2,5	1	5	3	1,3	7	4	1,7	9	4,5	2
---	---	-----	---	---	---	-----	---	---	-----	---	-----	---

Pro elektromechanické vícefázové elektroměry je rozsah proudu pro jednofázovou zátěž omezen na $5I_{tr} \leq I \leq I_{max}$

Jestliže elektroměr pracuje v jiných rozsazích teploty, pak se musí používat odpovídající hodnoty *MPE*.

4. Přípustný vliv rušení

4.1 Obecně

Protože jsou elektroměry přímo připojeny k napájecí síti a jednou z měřených veličin je také proud, používá se pro elektroměry speciální elektromagnetické prostředí.

Elektroměr musí vyhovovat elektromagnetickému prostředí třídy E2 a kromě toho musí splňovat dodatečné požadavky uvedené v bodech 4.2 a 4.3.

Elektromagnetické prostředí a přípustné vlivy se musí vyrovnat se situací, kdy působí dlouhodobá rušení, která však nesmí ovlivnit přesnost více než činí hodnoty kritické změny, a dále přechodová rušení, která mohou

▼B

způsobit dočasné zhoršení nebo ztrátu funkce nebo provozuschopnosti, ale po jejich doznění se musí funkce elektroměru a jeho provozuschopnost obnovit a přesnost nesmí být ovlivněna více než činí hodnoty kritické změny.

Tam, kde existuje nebezpečí častého výskytu blesku nebo kde převládá nadzemní elektrické vedení, musí být metrologické vlastnosti elektroměru ochráněny.

4.2 *Vliv dlouhodobých rušení*

Tabulka 3

Hodnoty kritické změny pro dlouhodobé rušení

Rušení	Hodnoty kritické změny v procentech pro třídu elektroměru		
	A	B	C
Obrácený sled fází	1,5	1,5	0,3
Nesymetrie napětí (platí pouze pro vícefázové elektroměry)	4	2	1
Harmonické v proudových obvodech ⁽¹⁾	1	0,8	0,5
Stejnosměrná složka a harmonické v proudovém obvodu ⁽¹⁾	6	3	1,5
Rychlá přechodová rušení	6	4	2
Magnetická pole; vysokofrekvenční (vyzařované vysokofrekvenční) elektromagnetické pole; rušení indukované vysokofrekvenčními poli; a odolnost proti oscilačním vlnám	3	2	1

⁽¹⁾ U elektromechanických elektroměrů nejsou pro harmonické v proudových obvodech ani pro stejnosměrnou složku a harmonické v proudovém obvodu definovány žádné hodnoty kritické změny.

4.3 *Přípustný vliv přechodových elektromagnetických jevů*

4.3.1 Účinek elektromagnetického rušení na elektroměr musí být takový, že během něj a bezprostředně po jeho ukončení

— nesmí žádný z výstupů určený pro zkoušení přesnosti elektroměru vysílat impulsy nebo signály odpovídající elektrické energii větší, než je hodnota kritické změny,

a v přiměřeném časovém úseku po skončení rušení musí elektroměr

— obnovit svoji funkci v mezích *MPE*, a

— zajišťovat všechny měřicí funkce, a

— umožnit obnovu všech hodnot naměřených bezprostředně před rušením, a

— nesmí uvádět změnu zaznamenané elektrické energie větší než je hodnota kritické změny.

Hodnota kritické změny v kWh je $m \cdot U_n \cdot I_{\max} \cdot 10^{-6}$

(kde *m* je počet měřicích prvků elektroměru, U_n je ve voltech a I_{\max} v ampérech).

4.3.2 Pro proudové přetížení činí hodnota kritické změny 1,5 %.

5. **Použitelnost**

5.1 U napětí menších, než je jmenovité pracovní napětí, nesmí být kladná chyba elektroměru větší než 10 %.

5.2 Ukazovatel celkové elektrické energie musí mít dostatečný počet míst, aby bylo zajištěno, že se indikované údaje nevrátí na svou počáteční hodnotu, jestliže bude elektroměr v provozu po dobu 4 000 hodin při

▼B

plném zatížení ($I = I_{\max}$, $U = U_n$ a $PF = 1$) a nesmí být možné ukazovatel za provozu vynulovat.

5.3 V případě výpadku proudu musí hodnota naměřené elektrické energie zůstat čitelná po dobu alespoň 4 měsíců.

5.4 *Chod naprázdno*

Jestliže se na elektroměr přivede napětí a proudové obvody jsou bez proudu (proudové obvody musí být otevřené), nesmí elektroměr zaznamenávat elektrickou energii při žádném napětí od $0,8 \cdot U_n$ do $1,1 \cdot U_n$.

5.5 *Náběh*

Elektroměr musí začít zaznamenávat a pokračovat v zaznamenávání energie při U_n , $PF = 1$ (vícefázový elektroměr se symetrickou zátěží) a proudu, který je roven I_{st} .

6. **Jednotky**

Naměřená elektrická energie musí být ukazována v kilowatthodinách nebo v megawatthodinách.

7. **Uvedení do provozu**

a) Jestliže členský stát uloží měření pro potřeby domácností, musí povolit, aby byla tato měření prováděna libovolným elektroměrem třídy A. Pro zvláštní účely může členský stát vyžadovat libovolný elektroměr třídy B.

b) Jestliže členský stát uloží měření pro potřeby obchodní nebo pro potřeby lehkého průmyslu, musí povolit, aby byla tato měření prováděna libovolným elektroměrem třídy B. Pro zvláštní účely může členský stát vyžadovat libovolný elektroměr třídy C.

c) Členský stát je povinen zajistit, aby byl rozsah proudu určen distributorem nebo osobou právně určenou k instalaci elektroměru tak, aby byl elektroměr vhodný pro přesná měření předpokládané nebo předvídatelné spotřeby.

POSUZOVÁNÍ SHODY

Postupy posuzování shody uvedené v článku 9, které výrobce může zvolit, jsou:

B + F nebo B + D nebo H1.



PŘÍLOHA MI-004

MĚŘIČE TEPLA

Příslušné požadavky přílohy I, zvláštní požadavky této přílohy a postupy posuzování shody stanovené v této příloze se vztahují na měřiče tepla definované dále a určené pro použití v obytných a obchodních prostorách a lehkém průmyslu.

DEFINICE

Měřič tepla je přístroj navržený pro měření tepla, které se ve výměníku tepla předává kapalině nazývané teplonosná kapalina.

Měřič tepla je buď kompaktní přístroj nebo kombinovaný přístroj skládající se z přístrojových podskupin, jak jsou uvedeny v čl. 4 písm. b), kterými jsou snímač průtoku, dvojice snímačů teploty a kalorimetrické počítadlo, nebo z kombinace těchto přístrojových podskupin.

θ	= teplota teplonosné kapaliny;
θ_{in}	= hodnota θ na přívodu k výměníku;
θ_{out}	= hodnota θ na výstupu výměníku;
$\Delta\theta$	= teplotní rozdíl $\theta_{in} - \theta_{out}$, přičemž platí $\Delta\theta \geq 0$;
θ_{max}	= horní mez θ , při níž měřič tepla pracuje správně v mezích <i>MPE</i> ;
θ_{min}	= dolní mez θ , při níž měřič tepla pracuje správně v mezích <i>MPE</i> ;
$\Delta\theta_{max}$	= horní mez $\Delta\theta$, při níž měřič tepla pracuje správně v mezích <i>MPE</i> ;
$\Delta\theta_{min}$	= dolní mez $\Delta\theta$, při níž měřič tepla pracuje správně v mezích <i>MPE</i> ;
q	= průtok teplonosné kapaliny;
q_s	= nejvyšší hodnota q přípustná po krátké časové intervaly, při níž bude měřič tepla pracovat správně;
q_p	= nejvyšší hodnota q trvale přípustná, při níž bude měřič tepla pracovat správně;
q_i	= nejnižší přípustná hodnota q , při níž bude měřič tepla pracovat správně;
P	= tepelný výkon výměny tepla;
P_s	= horní přípustná mez P , při níž bude měřič tepla pracovat správně.

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

1. Stanovené pracovní podmínky

Hodnoty stanovených pracovních podmínek musí být upřesněny výrobcem takto:

- 1.1 pro teplotu kapaliny: θ_{max} , θ_{min} ,
— pro teplotní rozdíly: $\Delta\theta_{max}$, $\Delta\theta_{min}$,
při těchto omezeních: $\Delta\theta_{max}/\Delta\theta_{min} \geq 10$; $\Delta\theta_{min} = 3 \text{ K}$ nebo 5 K nebo 10 K .
- 1.2 pro tlak kapaliny: maximální kladný vnitřní tlak, kterému může měřič tepla dlouhodobě odolávat při horní mezní teplotě.
- 1.3 pro průtoky kapaliny: q_s , q_p , q_i , přičemž hodnoty q_p a q_i podléhají následujícímu omezení: $q_p/q_i \geq 10$.
- 1.4 pro tepelný výkon: P_s .

2. Třídy přesnosti

Pro měřiče tepla jsou definovány následující třídy přesnosti: 1, 2, 3.

3. Maximální dovolené chyby (*MPE*) použitelné pro kompaktní měřiče tepla

Maximální dovolené chyby použitelné pro kompaktní měřič tepla pro jednotlivé třídy přesnosti vyjádřené v procentech konvenčně pravé hodnoty jsou:

▼ B

- Pro třídu 1: $E = E_f + E_t + E_c$, hodnoty E_f , E_t , E_c se stanoví podle bodů 7.1 až 7.3.
- Pro třídu 2: $E = E_f + E_t + E_c$, hodnoty E_f , E_t , E_c se stanoví podle bodů 7.1 až 7.3.
- Pro třídu 3: $E = E_f + E_t + E_c$, hodnoty E_f , E_t , E_c se stanoví podle bodů 7.1 až 7.3.

4. Přípustné vlivy elektromagnetického rušení

- 4.1 Přístroj nesmí být vystaven vlivu statických magnetických polí a elektromagnetických polí o síťovém kmitočtu.
- 4.2 Vliv elektromagnetického rušení musí být pouze takový, aby změna výsledku měření nebyla větší než hodnota kritické změny stanovená podle požadavku v bodě 4.3 nebo aby indikace výsledku měření byla taková, že ji nelze vykládat jako platný výsledek měření.
- 4.3 Hodnota kritické změny pro kompaktní měřič tepla je rovna absolutní hodnotě *MPE* použitelné pro měřič tepla (viz bod 3).

5. Stálost

Po provedení příslušné zkoušky, přičemž je třeba vzít v úvahu dobu trvání zkoušky předpokládanou výrobcem, musí být splněny následující kritéria:

- 5.1 Snímače průtoku: Změna výsledku měření po dokončení zkoušky stálosti vzhledem k počátečnímu výsledku měření nesmí být větší než hodnota kritické změny.
- 5.2 Snímače teploty: Změna výsledku měření po dokončení zkoušky stálosti vzhledem k počátečnímu výsledku měření nesmí být větší než 0,1 °C.

6. Nápis na měřiči tepla

- Třída přesnosti
- Mezní hodnoty průtoku
- Mezní hodnoty teploty
- Mezní hodnoty teplotního rozdílu
- Místo instalace snímače průtoku: přívodní nebo vratná větev
- Znázornění směru průtoku.

7. Přístrojové podskupiny

Ustanovení pro přístrojové podskupiny se mohou používat pro přístrojové podskupiny vyrobené stejným výrobcem nebo různými výrobci. Jestliže se měřič tepla skládá z přístrojových podskupin, vztahují se základní požadavky pro měřiče tepla odpovídajícím způsobem na jednotlivé přístrojové podskupiny. Navíc platí následující požadavky:

- 7.1 Relativní *MPE* snímače průtoku vyjádřená v % pro jednotlivé třídy přesnosti:

- třída 1: $E_f = (1 + 0,01 q_p/q)$, ale ne větší než 5 %,
- třída 2: $E_f = (2 + 0,02 q_p/q)$, ale ne větší než 5 %,
- třída 3: $E_f = (3 + 0,05 q_p/q)$, ale ne větší než 5 %,

přičemž chyba E_f vyjadřuje vztah mezi uváděnou a konvenčně pravou hodnotou, který vyplývá ze vztahu mezi výstupním signálem snímače průtoku a hmotností nebo objemem.

- 7.2 Relativní *MPE* páru snímačů teploty vyjádřená v %:

$$E_t = (0,5 + 3 \Delta\theta_{\min}/\Delta\theta),$$

přičemž chyba E_t vyjadřuje vztah mezi uváděnou a konvenčně pravou hodnotou, který vyplývá ze vztahu mezi výstupem snímače teploty a rozdílem teplot.

- 7.3 Relativní *MPE* kalorimetrického počítadla vyjádřená v %:

$$E_c = (0,5 + \Delta\theta_{\min}/\Delta\theta),$$

▼B

příčemž chyba E_c vyjadřuje vztah mezi uváděnou a konvenčně pravou hodnotou tepla.

7.4 Hodnota kritické změny pro přístrojovou podskupinu měřiče tepla je rovna příslušné absolutní hodnotě *MPE* použitelné pro danou přístrojovou podskupinu (viz body 7.1, 7.2 nebo 7.3).

7.5 *Nápisy na jednotlivých přístrojových podskupinách*

Snímač průtoku:	Třída přesnosti
	Mezní hodnoty průtoku
	Mezní hodnoty teploty
	Jmenovitý koeficient měřidla (např. litry/impulsy) nebo odpovídající výstupní signál)
Snímač teploty:	Znázornění směru průtoku
	Identifikace typu (např. Pt 100)
	Mezní hodnoty teploty
Kalorimetrické počítadlo:	Mezní hodnota teplotního rozdílu
	Typ snímačů teploty
	— Mezní hodnoty teploty
	— Mezní hodnoty teplotního rozdílu
	— Požadovaný jmenovitý koeficient měřidla (např. litry/impulsy) nebo odpovídající vstupní signál ze snímače průtoku
— Místo instalace snímače průtoku: v přívodní nebo vratné větvi	

UVEDENÍ DO PROVOZU

8. a) Jestliže členský stát uloží měření pro potřeby domácností, musí povolit, aby byla tato měření prováděna jakýmkoliv měřidlem třídy 3.
- b) Jestliže členský stát nařídí měření pro obchodní potřeby nebo pro potřeby lehkého průmyslu, má právo vyžadovat použití měřidla třídy 2.
- c) Členský stát zajistí, aby požadavky podle bodů 1.1 až 1.4 byly distributorem nebo osobou právně pověřenou instalací měřidla stanoveny tak, aby bylo měřidlo vhodné pro přesné měření předpokládané nebo předvídatelné spotřeby.

POSUZOVÁNÍ SHODY

Postupy posuzování shody uvedené v článku 9, které výrobce může zvolit, jsou:

B + F nebo B + D nebo H 1.



PŘÍLOHA MI-005

**MĚŘICÍ SYSTÉMY PRO KONTINUÁLNÍ A DYNAMICKÉ MĚŘENÍ
MNOŽSTVÍ KAPALIN JINÝCH NEŽ VODA**

Příslušné základní požadavky přílohy I, zvláštní požadavky této přílohy a postupy posuzování shody stanovené v této příloze se vztahují na měřicí systémy určené pro kontinuální a dynamické měření množství (objemu nebo hmotnosti) kapalin jiných než voda. Pokud je to vhodné lze termín „objem“ a symbol „L“ v této příloze číst jako „hmotnost“ a „kg“.

DEFINICE

Měřidlo

Přístroj navržený pro kontinuální měření, zaznamenávání a indikaci množství kapaliny protékající měřicím převodníkem v uzavřeném a zcela zaplněném potrubí za podmínek měření.

Počítadlo

Část měřidla, která přijímá výstupní signály z jednoho nebo více měřicích převodníků) a případně z připojených měřicích přístrojů a indikuje výsledky měření.

Připojený měřicí přístroj

Přístroj připojený k počítadlu pro měření určitých veličin, které jsou charakteristické pro danou kapalinu, s cílem provést korekci nebo přepočítání.

Přepočítávací zařízení

Část počítadla, která bere v úvahu vlastnosti kapaliny (teplota, hustota atd.) naměřené pomocí připojených měřicích přístrojů nebo uložené v paměti a automaticky přepočítává

— objem kapaliny naměřené za podmínek měření na objem při základních podmínkách nebo na hmotnost, nebo

— hmotnost kapaliny naměřené za podmínek měření na objem za podmínek měření nebo objem při základních podmínkách.

Poznámka: Přepočítávací zařízení zahrnuje příslušné připojené měřicí přístroje.

Základní podmínky

Stanovené podmínky, na které se převádí množství kapaliny naměřené za podmínek měření.

Měřicí systém

Systém, který obsahuje měřidlo samotné a všechna zařízení nezbytná k zajištění správného měření nebo určená ke zjednodušení měřicích činností.

Výdejní stojan

Měřicí systém určený pro doplňování paliva do motorových vozidel, malých lodí a malých letadel.

Samoobslužné uspořádání

Uspořádání, které umožňuje zákazníkovi používat měřicí systém k získávání kapaliny určené pro jeho vlastní použití.

Samoobslužné zařízení

Zvláštní zařízení, které je součástí samoobslužného uspořádání a které umožňuje činnost jednoho nebo více měřicích systémů v samoobslužném uspořádání.

Nejmenší odměr (MMQ)

Nejmenší množství kapaliny, pro které je měření v daném měřicím systému metrologicky přijatelné.

Přímá indikace

▼B

Indikace objemu nebo hmotnosti odpovídající měřené veličině, kterou je měřidlo schopno fyzikálně měřit.

Poznámka: Přímou indikaci lze pomocí přepočítávacího zařízení převést na indikaci jiné veličiny.

Přerušitelný / nepřerušitelný

Měřicí systém lze považovat za přerušitelný / nepřerušitelný, jestliže proudění kapaliny lze/nelze snadno a rychle zastavit.

Rozsah průtoku

Rozsah mezi minimálním průtokem (Q_{\min}) a maximálním průtokem (Q_{\max}).

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY**1. Stanovené pracovní podmínky**

Výrobce musí pro přístroj určit stanovené pracovní podmínky, zejména:

1.1 Rozsah průtoku

Rozsah průtoku musí splňovat následující podmínky:

- i) rozsah průtoku měřicího systému musí být v mezích rozsahu průtoku každého jeho prvku, zejména pak měřidla;
- ii) měřidlo a měřicí systém:

Tabulka 1

Zvláštní měřicí systém	Druh kapaliny	Minimální poměr Q_{\max} : Q_{\min}
Výdejní stojany	Nezkapalněné plyny	10:1
	Zkapalněné plyny	5:1
Měřicí systém	Kryogenní kapaliny	5:1
Měřicí systémy na potrubí a systémy pro nakládku lodí	Všechny kapaliny	Podle podmínek použití
Všechny ostatní měřicí systémy	Všechny kapaliny	4:1

1.2 Vlastnosti kapaliny, která se má měřit přístrojem, uvedením názvu nebo druhu kapaliny nebo příslušných jejích vlastností, například:

- rozsah teploty,
- rozsah tlaku,
- rozsah hustoty,
- rozsah viskozity.

1.3 Jmenovitou hodnotu napětí střídavého zdroje nebo mezní hodnoty napětí stejnosměrného zdroje.**1.4** Základní podmínky pro přepočítávané hodnoty.

Poznámka: Bod 1.4 platí aniž jsou dotčeny povinnosti členských států vyžadovat buď použití teploty 15 °C podle čl. 3 odst. 1 směrnice Rady 92/81/EHS z 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z minerálních olejů⁽¹⁾, nebo v případě těžkých topných olejů, LPG a metanu použití jiné teploty podle čl. 3 odst. 2 uvedené směrnice.

2. Klasifikace přesnosti a maximální dovolené chyby (MPE)**2.1** U množství rovnajících se dvěma litrům nebo větších jsou MPE pro indikované hodnoty tyto:

⁽¹⁾ Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 12. Směrnice zrušená směrnicí 2003/96/ES (Úř. věst. L 283, 31.10.2003, s. 51).

▼ **B**

Tabulka 2

	Třída přesnosti				
	0,3	0,5	1,0	1,5	2,5
Měřicí systémy (A)	0,3 %	0,5 %	1,0 %	1,5 %	2,5 %
Měřidla (B)	0,2 %	0,3 %	0,6 %	1,0 %	1,5 %

2.2 U množství menších než dva litry jsou *MPE* pro indikované hodnoty tyto:

Tabulka 3

Měřený objem V	<i>MPE</i>
$V < 0,1$ L	$4 \times$ hodnota v tabulce 2 použitá na 0,1 L
$0,1$ L $\leq V < 0,2$ L	$4 \times$ hodnota v tabulce 2
$0,2$ L $\leq V < 0,4$ L	$2 \times$ hodnota v tabulce 2 použitá na 0,4 L
$0,4$ L $\leq V < 1$ L	$2 \times$ hodnota v tabulce 2
1 L $\leq V < 2$ L	hodnota v tabulce 2 použitá na 2 L

2.3 Bez ohledu na měřené množství je však velikost *MPE* dána větší z následujících dvou hodnot:

- absolutní hodnota *MPE* uvedené v tabulce 2 nebo v tabulce 3,
- absolutní hodnota *MPE* pro nejmenší odměr (E_{\min}).

2.4.1 Pro nejmenší odměry rovné dvěma litrům nebo větší platí následující podmínky:

Podmínka 1

E_{\min} musí splňovat podmínku: $E_{\min} \geq 2R$, kde R je nejmenší dílek stupnice indikačního zařízení.

Podmínka 2

E_{\min} je dáno vzorcem: $E_{\min} = (2 \text{ MMQ}) \times (A/100)$, kde

- *MMQ* je nejmenší odměr,
- A je číselná hodnota uvedená v řádku A tabulky 2.

2.4.2 Pro nejmenší odměry menší než dva litry platí výše uvedená podmínka 1 a E_{\min} je rovno dvojnásobku hodnoty uvedené v tabulce 3 a vztahuje se k řádku A tabulky 2.

2.5 *Přepočítávaný indikovaný údaj*

V případě přepočítávaného indikovaného údaje platí *MPE* z řádku A tabulky 2.

2.6 *Přepočítávací zařízení*

MPE přepočítávaných indikovaných údajů získaných přepočítávacím zařízením jsou rovny $\pm(A - B)$, kde A a B jsou hodnoty uvedené v tabulce 2.

Části přepočítávacího zařízení, které lze zkoušet odděleně

a) Počítadlo

MPE indikovaných hodnot množství kapaliny platná pro výpočet, kladná nebo záporná, se rovná jedné desetíně *MPE* uvedené v řádku A tabulky 2.

b) Připojené měřicí přístroje

Připojené měřicí přístroje musí mít přesnost alespoň takovou, jakou udávají hodnoty v tabulce 4:

▼B

Tabulka 4

MPE pro měření	Třídy přesnosti měřicího systému				
	0,3	0,5	1,0	1,5	2,5
Teplota	±0,3 °C	± 0,5 °C			± 1,0 °C
Tlak	Menší než 1 MPa: ±50 kPa Od 1 do 4 MPa: ±5 % Větší než 4 MPa: ±200 kPa				
Hustota	± 1 kg/m ³	± 2 kg/m ³		± 5 kg/m ³	

Tyto hodnoty se vztahují na údaje charakteristických množství kapaliny indikovaných přepočítávacím zařízením.

c) Přesnost výpočtové funkce

MPE výpočtu každého charakteristického množství kapaliny, kladná nebo záporná, je rovna dvěma pětinaš hodnoty uvedené pod písm. b).

- 2.7 Požadavek v bodě 2.6 písm. a) se vztahuje na jakýkoli výpočet, nejen na přepočet.

3. Největší přípustný vliv rušení

- 3.1 Elektromagnetické rušení může ovlivnit měřicí systém jen do té míry, že

- změna výsledku měření není větší než hodnota kritické změny definovaná v bodě 3.2, nebo
- indikovaný údaj výsledku měření vykazuje okamžitou odchylku, kterou nelze vykládat, zaznamenat nebo odeslat jako výsledek měření. Vedle toho v případě přerušitelných systémů může tato situace také znamenat, že nebude možné provádět měření, nebo
- změna výsledku měření je větší než hodnota kritické změny, přičemž v tomto případě měřicí systém musí umožnit obnovení výsledku měření provedeného bezprostředně před výskytem hodnoty kritické změny a musí přerušit průtok.

- 3.2 Hodnota kritické změny odpovídá větší z následujících hodnot: jedné pětinaš MPE pro určitou měřenou veličinu nebo E_{\min} .

4. Stálost

Po provedení příslušné zkoušky, přičemž je třeba vzít v úvahu dobu trvání zkoušky předpokládanou výrobcem, musí být splněna následující kritéria:

Změna výsledku měření po dokončení zkoušky stálosti vzhledem k počátečnímu výsledku měření nesmí být větší než hodnota pro měřidla uvedená v řádku B tabulky 2.

5. Použitelnost

- 5.1 Pro každou měřenou veličinu vztahující se ke stejnému měření musí platit, že indikované údaje poskytované různými zařízeními se nesmějí navzájem lišit o více než o jeden dílek stupnice, jestliže tato zařízení mají stejný dílek stupnice. V případě, že tato zařízení mají různé dílky stupnice, nesmí být tento rozdíl větší, než je největší z dílků stupnice.

V případě samoobslužného uspořádání však musí být dílky stupnice hlavního indikačního zařízení měřicího systému a dílky stupnice samoobslužného zařízení stejné a výsledky měření se od sebe nesmí navzájem lišit.

- 5.2 Měřené množství za obvyklých podmínek použití nesmí být možné odvést jinam, aniž by to bylo okamžitě zřejmé.

- 5.3 Jakékoliv procentuální množství vzduchu nebo plynu, které není v kapalině snadno zjistitelné, nesmí způsobit změnu chyby větší než

- 0,5 % pro kapaliny s výjimkou pitných kapalin a pro kapaliny, jejichž viskozita není větší než 1 mPa.s, nebo
- 1 % pro pitné kapaliny a pro kapaliny o viskozitě větší než 1 mPa.s.

▼ B

Povolena změna však nesmí být nikdy menší než 1 % nejmenšího odměru (*MMQ*). Tato hodnota platí v případě existence vzduchových nebo plynových kapes.

5.4 *Přístroje určené pro přímý prodej*

5.4.1 Měřicí systém pro přímý prodej musí být vybavený prostředky pro vynulování ukazovatele.

Měřené množství nesmí být možné odvést jinam.

5.4.2 Indikace množství, na němž je založena transakce, musí být trvalá až do okamžiku, než všechny strany transakce přijmou výsledek měření.

5.4.3 Měřicí systémy pro přímý prodej musí být přerušitelné.

5.4.4 Jakýkoliv procentuální obsah vzduchu nebo plynu v kapalině nesmí způsobit změnu chyby, která je větší než hodnoty uvedené v bodě 5.3.

5.5 *Výdejní stojany*

5.5.1 Ukazovatele výdejních stojanů nesmí být možné v průběhu měření vynulovat.

5.5.2 Zahájení nového měření musí být znemožněno, dokud ukazovatel není vynulován.

5.5.3 Jestliže je měřicí systém vybaven ukazovatelem ukazujícím cenu, nesmí být rozdíl mezi zobrazenou cenou a cenou vypočtenou z ceny za jednotku a indikovaného množství větší než cena odpovídající E_{\min} . Tento rozdíl však nemusí být menší, než je nejmenší jednotka měny.

6. Selhání napájecího zdroje

Měřicí systém musí být buď vybaven záložním zdrojem, který zajistí provedení všech měřicích funkcí během selhání hlavního napájecího zdroje, nebo musí být vybaven prostředky k zachování a indikaci údajů tak, aby bylo umožněno ukončení probíhající transakce, a dále prostředky pro zastavení proudění v okamžiku selhání hlavního napájecího zdroje.

7. Uvedení do provozu

Tabulka 5

Třída přesnosti	Druhy měřicích systémů
0,3	Měřicí systémy na potrubí
0,5	Všechny měřicí systémy, pokud není jinde v této tabulce stanoveno jinak, zejména: <ul style="list-style-type: none"> — výdejní stojany (s výjimkou stojanů pro zkvalněné plyny) — měřicí systémy na silničních cisternách pro kapaliny s nízkou viskozitou (< 20 mPa.s) — měřicí systémy pro nakládku (vykládku) lodí a železničních a silničních cisteren (!) — měřicí systémy na mléko — měřicí systémy pro doplňování paliva letadel
1,0	Měřicí systémy pro zkvalněné plyny pod tlakem měřené při teplotě – 10 °C nebo vyšší Měřicí systémy běžně třídy 0,3 nebo 0,5, ale používané pro kapaliny, <ul style="list-style-type: none"> — jejichž teplota je nižší než –10 °C nebo vyšší než 50 °C — jejichž dynamická viskozita je vyšší než 1 000 mPa.s — jejichž maximální objemový průtok nepřekročí 20 L/h
1,5	Měřicí systémy pro zkvalněný oxid uhličitý Měřicí systémy pro zkvalněné plyny pod tlakem měřené při teplotě nižší než –10 °C (s výjimkou kryogenních kapalin)

▼ B

Třída přesnosti	Druhy měřicích systémů
2,5	Měřicí systémy pro kryogenní kapaliny (o teplotě nižší než -153 °C)

(¹) Členské státy však mohou vyžadovat měřicí systémy třídy přesnosti 0,3 nebo 0,5 pro účely vybírání daní na minerální oleje při nakládce (vykládce) lodí, železničních a silničních cisteren.

Poznámka: Výrobce však může pro určitý druh měřicího systému stanovit vyšší přesnost.

8. **Jednotky měření**

Měřené množství musí být indikováno v mililitrech, krychlových centimetrech, litrech, krychlových metrech, gramech, kilogramech nebo tunách.

POSUZOVÁNÍ SHODY

Postupy posuzování shody uvedené v článku 9, které výrobce může zvolit, jsou:

B + F nebo B + D nebo H1 nebo G.



PŘÍLOHA MI-006

VÁHY S AUTOMATICKOU ČINNOSTÍ

Příslušné základní požadavky přílohy I, zvláštní požadavky této přílohy a postupy posuzování shody stanovené v kapitole I této přílohy se vztahují na váhy s automatickou činností definované dále a určené pro stanovení hmotnosti tělesa využitím působení gravitace na toto těleso.

DEFINICE

Váhy s automatickou činností

Zařízení, které určuje hmotnost produktu bez zásahu operátora a postupuje přitom podle předem stanoveného programu automatických postupů charakteristických pro tento přístroj.

Dávkovací váhy s automatickou činností

Váhy s automatickou činností, které určují hmotnost předem seskupených samostatných zátěží (např. hotově baleného zboží) nebo jednotlivých množství volně loženého materiálu.

Kontrolní váhy s automatickou činností

Dávkovací váhy s automatickou činností, které třídí zboží rozdílné hmotnosti do dvou nebo více podskupin podle hodnoty rozdílu mezi jejich hmotností a jmenovitým bodem nastavení.

Etiketovací váhy

Dávkovací váhy s automatickou činností, které opatřují jednotlivé kusy zboží štítkem s hodnotou hmotnosti.

Váhy s tiskem cenových etiket

Dávkovací váhy s automatickou činností, které opatřují jednotlivé kusy zboží štítkem s hodnotou hmotnosti a informací o ceně.

Gravimetrické plnicí váhy s automatickou činností

Váhy s automatickou činností, které plní kontejnery předem stanovenou a prakticky konstantní hmotností sypkého produktu.

Diskontinuální součtové váhy (součtové zásobníkové váhy)

Váhy s automatickou činností, které určují hmotnost velkého množství sypkého produktu tak, že toto množství rozdělí do samostatných dávek. Určuje se hmotnost každé samostatné dávky a postupně se přičítá. Každá samostatná dávka se pak přidá k již odváženému celkovému množství.

Kontinuální součtové váhy

Váhy s automatickou činností, které určují hmotnost určitého množství produktu na dopravním pásu bez systematického dělení produktu a bez přerušení pohybu dopravního pásu.

Kolejové váhy

Váhy s automatickou činností s nosičem zatížení, který zahrnuje koleje pro pohyb železničních kolejových vozidel.

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

Kapitola I – Požadavky společné pro všechny druhy vah s automatickou činností

1. *Stanovené pracovní podmínky*

Výrobce musí pro příslušné váhy určit stanovené pracovní podmínky takto:

 - 1.1 Pro měřenou veličinu:

Rozsah měření vyjádřený maximální a minimální váživostí.
 - 1.2 Pro ovlivňující veličiny elektrického zdroje:

Pro zdroj střídavého napětí: jmenovité střídavé napájecí napětí nebo meze střídavého napětí.

▼B

Pro zdroj stejnosměrného napětí: jmenovité a minimální stejnosměrné napájecí napětí nebo meze stejnosměrného napětí.

- 1.3 Pro mechanické a klimatické ovlivňující veličiny:
- Pokud není v následujících kapitolách této přílohy stanoveno jinak, je minimální rozsah teploty 30 °C.
- Třídy mechanického prostředí podle bodu 1.3.2 přílohy I se nepoužijí. Pro váhy, které se používají pod vlivem zvláštního mechanického namáhání, např. váhy zabudované do vozidel, musí výrobce definovat mechanické podmínky používání.
- 1.4 Pro ostatní ovlivňující veličiny (pokud je to použitelné):
- Rychlost (rychlosti) provozu.
- Vlastnosti váženého produktu (produktů).
2. *Přípustný vliv rušení – Elektromagnetické prostředí*
- Pro každý druh vah je v příslušné kapitole této přílohy uvedeno požadované provedení a hodnota kritické změny.
3. *Použitelnost*
- 3.1 K omezení vlivu naklonění, zatěžování a rychlosti provozu musí být poskytnuty takové prostředky, které zajistí, že za normálních podmínek provozu nebudou *MPE* překročeny.
- 3.2 Musí být zajištěno odpovídající materiálové vybavení pro ovládání, aby bylo umožněno, že váhy budou za normálních podmínek provozu pracovat v mezích *MPE*.
- 3.3 Každé řídicí rozhraní pro operátora musí být jasné a účinné.
- 3.4 Neporušenost ukazovatele (pokud existuje) musí být ověřitelná operátorem.
- 3.5 K dispozici musí být vhodné prostředky pro nastavení indikace na nulu, které umožní, že váhy budou za normálních podmínek provozu pracovat v mezích *MPE*.
- 3.6 Každý výsledek mimo rozsah měření musí být jako takový identifikovatelný, pokud existuje možnost tisku.
4. *Posuzování shody*
- Postupy posuzování shody zmíněné v článku 9, které výrobce může zvolit, jsou:
- Pro mechanické systémy:
- B + D nebo B + E nebo B + F nebo D1 nebo F1 nebo G nebo H1.
- Pro elektromechanické váhy:
- B + D nebo B + E nebo B + F nebo G nebo H1.
- Pro elektronické systémy nebo systémy obsahující programové vybavení:
- B + D nebo B + F nebo G nebo H1.

Kapitola II – Dávkovací váhy s automatickou činností

1. *Třídy přesnosti*
- 1.1 Váhy se dělí do primárních kategorií označených jako:
- X nebo Y
- podle toho, jak uvede výrobce.
- 1.2 Tyto primární kategorie se dále dělí do čtyř tříd přesnosti:
- XI, XII, XIII a XIV
- a
- Y(I), Y(II), Y(a) a Y(b),
- které stanoví výrobce.

▼B2. *Váhy kategorie X*

2.1 Do kategorie X patří váhy používané pro kontrolu hotově baleného zboží vyrobeného podle požadavků směrnice Rady 75/106/EHS ze dne 19. prosince 1974 o sblížení právních předpisů členských států týkajících se zhotovení některých kapalných výrobků v hotovém balení podle objemu⁽¹⁾ a směrnice Rady 76/211/EHS ze dne 20. ledna 1976 o sblížení právních předpisů členských států týkajících se zhotovení některých výrobků v hotovém balení podle hmotnosti nebo objemu⁽²⁾.

2.2 Třídy přesnosti jsou doplněny faktorem (x), kterým se určuje největší dovolená směrodatná odchylka podle bodu 4.2.

Výrobce musí specifikovat faktor (x), kde (x) musí být ≤ 2 a vyjádřeno ve tvaru 1×10^k , 2×10^k nebo 5×10^k , kde k je záporné celé číslo nebo nula.

3. *Váhy kategorie Y*

Do kategorie Y patří všechny ostatní dávkovací váhy s automatickou činností.

4. *MAXIMÁLNÍ DOVOLENÁ CHYBA (MPE)*

4.1 Střední chyba pro váhy kategorie X/Maximální dovolená chyba (*MPE*) pro váhy kategorie Y

Tabulka 1

<i>(m)e</i> Netto zatížení vyjádřené pomocí ověřovacích dílků ()								Maximální dovolená střední chyba	MPE
XI	Y(I)	XII	Y(II)	XIII	Y(a)	XIV	Y(b)	X	Y
$0 < m \leq 50\,000$		$0 < m \leq 5\,000$		$0 < m \leq 500$		$0 < m \leq 50$		$\pm 0,5e$	$\pm 1e$
$50\,000 < m \leq 200\,000$		$5\,000 < m \leq 20\,000$		$500 < m \leq 2\,000$		$50 < m \leq 200$		$\pm 1,0e$	$\pm 1,5e$
$200\,000 < m$		$20\,000 < m \leq 100\,000$		$2\,000 < m \leq 10\,000$		$200 < m \leq 1\,000$		$\pm 1,5e$	$\pm 2e$

4.2 *Směrodatná odchylka*

Největší dovolená hodnota směrodatné odchylky pro váhy třídy X (x) je výsledkem vynásobení koeficientu (x) hodnotou uvedenou v tabulce 2 dále.

Tabulka 2

Netto zatížení (m)	Největší dovolená směrodatná odchylka pro třídu X(I)
$m \leq 50$ g	0,48 %
50 g $< m \leq 100$ g	0,24 g
100 g $< m \leq 200$ g	0,24 %
200 g $< m \leq 300$ g	0,48 g
300 g $< m \leq 500$ g	0,16 %
500 g $< m \leq 1\,000$ g	0,8 g
$1\,000$ g $< m \leq 10\,000$ g	0,08 %

(¹) Úř. věst. L 42, 15.2.1975, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 89/676/EHS (Úř. věst. L 398, 30.12.1989, s. 18).

(²) Úř. věst. L 46, 21.2.1976, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná Dohodou o EHP.

▼B

Netto zatížení (m)	Největší dovolená směrodatná odchylka pro třídu X(I)
$10\,000\text{ g} < m \leq 15\,000\text{ g}$	8 g
$15\,000\text{ g} < m$	0,053 %

Pro třídy XI a XII musí být (x) menší než 1.

Pro třídu XIII nesmí být (x) větší než 1.

Pro třídu XIV musí být (x) větší než 1.

4.3 Ověřovací dílek – jednorozsahové váhy

Tabulka 3

Třídy přesnosti	Ověřovací dílek	nePočet ověřovacích dílků = Max/		
		Minimum	Maximum	
XI	Y(I)	$0,001\text{ g} \leq e$	50 000	–
XII	Y(II)	$0,001\text{ g} \leq e \leq 0,05\text{ g}$	100	100 000
		$0,1\text{ g} \leq e$	5 000	100 000
XIII	Y(a)	$0,1\text{ g} \leq e \leq 2\text{ g}$	100	10 000
		$5\text{ g} \leq e$	500	10 000
XIV	Y(b)	$5\text{ g} \leq e$	100	1 000

4.4 Ověřovací dílek – vícerozsahové váhy

Tabulka 4

Třídy přesnosti	Ověřovací dílek	nePočet ověřovacích dílků = Max/		
		Nejmenší hodnota (¹) $n = \text{Max}_i/e_{(i+1)}$	Největší hodnota $n = \text{Max}_i/e_i$	
XI	Y(I)	$0,001\text{ g} \leq e_i$	50 000	–
XII	Y(II)	$0,001\text{ g} \leq e_i \leq 0,05\text{ g}$	5 000	100 000
		$0,1\text{ g} \leq e_i$	5 000	100 000
XIII	Y(a)	$0,1\text{ g} \leq e_i$	500	10 000
XIV	Y(b)	$5\text{ g} \leq e_i$	50	1 000

Platí, že:

$i = 1, 2, \dots, r$

i = dílečkový rozsah

r = celkový počet dílečkových rozsahů

(¹) Pro $i = r$ se použije odpovídající sloupec tabulky 3, přičemž e se nahradí e_r .

5. Vážicí rozsah

Při stanovení vážicího rozsahu pro váhy třídy Y musí vzít výrobce v úvahu, že minimální váživost nesmí být menší než

třída Y(I):	$100e$
třída Y(II):	$20e$ pro $0,001\text{ g} \leq e \leq 0,05\text{ g}$, $50e$ pro $0,1\text{ g} \leq e$
třída Y(a):	$20e$
třída Y(b):	$10e$

Třídící váhy, např. poštovní váhy
a váhy pro vážení odpadu:: $5e$

▼ B

6. *Dynamické nastavení*
- 6.1 Zařízení pro dynamické nastavení musí pracovat v rozsahu zatížení stanoveném výrobcem.
- 6.2 Po namontování nesmí být zařízení pro dynamické nastavení, které kompenzuje dynamické vlivy zatížení za pohybu, v činnosti mimo rozsah zatížení a musí být možné ho zajistit.
7. *Provoz při působení ovlivňujících veličin a elektromagnetických rušení*
- 7.1 *MPE způsobené ovlivňujícími veličinami:*
- 7.1.1 U vah kategorie X:
 - pro automatickou činnost platí hodnoty podle tabulek 1 a 2,
 - pro statické vážení v neautomatickém režimu platí hodnoty podle tabulky 1.
- 7.1.2 U vah kategorie Y:
 - pro každé zatížení v automatickém režimu platí hodnoty podle tabulky 1,
 - Pro statické vážení v neautomatickém režimu platí hodnoty uvedené v tabulce 1 pro kategorii X.
- 7.2 Hodnota kritické změny v důsledku poruchy je jeden ověřovací dílek.
- 7.3 Rozsah teploty:
 - Pro třídu XI a Y(I) je minimální rozsah 5 °C,
 - Pro třídu XII a Y(II) je minimální rozsah 15 °C.

Kapitola III – Gravimetrické plnicí váhy s automatickou činností

1. *Třídy přesnosti*
- 1.1 Výrobce musí stanovit referenční třídu přesnosti Ref(x) a pracovní třídu (třídy) přesnosti X(x).
- 1.2 Určitému typu váhy je přiřazena referenční třída přesnosti, Ref(x), která odpovídá nejlepší možné přesnosti pro váhy daného typu. Po instalaci jsou příslušné váhy přiděleny do jedné nebo více pracovních tříd přesnosti, X(x), přičemž se vezmou v úvahu konkrétní produkty, které se na nich budou vážit. Faktor (x) pro označení třídy musí být ≤ 2 a musí být ve tvaru 1×10^k , 2×10^k nebo 5×10^k , kde k je záporné celé číslo nebo nula.
- 1.3 Referenční třída přesnosti Ref(x) se používá pro statická zatížení.
- 1.4 Pro pracovní třídu přesnosti X(x) představuje X režim, který vztahuje přesnost k hmotnosti zátěže, a (x) je násobitel pro meze chyby jak jsou stanoveny pro třídu X(1) v bodě 2.2.
2. *MAXIMÁLNÍ DOVOLENÁ CHYBA (MPE)*
- 2.1 *Chyba statického vážení*
- 2.1.1 Pro statická zatížení za stanovených pracovních podmínek je maximální dovolená chyba pro referenční třídu přesnosti Ref(x) 0,312 největší dovolené odchylky každé náplně od průměru uvedeného v tabulce 5, vynásobeného faktorem označujícím třídu (x).
- 2.1.2 U vah, u kterých může být náplň tvořena více než jednou zátěží (např. kumulativní nebo selektivní kombinované váhy), musí být MPE pro statická zatížení rovna přesnosti požadované pro náplň podle bodu 2.2 (tj. nikoliv součtu největších dovolených odchylek pro jednotlivá zatížení).
- 2.2 *Odchylka od průměrné náplně*



Tabulka 5

Hodnota hmotnosti m (g) náplně	Největší dovolená odchylka každé náplně od průměru pro třídu X(1)
$m \leq 50$	7,2 %
$50 < m \leq 100$	3,6 g
$100 < m \leq 200$	3,6 %
$200 < m \leq 300$	7,2 g
$300 < m \leq 500$	2,4 %
$500 < m \leq 1\,000$	12 g
$1\,000 < m \leq 10\,000$	1,2 %
$10\,000 < m \leq 15\,000$	120 g
$15\,000 < m$	0,8 %

Poznámka: Vypočtenou odchylku každé náplně od průměru je možné nastavit tak, aby se zahrnul vliv velikosti částic materiálu.

2.3 Chyba vzhledem k předem nastavené hodnotě (chyba nastavení)

U vah, u nichž je možné předem nastavit hmotnost náplně, nesmí být maximální rozdíl mezi přednastavenou hodnotou a průměrnou hmotností náplně větší než 0,312 krát největší dovolená odchylka každé náplně od průměru, jak je uvedeno v tabulce 5.

3. Provoz při působení ovlivňující veličiny a elektromagnetického rušení

3.1 MPE způsobená ovlivňující veličinou musí být podle bodu 2.1.

3.2 Hodnota kritické změny způsobená rušením je změna indikace statického zatížení rovnající se MPE uvedené v bodě 2.1 a vypočtené pro jmenovitou minimální náplň nebo změna, která by měla na náplň u vah, u nichž se náplň skládá z několika zátěží, rovnocenný vliv. Vypočtená hodnota kritické změny se zaokrouhluje na nejbližší vyšší dílek stupnice (d).

3.3 Výrobce musí stanovit hodnotu minimální jmenovité náplně.

Kapitola IV – Diskontinuální součtové váhy

1. Třídy přesnosti

Váhy se dělí do těchto čtyř tříd přesnosti: 0,2; 0,5; 1; 2.

2. Maximální dovolené chyby (MPE)

Tabulka 6

Třída přesnosti	MPE sečtené zátěže
0,2	$\pm 0,10$ %
0,5	$\pm 0,25$ %
1	$\pm 0,50$ %
2	$\pm 1,00$ %

3. Dílek sčítací stupnice

Dílek sčítací stupnice (d_t) musí být v rozsahu:

$$0,01 \text{ % Max} \leq d_t \leq 0,2 \text{ % Max}$$

4. Minimální sčítané zatížení (Σ_{\min})

Minimální sčítané zatížení (Σ_{\min}) nesmí být menší než zatížení, při němž je maximální dovolená chyba rovna dílku sčítací stupnice (d_t), a nesmí být menší než minimální zatížení stanovené výrobcem.

▼B5. *Nastavení nuly*

Váhy, které po každém vyprázdnění neprovádějí tárování, musí mít zařízení pro nastavení nuly. Automatická činnost musí být zakázána, pokud se indikace nuly liší o

- $1 d_t$ u vah s automatickým zařízením pro nastavení nuly,
- $0,5 d_t$ u vah s poloautomatickým nebo neautomatickým zařízením pro nastavení nuly.

6. *Rozhraní operátora*

Během automatické činnosti nesmí být možné, aby operátor prováděl funkce seřizování a nulování.

7. *Výtisk*

U vah vybavených tiskacím zařízením nesmí být možné součet vynulovat, dokud tento součet není vytisknutý. K výtisku celkového součtu musí dojít také tehdy, když je automatický provoz přerušen.

8. *Provoz při působení ovlivňujících veličin a elektromagnetického rušení*8.1 *MPE způsobené ovlivňujícími veličinami musí být podle tabulky 7.*

Tabulka 7

Zatížení (m) vyjádřené pomocí dílků sčítací stupnice (d)	MPE
$0 < m \leq 500$	$\pm 0,5 d_t$
$500 < m \leq 2\,000$	$\pm 1,0 d_t$
$2\,000 < m \leq 10\,000$	$\pm 1,5 d_t$

8.2 *Hodnota kritické změny způsobená rušením je jeden dílek sčítací stupnice pro libovolnou indikaci hmotnosti a pro jakýkoliv uložený součet.***Kapitola V – Kontinuální součtové váhy**1. *Třídy přesnosti*

Váhy se dělí do těchto tří tříd přesnosti: 0,5; 1; 2.

2. *Vážicí rozsah*2.1 *Výrobce musí stanovit vážicí rozsah, poměr mezi minimálním zatížením netto na vážicí jednotce a maximální váživostí, a minimální sčítané zatížení.*2.2 *Minimální sčítané zatížení Σ_{\min} nesmí být menší než*

$800 d$ pro třídu 0,5;

$400 d$ pro třídu 1;

$200 d$ pro třídu 2,

kde d je dílek sčítací stupnice zařízení pro celkový součet.

3. *MAXIMÁLNÍ DOVOLENÁ CHYBA (MPE)*

Tabulka 8

Třída přesnosti	MPE pro sečtené zatížení
0,5	$\pm 0,25 \%$
1	$\pm 0,5 \%$
2	$\pm 1,0 \%$

4. *Rychlost pásu*

Rychlost pásu musí být stanovena výrobcem. U pásových vah s jednou rychlostí a u pásových vah s proměnnou rychlostí, které mají ruční ovládání rychlosti, se rychlost nesmí od jmenovité hodnoty lišit o více než o 5 %. Produkt nesmí mít jinou rychlost, než je rychlost pásu.

▼ B

5. *Zařízení pro celkový součet*
Zařízení pro celkový součet nesmí být možné vynulovat.
6. *Provoz při působení ovlivňujících veličin a elektromagnetického rušení*
- 6.1 *MPE* způsobená ovlivňující veličinou pro zatížení ne menší než Σ_{\min} musí být rovna 0,7 násobku odpovídající hodnoty uvedené v tabulce 8 zaokrouhlenému na nejbližší dílek sčítací stupnice (*d*).
- 6.2 Hodnota kritické změny způsobené rušením musí být pro zatížení rovné Σ_{\min} a pro stanovenou třídu pásové váhy rovna 0,7 násobku odpovídající hodnoty uvedené v tabulce 8, zaokrouhlenému na nejbližší vyšší dílek sčítací stupnice (*d*).

Kapitola VI – Kolejové váhy s automatickou činností

1. *Třídy přesnosti*
Váhy se dělí do těchto čtyř tříd přesnosti:
0,2; 0,5; 1; 2.
2. *MAXIMÁLNÍ DOVOLENÁ CHYBA (MPE)*
- 2.1 *MPE* pro vážení za pohybu jednotlivého železničního kolejového vozidla nebo celého vlaku jsou uvedeny v tabulce 9.

Tabulka 9

Třída přesnosti	MPE
0,2	± 0,1 %
0,5	± 0,25 %
1	± 0,5 %
2	± 1,0 %

- 2.2 *MPE* pro hmotnost spojených nebo rozpojených železničních kolejových vozidel vážených za pohybu musí být rovny větší z následujících hodnot:
 - hodnota vypočtená podle tabulky 9 zaokrouhlená na nejbližší dílek stupnice;
 - hodnota vypočtená podle tabulky 9 zaokrouhlená na nejbližší dílek stupnice pro hmotnost rovnající se 35 % maximální hmotnosti železničního kolejového vozidla (podle údaje uvedeného na popisném značení);
 - jeden dílek stupnice (*d*).
- 2.3 *MPE* pro hmotnost vlaku váženého za pohybu musí být rovny větší z následujících hodnot:
 - hodnota vypočtená podle tabulky 9 zaokrouhlená na nejbližší dílek stupnice;
 - hodnota vypočtená podle tabulky 9 pro hmotnost jednoho železničního kolejového vozidla rovnající se 35 % maximální hmotnosti železničního kolejového vozidla (podle údaje uvedeného na popisném označení), vynásobená počtem referenčních železničních kolejových vozidel ve vlaku (ne větším než 10) a zaokrouhlená na nejbližší dílek stupnice;
 - jeden dílek stupnice (*d*) pro každé železniční kolejové vozidlo zařazené do vlaku, nejvýše však 10 *d*.
- 2.4 Při vážení spojených železničních kolejových vozidel mohou chyby maximálně 10 % výsledků vážení získaných z jednoho nebo více průjezdů vlaku překročit *MPE* uvedenou v bodě 2.2, ale nesmí překročit dvojnásobek této *MPE*.
3. *Dílek stupnice (d)*
Vztah mezi třídou přesnosti a dílkem stupnice musí být podle tabulky 10.

▼B

Tabulka 10

Třída přesnosti	Dílek stupnice (d)
0,2	$d \leq 50$ kg
0,5	$d \leq 100$ kg
1	$d \leq 200$ kg
2	$d \leq 500$ kg

4. *Vážicí rozsah*
- 4.1 Nejmenší váživost nesmí být menší než 1 t a větší než hodnota výsledku získaného vydělením minimální hmotnosti železničního kolejového vozidla počtem dílčích vážení.
- 4.2 Minimální hmotnost železničního vozu nesmí být menší než 50 d .
5. *Provoz při působení ovlivňující veličiny a elektromagnetického rušení*
- 5.1 *MPE* způsobená ovlivňující veličinou musí být podle tabulky 11.

Tabulka 11

Zatížení (m) vyjádřené pomocí ověřovacích dílků (d)	MPE
$0 < m \leq 500$	$\pm 0,5 d$
$500 < m \leq 2\,000$	$\pm 1,0 d$
$2\,000 < m \leq 10\,000$	$\pm 1,5 d$

- 5.2 Hodnota kritické změny způsobená rušením je rovna jednomu dílku stupnice.



PŘÍLOHA MI-007

TAXAMETRY

Príslušné základní požadavky přílohy I, zvláštní požadavky této přílohy a postupy posuzování shody stanovené v této příloze se vztahují na taxametry.

DEFINICE

Taxametr

Zařízení, které pracuje společně s generátorem signálu ⁽¹⁾ a tvoří s ním měřicí přístroj.

Toto zařízení měří dobu trvání jízdy a na základě signálu přijatého z generátoru signálu vzdálenosti vypočítává vzdálenost. Vedle toho na základě vypočtené vzdálenosti nebo doby trvání jízdy vypočítává a ukazuje jízdné k zaplacení.

Jízdné

Celková finanční částka účtovaná za jízdu, založená na pevném počátečním poplatku z pronájmu nebo na vzdálenosti nebo na době trvání jízdy. Jízdné nezahrnuje příplatky účtované za mimořádné služby.

Přepínací rychlost

Hodnota rychlosti zjištěná jako podíl hodnoty sazby za čas a hodnoty sazby za vzdálenost.

Systém běžného výpočtu S (použití jedné sazby)

Výpočet jízdného založený na využití sazby pro čas pro rychlosti nižší než přepínací rychlost a na využití sazby pro vzdálenost pro rychlosti vyšší než přepínací rychlost.

Systém běžného výpočtu D (použití dvou sazeb)

Výpočet jízdného založený na současném využití sazby pro čas a sazby pro vzdálenost v průběhu celé jízdy.

Pracovní poloha

Rozdílné režimy, v nichž taxametr vykonává různé funkce. Pracovní polohy jsou rozlišeny následovně:

- „Volný“: Pracovní poloha, v níž není výpočet jízdného v provozu.
- „Obsazeno“: Pracovní poloha, v níž probíhá výpočet jízdného na základě možného počátečního poplatku a sazby za ujetou vzdálenost nebo doby trvání jízdy.
- „Jízdné“: Pracovní poloha, v níž je ukazováno jízdné účtované za jízdu a alespoň výpočet jízdného založený na čase je zároveň mimo provoz.

POŽADAVKY NA KONSTRUKCI

1. Taxametr musí být zkonstruován tak, aby počítal vzdálenost a měřil dobu trvání jízdy.
2. Taxametr musí být zkonstruován tak, aby při pracovní poloze „Obsazeno“ počítal a ukazoval jízdné po určitých přírůstcích, které se rovnají rozlišení stanovenému členským státem. Taxametr musí být rovněž zkonstruován tak, aby v pracovní poloze „Jízdné“ ukazoval konečnou částku za jízdu.
3. Taxametr musí být schopen využívat běžně režimy výpočtu S a D. Mezi těmito režimy výpočtu musí existovat možnost volby prostřednictvím zabezpečeného nastavení.
4. Taxametr musí být schopen prostřednictvím vhodně zabezpečeného (zabezpečených) rozhraní poskytovat tyto údaje:
 - údaj o pracovním poloze:
 - „Volný“, „Obsazeno“ nebo „Jízdné“;
 - souhrnná data podle bodu 15.1;

⁽¹⁾ Generátor signálu ujeté vzdálenosti je mimo oblast působnosti této směrnice.

▼B

- všeobecné informace: konstantu generátoru signálu vzdálenosti, datum zapečetění, identifikaci vozidla, reálný čas, identifikaci sazby;
- informace o jízdě za cestu: celkovou účtovanou cenu, jízdě, výpočet jízdě, příplatek, datum, počáteční čas jízdy, konečný čas jízdy, ujetou vzdálenost;
- informace o sazbě (sazbách): parametry sazby (sazeb).

Vnitrostátní právní předpisy mohou vyžadovat, aby byla k rozhraní (rozhraním) taxametru připojena určitá zařízení. Jestliže je takové zařízení vyžadováno, pak musí být prostřednictvím zabezpečeného nastavení možné vyřadit automaticky taxametr z provozu z důvodů nepřipojení nebo nesprávné funkce tohoto požadovaného zařízení.

5. Jestliže je to nezbytné, musí být možné taxametr nastavit na konstantu generátoru signálu vzdálenosti, k němuž má být připojen, a toto nastavení zabezpečit.

STANOVENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Platí třída mechanického prostředí M3.
- 6.2 Výrobce musí pro přístroj určit stanovené pracovní podmínky, zejména:
 - minimální rozsah teploty 80 °C pro klimatické prostředí;
 - mezní hodnoty stejnosměrného napájecího napětí, pro které byl přístroj zkonstruován.

MAXIMÁLNÍ DOVOLENÉ CHYBY (MPE)

7. *MPE*, do kterých se nezahrnují chyby způsobené použitím taxametru ve vozidle, jsou:
 - Pro uplynulou dobu: $\pm 0,1$ %
minimální hodnota *MPE*: 0,2 s
 - Pro ujetou vzdálenost: $\pm 0,2$ %
minimální hodnota *MPE*: 4 m
 - Pro výpočet jízdě: $\pm 0,1$ %
minimální hodnota včetně zaokrouhlení: odpovídá nejmenší platné číslici indikace jízdě

PŘÍPUSTNÝ VLIV RUŠENÍ

8. **Elektromagnetická odolnost**
 - 8.1 Platí třída elektromagnetického prostředí E3.
 - 8.2 *MPE* stanovené v bodě 7 musí platit i v případě výskytu elektromagnetického rušení.

SELHÁNÍ NAPÁJECÍHO ZDROJE

9. V případě poklesu napájecího napětí na hodnotu menší, než je dolní pracovní mez stanovená výrobcem, musí taxametr
 - pokračovat ve správné funkci nebo obnovit svou správnou funkci bez ztráty dat dostupných před poklesem napětí pokud je tento pokles pouze dočasný, tj. v důsledku znovu spuštění motoru;
 - zrušit prováděné měření a vrátit se do polohy „Volný“, trvá-li pokles napětí delší dobu.

DALŠÍ POŽADAVKY

10. Výrobce taxametru musí stanovit podmínky slučitelnosti taxametru s generátorem signálu vzdálenosti.
11. Pokud se účtuje příplatek za mimořádné služby zadávané ručně řidičem vozidla, nesmí být tento příplatek zahrnut do ukazovaného jízdě. V tomto případě však může taxametr dočasně ukázat hodnotu jízdě včetně příplatku.

▼B

12. Jestliže se jízdné vypočítává podle režimu výpočtu D, může mít taxametr doplňkový indikační režim, při kterém ukazuje v reálném čase pouze celkovou vzdálenost a dobu trvání jízdy.
13. Všechny hodnoty ukazované zákazníkovi musí být vhodným způsobem identifikovatelné. Tyto hodnoty i jejich identifikace musí být ve dne i v noci snadno čitelné.
- 14.1 Jestliže jízdné k zaplacení nebo opatření přijatá proti podvodnému zneužití mohou být ovlivněny volbou funkce z naprogramovaného nastavení nebo volným nastavením dat, musí existovat možnost zabezpečit nastavení přístroje a vložená data.
- 14.2 Prostředky pro zabezpečení, které jsou v taxamtru k dispozici, musí být takové, aby bylo možné jednotlivá nastavení zabezpečit samostatně.
- 14.3 Ustanovení bodu 8.3 přílohy I se vztahují také na sazby.
- 15.1 Taxametr musí být vybaven nevynulovatelnými součtovými zařízeními pro všechny následující hodnoty:
 - Celková vzdálenost ujetá vozidlem;
 - Celková vzdálenost ujetá během pronájmu;
 - Celkový počet pronájmů;
 - Celková finanční částka zaplacená jako příplatky;
 - Celková finanční částka zaplacená jako jízdné.

V souhrnných hodnotách musí být v případě výpadku napájecího zdroje obsaženy uložené hodnoty v souladu s bodem 9.
- 15.2 Pokud je taxametr odpojen od zdroje, musí existovat možnost, aby byly souhrnné hodnoty uloženy po dobu jednoho roku a mohly být přečteny z taxamtru na jiné médium.
- 15.3 Je třeba učinit vhodná opatření, aby se zabránilo použití indikačního zařízení se souhrnnými hodnotami k oklamání zákazníka.
16. Automatická změna sazeb je povolena na základě
 - vzdálenosti jízdy,
 - doby trvání jízdy,
 - denního času,
 - data,
 - dne v týdnu.
17. Jestliže jsou vlastnosti vozidla podstatné pro správnou funkci taxamtru, musí taxametr obsahovat prostředky pro zabezpečení připojení taxamtru k vozidlu, ve kterém je instalován.
18. Pro účely zkoušení po instalaci musí být taxametr vybaven takovými prostředky, aby bylo možné zkoušet měření přesnosti času a vzdálenosti a přesnosti výpočtu nezávisle na sobě.
19. Taxametr a pokyny k jeho instalaci stanovené výrobcem musí být takové, aby v případě instalace taxamtru podle pokynů výrobce bylo dostatečně znemožněno provádění neoprávněných změn měřicího signálu ujeté vzdálenost.
20. Obecný základní požadavek týkající se ochrany proti podvodnému zneužití musí být splněn takovým způsobem, aby byly chráněny zájmy zákazníka, řidiče vozidla, zaměstnavatele řidiče vozidla a finančních úřadů.
21. Taxametr musí být zkonstruován tak, aby byl v mezích *MPE* bez justování po dobu jednoho roku běžného používání.
22. Taxametr musí být vybaven hodinami s reálným časem, pomocí nichž se uchovává denní čas a datum, přičemž jedna z těchto hodnot nebo obě lze používat pro automatickou změnu sazeb. Požadavky na hodiny se skutečným časem jsou:
 - Měření času musí mít přesnost 0,02 %.
 - Možnost korekce hodin nesmí být větší než 2 minuty za týden. Korekce letního a zimního času se musí provádět automaticky.

▼B

- V průběhu jízdy nesmí být možné provést automatickou nebo ruční korekci.
23. Hodnoty ujeté vzdálenosti a uplynulé doby ukazované nebo vytištěné v souladu s touto směrnicí musí používat následující jednotky:
- Ujetá vzdálenost:
- ve Spojeném království a Irsku: až do data, které bude stanoveno těmito členskými státy podle čl. 1 písm. b) směrnice 80/181/EHS: kilometry nebo míle;
 - ve všech ostatních členských státech: kilometry.
- Uplynulá doba:
- sekundy, minuty nebo hodiny podle potřeby; je však třeba vzít v úvahu nezbytné rozlišení a nutnost vyhnout se nedorozumění.

POSUZOVÁNÍ SHODY

Postupy posuzování shody uvedené v článku 9, které výrobce může zvolit, jsou:

B + F nebo B + D nebo H1.



PŘÍLOHA MI-008

HMOTNÉ MĚRKY

KAPITOLA I – Hmotné délkové měrky

Příslušné základní požadavky přílohy I, zvláštní požadavky této přílohy a postupy posuzování shody stanovené v této příloze se vztahují na hmotné délkové měrky definované dále. Požadavek na předložení kopie prohlášení o shodě lze však vykládat tak, že se vztahuje spíše na celou dávku nebo zásilku než na každý jednotlivý nástroj.

DEFINICE

Hmotná délková měrka Zařízení obsahující značky stupnice, jejichž vzdálenost je uvedena v zákonných jednotkách délky.

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

Referenční podmínky

- 1.1 Pásmové měrky o délce pět metrů nebo delší musí vyhovovat požadavku na maximální dovolené chyby (*MPE*), jestliže je aplikována tažná síla o velikosti 50 N nebo jiné hodnoty síly stanovené výrobcem a odpovídajícím způsobem vyznačené na pásmové měrce; v případě neohebných nebo polohebných měrek není třeba žádná tažná síla.
- 1.2 Pokud není výrobcem stanoveno jinak a není to odpovídajícím způsobem na měrce vyznačeno, je referenční teplota 20 °C.

Maximální dovolené chyby (*MPE*)

2. *MPE*, kladná nebo záporná, vyjádřená v mm, mezi dvěma nesousedícími značkami stupnice je ($a + bL$), kde:

— *L* je hodnota délky zaokrouhlená na nejbližší celý metr,

— *a*, *b* jsou uvedeny v tabulce 1 dále.

Jestliže je konec stupnice omezen plochou, zvětší se *MPE* pro libovolnou vzdálenost počínající tímto bodem o hodnotu *c* uvedenou v tabulce 1.

Tabulka 1

Třída přesnosti	a (mm)	b	c (mm)
I	0,1	0,1	0,1
II	0,3	0,2	0,2
III	0,6	0,4	0,3
D – zvláštní třída pro ponorné pásmové měrky ⁽¹⁾ Až do 30 m (včetně) ⁽²⁾	1,5	nula	nula
S – zvláštní třída pro vytyčovací pásmové měrky pro nádrže Pro každých 30 m délky, je-li pásmová měrka opřena o rovnou plochu	1,5	nula	nula

(¹) Vztahuje se na kombinace pásmová měrka/napínací závaží.

(²) Pokud je jmenovitá délka pásmové měrky větší než 30 m, je pro každých 30 m délky pásmové měrky povolen další přírůstek *MPE* o 0,75 mm.

Ponorné pásmové měrky mohou být také třídy I nebo II, přičemž v tomto případě je *MPE* pro každou délku mezi dvěma značkami stupnice, z nichž jedna je na napínacím závaží a druhá na pásmové měrce, rovna $\pm 0,6$, jestliže je podle vzorce vypočtena hodnota menší než 0,6 mm.

▼B

MPE pro délku mezi dvěma po sobě jdoucími značkami stupnice a největší dovolený rozdíl mezi dvěma po sobě jdoucími dílky jsou uvedeny v tabulce 2 dále.

Tabulka 2

Délka dílku <i>i</i>	<i>MPE</i> nebo rozdíl v milimetrech podle jednotlivých tříd přesnosti		
	I	II	III
$i \leq 1 \text{ mm}$	0,1	0,2	0,3
$1 \text{ mm} < i \leq 1 \text{ cm}$	0,2	0,4	0,6

Je-li měřka skládací, musí být spoje takové, aby kromě výše uvedených chyb nezpůsobovaly žádné další chyby, které by byly větší než 0,3 mm pro třídu II a 0,5 mm pro třídu III.

Materiály

- 3.1 Materiály použité pro hmotné měřky musí být takové, aby změny délky způsobené výchyly teploty do $\pm 8 \text{ }^\circ\text{C}$ od referenční teploty nebyly větší než *MPE*. Tento požadavek se nevztahuje na měřky třídy S a třídy D, u nichž výrobce předpokládá, že se v případě potřeby k zjištěným údajům připočtou korekce na tepelnou roztažnost.
- 3.2 Měřky vyrobené z materiálu, jehož rozměry se mohou při vystavení vlivu širokého rozsahu relativní vlhkosti podstatně změnit, mohou být zahrnuty pouze do tříd II nebo III.

Označení

4. Jmenovitá hodnota musí být vyznačena na měřce. Milimetrové stupnice musí být označeny číslem na každém centimetru a měřky s dílkem stupnice větším než 2 cm musí mít označeny čísla všechny značky stupnice.

POSUZOVÁNÍ SHODY

Postupy posuzování shody uvedené v článku 9, které výrobce může zvolit, jsou:

F1 nebo D1 nebo B + D nebo H nebo G.

KAPITOLA II – Odměrné nádoby

Příslušné základní požadavky přílohy I, zvláštní požadavky této přílohy a postupy posuzování shody stanovené v této příloze se vztahují na odměrné nádoby definované dále. Požadavek na předložení kopie prohlášení o shodě lze však vykládat tak, že se vztahuje spíše na celou dávku nebo zásilku než na jednotlivá zařízení. Neplatí požadavek, aby byly na měřidle uvedeny informace o jeho přesnosti.

DEFINICE

Odměrná nádoba

Odměrná nádoba (např. výčepní sklo, džbán nebo odlivka) navržená pro určování stanoveného objemu kapaliny (s výjimkou lékárenských produktů) prodávané pro okamžitou spotřebu.

Odměrná nádoba s ryskou

Odměrná nádoba označená ryskou udávající jmenovitý objem.

Koncová odměrná nádoba

Odměrná nádoba, jejíž vnitřní objem se rovná jmenovitému objemu.

Odměrná nádoba sloužící k přelévání

Odměrná nádoba, z níž se kapalina před spotřebou přelije.

Objem

Objem představuje vnitřní objem u koncové odměrné nádoby nebo vnitřní objem k plnicí značce u odměrných nádob s ryskou.

▼B

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

1. *Referenční podmínky*
 - 1.1 Teplota: referenční teplota pro měření objemu je 20 °C.
 - 1.2 Poloha pro zjištění správných údajů: volně stojící na rovné ploše.
2. *Maximální dovolené chyby (MPE)*

Tabulka 1

	Ryska	Okraj
Odměrné nádoby sloužící k přelévání		
< 100 ml	± 2 ml	-0 + 4 ml
≥ 100 ml	± 3 %	-0 + 6 %
Odměrné nádoby		
< 200 ml	± 5 %	-0 + 10 %
≥ 200 ml	± 5 ml + 2,5 %	-0 + 10 ml + 5 %

3. *Materiály*

Odměrné nádoby musí být vyrobeny z materiálu, který je dostatečně pevný a rozměrově stálý, aby si uchoval objem v mezích *MPE*.
4. *Tvar*
 - 4.1 Odměrné nádoby sloužící k přelévání musí být provedeny tak, aby změna objemu rovnající se *MPE* vyvolala změnu úrovně hladiny alespoň o 2 mm na okraji odměrné nádoby nebo u plnicí značky.
 - 4.2 Odměrné nádoby sloužící k přelévání musí být provedeny tak, aby nebránily úplnému vylití měřené kapaliny.
5. *Označení*
 - 5.1 Deklarovaný jmenovitý objem musí být na odměrné nádobě jasně a nesmazatelně vyznačen.
 - 5.2 Odměrné nádoby mohou být rovněž označeny až třemi jednoznačně odlišitelnými objemy, z nichž žádný nesmí být možné zaměnit s ostatními.
 - 5.3 Všechny plnicí značky musí být dostatečně jasné a odolné, aby se zajistilo, že *MPE* nebudou při používání překročeny.

POSUZOVÁNÍ SHODY

Postupy posuzování shody uvedené v článku 9, které výrobce může zvolit, jsou:

A1 nebo F1 nebo D1 nebo E1 nebo B + E nebo B + D nebo H.

▼B*PŘÍLOHA MI-009***PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ ROZMĚRŮ**

Příslušné základní požadavky přílohy I, zvláštní požadavky této přílohy a postupy posuzování shody stanovené v této příloze se vztahují na přístroje dále definovaných druhů pro měření rozměrů.

DEFINICE

Přístroje pro měření délky

Přístroje pro měření délky slouží pro určení délky navinutelných materiálů (např. textilie, pásy, kabely) během navijení měřeného předmětu.

Přístroje pro měření plochy

Přístroje pro měření plochy slouží k určení plochy objektů nepravidelných tvarů, např. usní.

Přístroje pro vícerozměrová měření

Přístroje pro vícerozměrová měření slouží k určení obvodového rozměru (délky, výšky, šířky) nejmenšího pravoúhlého rovnoběžnostěnu obsahujícího měřený předmět.

KAPITOLA I – Požadavky společné pro všechny přístroje pro měření rozměrů*Elektromagnetická odolnost*

1. Elektromagnetické rušení může ovlivnit měřicí systém jen do té míry, že
 - změna výsledku měření není větší než hodnota kritické změny definovaná v bodě 2.3; nebo
 - není možné provádět žádné měření; nebo
 - výsledek měření vykazuje okamžitou odchylku, kterou nelze vyložit, zaznamenat nebo odeslat jako výsledek měření; nebo
 - výsledek měření vykazuje dostatečně výrazné změny, aby je zaznamenali všichni, kdo mají na výsledku měření zájem.
2. Hodnota kritické změny je rovna jednomu dílku stupnice.

POSUZOVÁNÍ SHODY

Postupy posuzování shody uvedené v článku 9, které výrobce může zvolit, jsou:

Pro mechanické nebo elektromechanické přístroje:

F1 nebo E1 nebo D1 nebo B + F nebo B + E nebo B + D nebo H nebo H1 nebo G.

Pro elektronické přístroje nebo přístroje obsahující programové vybavení:

B + F nebo B + D nebo H1 nebo G.

KAPITOLA II – Přístroje pro měření délky*Vlastnosti měřeného produktu*

1. Textilie jsou charakterizovány koeficientem K . Tento koeficient představuje roztahitost a sílu na jednotku plochy měřeného předmětu a je definován následujícím vztahem:

$$K = \varepsilon \cdot (G_A + 2,2 \text{ N/m}^2), \text{ kde}$$

ε je relativní prodloužení vzorku látky 1 m široké při tažné síle 10 N,

G_A je tíha vyvolaná jednotkou plochy vzorku látky v N/m^2 .

Pracovní podmínky

2.1 R o z s a h

Rozměry a popřípadě koeficient K , v rozsahu stanoveném pro daný přístroj výrobcem. Rozsahy koeficientu K jsou uvedeny v tabulce 1:

▼B

Tabulka 1

Skupina	Rozsah K	Produkt
I	$0 < K < 2 \times 10^{-2} \text{ N/m}^2$	nízká roztažitelnost
II	$2 \times 10^{-2} \text{ N/m}^2 < K < 8 \times 10^{-2} \text{ N/m}^2$	střední roztažitelnost
III	$8 \times 10^{-2} \text{ N/m}^2 < K < 24 \times 10^{-2} \text{ N/m}^2$	vysoká roztažitelnost
IV	$24 \times 10^{-2} \text{ N/m}^2 < K$	velmi vysoká roztažitelnost

- 2.2 Jestliže měřený předmět není posouván měřicím přístrojem, musí být jeho rychlost v rozsahu stanoveném pro daný přístroj výrobcem.
- 2.3 Jestliže výsledek měření závisí na tloušťce, jakosti povrchu a způsobu podávání (např. z velké role nebo hromady), výrobce stanoví příslušná omezení.

Maximální dovolené chyby (MPE)

3. Přístroj

Tabulka 2

Třída přesnosti	MPE
I	0,125 %, ale ne méně než $0,005 L_m$
II	0,25 %, ale ne méně než $0,01 L_m$
III	0,5 %, ale ne méně než $0,02 L_m$

L_m je minimální měřitelná délka, tedy nejmenší délka stanovená výrobcem, k jejímuž měření je přístroj určen.

Konvenčně pravá hodnota délky různých druhů materiálů by měla být měřena pomocí vhodných přístrojů (např. měřických pásem). Materiál, který se má měřit, se rozloží na vhodnou podložku (např. vhodný stůl) rovný a nenapnutý.

Další požadavky

4. Přístroje musí zajišťovat, aby byl produkt měřen nenapnutý, v souladu s předpokládanou roztažitelností, pro kterou je přístroj navržen.

KAPITOLA III – Přístroje pro měření plochy

Pracovní podmínky

1.1 Rozsah

Rozměry v rozsahu stanoveném pro daný přístroj výrobcem.

1.2 Stav produktu

Výrobce musí popřípadě stanovit omezení přístrojů z hlediska rychlosti, tloušťky a případně stavu povrchu měřeného předmětu.

Maximální dovolené chyby (MPE)

2. Přístroj

MPE je 1,0 %, ale nesmí být menší než 1 dm^2 .

Další požadavky

3. Podávání produktu

V případě, že se měřený produkt posune zpět nebo zastaví, nesmí se to projevit jako chyba měření, anebo se musí ukazovatel vynulovat.

4. Dílek stupnice

Přístroje musí mít dílek stupnice o velikosti $1,0 \text{ dm}^2$. Vedle toho pro účely zkoušení musí být k dispozici dílek stupnice o velikosti $0,1 \text{ dm}^2$.

▼B**KAPITOLA IV – Přístroje pro vícerozměrová měření***Pracovní podmínky*

1.1 Rozsah

Rozměry v rozsahu stanoveném pro daný přístroj výrobcem.

1.2 Nejmenší rozměr

Dolní mez nejmenšího rozměru pro všechny hodnoty dílku stupnice je uvedena v tabulce 1.

Tabulka 1

Dílek stupnice (d)	Nejmenší rozměr (dolní mez)
$d \leq 2 \text{ cm}$	$10 d$
$2 \text{ cm} < d \leq 10 \text{ cm}$	$20 d$
$10 \text{ cm} < d$	$50 d$

1.3 Rychlost produktu

Rychlost musí být v rozsahu stanoveném pro daný přístroj výrobcem.

MAXIMÁLNÍ DOVOLENÁ CHYBA (MPE)

2. Přístroj:

MPE je $\pm 1,0 d$.



PŘÍLOHA MI-010

ANALYZÁTORY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ

Příslušné požadavky přílohy I, zvláštní požadavky této přílohy a postupy posuzování shody stanovené v této příloze se vztahují na analyzátory výfukových plynů definované dále a určené pro kontrolu a profesionální údržbu používaných motorových vozidel.

DEFINICE

Analyzátor výfukových plynů

Analyzátor výfukových plynů je měřicí přístroj, který slouží k určení objemových podílů stanovených složek výfukového plynu motorového vozidla se zážehovým motorem při určité úrovni vlhkosti analyzovaného vzorku.

Složky plynu jsou oxid uhelnatý (CO), oxid uhličitý (CO₂), kyslík (O₂) a uhlovodíky (HC).

Obsah uhlovodíků musí být vyjádřený koncentrací n-hexanu (C₆H₁₄) měřeného pomocí metod využívajících blízké infračervené absorpce.

Objemové podíly složek plynu jsou vyjádřeny v procentech objemu (% obj.) pro CO, CO₂ a O₂ a v miliontinách objemu (ppm obj.) pro HC.

Analyzátor výfukových plynů kromě toho vypočítává z objemových podílů složek výfukového plynu hodnotu veličiny lambda.

Lambda

Lambda je bezrozměrná veličina vyjadřující účinnost spalování motoru jako poměr vzduch/palivo ve výfukovém plynu. Určuje se pomocí referenčního normalizovaného vzorce.

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

Třídy přístrojů

- Pro analyzátory výfukových plynů jsou definovány dvě třídy (0 a I). Odpovídající minimální rozsahy měření pro tyto třídy jsou uvedeny v tabulce 1.

Tabulka 1

Třídy a měřicí rozsahy

Parametr	Třídy 0 a I
podíl CO	od 0 % obj. do 5 % obj.
podíl CO ₂	od 0 % obj. do 16 % obj.
podíl HC	od 0 ppm obj. do 2 000 ppm obj.
podíl O ₂	od 0 % obj. do 21 % obj.
λ	od 0,8 do 1,2

Stanovené pracovní podmínky

- Hodnoty pracovních podmínek musí být stanoveny výrobcem takto:
 - Pro ovlivňující veličiny klimatického a mechanického prostředí:
 - minimální rozsah teploty 35 °C pro klimatické prostředí;
 - platí třída mechanického prostředí M1.
 - Pro ovlivňující veličiny elektrického zdroje:
 - rozsah napětí a kmitočtu pro střídavý zdroj napětí;
 - mezní hodnoty stejnosměrného napětí zdroje.
 - Pro tlak okolního prostředí:
 - minimální a maximální hodnoty tlaku okolního prostředí pro obě třídy jsou: $p_{\min} \leq 860$ hPa, $p_{\max} \geq 1\,060$ hPa.

▼ B

Maximální dovolené chyby (*MPE*)

3. *MPE* jsou definovány takto:

3.1 Pro každý z měřených podílů odpovídá maximální dovolená chyba přípustná za stanovených pracovních podmínek podle požadavku 1.1 přílohy I větší ze dvou hodnot uvedených v tabulce 2. Absolutní hodnoty jsou vyjádřeny v % obj. nebo ppm obj., hodnoty v procentech představují procenta z konvenčně pravé hodnoty.

Tabulka 2

Maximální dovolené chyby (*MPE*)

Parametr	Třída 0	Třída I
podíl CO	± 0,03 % obj. ± 5 %	± 0,06 % obj. ± 5 %
podíl CO ₂	± 0,5 % obj. ± 5 %	± 0,5 % obj. ± 5 %
podíl HC	± 10 ppm obj. ± 5 %	± 12 ppm obj. ± 5 %
podíl O ₂	± 0,1 % obj. ± 5 %	± 0,1 % obj. ± 5 %

3.2 *MPE* pro výpočet hodnoty veličiny lambda je 0,3 %. Konvenční pravá hodnota se vypočítá podle vztahu definovaného v bodě 5.3.7.3 přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/69/ES o opatřeních proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel a o změně směrnice 70/220/EHS. ⁽¹⁾

Z tohoto důvodu se pro výpočet používají hodnoty indikované přístrojem.

Přípustný vliv poruch

4. Pro každý z objemových podílů měřených přístrojem je hodnota kritické změny rovna *MPE* pro příslušný parametr.
5. Elektromagnetické rušení může mít vliv jen do té míry, že
- změna výsledku měření není větší než hodnota kritické změny definovaná v bodě 4, nebo
 - výsledek měření je indikován takovým způsobem, že jej není možné považovat za platný výsledek.

Další požadavky

6. Rozlišení musí být rovno hodnotám uvedeným v tabulce 3 nebo může být o jeden řád vyšší než tyto hodnoty.

Tabulka 3

Rozlišení

	CO	CO ₂	O ₂	HC
Třída 0 a třída I	0,01 % obj.	0,1 % obj.	(¹)	1 ppm obj.

(¹) 0,01 % obj. pro hodnoty měřené veličiny, které se rovnají 4 % obj. nebo jsou menší; v ostatních případech 0,1 %.

Hodnota veličiny lambda musí být indikována s rozlišením 0,001.

7. Směrodatná odchylka dvaceti měření nesmí být větší než jedna třetina absolutní hodnoty *MPE* pro každý objemový podíl příslušného plynu.
8. Při měření CO, CO₂ a HC musí přístroj včetně přívodu plynu indikovat 95 % konečné hodnoty stanovené pomocí kalibračních plynů do 15 sekund po přechodu od plynu s nulovým obsahem, např. čerstvého vzduchu. Při měření O₂ musí přístroj za podobných podmínek indikovat

(¹) Úř. věst. L 350, 28.12.1998, s. 17.

▼B

hodnotu, která se liší od nuly o hodnotu menší než 0,1 % obj., do 60 sekund po změně z čerstvého vzduchu na plyn bez obsahu kyslíku.

9. Složky výfukového plynu, které nejsou předmětem měření, nesmí ovlivnit výsledky měření o více než polovinu absolutní hodnoty *MPE*, jestliže jsou tyto složky přítomny v následujících maximálních objemových podílech:
 - 6 % obj. CO,
 - 16 % obj. CO₂,
 - 10 % obj. O₂,
 - 5 % obj. H₂,
 - 0,3 % obj. NO,
 - 2 000 ppm obj. HC (jako n-hexan),
 vodní pára až do nasycení.
10. Analyzátor výfukových plynů musí mít justovací zařízení, které umožňuje provádět nastavení nuly, kalibraci plynem a vnitřní justování. Nastavení nuly a vnitřní justování musí být automatické.
11. Při automatických nebo poloautomatických justovacích zařízeních musí být přístroj neschopen provádět měření až do tehdy, než jsou justování provedena.
12. Analyzátor výfukových plynů musí být schopen zjistit zbytky uhlovodíku v systému pro manipulaci s plynem. Jestliže zbytky uhlovodíku přítomné před provedením jakéhokoliv měření přesahují 20 ppm obj., nesmí být možné provést žádné měření.
13. Analyzátor výfukových plynů musí mít zařízení pro automatické zjišťování jakékoli nesprávné funkce kyslíkové sondy v důsledku opotřebování nebo přerušování přívodního potrubí.
14. Jestliže je analyzátor výfukových plynů schopný pracovat s různými palivy (např. benzin nebo zkapalněný plyn), musí existovat možnost výběru vhodných parametrů pro výpočet hodnoty veličiny lambda, aby nedocházelo k nejednoznačnostem ve vztahu k příslušnému vzorci.

POSUZOVÁNÍ SHODY

Postupy posuzování shody uvedené v článku 9, které výrobce může zvolit, jsou:

B + F nebo B + D nebo H1.