

**SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI 2014/2/EU****ze dne 18. října 2013,****kteřou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro kadmium v luminoforových povlacích zesilovačů obrazu pro rentgenové snímkování do 31. prosince 2019 a náhradní díly pro rentgenové systémy uvedené na trh EU před 1. lednem 2020****(Text s významem pro EHP)**

EVROPSKÁ KOMISE,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

**Článek 1**

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

Příloha IV směrnice 2011/65/EU se mění v souladu s přílohou této směrnice.

**Článek 2**s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních<sup>(1)</sup>, a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice,

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do posledního dne šestého měsíce po vstupu této směrnice v platnost. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

vzhledem k těmto důvodům:

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

(1) Směrnice 2011/65/EU zakazuje používání kadmia v elektrických a elektronických zařízeních uváděných na trh.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

**Článek 3**

(2) Při nahrazení alternativami by celkové negativní dopady na životní prostředí a zdraví občanů převážily nad výhodami vyplývajícími z nahrazení kadmia v luminoforových povlacích zesilovačů obrazu pro rentgenové snímkování a v náhradních dílech pro rentgenové systémy.

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.**Článek 4**

(3) Použití kadmia v luminoforových povlacích zesilovačů obrazu pro rentgenové snímkování a v náhradních dílech pro rentgenové systémy by tudíž mělo být ze zákazu vyňato.

Tato směrnice je určena členskými státním.

(4) Směrnice 2011/65/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

V Bruselu dne 18. října 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda

<sup>(1)</sup> Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88.

## PŘÍLOHA

V příloze IV směrnice 2011/65/EU se doplňuje nový bod 21, který zní:

- „21. Kadmium v luminoforových povlacích zesilovačů obrazu pro rentgenové snímky do 31. prosince 2019 a náhradní díly pro rentgenové systémy uvedené na trh EU před 1. lednem 2020.“
-