

SMĚRNICE

SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/1437

ze dne 4. května 2023,

kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v převodnicích tlaku taveniny určených pro kapilární reometry za určitých podmínek

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních ⁽¹⁾, a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Podle směrnice 2011/65/EU musí členské státy zajistit, aby elektrická a elektronická zařízení uváděná na trh neobsahovala nebezpečné látky uvedené v příloze II zmíněné směrnice. Toto omezení se nevztahuje na některá použití vyňatá z omezení, jež jsou uvedena v příloze IV dané směrnice.
- (2) Kategorie elektrických a elektronických zařízení, na něž se směrnice 2011/65/EU vztahuje, jsou uvedeny v její příloze I.
- (3) Rtuť je omezená látka uvedená v příloze II směrnice 2011/65/EU.
- (4) Dne 26. dubna 2021 obdržela Komise žádost podanou v souladu s čl. 5 odst. 3 směrnice 2011/65/EU o zařazení výjimky pro použití rtuti v převodnicích tlaku taveniny určených pro kapilární reometry při teplotě vyšší než 300 °C a tlaku vyšším než 1 000 barů do seznamu v příloze IV uvedené směrnice (dále jen „požadovaná výjimka“).
- (5) Použitý převodník tlaku zabudovaný do kapilárních reometrů se skládá z elektrických součástí a je elektrickým měřicím zařízením v oblasti působnosti směrnice 2011/65/EU. Kapilární reometry popsané v požadované výjimce spadají do kategorie 9 „monitorovací a kontrolní přístroje“ uvedené v příloze I směrnice 2011/65/EU.
- (6) Hodnocení žádosti o výjimku, které zahrnovalo technickou a vědeckou hodnotící studii ⁽²⁾, dospělo k závěru, že nahrazení rtuti v převodnicích tlaku taveniny určených pro kapilární reometry při teplotě vyšší než 300 °C a tlaku vyšším než 1 000 barů je v současné době vědecky a technicky neproveditelné. Hodnocení zahrnovalo konzultace se zúčastněnými stranami v souladu s požadavky čl. 5 odst. 7 směrnice 2011/65/EU.
- (7) Je splněna jedna z příslušných podmínek uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 2011/65/EU, a sice že jejich odstranění a náhrada je vědecky nebo technicky neproveditelná.

⁽¹⁾ Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88.

⁽²⁾ Studie k posouzení žádosti o dvě (-2-) výjimky pro použití rtuti v převodnicích tlaku a DEHP v základním materiálu PVC v příloze IV směrnice 2011/65/EU (balíček 25)

- (8) Je proto vhodné udělit požadovanou výjimku doplněním použití, na něž se vztahuje, do přílohy IV směrnice 2011/65/EU, pokud jde o elektrická a elektronická zařízení kategorie 9.
- (9) Aby byla dodržena budoucí omezení týkající se výrobků s přidanou rtutí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ⁽¹⁾, je nezbytné omezit dobu platnosti výjimky do 31. prosince 2025. Doba platnosti je stanovena v souladu s čl. 5 odst. 2 prvním pododstavcem směrnice 2011/65/EU.
- (10) Směrnice 2011/65/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha IV směrnice 2011/65/EU se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1. Členské státy přijmou a zveřejní do dne 31. ledna 2024 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy použijí ode dne 1. února 2024.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 4. května 2023.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008 (Úř. věst. L 137, 24.5.2017, s. 1).

PŘÍLOHA

V příloze IV směrnice 2011/65/EU se doplňuje nový záznam 49, který zní:

„49.	Rtuť v převodnících tlaku taveniny určených pro kapilární reometry při teplotě vyšší než 300 °C a tlaku vyšším než 1 000 barů	Platí pro kategorii 9 do 31. prosince 2025.“
------	---	--