

II

(Mitteilungen)

MITTEILUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

KOMMISSION

Mitteilung der Kommission im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie 2004/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Messgeräte ⁽¹⁾*(Veröffentlichung der Hinweise auf von der OIML erstellte normative Dokumente und der Liste der Teile davon, die sich auf grundlegende Anforderungen beziehen (nach Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie))***(Text von Bedeutung für den EWR)**

(2009/C 268/01)

MI-002: Gaszähler

in Bezug auf:

— OIML R 137-1 (2006)

Grundlegende Anforderungen der Messgeräte-Richtlinie (Anhang I bzw. MI-002)	OIML R 137-1 (2006)	Anmerkung
Anhang I		
1.1	5.3.1	Abgedeckt
1.2	7.4.15 Tabelle 6, A.1	Abgedeckt
1.3	7.3.5	Abgedeckt
1.3.1	5.1, A.4.2.1, A.4.2.2	Abgedeckt
1.3.2		
a) M1 a) M2	7.4.13, A.5.1, A.5.2	Abgedeckt
a) M3		Nicht zutreffend
b)	7.4.13	Abgedeckt für Zähler von bis zu 10 kg
1.3.3		
a) E1	7.4.15, A.6.1.1, A.6.1.2, A.6.2, A.6.3, A.6.4, A.7.3, A.7.4, A.7.5	Abgedeckt
a) E2		Nicht zutreffend
a) E3		Nicht zutreffend
b)	7.4.15	Abgedeckt
1.3.4	7.4.15, A.7	Abgedeckt für Spannungsschwankungen
1.4		

⁽¹⁾ ABl. L 135 vom 30.4.2004.

Grundlegende Anforderungen der Messgeräte-richtlinie (Anhang I bzw. MI-002)	OIML R 137-1 (2006)	Anmerkung
1.4.1	5.3.1, 7.4, A.1	Abgedeckt für Klasse 0,5 oder wenn die Fehlergrenzen beim Anlegen der Einflussgrößen eingehalten werden
1.4.2	A.4.2.1, A.4.2.2	Abgedeckt
2		Nicht zutreffend
3	7.4.4	Abgedeckt
4	6.1.3	Abgedeckt
5	7.4.9	Abgedeckt
6	3.1.1, 6.5	Abgedeckt
7		
7.1	3.1.4, 4.3.1	Abgedeckt
7.2	3	Abgedeckt
7.3	7.4.11	Abgedeckt für mechanische Zähler
7.4		Nicht zutreffend
7.5	3.1.1, 3.1.4	Abgedeckt
7.6	6.2.1, 7.3.5, 7.4.16, 4.2.4	Abgedeckt, ausgenommen das Prüfverfahren
8		
8.1	6.3.1, 4.3.4.2	Abgedeckt
8.2	4.3.14.3.3	Abgedeckt
8.3	7.4.16, 4.2.4, 4.3.4.1	Abgedeckt
8.4	4.3.1, 7.4.1.16	Abgedeckt
8.5	6.1.1	Abgedeckt
9		
9.1	4.2.1	Abgedeckt, ausgenommen Angaben über Zusatzeinrichtungen
9.2	4.2.1	Abgedeckt
9.3	4.2	Abgedeckt für Angaben auf dem Kennzeichnungsschild
9.4		Nicht zutreffend
9.5	6.2.2, 6.1.1	Abgedeckt
9.6		Nicht zutreffend
9.7	4.1	Abgedeckt
9.8	4.2	Abgedeckt
10		
10.1	6.1.1	Abgedeckt
10.2	6.1.1	Abgedeckt
10.3	2.1.10, 6.3	Abgedeckt
10.4		Nicht zutreffend
10.5	3.1.5	Abgedeckt

Grundlegende Anforderungen der Messgeräterichtlinie (Anhang I bzw. MI-002)	OIML R 137-1 (2006)	Anmerkung
11		
11.1		Nicht zutreffend
11.2		Nicht zutreffend
12		Abgedeckt
Anhang MI-002		
Begriffsbestimmungen	2.1.1, 2.3.3, 2.3.2, 2.3.4, 2.4.4 & 7.4.11	Abgedeckt
1	7.3.5	Abgedeckt
1.1	5.2	Abgedeckt für Klasse 1.5, wenn $Q_{\max}/Q_{\min} \geq 150$ Abgedeckt für Klasse 1.0, wenn $Q_{\max}/Q_{\min} \geq 20$
1.2		Nicht abgedeckt
1.3	5.1	Abgedeckt
1.4	5.1	Abgedeckt, ausgenommen drei Temperaturbereiche in OIML R 137-1
1.5	4.2.4	Abgedeckt
2		
2.1	5.3.3	Abgedeckt, ausgenommen die Anforderung für Fehler mit dem gleichen Vorzeichen in Anhang MI-002 Nummer 2.1
2.2	5.3.4	Abgedeckt, wenn die gewählte Temperatur zwischen 15 °C und 25 °C liegt
3		
3.1		
3.1.1	7.4.15	Abgedeckt
3.1.2	7.4.15	Abgedeckt
3.1.3	7.4.15, 2.2.10	Abgedeckt für den ersten Satz der Anforderung
3.2	7.4.8	Abgedeckt
4		
4.1		
4.1.1	7.4.9	Abgedeckt
4.1.2	7.4.9	Abgedeckt
4.2		
4.2.1	7.4.9	Nicht abgedeckt
4.2.2	7.4.9	Nicht abgedeckt
5		
5.1	6.4.2	Nicht abgedeckt
5.2	6.4.4	Abgedeckt durch eine der Alternativen
5.3	6.1.2	Nicht abgedeckt
5.4	3.4, 7.4.5	Abgedeckt

Grundlegende Anforderungen der Messgeräte Richtlinie (Anhang I bzw. MI-002)	OIML R 137-1 (2006)	Anmerkung
5.5	6.2.1	Abgedeckt
5.6	3.2, 7.4.5	Abgedeckt
6	4.1	Abgedeckt bei Verwendung der Einheit kg oder m ³

Hinweis:

Der Spalte „Anmerkung“ ist die Übereinstimmung zwischen der OIML R 137-1 und der betreffenden Anforderung der Richtlinie 2004/22/EG zu entnehmen.

Die Angabe „Abgedeckt“ kann folgende Bedeutung haben:

- die Anforderung der OIML R 137-1 deckt sich mit der der Messgeräte Richtlinie oder
- die Anforderung der OIML R 137-1 ist weitreichender als die der Messgeräte Richtlinie oder
- alle Anforderungen der OIML R 137-1 genügen den Anforderungen der Messgeräte Richtlinie (selbst wenn die Messgeräte Richtlinie andere Alternativen zulässt).
- Wird der Anforderung nicht vollauf genügt, wird kurz erläutert, was abgedeckt ist.

Die Angabe „Nicht abgedeckt“ bedeutet, dass die Anforderung der Messgeräte Richtlinie nicht mit der betreffenden Anforderung der OIML R 137-1 übereinstimmt oder nicht in der OIML R 137-1 enthalten ist.

Die Angabe „Nicht zutreffend“ bedeutet, dass die Anforderung des Anhangs I der Messgeräte Richtlinie auf Gaszähler keine Anwendung findet.

MI-002: Mengenumwerter

in Bezug auf:

- OIML R 140 (2007)

Richtlinie 2004/22/EG Grundlegende Anforderungen von Anhang I bzw. MI-002	OIML R 140 (2007)	Anmerkung
Anhang I		
1.1	T.2.6, T.3.4, 9.1.1	Abgedeckt
1.2	T.2.16, T.2.17.2, 9.1.2, A.1	Abgedeckt für Störungen
1.3	T.1.22, 7.1.3, A.2, A.4	Abgedeckt, sofern der Hersteller alle erforderlichen Angaben macht
1.3.1	7.1.3, A.4.1, A.4.2, T.1.22	Abgedeckt
1.3.2 a)		
M1 M2	7.1.3, A.4.4	Abgedeckt für Schwingungen
M3		Nicht zutreffend
1.3.2 b)	7.1.3.1, A.4.4	Abgedeckt für Schwingungen
1.3.3 a)		
E1	7.1.3, 10.2.8, A.4, A.4.5.a, A.4.5.b, A.4.6, A.4.7, A.4.8, A.4.11, A.4.12, A.4.13	Abgedeckt
E2		Nicht zutreffend
E3		Nicht zutreffend
1.3.3 b)	A.4	Abgedeckt, ausgenommen kurze Unterbrechungen bei Gleichstromversorgung
1.3.4	6.4.9, A.4, A.4.9, A.4.10	Abgedeckt, ausgenommen Schwankungen der Netzfrequenz und netzfrequente magnetische Felder
1.4		
1.4.1	A.1, A.4	Abgedeckt bei modularem Ansatz
1.4.2	A.4.3	Abgedeckt
2		Nicht zutreffend

Richtlinie 2004/22/EG Grundlegende Anforderungen von Anhang I bzw. MI-002	OIML R 140 (2007)	Anmerkung
3		Nicht abgedeckt
4	8.2.1.3, 8.6.1.3	Abgedeckt
5	9.1.1, 9.1.2, 9.1.3	Abgedeckt
6	9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.5, 9.3	Abgedeckt
7		
7.1	7.6	Abgedeckt
7.2	7.3.4, 8.5, 8.6, 8.7	Abgedeckt
7.3	9.3.5, 9.3.6	Abgedeckt
7.4		Nicht zutreffend
7.5	8.6.1.1, 8.6.1.2	Abgedeckt
7.6	9.3, 10.2.3	Abgedeckt, ausgenommen das Prüfverfahren
8		
8.1	7.1.1.1, 7.1.1.2, 7.3.2, 8.6.1.4, 8.6.1.5	Abgedeckt
8.2	7.6	Abgedeckt
8.3	7.6.2, 10.2.3	Abgedeckt, ausgenommen die Kennzeichnung der Software auf dem Gerät
8.4	7.6.2	Abgedeckt
8.5	7.1.4.6, 8.7.2	Nicht abgedeckt
9		
9.1	7.5.1, 7.5.2, 7.1.1.2	Abgedeckt für Angaben auf dem Kennzeichnungsschild
9.2		Nicht zutreffend
9.3	7.5.1, 10.2.3, 10.2.8.2	Abgedeckt
9.4		Nicht zutreffend
9.5	8.2.1.2, 7.1.4.1	Abgedeckt
9.6		Nicht zutreffend
9.7	5.1	Abgedeckt
9.8	7.5.1	Abgedeckt
10		
10.1	8.2.1.1	Abgedeckt
10.2	7.1.4.1, 7.1.4.3, 8.2.1.1	Abgedeckt
10.3	T.1.5, 8.3, 8.4	Abgedeckt
10.4		Nicht zutreffend
10.5		Abgedeckt, sofern der Mengenumwerter mit einer lokalen Sichtanzeige ausgestattet ist
11		
11.1		Nicht zutreffend
11.2	7.1.4.6, 8.7.2, 9.1.5	Abgedeckt

Richtlinie 2004/22/EG Grundlegende Anforderungen von Anhang I bzw. MI-002	OIML R 140 (2007)	Anmerkung
12		Abgedeckt
Anhang MI-002		
Begriffsbestimmungen	1.1, 2, 6.3, 7.3, 8.5, 8.6	Abgedeckt
Gaszähler Mengenumwerter Minstdurchfluss Höchstdurchfluss Übergangsdurchfluss Überlastdurchfluss Basiszustand	T.1.9, T.1.12, 7.3.2.1, T.1.14, 7.3.1	Abgedeckt
1	7.1.2.1, 8.6.1.1, 9.3.6	Nicht abgedeckt
1.1		Nicht zutreffend
1.2		Nicht abgedeckt
1.3	7.3, 7.5.1	Abgedeckt
1.4	7.1.3, A.4.1, A.4.2, T.1.22	Abgedeckt
1.5	7.1.3, A.4, A.4.9, A.4.10, T.1.22	Abgedeckt
2		
2.1		Nicht zutreffend
2.2		Nicht zutreffend
3		
3.1		
3.1.1	T.2.17.2, T.2.17.4, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4	Abgedeckt
3.1.2	9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.5, 9.3.6	Abgedeckt
3.1.3	T.2.17.2	Abgedeckt
3.2		Nicht zutreffend
4		
4.1		
4.1.1		Nicht zutreffend
4.1.2		Nicht zutreffend
4.2		
4.2.1		Nicht zutreffend
4.2.2		Nicht zutreffend
5		
5.1	9.2.1	Nicht abgedeckt
5.2	9.2.2	Abgedeckt, wenn die Batterie eine Lebensdauer von 5 Jahren aufweist
5.3		Nicht zutreffend
5.4		Nicht zutreffend
5.5		Nicht zutreffend

Richtlinie 2004/22/EG Grundlegende Anforderungen von Anhang I bzw. MI-002	OIML R 140 (2007)	Anmerkung
5.6		Nicht zutreffend
6	5.1	Abgedeckt, wenn die Masse in Tonnen angegeben ist
7	7.3.1, 10.2.2	Abgedeckt
8	6.3.3	Abgedeckt, sofern die Umgebungstemperatur bei Referenzbedingungen auf ± 3 °C gehalten wird, ausgenommen Klasse C gemäß OIML R 140
9		
9.1	9.3.6	Abgedeckt
9.2	7.1.4, 8.2, 8.7.1	Lediglich abgedeckt für die Parameter und sofern der Umwerter mit einer lokalen Sichtanzeige ausgestattet ist

Hinweis:

Der Spalte „Anmerkung“ ist die Übereinstimmung zwischen der OIML R 140 und der betreffenden Anforderung der Richtlinie 2004/22/EG zu entnehmen.

Die Angabe „Abgedeckt“ kann folgende Bedeutung haben:

- die Anforderung der OIML R 140 deckt sich mit der der Messgeräteichtlinie oder
- die Anforderung der OIML R 140 ist weitreichender als die der Messgeräteichtlinie oder
- alle Anforderungen der OIML R 140 genügen den Anforderungen der Messgeräteichtlinie (selbst wenn die Messgeräteichtlinie andere Alternativen zulässt).
- Wird der Anforderung nicht vollauf genügt, wird kurz erläutert, was abgedeckt ist.

Die Angabe „Nicht abgedeckt“ bedeutet, dass die Anforderung der Messgeräteichtlinie nicht mit der betreffenden Anforderung der OIML R 140-1 übereinstimmt oder nicht in der OIML R 140 enthalten ist.

Die Angabe „Nicht zutreffend“ bedeutet, dass die Anforderung des Anhangs I der Messgeräteichtlinie auf Umwerter keine Anwendung findet.

MI-007: Taxameter

in Bezug auf:

- OIML R 21 (2007)

Grundlegende Anforderungen von Anhang I bzw. MI-007	OIML R 21 (2007)	Anmerkung
Anhang I		
1.1	2.4.5.4, 2.5.5	Abgedeckt
1.2	A.5.4.5	Abgedeckt
1.3	3.5.2	Abgedeckt
1.3.1	3.5.1, 5.1.2	Abgedeckt
1.3.2 a)		
M1:		Nicht zutreffend
M2:		Nicht zutreffend
M3:	A.5.4.4	Abgedeckt
1.3.2 b)		Abgedeckt
1.3.3 a)		
E1		Nicht zutreffend
E2		Nicht zutreffend
E3	A.5.4.3, A.5.4.5, A.5.4.6, A.5.4.7	Abgedeckt, wenn die Feldstärke 24 V/m beträgt
1.3.3 b)	Anhang A	Abgedeckt

Grundlegende Anforderungen von Anhang I bzw. MI-007	OIML R 21 (2007)	Anmerkung
1.3.4	Anhang A	Abgedeckt
1.4		
1.4.1	A.5.1	Abgedeckt
1.4.2	5.1.2	Abgedeckt
2	7.5	Abgedeckt
3	5.2.6	Abgedeckt
4		Abgedeckt
5	4.1	Abgedeckt
6	3.3	Abgedeckt
7		
7.1	4.2.1	Abgedeckt
7.2	4.1, 4.9.1	Abgedeckt
7.3		Nicht zutreffend
7.4		Nicht zutreffend
7.5	4.1	Abgedeckt
7.6	4.2.3, 4.11	Abgedeckt, wenn das Prüfverfahren in der Bedienungsanleitung beschrieben ist
8		
8.1	5.2.3.2	Abgedeckt
8.2	4.2.5	Abgedeckt
8.3	4.11.2.	Abgedeckt
8.4	4.10	Abgedeckt
8.5		Nicht zutreffend
9		
9.1	4.12, 4.12.1	Abgedeckt
9.2		Nicht zutreffend
9.3		Nicht abgedeckt
9.4		Nicht zutreffend
9.5		Nicht zutreffend
9.6		Nicht zutreffend
9.7	3.4, 4.9.1	Abgedeckt
9.8	4.12.2	Abgedeckt
10		
10.1	4.9.1	Abgedeckt
10.2	4.9.1	Abgedeckt
10.3	4.9.2	Abgedeckt
10.4	4.9.1	Abgedeckt

Grundlegende Anforderungen von Anhang I bzw. MI-007	OIML R 21 (2007)	Anmerkung
10.5		Nicht zutreffend
11		
11.1		Nicht zutreffend
11.2		Nicht zutreffend
12	4.2.3	Abgedeckt
Anhang MI-007		
Begriffsbestimmungen		
Taxameter	2.1.1	Abgedeckt
Fahrpreis	2.3.1.1	Abgedeckt
Umschaltgeschwindigkeit	2.3.1.2	Abgedeckt
Standardberechnungsmodus S (einfache Tarifberechnung)	2.3.1.3.1	Abgedeckt
Standardberechnungsmodus D (doppelte Tarifberechnung)	2.3.1.3.2	Abgedeckt
Betriebseinstellung	2.3.3, 2.3.3.1, 2.3.3.2, 2.3.3.3	Abgedeckt
1	3.1	Abgedeckt
2	2.3.3.2, 2.3.3.3, 3.1	Abgedeckt
3	4.3	Abgedeckt
4	5.2.3, 4.2.2	Abgedeckt
5	4.2.3, 4.2.5	Abgedeckt
6.1	A.5.4.4	Abgedeckt
6.2	3.5.1, 3.5.2	Abgedeckt
7	3.2.1.1	Abgedeckt
8		
8.1	Siehe Angaben zu Anhang I Nummer 1.3.3	Abgedeckt
8.2	5.1.3	Abgedeckt
9	5.2.5	Abgedeckt
10	3.1	Abgedeckt
11	4.5.3.b)	Abgedeckt
12	4.5.4	Abgedeckt
13	4.9.1	Abgedeckt
14.1	4.2.4	Abgedeckt
14.2	4.2.5	Abgedeckt, wenn OIML R 21 (2007) Nummer 4.2.5.i) obligatorisch ist
14.3	Siehe Angaben zu Anhang I Nummer 8.3	Abgedeckt
15.1	4.7	Abgedeckt
15.2	4.7	Abgedeckt
15.3	4.9.1	Abgedeckt

Grundlegende Anforderungen von Anhang I bzw. MI-007	OIML R 21 (2007)	Anmerkung
16	4.8	Abgedeckt
17	4.1, 4.14.1	Abgedeckt
18	5.2.4, 3.2.1.1	Abgedeckt
19	4.14.1, 4.2.1	Abgedeckt
20	4.2.1	Abgedeckt
21	3.3	Abgedeckt
22	3.7	Abgedeckt
23	3.4	Abgedeckt

Hinweis:

Der Spalte „Anmerkung“ ist die Übereinstimmung zwischen der OIML R 21 und der betreffenden Anforderung der Richtlinie 2004/22/EG zu entnehmen.

Die Angabe „Abgedeckt“ kann folgende Bedeutung haben:

- die Anforderung der OIML R 21 deckt sich mit der der Messgeräte Richtlinie oder
- die Anforderung der OIML R 21 ist weitreichender als die der Messgeräte Richtlinie oder
- alle Anforderungen der OIML R 21 genügen den Anforderungen der Messgeräte Richtlinie (selbst wenn die Messgeräte Richtlinie andere Alternativen zulässt).

— Wird der Anforderung nicht vollauf genügt, wird kurz erläutert, was abgedeckt ist.

Die Angabe „Nicht abgedeckt“ bedeutet, dass die Anforderung der Messgeräte Richtlinie nicht mit der betreffenden Anforderung der OIML R 21 übereinstimmt oder nicht in der OIML R 21 enthalten ist.

Die Angabe „Nicht zutreffend“ bedeutet, dass die Anforderung des Anhangs I der Messgeräte Richtlinie auf Taxameter keine Anwendung findet.

MI-008 KAPITEL II: Ausschankmaße

in Bezug auf:

- OIML R 138 (2007)

Grundlegende Anforderungen der Messgeräte Richtlinie (Anhang I bzw. MI-008 II)	OIML R 138 (2007)	Anmerkung
Anhang I		
1.1	5.1	Abgedeckt
1.2		Nicht zutreffend
1.3		Nicht zutreffend
1.3.1		Nicht zutreffend
1.3.2 a)		Nicht zutreffend
1.3.2 b)		Nicht zutreffend
1.3.3 a)		Nicht zutreffend
1.3.3 b)		Nicht zutreffend
1.3.4		Nicht zutreffend
1.4		
1.4.1		Nicht zutreffend
1.4.2		Nicht zutreffend
2		Nicht abgedeckt
3		Nicht abgedeckt
4	4.4	Abgedeckt
5	4.2	Abgedeckt
6		Nicht abgedeckt

Grundlegende Anforderungen der Messgeräte-richtlinie (Anhang I bzw. MI-008 II)	OIML R 138 (2007)	Anmerkung
7		
7.1		Nicht abgedeckt
7.2	4.2	Abgedeckt
7.3		Nicht zutreffend
7.4		Nicht zutreffend
7.5	4.2	Abgedeckt
7.6		Nicht zutreffend
8		
8.1		Nicht zutreffend
8.2		Nicht zutreffend
8.3		Nicht zutreffend
8.4		Nicht zutreffend
8.5		Nicht zutreffend
9		
9.1	5.2.4, 5.2.1, 5.2.5	Abgedeckt, wenn die Referenztemperatur 20 °C beträgt
9.2		Nicht zutreffend
9.3		Nicht zutreffend
9.4		Nicht zutreffend
9.5		Nicht zutreffend
9.6	5.2.1	Abgedeckt
9.7	3	Abgedeckt, wenn es sich um SI-Einheiten handelt
9.8	5.2.1	Abgedeckt
10		
10.1		Nicht zutreffend
10.2	5.2.1	Abgedeckt
10.3		Nicht zutreffend
10.4		Nicht zutreffend
10.5		Nicht zutreffend
11		
11.1		Nicht zutreffend
11.2		Nicht zutreffend
12		Abgedeckt
Anhang MI-008 Kapitel II		
Begriffsbestimmungen		
Ausschankmaß	2.2	Abgedeckt
Strichmaß	2.9	Abgedeckt, wenn ein Strich als Messmarkierung verwendet wird
Randmaß	2.7	Abgedeckt
Umfüllmaß	2.2	Abgedeckt
Fassungsvermögen	2.7, 2.5, 2.9, 4.6.1	Abgedeckt

Grundlegende Anforderungen der Messgeräte Richtlinie (Anhang I bzw. MI-008 II)	OIML R 138 (2007)	Anmerkung
1		
1.1	5.2.5	Abgedeckt, wenn die Referenztemperatur 20 °C beträgt
1.2	4.5	Abgedeckt
2	5.1.1, 4.1.1	Abgedeckt
3	4.2	Abgedeckt
4		
4.1	4.4	Abgedeckt
4.2		Nicht abgedeckt
5		
5.1	5.2.1	Abgedeckt
5.2	5.2.2	Abgedeckt für bis zu 3 Füllstandsmarkierungen
5.3	4.2, 5.2.2	Abgedeckt

Hinweis:

Der Spalte „Anmerkung“ ist die Übereinstimmung zwischen der OIML R 138 und der betreffenden Anforderung der Richtlinie 2004/22/EG zu entnehmen.

Die Angabe „Abgedeckt“ kann folgende Bedeutung haben:

- die Anforderung der OIML R 138 deckt sich mit der der Messgeräte Richtlinie oder
- die Anforderung der OIML R 138 ist weitreichender als die der Messgeräte Richtlinie oder
- alle Anforderungen der OIML R 138 genügen den Anforderungen der Messgeräte Richtlinie (selbst wenn die Messgeräte Richtlinie andere Alternativen zulässt).
- Wird der Anforderung nicht vollauf genügt, wird kurz erläutert, was abgedeckt ist.

Die Angabe „Nicht abgedeckt“ bedeutet, dass die Anforderung der Messgeräte Richtlinie nicht mit der betreffenden Anforderung der OIML R 138 übereinstimmt oder nicht in der OIML R 138 enthalten ist.

Die Angabe „Nicht zutreffend“ bedeutet, dass die Anforderung des Anhangs I der Messgeräte Richtlinie auf Ausschankmaße keine Anwendung findet.