

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1208
(2018. gada 27. augusts)
par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu ⁽¹⁾, un jo īpaši tās 57. panta 4. punktu un 58. panta 2. punktu,

tā kā:

- (1) Lai nodrošinātu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 ⁽²⁾ pievienotās kombinētās nomenklatūras vienveidīgu piemērošanu, ir nepieciešams pieņemt noteikumus par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.
- (2) Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Minētie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kas pilnīgi vai daļēji balstās uz KN vai pievieno tai papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Savienības noteikumiem, lai piemērotu tarifu un citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību.
- (3) Šīs regulas pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces saskaņā ar minētajiem vispārīgajiem noteikumiem būtu jāklasificē ar minētās tabulas 2. ailē norādīto KN kodu atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam.
- (4) Ir lietderīgi noteikt, ka saistošo izziņu par tarifu, kas izdota attiecībā uz precēm, uz kurām attiecas šī regula, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, izziņas turētājs var turpināt izmantot noteiktu laikposmu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 592/2013 34. panta 9. punktu. Būtu jānosaka, ka minētais laikposms ir trīs mēneši.
- (5) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar tabulas 2. ailē norādīto KN kodu.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 34. panta 9. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

⁽¹⁾ OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.

⁽²⁾ Padomes Regula (EEK) Nr. 2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 27. augustā.

Komisijas
un tās priekšsēdētāja vārdā –
Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta
ģenerāldirektors
Stephen QUEST

PIELIKUMS

| Preču apraksts | Klasifikācija (KN kods) | Pamatojums |
|--|----------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| <p>Elektrisks analogais aparāts (tā sauktais “skābekļa analizators”), kura darbība balstās uz sensoru, ar izmēriem aptuveni 240 × 220 × 200 mm un masu aptuveni 4,3 kg.</p> <p>Aparāts izmanto kulonmetrisko tehnoloģiju, lai atklātu un mēritu skābekļa pēdas, un paramagnētisko tehnoloģiju, lai precīzi mēritu skābekļa procentuālo daudzumu tīras gāzes plūsmās un multigāzu vidēs. Tas ietver LCD monitoru, kas parāda mērījumu rezultātus. Aparāts spēj arī radīt skaņas un vizuālo signālu, ietver analogo un digitālo izvadu un nodrošina secīgu datu pārraidi divos virzienos.</p> <p>Aparātu izmanto rūpnieciskajā gāzes procesu un kvalitātes kontrolē.</p> | 9027 10 10 | <p>Klasifikācija ir noteikta, ievērojot kombinētās nomenklatūras 1., 3.b) un 6. vispārīgo interpretācijas noteikumu un KN kodu 9027, 9027 10 un 9027 10 10 formulējumu.</p> <p>Aparātam ir īpašības un funkcijas, kas nepieciešamas pozīcijas 9027 fizikālās vai ķīmiskās analīzes aparatūrai (gāzes vai dūmu analizatori). Sk. arī Harmonizētās sistēmas skaidrojumu par pozīciju 9027 pirmās rindkopas 8. punktu, kas attiecas uz tiem elektriskajiem gāzes vai dūmu analizatoriem gāzu noteikšanai un to satura mērīšanai, kurus izmanto koksa krāsnīs degošu vai saderīgu gāzu analīzei, kurus izmanto gāzģeneratoros, domnās u. c.</p> <p>Klasificēšana pozīcijā 9026 pie ierīcēm un aparatūras šķidrumu vai gāzu patēriņa, limeņa, spiediena vai citu mainīgo lielumu mērīšanai vai kontrolei nav iespējama, jo uz fizikālās vai ķīmiskās analīzes ierīcēm un aparatūru konkrētāk attiecas pozīcija 9027 (sk. arī Harmonizētās sistēmas skaidrojumu par pozīciju 9026 pirmās rindkopas d) izņēmumu).</p> <p>Aparāts ir salikts izstrādājums 3.b) vispārīgā interpretācijas noteikuma nozīmē, un tas ir klasificējams pēc komponenta, kas nosaka izstrādājuma pamatīpašības. Skābekļa noteikšana un mērīšana gāzē tiek uzskatīta par funkciju, ka nosaka aparāta pamatīpašības.</p> <p>Tāpēc aparāts ir klasificējams ar KN kodu 9027 10 10 pie elektroniskiem gāzu vai dūmu analizatoriem.</p> |