

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

Eiropas Komisijas paziņojums Padomes direktīvas realizēšanas ietvaros 93/42/EEK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

Direktīvai pakārtoto harmonizēto standartu nosaukumu un numuru publikācija

(2007/C 314/09)

Eiropas Standartizā- cijas organi- zācija ⁽¹⁾	Standarta numurs un nosaukums (Ieskates dokuments)	Aizstātais standarts	Datums, kad izbeidzas aizstātā standarta dotā atbil- stības prezumpcija 1. piezīme
CENELEC	EN 60118-13:1997 Dzirdes aparāti — 13. daļa: Elektromagnētiskā saderība (EMS) (IEC 60118-13:1997)	NAV	—
CENELEC	EN 60118-13:2005 Dzirdes aparāti — 13. daļa: Elektromagnētiskā saderība (EMS) (IEC 60118-13:2004)	EN 60118-13:1997 2.1. piezīme	1.2.2008.
CENELEC	EN 60522:1999 Aprīkotu rentgenlampu pastāvīgās filtrētspējas noteikšana (IEC 60522:1999)	NAV	—
CENELEC	EN 60580:2000 Medicīnas elektroiekārtas — Dozas un laukuma reizinājuma mērītāji (IEC 60580:2000)	NAV	—
CENELEC	EN 60601-1:1990 Medicīniskās elektroiekārtas — 1. daļa: Vispārējās drošības prasības (IEC 60601-1:1988)	NAV	—
	EN 60601-1:1990labojumsA1:1993 (IEC 60601-1:1988/A1:1991)	3. piezīme	—
	EN 60601-1:1990labojumsA2:1995 (IEC 60601-1:1988/A2:1995)	3. piezīme	—
	EN 60601-1:1990labojumsA13:1996	3. piezīme	Darbības izbeigšanās datums (1.7.1996.)
CENELEC	EN 60601-1-1:2001 Medicīniskā elektroiekārta — 1-1. daļa: Vispārīgās drošības prasības — Papild- standarts: Drošības prasības medicīniskajām elektrosistēmām (IEC 60601-1-1:2000)	EN 60601-1-1:1993 + A1:1996 2.1. piezīme	Darbības izbeigšanās datums (1.12.2003.)
CENELEC	EN 60601-1-2:2001 Medicīniskās elektroiekārtas — 1-2. daļa: Vispārējās drošības prasības — Papildus standarts: Elektromagnētiskā saderība — Prasības un testi (IEC 60601-1-2:2001)	EN 60601-1-2:1993 2.1. piezīme	Darbības izbeigšanās datums (1.11.2004.)
	EN 60601-1-2:2001labojumsA1:2006 (IEC 60601-1-2:2001/A1:2004)		1.3.2009.

Eiropas Standartizā- cijas organi- zācija (*)	Standarta numurs un nosaukums (Ieskates dokuments)	Aizstātais standarts	Datums, kad izbeidzas aizstātā standarta dotā atbil- stības prezumpcija 1. piezīme
CENELEC	EN 60601-1-3:1994 Medicīniskā elektroiekārta — 1. daļa: Vispārējās drošības prasības — 3. papildus standarts: Vispārējās prasības aizsardzībai pret radiāciju diagnostikas rentgena iekārtās (IEC 60601-1-3:1994)	NAV	—
CENELEC	EN 60601-1-4:1996 Medicīniskā elektroiekārta — 1. daļa: Vispārējās drošības prasības — 4. papildus standarts: Programmējamās medicīniskās elektroiekārtas (IEC 60601-1-4:1996) EN 60601-1-4:1996labojumsA1:1999 (IEC 60601-1-4:1996/A1:1999)	NAV 3. piezīme	— Darbības izbeigšanās datums (1.12.2002.)
CENELEC	EN 60601-1-6:2004 Medicīniskās elektroiekārtas — 1-6. daļa: Vispārīgās drošuma prasības — Papild- standarts: Izmantošanas iespējas (IEC 60601-1-6:2004)	NAV	—
CENELEC	EN 60601-1-8:2004 Medicīniskās elektroiekārtas — 1-8. daļa: Vispārīgās drošuma prasības — Papild- standarts: Vispārīgās prasības, testi un norādījumi medicīniskajās elektroiekārtās un medicīniskajās elektrosistēmās izmantojamām signalizācijas sistēmām (IEC 60601-1-8:2003) EN 60601-1-8:2004labojumsA1:2006 (IEC 60601-1-8:2003/A1:2006)	NAV 3. piezīme	— Darbības izbeigšanās datums (1.1.2007.)
CENELEC	EN 60601-2-1:1998 Medicīniskās elektroiekārtas — 2-1. daļa: Īpašās drošības prasības elektronu paātrinātājiem sprieguma diapazonā no 1 MeV līdz 50 MeV (IEC 60601-2-1:1998) EN 60601-2-1:1998labojumsA1:2002 (IEC 60601-2-1:1998/A1:2002)	NAV 3. piezīme	— Darbības izbeigšanās datums (1.6.2005.)
CENELEC	EN 60601-2-2:2000 Medicīniskās elektroiekārtas — 2-2. daļa: Īpašās drošības prasības augstfrekvences ķirurģiskajām iekārtām (IEC 60601-2-2:1998)	EN 60601-2-2:1993 2.1. piezīme	Darbības izbeigšanās datums (1.8.2003.)
CENELEC	EN 60601-2-2:2007 Medicīniskās elektroiekārtas — 2-2. daļa: Īpašās drošuma prasības augstfre- kvences ķirurģiskajām iekārtām (IEC 60601-2-2:2006)	EN 60601-2-2:2000 2.1. piezīme	1.10.2009.
CENELEC	EN 60601-2-3:1993 Medicīniskā elektroiekārta — 2. daļa: Īpašās drošības prasības īsviļņu terapijas iekārtai (IEC 60601-2-3:1991) EN 60601-2-3:1993labojumsA1:1998 (IEC 60601-2-3:1991/A1:1998)	NAV 3. piezīme	— Darbības izbeigšanās datums (1.7.2001.)
CENELEC	EN 60601-2-4:2003 Medicīniskās elektroiekārtas — 2-4. daļa: Īpašās drošības prasības sirds defibrila- toriem (IEC 60601-2-4:2002)	NAV	—
CENELEC	EN 60601-2-5:2000 Medicīniskās elektroiekārtas — 2-5. daļa: Īpašās drošības prasības ultraskaņas fizioterapijas iekārtām (IEC 60601-2-5:2000)	NAV	—

Eiropas Standartizā- cijas organi- zācija (*)	Standarta numurs un nosaukums (Ieskates dokuments)	Aizstātais standarts	Datums, kad izbeidzas aizstātā standarta dotā atbil- stības prezumpcija 1. piezīme
CENELEC	EN 60601-2-7:1998 Medicīniskās elektroiekārtas — 2-7. daļa: Īpašas prasības rentgenaparātūras augst- sprieguma ģeneratoru drošībai (IEC 60601-2-7:1998)	NAV	—
CENELEC	EN 60601-2-8:1997 Medicīniskās elektroiekārtas — 2-8. daļa: Īpašas drošības prasības terapijas rent- geniekārtām, kas darbojas sprieguma diapazonā no 10 kV līdz 1 MV (IEC 60601-2-8:1987) EN 60601-2-8:1997labojumsA1:1997 (IEC 60601-2-8:1987/A1:1997)	NAV 3. piezīme	— Darbības izbeigšanās datums (1.6.1998.)
CENELEC	EN 60601-2-10:2000 Medicīnas elektroiekārtas — 2-10. daļa: Īpašas drošības prasības nervu un muskulu stimulatoriem (IEC 60601-2-10:1987) EN 60601-2-10:2000labojumsA1:2001 (IEC 60601-2-10:1987/A1:2001)	NAV 3. piezīme	— Darbības izbeigšanās datums (1.11.2004.)
CENELEC	EN 60601-2-11:1997 Medicīniskās elektroiekārtas — 2.daļa: Īpašas drošības prasības gamma staru tera- pijas iekārtām (IEC 60601-2-11:1997) EN 60601-2-11:1997labojumsA1:2004 (IEC 60601-2-11:1997/A1:2004)	NAV 3. piezīme	— Darbības izbeigšanās datums (1.9.2007.)
CENELEC	EN 60601-2-12:2006 Elektriskās medicīnas iekārtas — 2-12. daļa: Īpašas prasības attiecībā uz elpinā- šanas aparātu drošumu — Elpināšanas aparāti intensīvajai terapijai un reanimā- cijai (IEC 60601-2-12:2001)	NAV	—
CENELEC	EN 60601-2-13:2006 Elektriskās medicīnas iekārtas — 2-13. daļa: Īpašas prasības anestēzijas sistēmu drošumam un būtiskajai veiktspējai (IEC 60601-2-13:2003) EN 60601-2-13:2006labojumsA1:2007 (IEC 60601-2-13:2003/A1:2006)	EN 740:1998 + A1:2004 + AC:1998 2.3. piezīme 3. piezīme	— 1.3.2010.
CENELEC	EN 60601-2-16:1998 Medicīniskās elektroiekārtas — 2-16. daļa: Īpašas prasības hemodialīzes, hemo- diafiltrācijas un hemofiltrācijas iekārtu drošībai (IEC 60601-2-16:1998)	NAV	—
CENELEC	EN 60601-2-17:2004 Medicīnas elektroiekārtas. 2-17. daļa: Īpašas prasības automātikas vadītiem brahi- terapijas pūcuzpildes aparātiem (IEC 60601-2-17:2004)	EN 60601-2-17:1996 + A1:1996 2.1. piezīme	Darbības izbeigšanās datums (1.3.2007.)
CENELEC	EN 60601-2-18:1996 Medicīniskās elektroiekārtas — 2. daļa: Īpašas drošības prasības endoskopijas iekārtām (IEC 60601-2-18:1996) EN 60601-2-18:1996labojumsA1:2000 (IEC 60601-2-18:1996/A1:2000)	NAV 3. piezīme	— Darbības izbeigšanās datums (1.8.2003.)
CENELEC	EN 60601-2-19:1996 Medicīniskās elektroiekārtas — 2. daļa: Īpašas drošības prasības mazuļu inkubato- riem (IEC 60601-2-19:1990) EN 60601-2-19:1996labojumsA1:1996 (IEC 60601-2-19:1990/A1:1996)	NAV 3. piezīme	— Darbības izbeigšanās datums (13.6.1998.)

Eiropas Standartizā- cijas organi- zācija ⁽¹⁾	Standarta numurs un nosaukums (Ieskates dokuments)	Aizstātais standarts	Datums, kad izbeidzas aizstātā standarta dotā atbil- stības prezumpcija 1. piezīme
CENELEC	EN 60601-2-20:1996 Medicīniskās elektroiekārtas — 2. daļa: Īpašas drošības prasības transportējamām inkubatoriem (IEC 60601-2-20:1990 + A1:1996)	NAV	—
CENELEC	EN 60601-2-21:1994 Medicīniskās elektroiekārtas — 2. daļa: Īpašas prasības zīdaiņu sildītājiem ar siltuma starotāju (IEC 60601-2-21:1994) EN 60601-2-21:1994labojumsA1:1996 (IEC 60601-2-21:1994/A1:1996)	NAV 3. piezīme	— Darbības izbeigšanās datums (13.6.1998.)
CENELEC	EN 60601-2-22:1996 Medicīniskā elektroiekārta — 2. daļa: Īpašas drošības prasības diagnostikas un terapijas lāzeriekārtai (IEC 60601-2-22:1995)	NAV	—
CENELEC	EN 60601-2-23:2000 Medicīnas elektroiekārtas — 2-23. daļa: Īpašas prasības pret transkutānā daļēji spiediena monitorēšanas aparātūras drošumu, arī būtiskajos tās darbības aspektos (IEC 60601-2-23:1999)	EN 60601-2-23:1997 2.1. piezīme	Darbības izbeigšanās datums (1.1.2003.)
CENELEC	EN 60601-2-24:1998 Medicīniskās elektroiekārtas — 2. daļa: Īpašas prasības infūzijas sūkļu un regula- toru drošumam (IEC 60601-2-24:1998)	NAV	—
CENELEC	EN 60601-2-25:1995 Medicīniskā elektroiekārta — 2. daļa: Īpašas drošības prasības elektrokardiogrā- fiem (IEC 60601-2-25:1993) EN 60601-2-25:1995labojumsA1:1999 (IEC 60601-2-25:1993/A1:1999)	NAV 3. piezīme	— Darbības izbeigšanās datums (1.5.2002.)
CENELEC	EN 60601-2-26:2003 Medicīniskās elektroiekārtas — 2-26. daļa: Īpašas drošības prasības elektroencelo- grāfiem (IEC 60601-2-26:2002)	EN 60601-2-26:1994 2.1. piezīme	Darbības izbeigšanās datums (1.3.2006.)
CENELEC	EN 60601-2-27:1994 Medicīniskā elektroiekārta — 2. daļa: Īpašas drošības prasības elektrokardiogrāfi- skās novērošanas iekārtai (IEC 60601-2-27:1994)	NAV	—
CENELEC	EN 60601-2-27:2006 Medicīniskās elektroiekārtas — 2-27. daļa: Īpašas drošības prasības elektrokardi- ogrāfiskās novērošanas iekārtām, arī būtiskajos to darbības aspektos (IEC 60601-2-27:2005)	EN 60601-2-27:1994 2.1. piezīme	1.11.2008.
CENELEC	EN 60601-2-28:1993 Medicīniskā elektroiekārta — 2. daļa: Īpašas drošības prasības medicīniskajā diag- nostikā lietojamai rentgena aparātūrai un rentgena cauruļvadu sistēmai (IEC 60601-2-28:1993)	NAV	—
CENELEC	EN 60601-2-29:1999 Medicīniskās elektroiekārtas — 2-29. daļa: Īpašas drošības prasības radioterapijas modelēšanas iekārtām (IEC 60601-2-29:1999)	EN 60601-2-29:1995 + A1:1996 2.1. piezīme	Darbības izbeigšanās datums (1.4.2002.)

Eiropas Standartizā- cijas organi- zācija (*)	Standarta numurs un nosaukums (Ieskates dokuments)	Aizstātais standarts	Datums, kad izbeidzas aizstātā standarta dotā atbil- stības prezumpcija 1. piezīme
CENELEC	EN 60601-2-30:2000 Medicīnas elektroiekārtas — 2-30. daļa: Īpašas prasības pret automātiskās cikli- skās neinvazīvās arteriālā spiediena monitorēšanas aparātūras drošumu, arī būti- skajos tās darbības aspektos (IEC 60601-2-30:1999)	EN 60601-2-30:1995 2.1. piezīme	Darbības izbeigšanās datums (1.2.2003.)
CENELEC	EN 60601-2-31:1995 Medicīniskā elektroiekārta — 2. daļa: Īpašas drošības prasības ārējiem sirds ritma uzturētājiem ar iekšējo enerģijas avotu (IEC 60601-2-31:1994) EN 60601-2-31:1995labojumsA1:1998 (IEC 60601-2-31:1994/A1:1998)	NAV 3. piezīme	— Darbības izbeigšanās datums (1.1.2001.)
CENELEC	EN 60601-2-32:1994 Medicīniskā elektroiekārta — 2. daļa: Īpašas drošības prasības rentgena iekārtas palīgaparātūrai (IEC 60601-2-32:1994)	NAV	—
CENELEC	EN 60601-2-33:2002 Medicīniskās elektroiekārtas — 2-33. daļa: Īpašas drošības prasības medicīniskajā diagnostikā lietojamām magnētiskās rezonanses iekārtām (IEC 60601-2-33:2002) EN 60601-2-33:2002labojumsA1:2005 (IEC 60601-2-33:2002/A1:2005)	EN 60601-2-33:1995 + A11:1997 2.1. piezīme 3. piezīme	Darbības izbeigšanās datums (1.7.2005.) 1.11.2008.
CENELEC	EN 60601-2-34:2000 Medicīniskā elektroiekārta — 2-34. daļa: Īpašas drošības prasības asinsspiediena tiešās novērošanas iekārtai (IEC 60601-2-34:2000)	EN 60601-2-34:1995 2.1. piezīme	Darbības izbeigšanās datums (1.11.2003.)
CENELEC	EN 60601-2-35:1996 Medicīniskās elektroiekārtas — 2. daļa: Īpašas drošības prasības segām, polste- riem un matračiem, kas paredzēti sildīšanai (IEC 60601-2-35:1996)	NAV	—
CENELEC	EN 60601-2-36:1997 Medicīniskās elektroiekārtas — 2. daļa: Īpašas drošības prasības ekstrakorporāli inducētām litotripsijām (IEC 60601-2-36:1997)	NAV	—
CENELEC	EN 60601-2-37:2001 Medicīnas elektroiekārtas — 2-37. daļa: Īpašas prasības ultraskaņas medicīniskās diagnostikas un monitorēšanas aparātūras drošumam (IEC 60601-2-37:2001) EN 60601-2-37:2001labojumsA1:2005 (IEC 60601-2-37:2001/A1:2004) EN 60601-2-37:2001labojumsA2:2005 (IEC 60601-2-37:2001/A2:2005)	NAV 3. piezīme 3. piezīme	— 1.1.2008. 1.12.2008.
CENELEC	EN 60601-2-38:1996 Medicīniskās elektroiekārtas — 2. daļa: Īpašas drošības prasības slimnīcu gultām ar elektrisko aprīkojumu (IEC 60601-2-38:1996) EN 60601-2-38:1996labojumsA1:2000 (IEC 60601-2-38:1996/A1:1999)	NAV 3. piezīme	— Darbības izbeigšanās datums (1.1.2003.)

Eiropas Standartizā- cijas organi- zācija (*)	Standarta numurs un nosaukums (ieskares dokuments)	Aizstātais standarts	Datums, kad izbeidzas aizstātā standarta dotā atbil- stības prezumpcija 1. piezīme
CENELEC	EN 60601-2-39:1999 Medicīniskās elektroiekārtas — 2-39. daļa: Īpašas drošības prasības peritoneālās dialīzes iekārtām (IEC 60601-2-39:1999)	NAV	—
CENELEC	EN 60601-2-40:1998 Medicīniskās elektroiekārtas — 2-40. daļa: Īpašas prasības elektromiogrāfu un iekārtu, kas izraisa reakciju, drošībai (IEC 60601-2-40:1998)	NAV	—
CENELEC	EN 60601-2-41:2000 Medicīnas elektroiekārtas — 2-41. daļa: Īpašas prasības ķirurģisko gaismekļu un diagnostiskās gaismekļu drošumam (IEC 60601-2-41:2000)	NAV	—
CENELEC	EN 60601-2-43:2000 Medicīnas elektroiekārtas — 2-43. daļa: Īpašas prasības medicīniskās iejaukšanās procedūru rentgenaparātūras drošumam (IEC 60601-2-43:2000)	NAV	—
CENELEC	EN 60601-2-44:2001 Medicīnas elektroiekārtas — 2-44. daļa: Īpašas drošības prasības datortomogrā- fijas rentgeniekārtām (IEC 60601-2-44:2001) EN 60601-2-44:2001labojumsA1:2003 (IEC 60601-2-44:2001/A1:2002)	EN 60601-2-44:1999 2.1. piezīme 3. piezīme	Darbības izbeigšanās datums (1.7.2004.) Darbības izbeigšanās datums (1.12.2005.)
CENELEC	EN 60601-2-45:2001 Medicīnas elektroiekārtas — 2-45. daļa: Īpašas drošības prasības mamogrāfijas rengeniekārtām un mamogrāfijas stereotaksiskām ierīcēm (IEC 60601-2-45:2001)	EN 60601-2-45:1998 2.1. piezīme	Darbības izbeigšanās datums (1.7.2004.)
CENELEC	EN 60601-2-46:1998 Medicīniskās elektroiekārtas — 2-46. daļa: Īpašas drošības prasības operāciju galdiem (IEC 60601-2-46:1998)	NAV	—
CENELEC	EN 60601-2-47:2001 Medicīnas elektroiekārtas — 2-47. daļa: Īpašas prasības pret ambulatorisko elek- trokardiogrāfijas sistēmu drošumu, arī būtiskajos to darbības aspektos (IEC 60601-2-47:2001)	NAV	—
CENELEC	EN 60601-2-49:2001 Medicīnas elektroiekārtas — 2-49. daļa: Īpašas prasības multifunkcionālās paci- enta monitorēšanas aparātūras drošumam (IEC 60601-2-49:2001)	NAV	—
CENELEC	EN 60601-2-50:2002 Medicīnas elektroiekārtas — 2-50. daļa: Īpašas drošības prasības bērnu fototerā- pijas iekārtām (IEC 60601-2-50:2000)	NAV	—
CENELEC	EN 60601-2-51:2003 Medicīniskās elektroiekārtas — 2-51. daļa: Īpašas drošības prasības pierakstošiem un analizējošiem vienkānu un vairākkānu elektrokardiogrāfiem, arī būtiskajos to darbības aspektos (IEC 60601-2-51:2003)	NAV	—
CENELEC	EN 60627:2001 Rentgendiagnostikas attēlveidošanas iekārtas — Vispārējās nozīmes un mamogrā- fijas antiizkliedes režģu raksturlielumi (IEC 60627:2001)	NAV	—

Eiropas Standartizā- cijas organi- zācija ⁽¹⁾	Standarta numurs un nosaukums (Ieskates dokuments)	Aizstātais standarts	Datums, kad izbeidzas aizstātā standarta dotā atbil- stības prezumpcija 1. piezīme
CENELEC	EN 60645-1:2001 Elektroakustika — Audioloģiskās iekārtas — 1. daļa: Tīrtoļa audiometri (IEC 60645-1:2001)	EN 60645-1:1994 2.1. piezīme	Darbības izbeigšanās datums (1.10.2004.)
CENELEC	EN 60645-2:1997 Audiometri — 2. daļa. Iekārta runas audiometrijai (IEC 60645-2:1993)	NAV	—
CENELEC	EN 60645-3:1995 Audiometri — 3. daļa. Audiometrijai un neirootoloģijai paredzētie īslaicīgi dzirdes testa signāli (IEC 60645-3:1994)	NAV	—
CENELEC	EN 60645-4:1995 Audiometri — 4. daļa. Izstiepta augstfrekvenču diapazona audiometrijai pare- dzēta iekārta (IEC 60645-4:1994)	NAV	—
CENELEC	EN 61217:1996 Radioterapijas modelēšanas iekārtas — Koordinātes, pārvietojumi un skalas (IEC 61217:1996) EN 61217:1996labojumsA1:2001 (IEC 61217:1996/A1:2000)	NAV 3. piezīme	— Darbības izbeigšanās datums (1.12.2003.)
CENELEC	EN 61676:2002 Medicīnas elektroiekārtas. Diagnostikas radioloģijā lietojamo rentgenlampu nein- vazīvas sprieguma mērīšanas dozimetriskie instrumenti (IEC 61676:2002)	NAV	—
CENELEC	EN 62083:2001 Medicīnas elektroiekārtas — Drošības prasības radioterapijas plānošanas sistēmām (IEC 62083:2000)	NAV	—
CENELEC	EN 62220-1:2004 Medicīnas elektroiekārtas. Rentgenstaru digitālo attēlveides aparātu raksturlielumi. 1. daļa: Detektīvās kvantu efektivitātes noteikšana (IEC 62220-1:2003)	NAV	—

⁽¹⁾ CEN: rue de Stassart/De Stassartstraat 36, B-1050 Brussels, tel: (32-2) 550 08 11, fax: (32-2) 550 08 19 (<http://www.cenorm.be>)
CENELEC: rue de Stassart/De Stassartstraat 35, B-1050 Brussels, tel: (32-2) 519 68 71, fax: (32-2) 519 69 19 (<http://www.cenelec.org>)
ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel: (33) 492 94 42 12, fax: (33) 493 65 47 16 (<http://www.etsi.org>)

1. piezīme: Parasti atbilstības prezumpcijas izbeigšanās datums būs standarta atcelšanas termiņš (*dow*), ko izsludinājusi Eiropas standartizācijas organizācija, taču šo standartu lietotāju uzmanība jāpievērš faktam, ka zināmos izņēmuma gadījumos var būt arī citādi.
- 2.1. piezīme: Jaunajam (vai labotajam) standartam ir tāda pati darbības sfēra kā aizstātajam standartam. Datumā, kas norādīts, aizstātais standarts vairs neprezumē atbilstību direktīvas būtiskajām prasībām.
- 2.3. piezīme: Jaunajam standartam ir šaurāka darbības sfēra nekā aizstātajam standartam. Datumā, kas te norādīts, (daļēji) aizstātais standarts vairs neprezumē, ka ražojumi, kas ietilpst jaunā standarta darbības sfērā, atbilst direktīvas būtiskajām prasībām. Ražojumiem, kas ietilpst (daļēji) aizstātā standarta darbības sfērā, bet neietilpst jaunā standarta darbības sfērā, (daļēji) aizstātais standarts atbilstību direktīvas būtiskajām prasībām joprojām prezumē.
3. piezīme: Labojumu gadījumā atsaucies standarts ir EN CCCC:YYYY, tā agrākie labojumi, ja tādi bijuši, un jaunnorādītais labojums. Tātad aizstātais standarts (3. aile) sastāv no EN CCCC:YYYY un tā agrākajiem labojumiem, ja tādi bijuši, bet jaunnorādītais labojums tajā neietilpst. Datumā, kas te norādīts, aizstātais standarts vairs neprezumē atbilstību direktīvas būtiskajām prasībām.

Piemērs: Attiecībā uz EN 60601-1:1990 rakstāms tā:

CENELEC	EN 60601-1:1990 Medicīnas elektroaparātūra 1. daļa: Drošības vispārīgās prasības (IEC 60601-1:1988) [Atsauces standarts ir EN 60601-1:1990]	NAV [Nevienu standartu neaizstāj]	—
	EN 60601-1:1990 labojums A1:1993 (IEC 60601-1:1988/A1:1991) [Atsauces standarts ir EN 60601-1:1990 + EN 60601-1:1990/A1:1993]	3. piezīme [Aizstāj standartu EN 60601-1:1990]	—
	EN 60601-1:1990 labojums A2:1995 (IEC 60601-1:1988/A2:1995) [Atsauces standarts ir EN 60601-1:1990 + EN 60601-1:1990/A1:1993 + EN 60601-1:1990/A2:1995]	3. piezīme [Aizstāj standartu EN 60601-1:1990 + A1:1993]	—
	EN 60601-1:1990 labojums A13:1996 [Atsauces standarts ir EN 60601-1:1990 + EN 60601-1:1990/A1:1993 + EN 60601-1:1990/A2:1995 + EN 60601-1:1990/A13:1996]	3. piezīme [Aizstāj standartu EN 60601-1:1990 + A1:1993 + A2:1995]	Darbības izbeigšanās datums (1.7.1996.)