

II

(Paziņojumi)

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

KOMISIJA

Komisijas paziņojums, īstenojot Eiropas Parlamenta Direktīvu 2004/22/EK par mērinstrumentiem ⁽¹⁾*(Atsauču uz OIML izstrādātajiem normatīvajiem dokumentiem un šo dokumentu pamatprasībām atbilstošo daļu saraksta publicēšana (saskaņā ar direktīvas 16.1. pantu))***(Dokuments attiecas uz EEZ)**

(2009/C 268/01)

MI-002: Gāzes skaitītāji

saistībā ar

— OIML R 137-1 2006

MID pamatprasības (I pielikums un MI-002)	OIML R 137-1 (2006)	Piezīme
I pielikums		
1.1	5.3.1	Atbilst
1.2	7.4.15 tabula Nr. 6, A.1	Atbilst
1.3	7.3.5	Atbilst
1.3.1	5.1, A.4.2.1, A4.2.2	Atbilst
1.3.2		
a) M1 a) M2	7.4.13, A.5.1, A.5.2	Atbilst
a) M3		Neattiecas
b)	7.4.13	Atbilst attiecībā uz skaitītājiem līdz 10 kg
1.3.3		
a) E1	7.4.15, A.6.1.1, A.6.1.2, A.6.2, A.6.3, A.6.4, A.7.3, A.7.4, A.7.5	Atbilst
a) E2		Neattiecas
a) E3		Neattiecas
b)	7.4.15	Atbilst
1.3.4	7.4.15, A.7	Atbilst attiecībā uz sprieguma svārstībām
1.4		

⁽¹⁾ OV L 135, 30.4.2004.

MID pamatprasības (I pielikums un MI-002)	OIML R 137-1 (2006)	Piezīme
1.4.1	5.3.1, 7.4, A.1	Atbilst attiecībā uz 0.5 klasi vai ja MPE tiek izpildīts, piemērojot ietekmes lielumus
1.4.2	A.4.2.1, A.4.2.2	Atbilst
2		Neattiecas
3	7.4.4	Atbilst
4	6.1.3	Atbilst
5	7.4.9	Atbilst
6	3.1.1, 6.5	Atbilst
7		
7.1	3.1.4, 4.3.1	Atbilst
7.2	3	Atbilst
7.3	7.4.11	Atbilst attiecībā uz mehāniskajiem skaitītājiem
7.4		Neattiecas
7.5	3.1.1, 3.1.4	Atbilst
7.6	6.2.1, 7.3.5, 7.4.16, 4.2.4.x	Atbilst, izņemot testa procedūru
8		
8.1	6.3.1, 4.3.4.2	Atbilst
8.2	4.3.14.3.3	Atbilst
8.3	7.4.16, 4.2.4, 4.3.4.1	Atbilst
8.4	4.3.1, 7.4.1.16	Atbilst
8.5	6.1.1	Atbilst
9		
9.1	4.2.1	Atbilst, izņemot informāciju par papildierīcēm
9.2	4.2.1	Atbilst
9.3	4.2	Atbilst attiecībā uz informāciju uz datu plāksnes
9.4		Neattiecas
9.5	6.2.2, 6.1.1	Atbilst
9.6		Neattiecas
9.7	4.1	Atbilst
9.8	4.2	Atbilst
10		
10.1	6.1.1	Atbilst
10.2	6.1.1	Atbilst
10.3	2.1.10, 6.3	Atbilst
10.4		Neattiecas
10.5	3.1.5	Atbilst

MID pamatprasības (1 pielikums un MI-002)	OIML R 137-1 (2006)	Piezīme
11		
11.1		Neattiecas
11.2		Neattiecas
12		Atbilst
MI-002 pielikums		
Definīcijas	2.1.1, 2.3.3, 2.3.2, 2.3.4, 2.4.4 & 7.4.11	Atbilst
1	7.3.5	Atbilst
1.1	5.2	Atbilst attiecībā uz 1.5 klasi, ja $Q_{\max}/Q_{\min} \geq 150$ Atbilst attiecībā uz 1.0 klasi, ja $Q_{\max}/Q_{\min} \geq 20$
1.2		Neatbilst
1.3	5.1	Atbilst
1.4	5.1	Atbilst, izņemot OIML R137-1 trijām temperatūras amplitūdām
1.5	4.2.4	Atbilst
2		
2.1	5.3.3	Atbilst, izņemot prasību par kļūdām ar vienu un to pašu zīmi MI-002 pielikuma 2.1. punktā
2.2	5.3.4	Atbilst, ja izvēlēta temperatūra ir no 15 °C līdz 25 °C
3		
3.1		
3.1.1	7.4.15	Atbilst
3.1.2	7.4.15	Atbilst
3.1.3	7.4.15, 2.2.10	Atbilst attiecībā uz prasības pirmo klauzulu
3.2	7.4.8	Atbilst
4		
4.1		
4.1.1	7.4.9	Atbilst
4.1.2	7.4.9	Atbilst
4.2		
4.2.1	7.4.9	Neatbilst
4.2.2	7.4.9	Neatbilst
5		
5.1	6.4.2	Neattiecas
5.2	6.4.4	Atbilst attiecībā uz vienu alternatīvu
5.3	6.1.2	Neatbilst
5.4	3.4, 7.4.5	Atbilst

MID pamatprasības (I pielikums un MI-002)	OIML R 137-1 (2006)	Piezīme
5.5	6.2.1	Atbilst
5.6	3.2, 7.4.5	Atbilst
6	4.1	Atbilst, ja izmantots kg vai m ³

Piezīme:

Slejā "Piezīme" norādīta OIML R 137-1 un Direktīvas 2004/22/EK attiecīgās prasības atbilstība.

Norāde "Atbilst" nozīmē, ka

— OIML R 137-1 prasība ir identiska MID prasībai, vai

— OIML R 137-1 prasība ir stingrāka par MID prasību, vai

— visas OIML R 137-1 prasības atbilst MID prasībām (pat ja MID tiek pieļautas citas alternatīvas),

— ja prasība neatbilst pilnībā, tiek īsi paskaidrots, kas atbilst.

Norāde "Neatbilst" nozīmē, ka MID prasība nav saderīga ar attiecīgo OIML R 137-1 prasību vai nav iekļauta OIML R 137-1.

Norāde "Neattiecas" nozīmē, ka MID I pielikuma prasība neattiecas uz gāzes skaitītājiem.

MI-002: Tilpuma korektori

saistībā ar

— OIML R 140 2007

Direktīva 2004/22/EK I pielikuma un MI-002 pielikuma pamatprasības	OIML R 140 (2007)	Piezīme
I Pielikums		
1.1	T.2.6; T.3.4; 9.1.1	Atbilst
1.2	T.2.16; T.2.17.2; 9.1.2; A.1	Atbilst attiecībā uz traucējumiem
1.3	T.1.22; 7.1.3; A.2; A.4	Atbilst, ja izgatavotājs norāda visas vajadzīgās ziņas
1.3.1	7.1.3; A.4.1; A.4.2; T.1.22	Atbilst
1.3.2 a)		
M1 M2	7.1.3; A.4.4	Atbilst attiecībā uz vibrācijām
M3		Neattiecas
1.3.2 b)	7.1.3.1; A.4.4	Atbilst attiecībā uz vibrācijām
1.3.3 a)		
E1	7.1.3; 10.2.8; A.4; A.4.5.a; A.4.5.b; A.4.6; A.4.7; A.4.8; A.4.11; A.4.12; A.4.13	Atbilst
E2		Neattiecas
E3		Neattiecas
1.3.3 b)	A.4	Atbilst, izņemot īsus līdzstrāvas pārtraukumus
1.3.4	6.4.9; A.4; A.4.9; A.4.10	Atbilst, izņemot tīkla frekvences svārstības un tīkla frekvences magnētiskos laukus
1.4		
1.4.1	A.1; A.4	Atbilst, ja izmantota modulārā pieeja
1.4.2	A.4.3	Atbilst
2		Neattiecas

Direktīva 2004/22/EK I pielikuma un MI-002 pielikuma pamatprasības	OIML R 140 (2007)	Piezīme
3		Neattiecas
4	8.2.1.3; 8.6.1.3	Atbilst
5	9.1.1; 9.1.2; 9.1.3	Atbilst
6	9.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 9.1.5; 9.3	Atbilst
7		
7.1	7.6	Atbilst
7.2	7.3.4; 8.5; 8.6; 8.7	Atbilst
7.3	9.3.5; 9.3.6	Atbilst
7.4		Neattiecas
7.5	8.6.1.1; 8.6.1.2	Atbilst
7.6	9.3; 10.2.3	Atbilst, izņemot testa procedūru
8		
8.1	7.1.1.1; 7.1.1.2; 7.3.2; 8.6.1.4; 8.6.1.5	Atbilst
8.2	7.6	Atbilst
8.3	7.6.2; 10.2.3	Atbilst, izņemot programmatūras identifikācijas nodrošināšanu uz instrumenta
8.4	7.6.2	Atbilst
8.5	7.1.4.6; 8.7.2	Neatbilst
9		
9.1	7.5.1; 7.5.2; 7.1.1.2	Atbilst attiecībā uz informāciju uz datu plāksnes
9.2		Neattiecas
9.3	7.5.1; 10.2.3; 10.2.8.2	Atbilst
9.4		Neattiecas
9.5	8.2.1.2; 7.1.4.1	Atbilst
9.6		Neattiecas
9.7	5.1	Atbilst
9.8	7.5.1	Atbilst
10		
10.1	8.2.1.1	Atbilst
10.2	7.1.4.1; 7.1.4.3; 8.2.1.1	Atbilst
10.3	T.1.5; 8.3; 8.4	Atbilst
10.4		Neattiecas
10.5		Atbilst, ja tilpuma korektoram ir lokāls displejs
11		
11.1		Neattiecas
11.2	7.1.4.6; 8.7.2; 9.1.5	Atbilst

Direktīva 2004/22/EK I pielikuma un MI-002 pielikuma pamatprasības	OIML R 140 (2007)	Piezīme
12		Atbilst
MI-002 Pielikums		
Definīcijas	1.1;2; 6.3; 7.3; 8.5; 8.6	Atbilst
Gāzes skaitītājs Tilpuma korektors Mīnīmālais caurplūdums Maksimālais caurplūdums Pārejas caurplūdums Pārslodzes caurplūdums Bāzes režīms	T.1.9; T.1.12; 7.3.2.1; T.1.14; 7.3.1	Atbilst
1	7.1.2.1; 8.6.1.1; 9.3.6	Neatbilst
1.1		Neattiecas
1.2		Neatbilst
1.3	7.3; 7.5.1	Atbilst
1.4	7.1.3; A.4.1; A.4.2; T.1.22	Atbilst
1.5	7.1.3; A.4; A.4.9; A.4.10; T.1.22	Atbilst
2		
2.1		Neattiecas
2.2		Neattiecas
3		
3.1		
3.1.1	T.2.17.2; T.2.17.4; 9.1.2; 9.1.3; 9.1.4	Atbilst
3.1.2	9.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 9.1.5; 9.3.6	Atbilst
3.1.3	T.2.17.2	Atbilst
3.2		Neattiecas
4		
4.1		
4.1.1		Neattiecas
4.1.2		Neattiecas
4.2		
4.2.1		Neattiecas
4.2.2		Neattiecas
5		
5.1	9.2.1	Neattiecas
5.2	9.2.2	Atbilst, ja baterijas darbmūžs ir 5 gadi
5.3		Neattiecas
5.4		Neattiecas
5.5		Neattiecas

Direktīva 2004/22/EK I pielikuma un MI-002 pielikuma pamatprasības	OIML R 140 (2007)	Piezīme
5.6		Neattiecas
6	5.1	Atbilst, izņemot, ja masa ir izteikta tonnās
7	7.3.1; 10.2.2	Atbilst
8	6.3.3	Atbilst, ja apkārtējā temperatūra bāzes apstākļos tiek saglabāta ± 3 °C robežās un izņemot OIML R 140 C klasi
9		
9.1	9.3.6	Atbilst
9.2	7.1.4; 8.2; 8.7.1	Atbilst tikai attiecībā uz parametriem un ja tilpuma korektoram ir lokāls displejs

Piezīme:

Slejš "Piezīme" norādīta OIML R 140 atbilstība attiecīgajai Direktīvas 2004/22/EK prasībai.

Norāde "Atbilst" nozīmē, ka

- OIML R 140 prasība ir identiska MID prasībai, vai
- OIML R 140 prasība ir stingrāka par MID prasību, vai
- visas OIML R 140 prasības atbilst MID prasībām (pat ja MID tiek pieļautas citas alternatīvas),
- ja prasība neatbilst pilnībā, tiek īsi paskaidrots, kas atbilst.

Norāde "Neattiecas" nozīmē, ka MID prasība nav saderīga ar attiecīgo OIML R 140 prasību vai nav iekļauta OIML R 140.

Norāde "Neattiecas" nozīmē, ka MID I pielikuma prasība neattiecas uz tilpuma korektoriem.

MI-007: Taksometri

saistībā ar

— OIML R 21 2007

I pielikuma un MI-007 pielikuma pamatprasības	OIML R 21 (2007)	Piezīme
I pielikums		
1.1	2.4.5.4; 2.5.5	Atbilst
1.2	A.5.4.5	Atbilst
1.3	3.5.2	Atbilst
1.3.1	3.5.1; 5.1.2	Atbilst
1.3.2 a)		
M1:		Neattiecas
M2:		Neattiecas
M3:	A.5.4.4	Atbilst
1.3.2 b)		Atbilst
1.3.3 a)		
E1		Neattiecas
E2		Neattiecas
E3	A.5.4.3; A.5.4.5; A.5.4.6; A.5.4.7	Atbilst, ja lauka intensitāte ir 24 V/m
1.3.3 b)	A pielikums	Atbilst

I pielikuma un MI-007 pielikuma pamatprasības	OIML R 21 (2007)	Piezīme
1.3.4	A pielikums	Atbilst
1.4		
1.4.1	A.5.1	Atbilst
1.4.2	5.1.2	Atbilst
2	7.5	Atbilst
3	5.2.6	Atbilst
4		Atbilst
5	4.1	Atbilst
6	3.3	Atbilst
7		
7.1	4.2.1	Atbilst
7.2	4.1; 4.9.1	Atbilst
7.3		Neattiecas
7.4		Neattiecas
7.5	4.1	Atbilst
7.6	4.2.3; 4.11	Atbilst, ja testa procedūra ir aprakstīta lietošanas pamācībā
8		
8.1	5.2.3.2	Atbilst
8.2	4.2.5	Atbilst
8.3	4.11.2.	Atbilst
8.4	4.10	Atbilst
8.5		Neattiecas
9		
9.1	4.12; 4.12.1	Atbilst
9.2		Neattiecas
9.3		Neattiecas
9.4		Neattiecas
9.5		Neattiecas
9.6		Neattiecas
9.7	3.4; 4.9.1	Atbilst
9.8	4.12.2	Atbilst
10		
10.1	4.9.1	Atbilst
10.2	4.9.1	Atbilst
10.3	4.9.2	Atbilst
10.4	4.9.1	Atbilst

I pielikuma un MI-007 pielikuma pamatprasības	OIML R 21 (2007)	Piezīme
10.5		Neattiecas
11		
11.1		Neattiecas
11.2		Neattiecas
12	4.2.3	Atbilst
MI-007 Pielikums		
Definīcijas		
Taksometrs	2.1.1	Atbilst
Braukšanas maksa	2.3.1.1	Atbilst
Pārslēgšanās ātrums	2.3.1.2	Atbilst
Normālais aprēķinu režīms S (vienkāršais tarifa aprēķins)	2.3.1.3.1	Atbilst
Normālais aprēķinu režīms D (divkāršais tarifa aprēķins)	2.3.1.3.2	Atbilst
Darbības režīms	2.3.3; 2.3.3.1; 2.3.3.2; 2.3.3.3	Atbilst
1	3.1	Atbilst
2	2.3.3.2; 2.3.3.3; 3.1	Atbilst
3	4.3	Atbilst
4	5.2.3; 4.2.2	Atbilst
5	4.2.3; 4.2.5	Atbilst
6.1	A.5.4.4	Atbilst
6.2	3.5.1; 3.5.2	Atbilst
7	3.2.1.1	Atbilst
8		
8.1	Skatīt norādījumus par I pielikuma 1.3.3. punktu	Atbilst
8.2	5.1.3	Atbilst
9	5.2.5	Atbilst
10	3.1	Atbilst
11	4.5.3.b)	Atbilst
12	4.5.4	Atbilst
13	4.9.1	Atbilst
14.1	4.2.4	Atbilst
14.2	4.2.5	Atbilst, ja OIML R 21:2007 4.2.5.i ir obligāts
14.3	Skatīt norādījumus par I pielikuma 8.3. punktu	Atbilst
15.1	4.7	Atbilst
15.2	4.7	Atbilst
15.3	4.9.1	Atbilst

I pielikuma un MI-007 pielikuma pamatprasības	OIML R 21 (2007)	Piezīme
16	4.8	Atbilst
17	4.1; 4.14.1	Atbilst
18	5.2.4; 3.2.1.1	Atbilst
19	4.14.1; 4.2.1	Atbilst
20	4.2.1	Atbilst
21	3.3	Atbilst
22	3.7	Atbilst
23	3.4	Atbilst

Piezīme:

Slejš "Piezīme" norādīta OIML R 21 atbilstība attiecīgajai Direktīvas 2004/22/EK prasībai.

Norāde "Atbilst" nozīmē, ka

- OIML R 21 prasība ir identiska MID prasībai, vai
- OIML R 21 prasība ir stingrāka par MID prasību, vai
- visas OIML R 21 prasības atbilst MID prasībām (pat ja MID tiek pieļautas citas alternatīvas),
- ja prasība neatbilst pilnībā, tiek īsi paskaidrots, kas atbilst.

Norāde "Neatbilst" nozīmē, ka MID prasība nav saderīga ar attiecīgo OIML R 21 prasību vai nav iekļauta OIML R 21.

Norāde "Neattiecas" nozīmē, ka MID I pielikuma prasība neattiecas uz taksometriem.

MI-008 II NODAĻA: Tilpuma mēri

saistībā ar

— OIML R 138 2007

MID pamatprasības (I pielikums un MI-008 II)	OIML R 138 (2007)	Piezīme
I Pielikums		
1.1	5.1	Atbilst
1.2		Neattiecas
1.3		Neattiecas
1.3.1		Neattiecas
1.3.2 a)		Neattiecas
1.3.2 b)		Neattiecas
1.3.3 a)		Neattiecas
1.3.3 b)		Neattiecas
1.3.4		Neattiecas
1.4		
1.4.1		Neattiecas
1.4.2		Neattiecas
2		Neattiecas
3		Neattiecas
4	4.4	Atbilst
5	4.2	Atbilst
6		Neattiecas

MID pamatprasības (I pielikums un MI-008 II)	OIML R 138 (2007)	Piezīme
7		
7.1		Neattiecas
7.2	4.2	Atbilst
7.3		Neattiecas
7.4		Neattiecas
7.5	4.2	Atbilst
7.6		Neattiecas
8		
8.1		Neattiecas
8.2		Neattiecas
8.3		Neattiecas
8.4		Neattiecas
8.5		Neattiecas
9		
9.1	5.2.4; 5.2.1; 5.2.5	Atbilst, ja bāzes temperatūra ir 20 °C
9.2		Neattiecas
9.3		Neattiecas
9.4		Neattiecas
9.5		Neattiecas
9.6	5.2.1	Atbilst
9.7	3	Atbilst, ja vienības ir SI vienības
9.8	5.2.1	Atbilst
10		
10.1		Neattiecas
10.2	5.2.1	Atbilst
10.3		Neattiecas
10.4		Neattiecas
10.5		Neattiecas
11		
11.1		Neattiecas
11.2		Neattiecas
12		Atbilst
MI-008 pielikums, II nodaļa		
Definīcijas		
Tilpuma mērs	2.2	Atbilst
Svītras mērs	2.9	Atbilst, ja mērījuma atzīme ir līnija
Tilpuma mērs "līdz augšējai malai"	2.7	Atbilst
Pārliešanas mērs	2.2	Atbilst
Tilpums	2.7; 2.5; 2.9; 4.6.1	Atbilst

MID pamatprasības (I pielikums un MI-008 II)	OIML R 138 (2007)	Piezīme
1		
1.1	5.2.5	Atbilst, ja bāzes temperatūra ir 20 °C
1.2	4.5	Atbilst
2	5.1.1; 4.1.1	Atbilst
3	4.2	Atbilst
4		
4.1	4.4	Atbilst
4.2		Neattiecas
5		
5.1	5.2.1	Atbilst
5.2	5.2.2	Atbilst, ja nav atzīmēti vairāk kā 3 tilpumi
5.3	4.2; 5.2.2	Atbilst

Piezīme:

Slejš "Piezīme" norādīta OIML R 138 un Direktīvas 2004/22/EK attiecīgās prasības atbilstība.

Norāde "Atbilst" nozīmē, ka

- OIML R 138 prasība ir identiska MID prasībai, vai
- OIML R 138 prasība ir stingrāka par MID prasību, vai
- visas OIML R 138 prasības atbilst MID prasībām (pat ja MID tiek pieļautas citas alternatīvas),
- ja prasība neatbilst pilnībā, tiek īsi paskaidrots, kas atbilst.

Norāde "Neattiecas" nozīmē, ka MID prasība nav saderīga ar attiecīgo OIML R 138 prasību vai nav iekļauta OIML R 138.

Norāde "Neattiecas" nozīmē, ka MID I pielikuma prasība neattiecas uz tilpuma mēriem.