

31982L0623

27.8.1982

IL-ĠURNAL UFFIĊJALI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

L 252/5

**ID-DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI****ta' l-1 ta' Lulju 1982****li taddatta għall-progress tekniku għat-tielet darba id-Direttiva tal-Kunsill 71/318/KEE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri fir-rigward ta' *meters volumetriċi tal-gass***

(82/623/KEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

*L-Artikolu 1*

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jstabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea,

Fl-Anness tad-Direttiva 71/318/KEE it-testi tal-punti I.B. 3.2.3, I.B. 8, I.B. 9.2.1, I.B. 10, II. 5.2.1, III. 3.1.1, III. 3.3 u III. 7.1 huma b'hekk mibdulin bi qbil ma' l-Anness ta' din id-Direttiva.

*L-Artikolu 2*

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 71/316/KEE tas-26 ta' Lulju 1971 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri fir-rigward ta' ċerti dispożizzjonijiet komuni kemm għal strumenti ta' kejl kif ukoll għal metodi ta' kontroll metroloġiku<sup>(1)</sup>, kif l-aħhar emendata bl-Att ta' Adeżjoni tal-Greċja, u b'mod partikolari l-Artikolu 17 tagħha,

L-Istati Membri għandhom idahhlu fis-sehh il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi mehtieġa sabiex ikunu konformi ma' din id-Direttiva fl-1 ta' Mejju 1983. Għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar dan minnufih.

*L-Artikolu 3*

Billi, minhabba l-iżviluppi tekniċi fil-qasam inkwistjoni, id-Direttiva 71/318/KEE<sup>(2)</sup>, kif l-aħhar emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 78/365/KEE<sup>(3)</sup>, għandha tiġi emendata;

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussel, fl-1 ta' Lulju 1982.

Billi l-miżuri li għalihom hemm provdut f'din id-Direttiva huma bi qbil ma' l-opinjoni tal-Kumitat dwar l-Adattament għall-Progress Tekniku tad-Direttivi għall-Eleminazzjoni ta' Ostakoli Tekniċi fil-Kummerċ ta' Strumenti ta' Kejl,

*Għall-Kummissjoni*

Karl-Heinz NARJES

*Membri tal-Kummissjoni*

<sup>(1)</sup> ĠU L 202, tas-6.9.1971, p. 1.

<sup>(2)</sup> ĠU L 202, tas-6.9.1971, p. 21.

<sup>(3)</sup> ĠU L 104, tat-18.4.1978, p. 26.

## L-ANNEX

I.B. 3.2.3. Meta ma jkunux imqabbdin ma' apparat addizzjonali li jista' jinqala, it-trufijiet esposti tal-fisien taċ-ċaqliq (*drive shafts*) għandhom ikunu protetti kif xieraq.

I.B. 8. **Lok tal-marki u sigilli ta' verifikazzjoni**

8.1. Il-lok tal-marki u s-sigilli għandu jiġi magħżul hekk li l-iżmontar tal-parti ssiġillata b'wahda mill-marki jew mis-sigilli jirriżulta fi hsara għal dawn.

8.2. Meta l-iskrizzjonijiet imsemmija fil-punt I.B. 4.1 jiġu mwahhlin fuq pjanċa speċjali ta' informazzjoni, u jekk din il-pjanċa ma tkunx imwahrha permanenti, wahda mill-marki jew mis-sigilli għandha titqiegħed hekk li din issirilha hsara jekk il-pjanċa speċjali tkun imnehhija, l-għan ikun li l-pjanċa imsemmija ma tkunx tista' titneħha.

8.3. Għandhom ikunu pprovduti postijiet għall-marki u s-sigilli ta' verifika:

(a) fuq il-pjanċi kollha li jkollhom fuqhom l-iskrizzjonijiet meħtieġa b'dan l-Anness bl-eċċezzjoni ta' pjanċi li huma mwahhlin b'mod permanenti;

(b) il-partijiet kollha tal-*meter* li ma jistgħux ikunu protetti b'mod ieħor kontra t-tbagħbis li jista':

— jaffettwa jew jibdel l-indikazzjoni fuq l-apparat indikatur tal-*meter*,

— jibdel jew jikser it-tqabbid bejn l-apparat ta' kejl u l-apparat indikatur,

— inehhi jew iċaqlaq partijiet metroloġiċi importanti tal-*meter*;

(ċ) mat-tqabbid ma' l-apparat addizzjonali li jista' jinqala' jew ma' l-apparat ta' protezzjoni li hemm referenza għalih f'punt I.B. 3.2.3.

I.B.9.2.1. Meters tal-gass sottomessi għal verifika tal-bidu tal-KEE għandhom ikunu fi stat tajjeb ta' thaddim. Verifika tal-bidu tal-KEE mhiex garanzija tat-thaddim xieraq jew ta' preċiżjoni ta' qari ta' l-apparat addizzjonali kif hemm referenza għalihom fil-punti I.B. 3.1 jew I.B. 3.2. L-ebda marki ta' verifika tal-KEE jew sigilli tal-KEE m'għandhom jiġu mwahhlin ma' dak l-apparat addizzjonali, għajr għal tqabbid li għalih hemm provdut fil-Punt I.B. 8.3. ċ.

I.B. 10. **Marki u sigilli ta' verifika**10.1. *Twahhil*

Meters li jkunu għaddew b'suċċess minn testijiet ta' verifika:

— għandhom ikunu pprovduti b'marka ta' verifika tal-bidu tal-KEE,

— għandhom jirċievu sigilli tal-KEE fil-postijiet imsemmija fil-Punt I.B. 8.3.

10.2. *Skop*

It-twahhil tal-marki u tas-sigilli ta' verifika tal-bidu tal-KEE fuq *meter* tal-gass jiċċertifikaw biss li l-*meter* jissodisfa l-htigiet ta' din id-Direttiva.

II. 5.2.1. Meta t-*torques* massimi indikati fuq l-*meter* tal-gass bi qbil mal-Punt I.B. 3.2.1 jew I.B. 3.2.2 jiġu applikati għal fisien taċ-ċaqliq, l-indikazzjoni fuq l-*meter* tal-gass fi  $Q_{min}$  m'għandiex tvarja b'aktar minn 1,5 %, minghajr preġudizju għall-Punt II. 6.3.2.

III. 3.1.1. Meters għandhom jinkorporaw kemm 'l isfel kif ukoll 'il fuq fiċ-ċirkuwitu tal-gass, vit ta' pressjoni statika għall-kejl ta' l-assorbiment tal-pressjoni; il-pressjoni mkejla fil-bidu għandha tikkostitwixxi il-pressjoni ta' referenza.

III. 3.3. *Viti ta' pressjoni*

3.3.1. Toqob għal viti ta' pressjoni għandhom ikollhom dijametru ta' mill-anqas 3 mm. Fil-każ ta' viti ta' pressjoni f'għamla ta' qasma, il-qasmiet għandhom ikollhom wiśa' ta' mill-anqas 2 mm u *cross-section* fid-direzżjoni taċ-ċirkolazzjoni ta' mill-anqas 10 mm<sup>2</sup>.

3.3.2. Il-viti ta' pressjoni għandhom ikunu pprovduti b'mezzi ta' għeluq hekk li jagħmluha tali li l-gass ma jkunx jista' johroġ minnhom.

3.3.3. Il-viti ta' pressjoni għall-pressjoni ta' referenza għandhom ikunu mmarkati b'mod ċar u b'mod li ma jithassarx bl-ittra "p" u l-viti l-oħra ta' pressjoni bl-ittra "p".

III. 7.1. *Testijiet ta' preċiżjoni*

Meter ikun meqjus li jkun jissodisfa l-htigiet li jikkoncernaw l-izbalji massimi permissibli jekk il-htigiet jigu ssodisfati fir-rati ta' ċirkolazzjoni li ġejjin:

$Q_{\min}$ ,  $0,10 Q_{\max}$  (jekk il-valur ikun akbar minn  $Q_{\min}$ ),  $0,25 Q_{\max}$ ,  $0,40 Q_{\max}$ ,  $0,70 Q_{\max}$  and  $Q_{\max}$ .

Jekk l-eżaminazzjoni tiġi mwettqa taht kondizzjonijiet differenti, il-garanziji ghandhom ikunu għallinqas daqs dawk miksubin bit-testijiet imsemmija hawn fuq.

---