

KORIGENDÁ

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 519/2014 zo 16. mája 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 401/2006, pokiaľ ide o metódy odberu vzoriek z veľkých dávok, korenia a výživových doplnkov, kritéria účinnosti pre toxíny T-2 a HT-2 a citrinín a skrúňové metódy analýzy

(Úradný vestník Európskej únie L 147 zo 17. mája 2014)

Na strane 34 sa tabuľka v prílohe II, ktorou sa nahrádza príloha II k nariadeniu Komisie (ES) č. 401/2006 bode 4.3.1.1(a) „Kritériá účinnosti pre aflatoxíny“ nahrádza takto:

„Kritérium	Rozsah koncentrácie	Odporúčaná hodnota	Maximálna povolená hodnota
Slepé pokusy	všetky	Zanedbateľná	—
Výťažnosť – aflatoxín M ₁	0,01 – 0,05 µg/kg	60 až 120 %	
	> 0,05 µg/kg	70 až 110 %	
Výťažnosť – aflatoxíny B ₁ , B ₂ , G ₁ , G ₂	< 1,0 µg/kg	50 až 120 %	
	1 – 10 µg/kg	70 až 110 %	
	> 10 µg/kg	80 až 110 %	
Reprodukovateľnosť RSD _R	všetky	odvodená z Horwitzovej rovnice (*)(**)	2 × hodnota odvodená z Horwitzovej rovnice (*)(**)

Opakovateľnosť RSD_r sa môže vypočítať ako 0,66-násobok reprodukovateľnosti RSD_R pri príslušnej koncentrácii.“