

II

(Oznámenia)

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

KOMISIA

Oznámenie Komisie v rámci vykonávania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/22/ES o meradlách ⁽¹⁾*[Uverejnenie odkazov na normatívne dokumenty vypracované OIML a zoznam tých častí, ktoré zodpovedajú základným požiadavkám (v súlade s článkom 16 ods. 1 smernice)]***(Text s významom pre EHP)**

(2009/C 268/01)

MI-002: Plynometry

vzťahuje sa na:

— OIML R 137-1 2006

Základné požiadavky v MID (príloha I a MI-002)	OIML R 137-1 (2006)	Pripomienky
Príloha I		
1.1	5.3.1	zahrnuté
1.2	7.4.15 tabuľka 6, A.1	zahrnuté
1.3	7.3.5	zahrnuté
1.3.1	5.1, A.4.2.1, A.4.2.2	zahrnuté
1.3.2		
a) M1 a) M2	7.4.13, A.5.1, A.5.2	zahrnuté
a) M3		irelevantné
b)	7.4.13	zahrnuté, pokiaľ ide o plynomer do 10 kg
1.3.3		
a) E1	7.4.15, A.6.1.1, A.6.1.2, A.6.2, A.6.3, A.6.4, A.7.3, A.7.4, A.7.5	zahrnuté
a) E2		irelevantné
a) E3		irelevantné
b)	7.4.15	zahrnuté
1.3.4	7.4.15, A.7	zahrnuté, pokiaľ ide o kolísanie napätia
1.4		

⁽¹⁾ Ú. v. EÚ L 135, 30.4.2004.

Základné požiadavky v MID (príloha I a MI-002)	OIML R 137-1 (2006)	Pripomienky
1.4.1	5.3.1, 7.4, A.1	zahrnuté, pokiaľ ide o triedu 0.5 alebo ak sú pri použití ovplyvňujúcich veličín dodržané MPE
1.4.2	A.4.2.1, A.4.2.2	zahrnuté
2		irelevantné
3	7.4.4	zahrnuté
4	6.1.3	zahrnuté
5	7.4.9	zahrnuté
6	3.1.1, 6.5	zahrnuté
7		
7.1	3.1.4, 4.3.1	zahrnuté
7.2	3	zahrnuté
7.3	7.4.11	zahrnuté, pokiaľ ide o mechanické plynometry
7.4		irelevantné
7.5	3.1.1, 3.1.4	zahrnuté
7.6	6.2.1, 7.3.5, 7.4.16, 4.2.4.x	zahrnuté s výnimkou skúšobného postupu
8		
8.1	6.3.1, 4.3.4.2	zahrnuté
8.2	4.3.14.3.3	zahrnuté
8.3	7.4.16, 4.2.4, 4.3.4.1	zahrnuté
8.4	4.3.1, 7.4.1.16	zahrnuté
8.5	6.1.1	zahrnuté
9		
9.1	4.2.1	zahrnuté s výnimkou informácie o prídavných zariadeniach
9.2	4.2.1	zahrnuté
9.3	4.2	zahrnuté, pokiaľ ide o informácie na výrobnom štítku
9.4		irelevantné
9.5	6.2.2, 6.1.1	zahrnuté
9.6		irelevantné
9.7	4.1	zahrnuté
9.8	4.2	zahrnuté
10		
10.1	6.1.1	zahrnuté
10.2	6.1.1	zahrnuté
10.3	2.1.10, 6.3	zahrnuté
10.4		irelevantné
10.5	3.1.5	zahrnuté

Základné požiadavky v MID (príloha I a MI-002)	OIML R 137-1 (2006)	Pripomienky
11		
11.1		irelevantné
11.2		irelevantné
12		zahrnuté
príloha MI-002		
Vymedzenie pojmov	2.1.1, 2.3.3, 2.3.2, 2.3.4, 2.4.4 & 7.4.11	zahrnuté
1	7.3.5	zahrnuté
1.1	5.2	zahrnuté, pokiaľ ide o triedu 1.5, ak $Q_{\max}/Q_{\min} \geq 150$ zahrnuté, pokiaľ ide o triedu 1.0, ak $Q_{\max}/Q_{\min} \geq 20$
1.2		nezahrnuté
1.3	5.1	zahrnuté
1.4	5.1	zahrnuté s výnimkou troch teplotných rozsahov v OIML R137-1
1.5	4.2.4	zahrnuté
2		
2.1	5.3.3	zahrnuté s výnimkou požiadavky na chyby s rovnakým znamienkom v bode 2.1 prílohy MI-002
2.2	5.3.4	zahrnuté, ak je zvolená teplota v rozmedzí od 15 °C do 25 °C
3		
3.1		
3.1.1	7.4.15	zahrnuté
3.1.2	7.4.15	zahrnuté
3.1.3	7.4.15, 2.2.10	zahrnuté, pokiaľ ide o prvý odsek tejto požiadavky
3.2	7.4.8	zahrnuté
4		
4.1		
4.1.1	7.4.9	zahrnuté
4.1.2	7.4.9	zahrnuté
4.2		
4.2.1	7.4.9	nezahrnuté
4.2.2	7.4.9	nezahrnuté
5		
5.1	6.4.2	nezahrnuté
5.2	6.4.4	zahrnuté jednou z alternatív
5.3	6.1.2	nezahrnuté
5.4	3.4, 7.4.5	zahrnuté

Základné požiadavky v MID (príloha I a MI-002)	OIML R 137-1 (2006)	Pripomienky
5.5	6.2.1	zahrnuté
5.6	3.2, 7.4.5	zahrnuté
6	4.1	zahrnuté, ak sa používajú kg alebo m ³

Poznámka:

V stĺpci „Pripomienky“ sa uvádza súlad medzi OIML R 137-1 a príslušnými požiadavkami smernice 2004/22/ES.

Pripomienka „zahrnuté“ znamená, že:

- požiadavka OIML R 137-1 je zhodná s požiadavkou MID, alebo
- požiadavka OIML R 137-1 je striktnjšia ako požiadavka MID, alebo
- všetky požiadavky OIML R 137-1 spĺňajú požiadavky MID (aj v prípade, že MID povoľuje iné alternatívy),
- v prípade, že požiadavka nie je plne zahrnutá, krátky text vysvetľuje, do akej miery zahrnutá bola.

Pripomienka „nezahrnuté“ znamená, že požiadavka MID nie je kompatibilná s príslušnou požiadavkou OIML R 137-1 alebo nie je súčasťou OIML R 137-1.

Pripomienka „irelevantné“ znamená, že požiadavka prílohy I k MID sa netýka plynomerov.

MI-002: Prepočítavače objemu plynu

vzťahuje sa na:

- OIML R 140 2007

Smernica 2004/22/ES Základné požiadavky v prílohe I a prílohe MI-002	OIML R 140 (2007)	Pripomienky
Príloha I		
1.1	T.2.6; T.3.4; 9.1.1	zahrnuté
1.2	T.2.16; T.2.17.2; 9.1.2; A.1	zahrnuté, pokiaľ ide o rušiacе vplyvy
1.3	T.1.22; 7.1.3; A.2; A.4	zahrnuté v prípade, že výrobca uvedie všetky potrebné informácie
1.3.1	7.1.3; A.4.1; A.4.2; T.1.22	zahrnuté
1.3.2 a)		
M1 M2	7.1.3; A.4.4	zahrnuté, pokiaľ ide o vibrácie
M3		irelevantné
1.3.2 b)	7.1.3.1; A.4.4	zahrnuté, pokiaľ ide o vibrácie
1.3.3 a)		
E1	7.1.3; 10.2.8; A.4; A.4.5.a; A.4.5.b; A.4.6; A.4.7; A.4.8; A.4.11; A.4.12; A.4.13	zahrnuté
E2		irelevantné
E3		irelevantné
1.3.3 b)	A.4	zahrnuté s výnimkou krátkych prerušení v prípade jednosmerného prúdu
1.3.4	6.4.9; A.4; A.4.9; A.4.10	zahrnuté s výnimkou kolísania sieťovej frekvencie a magnetických polí silnoprúdu
1.4		
1.4.1	A.1; A.4	zahrnuté, ak sa používa modulárny prístup
1.4.2	A.4.3	zahrnuté
2		irelevantné

Smernica 2004/22/ES Základné požiadavky v prílohe I a prílohe M1-002	OIML R 140 (2007)	Pripomienky
3		nezahrnuté
4	8.2.1.3; 8.6.1.3	zahrnuté
5	9.1.1; 9.1.2; 9.1.3	zahrnuté
6	9.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 9.1.5; 9.3	zahrnuté
7		
7.1	7.6	zahrnuté
7.2	7.3.4; 8.5; 8.6; 8.7	zahrnuté
7.3	9.3.5; 9.3.6	zahrnuté
7.4		irelevantné
7.5	8.6.1.1; 8.6.1.2	zahrnuté
7.6	9.3; 10.2.3	zahrnuté s výnimkou skúšobného postupu
8		
8.1	7.1.1.1; 7.1.1.2; 7.3.2; 8.6.1.4; 8.6.1.5	zahrnuté
8.2	7.6	zahrnuté
8.3	7.6.2; 10.2.3	zahrnuté s výnimkou umožňovania identifikácie softvéru na zariadení
8.4	7.6.2	zahrnuté
8.5	7.1.4.6; 8.7.2	nezahrnuté
9		
9.1	7.5.1; 7.5.2; 7.1.1.2	zahrnuté, pokiaľ ide o informácie na výrobnom štítku
9.2		irelevantné
9.3	7.5.1; 10.2.3; 10.2.8.2	zahrnuté
9.4		irelevantné
9.5	8.2.1.2; 7.1.4.1	zahrnuté
9.6		irelevantné
9.7	5.1	zahrnuté
9.8	7.5.1	zahrnuté
10		
10.1	8.2.1.1	zahrnuté
10.2	7.1.4.1; 7.1.4.3; 8.2.1.1	zahrnuté
10.3	T.1.5; 8.3; 8.4	zahrnuté
10.4		irelevantné
10.5		zahrnuté v prípade, že má prepočítavač vlastný displej
11		
11.1		irelevantné
11.2	7.1.4.6; 8.7.2; 9.1.5	zahrnuté

Smernica 2004/22/ES Základné požiadavky v prílohe I a prílohe MI-002	OIML R 140 (2007)	Pripomienky
12		zahrnuté
Príloha MI-002		
Vymedzenie pojmov	1.1; 2; 6.3; 7.3; 8.5; 8.6	zahrnuté
Plynomer Prepočítavač Najmenší prietok Najväčší prietok Prechodový prietok Preťažujúci prietok Základné podmienky	T.1.9; T.1.12; 7.3.2.1; T.1.14; 7.3.1	zahrnuté
1	7.1.2.1; 8.6.1.1; 9.3.6	nezahrnuté
1.1		irelevantné
1.2		nezahrnuté
1.3	7.3; 7.5.1	zahrnuté
1.4	7.1.3; A.4.1; A.4.2; T.1.22	zahrnuté
1.5	7.1.3; A.4; A.4.9; A.4.10; T.1.22	zahrnuté
2		
2.1		irelevantné
2.2		irelevantné
3		
3.1		
3.1.1	T.2.17.2; T.2.17.4; 9.1.2; 9.1.3; 9.1.4	zahrnuté
3.1.2	9.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 9.1.5; 9.3.6	zahrnuté
3.1.3	T.2.17.2	zahrnuté
3.2		irelevantné
4		
4.1		
4.1.1		irelevantné
4.1.2		irelevantné
4.2		
4.2.1		irelevantné
4.2.2		irelevantné
5		
5.1	9.2.1	nezahrnuté
5.2	9.2.2	zahrnuté v prípade, že životnosť batérie je 5 rokov
5.3		irelevantné
5.4		irelevantné
5.5		irelevantné

Smernica 2004/22/ES Základné požiadavky v prílohe I a prílohe MI-002	OIML R 140 (2007)	Pripomienky
5.6		irelevantné
6	5.1	zahrnuté, pokiaľ hmotnosť nie je vyjadrená v tonách
7	7.3.1; 10.2.2	zahrnuté
8	6.3.3	Zahrnuté s výnimkou OIML R 140 triedy C a v prípade, že je okolitá teplota riadená tak, aby zostala v rozmedzí $\pm 3^{\circ}\text{C}$ v referenčných podmienkach
9		
9.1	9.3.6	zahrnuté
9.2	7.1.4; 8.2; 8.7.1	zahrnuté len pokiaľ ide o parametre a v prípade, že má prepočítavač vlastný displej

Poznámka:

V stĺpci „Pripomienky“ sa uvádza súlad OIML R 140-1 a príslušnými požiadavkami smernice 2004/22/ES.

Pripomienka „zahrnuté“ znamená, že:

- požiadavka OIML R 140 je zhodná s požiadavkou MID, alebo
- požiadavka OIML R 140 je striktnnejšia ako požiadavka MID, alebo
- všetky požiadavky OIML R 140 spĺňajú požiadavky MID (aj v prípade, že MID povoľuje iné alternatívy),
- v prípade, že požiadavka nie je plne zahrnutá, krátky text vysvetľuje, do akej miery zahrnutá bola.

Pripomienka „nezahrnuté“ znamená, že požiadavka MID nie je kompatibilná s príslušnou požiadavkou OIML R 140 alebo nie je súčasťou OIML R 140.

Pripomienka „irelevantné“ znamená, že požiadavka prílohy I k MID sa netýka prepočítavačov.

MI-007: Taxametre

vzťahuje sa na:

— OIML R 21 2007

Základné požiadavky v prílohe I a prílohe MI-007	OIML R 21 (2007)	Pripomienky
Príloha I		
1.1	2.4.5.4; 2.5.5	zahrnuté
1.2	A.5.4.5	zahrnuté
1.3	3.5.2	zahrnuté
1.3.1	3.5.1; 5.1.2	zahrnuté
1.3.2 a)		
M1:		irelevantné
M2:		irelevantné
M3:	A.5.4.4	zahrnuté
1.3.2 b)		zahrnuté
1.3.3 a)		
E1		irelevantné
E2		irelevantné
E3	A.5.4.3; A.5.4.5; A.5.4.6; A.5.4.7	zahrnuté, pokiaľ má intenzita poľa hodnotu 24 V/m
1.3.3 b)	Príloha A	zahrnuté

Základné požiadavky v prílohe I a prílohe MI-007	OIML R 21 (2007)	Pripomienky
1.3.4	Príloha A	zahrnuté
1.4		
1.4.1	A.5.1	zahrnuté
1.4.2	5.1.2	zahrnuté
2	7.5	zahrnuté
3	5.2.6	zahrnuté
4		zahrnuté
5	4.1	zahrnuté
6	3.3	zahrnuté
7		
7.1	4.2.1	zahrnuté
7.2	4.1; 4.9.1	zahrnuté
7.3		irelevantné
7.4		irelevantné
7.5	4.1	zahrnuté
7.6	4.2.3; 4.11	zahrnuté, pokiaľ je skúšobný postup súčasťou návodu na obsluhu
8		
8.1	5.2.3.2	zahrnuté
8.2	4.2.5	zahrnuté
8.3	4.11.2.	zahrnuté
8.4	4.10	zahrnuté
8.5		irelevantné
9		
9.1	4.12; 4.12.1	zahrnuté
9.2		irelevantné
9.3		nezahrnuté
9.4		irelevantné
9.5		irelevantné
9.6		irelevantné
9.7	3.4; 4.9.1	zahrnuté
9.8	4.12.2	zahrnuté
10		
10.1	4.9.1	zahrnuté
10.2	4.9.1	zahrnuté
10.3	4.9.2	zahrnuté
10.4	4.9.1	zahrnuté

Základné požiadavky v prílohe I a prílohe MI-007	OIML R 21 (2007)	Pripomienky
10.5		irelevantné
11		
11.1		irelevantné
11.2		irelevantné
12	4.2.3	zahrnuté
Príloha MI-007		
Vymedzenie pojmov		
Taxameter	2.1.1	zahrnuté
Cestovné	2.3.1.1	zahrnuté
Prepínacia rýchlosť	2.3.1.2	zahrnuté
Režim bežného výpočtu S (jednoduché použitie tarify)	2.3.1.3.1	zahrnuté
Režim bežného výpočtu D (zdvojené použitie tarify)	2.3.1.3.2	zahrnuté
Pracovná poloha	2.3.3; 2.3.3.1; 2.3.3.2; 2.3.3.3	zahrnuté
1	3.1	zahrnuté
2	2.3.3.2; 2.3.3.3; 3.1	zahrnuté
3	4.3	zahrnuté
4	5.2.3; 4.2.2	zahrnuté
5	4.2.3; 4.2.5	zahrnuté
6.1	A.5.4.4	zahrnuté
6.2	3.5.1; 3.5.2	zahrnuté
7	3.2.1.1	zahrnuté
8		
8.1	Pozri odpoveď k prílohe I ods. 1.3.3	zahrnuté
8.2	5.1.3	zahrnuté
9	5.2.5	zahrnuté
10	3.1	zahrnuté
11	4.5.3.b)	zahrnuté
12	4.5.4	zahrnuté
13	4.9.1	zahrnuté
14.1	4.2.4	zahrnuté
14.2	4.2.5	zahrnuté v prípade, že musí platiť ustanovenie 4.2.5.i v OIML R 21:2007
14.3	Pozri odpoveď k prílohe I ods. 8.3	zahrnuté
15.1	4.7	zahrnuté
15.2	4.7	zahrnuté
15.3	4.9.1	zahrnuté

Základné požiadavky v prílohe I a prílohe MI-007	OIML R 21 (2007)	Pripomienky
16	4.8	zahrnuté
17	4.1; 4.14.1	zahrnuté
18	5.2.4; 3.2.1.1	zahrnuté
19	4.14.1; 4.2.1	zahrnuté
20	4.2.1	zahrnuté
21	3.3	zahrnuté
22	3.7	zahrnuté
23	3.4	zahrnuté

Poznámka:

V stĺpci „Pripomienky“ sa uvádza súlad medzi OIML R 21 a príslušnými požiadavkami smernice 2004/22/ES.

Pripomienka „zahrnuté“ znamená, že:

- požiadavka OIML R 21 je zhodná s požiadavkou MID, alebo
- požiadavka OIML R 21 je striktnjšia ako požiadavka MID, alebo
- všetky požiadavky OIML R 21 spĺňajú požiadavky MID (aj v prípade, že MID povoľuje iné alternatívy),
- v prípade, že požiadavka nie je plne zahrnutá, krátky text vysvetľuje, do akej miery zahrnutá bola.

Pripomienka „nezahrnuté“ znamená, že požiadavka MID nie je kompatibilná s príslušnou požiadavkou OIML R 21 alebo nie je súčasťou OIML R 21.

Pripomienka „irelevantné“ znamená, že požiadavka prílohy I k MID sa netýka taxametrov.

MI-008 KAPITOLA II: Výčapné nádoby

vzťahuje sa na:

— OIML R 138 2007

Základné požiadavky v MID (príloha I a MI-008 II)	OIML R 138 (2007)	Pripomienky
Príloha I		
1.1	5.1	zahrnuté
1.2		irelevantné
1.3		irelevantné
1.3.1		irelevantné
1.3.2 a)		irelevantné
1.3.2 b)		irelevantné
1.3.3 a)		irelevantné
1.3.3 b)		irelevantné
1.3.4		irelevantné
1.4		
1.4.1		irelevantné
1.4.2		irelevantné
2		nezahrnuté
3		nezahrnuté
4	4.4	zahrnuté
5	4.2	zahrnuté
6		nezahrnuté

Základné požiadavky v MID (príloha I a MI-008 II)	OIML R 138 (2007)	Pripomienky
7		
7.1		nezahrnuté
7.2	4.2	zahrnuté
7.3		irelevantné
7.4		irelevantné
7.5	4.2	zahrnuté
7.6		irelevantné
8		
8.1		irelevantné
8.2		irelevantné
8.3		irelevantné
8.4		irelevantné
8.5		irelevantné
9		
9.1	5.2.4; 5.2.1; 5.2.5	zahrnuté, pokiaľ má referenčná teplota hodnotu 20 °C
9.2		irelevantné
9.3		irelevantné
9.4		irelevantné
9.5		irelevantné
9.6	5.2.1	zahrnuté
9.7	3	zahrnuté, ak sú jednotky jednotkami sústavy SI
9.8	5.2.1	zahrnuté
10		
10.1		irelevantné
10.2	5.2.1	zahrnuté
10.3		irelevantné
10.4		irelevantné
10.5		irelevantné
11		
11.1		irelevantné
11.2		irelevantné
12		zahrnuté
Príloha MI-008 kapitola II		
Vymedzenie pojmov		
Výčapná nádoba	2.2	zahrnuté
Čiarková nádoba	2.9	zahrnuté v prípade, že kalibračným znakom je čiara
Koncová odmerná nádoba	2.7	zahrnuté
Odmerná nádoba na prenášanie	2.2	zahrnuté
Objem	2.7; 2.5; 2.9; 4.6.1	zahrnuté

Základné požiadavky v MID (príloha I a MI-008 II)	OIML R 138 (2007)	Pripomienky
1		
1.1	5.2.5	zahrnuté, pokiaľ má referenčná teplota hodnotu 20 °C
1.2	4.5	zahrnuté
2	5.1.1; 4.1.1	zahrnuté
3	4.2	zahrnuté
4		
4.1	4.4	zahrnuté
4.2		nezahrnuté
5		
5.1	5.2.1	zahrnuté
5.2	5.2.2	zahrnuté v prípade, že sú vyznačené najviac tri objemy
5.3	4.2; 5.2.2	zahrnuté

Poznámka:

V stĺpci „Pripomienky“ sa uvádza stav súladu medzi OIML R 138 a príslušnou požiadavkou v smernici 2004/22/ES.

Pripomienka „zahrnuté“ znamená, že:

- požiadavka OIML R 138 je zhodná s požiadavkou MID, alebo
- požiadavka OIML R 138 je striktnejšia ako požiadavka MID, alebo
- všetky požiadavky OIML R 138 spĺňajú požiadavky MID (aj v prípade, že MID povoľuje iné alternatívy),
- v prípade, že požiadavka nie je plne zahrnutá, krátky text vysvetľuje, do akej miery zahrnutá bola.

Pripomienka „nezahrnuté“ znamená, že požiadavka MID nie je kompatibilná s príslušnou požiadavkou OIML R 138 alebo nie je súčasťou OIML R 138.

Pripomienka „irelevantné“ znamená, že požiadavka prílohy I k MID sa netýka výčapných nádob.