

Brüssel, 17.12.2019  
C(2019) 9061 final

ANNEX

## LISA

**järgmise dokumendi juurde:**

**Komisjoni delegeeritud direktiiv,**

**millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, milles käsitletakse plii kasutamist platineeritud plaatinaelektroodides, mida kasutatakse teatavateks juhtivuse mõõtmisteks**

## LISA

Direktiivi 2011/65/EL IV lisa kanne 37 asendatakse järgmisega:

- „37 Plii platineeritud plaatinaelektroodides, mida kasutatakse juhtivuse mõõtmiseks, kui vähemalt üks järgmistest tingimustest on täidetud:
- a) juhtivuse laboratoorne mõõtmine mõõtepiirkonnaga üle ühe suurusjärgu (nt vahemikus 0,1 mS/m kuni 5 mS/m) tundmatu kontsentratsiooni korral;
  - b) mõõtmine lahustes, kui nõutav on täpsus  $\pm 1$  % mõõtepiirkonnast ja elektroodi suur korrosioonikindlus ühe järgmise tingimuse kehtimisel:
    - i) happelise lahuse pH < 1;
    - ii) leeliselise lahuse pH > 13;
    - iii) lahus on korrodeeriv ja sisaldab halogeenset gaasi;
  - c) juhtivuse mõõtepiirkond on üle 100 mS/m ja mõõtmisi tuleb teha kaasaskantava mõõteriistaga kohapeal.

Kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril 2025.“